Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

CONTRATO **CERRADO** PARA LA PRESTACIÓN DEL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN (PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4),** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO",** REPRESENTADA POR LA **C. ELIA SANDRA VARAS GALEANA,** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS Y APODERADA LEGAL,** Y POR LA OTRA, **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.,** EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADA POR EL **C. EDUARDO MONDRAGÓN MORA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

DECLARACIONES

I. "EL INSTITUTO" declara que:

I.1 "EL INSTITUTO" es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto por el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 45,902 de fecha 25 de julio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría Pública Número 150 de la Ciudad de México, en cuyo protocolo también actúa por convenio de asociación, el Licenciado José Luis Franco Jiménez, Titular de la Notaría 64 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-28072023-130615, de fecha 28 de julio de 2023; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la **MTRA. ELIA SANDRA VARAS GALEANA**, Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos y Apoderada Legal con **R.F.C.** [redacted], es una servidora pública adscrita a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

I.3 De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"LAASSP"**, suscribe el presente instrumento el **C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ DURÁN**, Titular de la División De Conservación, con R.F.C. [redacted] como Área Consolidadora y Representante Común de los Administradores del presente contrato, en cuyo caso en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente instrumento se encuentra la designación respectiva, así como el listado de Administradores del presente contrato.

En todo caso, los Administradores de presente contrato son las personas servidoras públicas responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa Nacional Electrónica** número **AA-50-GYR-050GYR019-N-191-2025** al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 fracción III, 39 fracción I, 53 y 54 fracción I de la **"LAASSP",** y los correlativos de su Reglamento, en términos del oficio de notificación de adjudicación de fecha 31 de octubre de 2025, suscrita por el Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, documento que se integra en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

Con fecha 30 de octubre de 2025, en la Sesión Extraordinaria número **07/2025** el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), dictaminó procedente el supuesto de excepción al Procedimiento de Licitación Pública para llevar a cabo la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN**, mediante Acuerdo número **AC-19/SE-07/2025**.

Mediante oficio número **09 53 84 61 1CFJ/2025/10231** de fecha 03 de noviembre de 2025, el Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, solicitó a la División de Contratos la elaboración del presente instrumento jurídico, remitiendo las documentales para su elaboración; siendo responsabilidad del Área Contratante, Área Requirente, Área Técnica y del Administrador del Contrato; los aspectos técnicos, presupuestales y demás cuestiones relacionadas con la contratación, incluido el contenido de los anexos, documento que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

I.5 **"EL INSTITUTO"** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número **51332016** con solicitud número **0000460779-2025**, de fecha 25 de septiembre de 2025, emitido por la Titular de la Coordinación de Control de Abasto, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 1 (uno).**

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **N° IMS421231I45.**

I.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. **"EL PROVEEDOR"**, declara que:

II.1 Es una persona **MORAL** legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número 28,411 de fecha14 de septiembre de 1999, pasada ante la fe del Licenciado Pedro Vázquez Nava, Titular de la Notaría Pública número 70 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil número 257244, denominada **"MAT THEATRICAL ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.",** cuyo objeto social es, entre otros, la integración de servicios y venta de productos para el sector tecnológico-medico, médico y hospitalario incluyendo implementación y mantenimiento de instalaciones temporales o definitivas

Mediante Escritura Pública número 95,836 de fecha 04 de agosto de 2021, pasada ante la fe del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, Titular de la Notaría Pública número 212, en cuyo protocolo actúan también los Licenciados Rosamaría López Lugo, Titular de la Notaría número 223 y Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaría número 246, los tres de la Ciudad de México, actuando por convenio de sociedad, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil electrónico número 257244-1, se hizo constar el cambio de denominación de la sociedad, quedando como **"CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.".**

II.2 El **C. Eduardo Mondragón Mora,** en su carácter de **representante legal,** cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 100,138 de fecha 02 de febrero de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, Titular de la Notaría Pública número 212, en cuyo protocolo actúan también los Licenciados Rosamaría López Lugo, Titular de la Notaria número 223 y Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaría número 246, los tres de la Ciudad de México y actuando por convenio de sociedad, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **MTE9909144K1.**

II.5 Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la **"LAASSP"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la **"LAASSP"**.

Asimismo, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conforme a lo previsto en los artículos 87 de la **"LAASSP"** y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control Específico en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

II.6 Se señala para todos los efectos legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el teléfono: (55) 2877-3100, correo electrónico: emondragon@cie.com.mx y domicilio ubicado en **Avenida Gustavo Baz número 309, Edif. A2, P3, D303, Colonia La Loma, Código Postal 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.**

III. De "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** la prestación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN (PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4),** en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo.

Los **Anexos** que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

Anexo 1 (uno)	"Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo"
Anexo 2 (dos)	"Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 3 (tres)	"Propuesta Técnica y Económica de **"EL PROVEEDOR"**, Programa General de Mantenimiento, Oficio de notificación de adjudicación y oficio número **09 53 84 61 1CFJ/2025/10231**"
Anexo 4 (cuatro)	"Documento de designación de Administrador del presente Contrato"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de **$111,577,986.00 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),** más impuestos que asciende a **$17,852,477.76 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.),** que hace un total de **$129,430,463.76 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.),** de conformidad con el(los) precio(s) unitario(s) que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

El(los) precio(s) unitario(s) es (son) considerado(s) fijo(s) y en pesos mexicanos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN (PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4), por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y el (los) precio(s) será(n) inalterable(s) durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO" efectuará pagos progresivos a **"EL PROVEEDOR"** por servicio devengado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la **"LAASSP"** y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos).**

Los pagos se realizarán en pesos mexicanos, conforme a la descripción señalada en el **inciso K)** de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), respectivo, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio conforme lo señalado en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, y conforme a los numerales cuarto y sexto del capítulo quinto, intitulado, de los Lineamientos para promover la agilización de pago a los proveedores contenidos en el "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", concordante con los artículos 65 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El CFDI deberá presentarse ante la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en Órganos Normativos, la Oficina de Control de Trámite de Erogaciones en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), la Oficina de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), según corresponda, para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. En caso de aplicar, dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del Administrador del presente Contrato, de quien suscribió la orden de compra o servicio, o de quien autorizó la contratación por montos inferiores a $2,000.00 (antes de IVA). Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millenium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, y la indicación de que **"EL PROVEEDOR"** cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante "**EL INSTITUTO**" e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

En caso de que el devengo por la entrega-recepción no genere número de alta en SAI o número de pedido-recepción en PREI-Millenium, en su caso, se deberá adjuntar acta de entrega-recepción.

El personal de la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones no podrá devolver el CFDI presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a **"EL INSTITUTO"**.

Para los casos en que no se formalice el presente contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los servicios proporcionados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el presente contrato.

Para efectos de lo anterior, la División de Contratos deberá informar al administrador del presente contrato o Área Consolidadora, en su caso, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir los servicios materia del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de **"EL INSTITUTO"**, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, para tal efecto **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de **"EL INSTITUTO"**, la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará a **"EL PROVEEDOR"** en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

El administrador del presente contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo "Normatividad de pago de las Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos

presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO".**

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la **"LAASSP"**, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del presente contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

El administrador del presente contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la **"LAASSP"**, en relación con los artículos 51, 67, 78 y 80, segundo párrafo de la **"LAASSP"**, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del presente contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), según corresponda.

Al notificar a **"EL PROVEEDOR"** la aplicación de una pena convencional, el administrador del presente contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad (en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE) la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo a **"EL PROVEEDOR"** para que se compense contra los adeudos que tenga **"EL INSTITUTO"** para con **"EL PROVEEDOR"** o, para que en su defecto, éste proceda a pagar a **"EL INSTITUTO"** la pena convencional.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar los contratos, convenios y su DDP en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del presente contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO",** para efectos del pago.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INSTITUTO"** en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la Solicitud de cotización y oficio de notificación de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas; en la solicitud de cotización, oficio de notificación de adjudicación, este último se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico y fechas establecidas en los mismos.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** contará con el plazo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico, para la devolución y reposición de los servicios por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenida, sin que las sustituciones impliquen su modificación. Lo anterior, en términos del artículo 66, fracción XVII de la **"LAASSP"**.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a prestar el servicio integral en las instalaciones ubicadas en:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El plazo del servicio será conforme al Plan de Trabajo que establezcan de manera conjunta **"EL PROVEEDOR"** y **"EL INSTITUTO"**, con fecha de término hasta el 31 de diciembre del 2025.

Asimismo, se deberán observar los plazos establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al Anexo Técnico,

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

a los Términos y Condiciones que se integran al presente instrumento jurídico en el **Anexo 2 (dos),** así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan como **Anexo 3 (tres)** al presente contrato y lo dispuesto en la Solicitud de cotización, disponible para su consulta en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y oficio de notificación de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, ésta última se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato**.**

Asimismo, **"LAS PARTES"** se obligan a cumplir con lo señalado en el artículo 72 de la **"LAASSP"**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, **"EL INSTITUTO"** no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

SEXTA. VIGENCIA

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación de adjudicación y hasta el 31 de diciembre del 2025**.**

En términos de lo señalado en el artículo 66 último párrafo de la **"LAASSP"**, el presente contrato se podrá extinguir por el cumplimiento de obligaciones.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"EL INSTITUTO"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el presente contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

De conformidad con el artículo 68, último párrafo de la **"LAASSP"**, **"EL INSTITUTO"** con la aceptación de **"EL PROVEEDOR"** podrá realizar modificaciones al presente contrato hasta en un 20% (veinte por ciento) de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto total del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 de la **"LAASSP"**.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES".**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **"EL INSTITUTO"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a **"EL PROVEEDOR"** comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II y 70, fracción II de la **"LAASSP";** 85, fracción III, y 103 de su Reglamento **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de **"EL INSTITUTO",** por un importe equivalente al **10% (DIEZ POR CIENTO)** del monto total del presente contrato, sin incluir impuestos.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INSTITUTO"**, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del presente contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar

mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio respectivo.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la presente Cláusula.

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el presente contrato y dará vista al Órgano Interno de Control Específico en **"EL INSTITUTO"** para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO",** dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del presente contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal

por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **"EL INSTITUTO"** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del presente contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR".**

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

- **a)** Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- **b)** Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- **c)** Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- **d)** Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control Específico en **"EL INSTITUTO"**, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LAASSP"**.
- **e)** Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios, en caso de aplicar.
- **f)** No podrá transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**.
  Se exceptúa de lo anterior, en el caso de fusión, escisión o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el presente contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la **"LAASSP"** y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la **"LAASSP"**. En ambos casos se debe contar con la autorización previa.
- **g)** Se obliga a que durante la vigencia del presente contrato se mantendrá al corriente de sus obligaciones fiscales, lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 66, fracción XXII de la **"LAASSP"**.
- **h)** Se obliga a integrarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la formalización del presente contrato. La no integración al REPIIMSS en el plazo establecido, deberá considerarse como un incumplimiento contractual, con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.
- **i)** Así, como a lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

"EL INSTITUTO", se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del presente contrato.
b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
c) Extender a **"EL PROVEEDOR"**, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
d) Así como a lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL INSTITUTO" designa como Área Consolidadora y Representante Común de los Administradores del presente contrato al **C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ DURÁN,** con R.F.C. [redacted] **Titular de la División De Conservación,** quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

Cuando **"EL INSTITUTO"** requiera efectuar el cambio o sustitución de los Administradores del presente contrato, o del Representante Común de éstos, sea por la ausencia temporal o definitiva del originalmente designado, o bien, por así convenir a las necesidades institucionales, bastará la nueva designación que de éste realice al Área Requirente, misma que surtirá plenos efectos a partir de la fecha en que ésta sea realizada, y que será dada a conocer a **"EL PROVEEDOR"** por el Área Requirente, o bien, por los Titulares de Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y de las Unidades Médicas de Alta Especialidad donde se encuentre adscrito, según corresponda. La designación que efectúe el Área Requirente en términos del presente párrafo deberá ceñirse a lo dispuesto en los numerales 4.17 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables. En ningún caso el cambio o sustitución de los Administradores del presente contrato, o del Representante Común de éstos, requerirá o dará origen a la celebración de convenio modificatorio.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión de los Administradores del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"EL INSTITUTO", a través de los Administradores del presente contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"EL INSTITUTO",** sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

"EL INSTITUTO", a través de los Administradores del presente contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

"EL INSTITUTO" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por el **1% (uno por ciento)** de acuerdo al concepto, unidad de medida y límite de incumplimiento señalados en el **inciso H)** de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva, en términos de la legislación aplicable.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del presente contrato de **"EL INSTITUTO"**, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **inciso H)** de los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**, parte integral del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional de acuerdo con los conceptos y porcentajes señalados en el inciso antes citado, de conformidad con el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el presente contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del presente contrato.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de la prestación del servicio, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del presente contrato.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

En caso de aplicar, los servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos).**

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

"EL PROVEEDOR" se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los

bienes y personal de **"EL INSTITUTO"**, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

A la fecha de formalización del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** entregará al Titular de la División de Conservación, sita Sevilla 33, Piso 7, Col. Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, carta expedida por el representante legal de la empresa, donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o al patrimonio del mismo, a su personal, empleados, derechohabientes y visitantes en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de **"EL INSTITUTO"**, así como los que cause a terceros en sus bienes, personas e infraestructura con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, integrando copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un monto igual al 20% (veinte por ciento) del importe total del presente contrato, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, la cual deberá cubrir la vigencia del presente contrato.

La póliza deberá contener las coberturas y especificaciones señaladas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, en caso de aplicar.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” se obliga para con **“EL INSTITUTO”**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **“EL PROVEEDOR”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **“EL INSTITUTO”** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **“EL PROVEEDOR”**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **“EL INSTITUTO”** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 66, fracción XX de la **“LAASSP”**.

Asimismo, en caso de aplicar, **“EL PROVEEDOR”** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a los Derechos de autor, patentes y/o marcas del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, en caso de aplicar, **“EL PROVEEDOR”** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la **“LAASSP”** y 102, fracción II, de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando

obligado a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INSTITUTO"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del presente contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de proporcionar los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el presente contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, y se sustentará mediante dictamen que se precise las razones o las causas justificadas que dieron origen a la misma, de conformidad con lo señalado en el artículo 78 de la **"LAASSP"**, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el presente contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre **"LAS PARTES"**.

"EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** la parte proporcional de los servicios proporcionados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

"EL INSTITUTO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
c) Ceder los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**.
d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
i) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios; en caso de aplicar.
j) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
k) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;
l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
m) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO";**
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la **"LAASSP"**, comunicará a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término, **"EL INSTITUTO"** en un plazo de 10 (diez) días hábiles, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el presente contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la **"LAASSP"**, dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el presente contrato, se extinguirán los derechos los derechos y obligaciones del mismo, y se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los servicios proporcionados hasta el momento de la rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR".**

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del presente contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el presente contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del presente contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del presente contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INSTITUTO"**, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso

pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

La convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización, según corresponda del procedimiento de contratación citado en la declaración I.4 del presente instrumento jurídico, este contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización, según corresponda del procedimiento de contratación del cual deriva el presente instrumento jurídico, y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la **"LAASSP"**, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

Sin perjuicio de lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** acepta explícitamente que las notificaciones que le sean remitidas al correo electrónico manifestado en el apartado de Declaraciones surtirán plenos efectos, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la **"LAASSP"**, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anterior expuesto, **"EL INSTITUTO"** y **"EL PROVEEDOR"**, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
C. ELIA SANDRA VARAS GALEANA Apoderada Legal	Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos	[redacted]
C. JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ DURAN Representante común de los administradores del contrato	Titular de la División de Conservación	[redacted]

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	**MTE9909144K1**

RRSR/HRJ/LBGP/CMBS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala en el mismo".

Cadena original:

[redacted]

Firmante: JOSE ANTONIO HERNANDEZ DURAN
RFC: [redacted]
Número de Serie [redacted]
Fecha de Firma: 19/11/2025 14:57

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Firmante: ELIA SANDRA VARAS GALEANA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 19/11/2025 18:28

Certificado:

[redacted]==

Firma:

[redacted]

Firmante: CREATIVIDAD E INTEGRACION EN SERVICIOS MEDICOS SA DE CV
RFC: MTE9909144K1
Número de Serie [redacted]
Fecha de Firma: 20/11/2025 18:29

Certificado:

[redacted]

Firma:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: CADENA ORIGINAL, RFC, NÚMERO DE SERIE, CERTIFICADO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

L0aZ3QAdsR3Qjq1rR/+jHCNfRS1ogQqpIfs8mgUDtD3dAv6iLJIZ9uz7DISLR9AkpMWTOi5P5YvfI3hPs67HW6dcA/Pf0dkNPgH6wtSRKGzXgDn7FvMl1Gg8VcyknqpQEq0yD5N9KFh9MDV8zjrFX/h/s0OtdMbJ
CH43ruH09LC4984bde8I5Jmli0WwGzjd3cFrYYGdxRhMz/YgunYqIFblpWzGcWRb57Oxv3wL3XBSxzhPtY8JXGsGtpBiWaTYyTY7uU2sfeL4gRsnL12HGKw5UGkrtm8tgNClFjjoFyV8pkd4jv0MFzuO84PPlb0u
kPfiFsI4oUaDCkml/g5gQQ==

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número 050GYR019N19125-001-00

ANEXO 1 (UNO)

"Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000460779 - 2025

Dependencia Solicitante:	D0009	Administración Central
	SEI	Servicios Integrales
	09530007	Oficinas Centrales

Descripción:

Servicio: Pasivo - Otros Servicios Integ

Fecha Impresión: 25/09/2025 Fecha Validación: 25/09/2025

	Importe	Cuenta	Partida presupuestaria	
Total Comprometido (en pesos):	$ 232,098,835.00	51332016	3390306	OTROS SERVICIOS INTEGRALES

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58,024.7	58,024.7	58,024.7	58,024.7

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millenium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : $ 232,098,835.00
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

MTRA. MARIA FERNANDA HERALDEZ RIOS
Autorizó
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número 050GYR019N19125-001-00

ANEXO 2 (DOS)

"Anexo Técnico y Términos y Condiciones"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



ANEXO TÉCNICO

ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

De acuerdo con los incisos A, B, C, D, E, F que señala el numeral 4.24.3 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente al contenido del "Anexo Técnico" se anexa la siguiente información para el proceso de contratación del Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A. Descripción Amplia y Detallada del Servicio.

1. Descripción del servicio

Servicio de mantenimiento a infraestructura, equipos electromecánicos y equipos médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, que incluye el servicio de mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico y equipo de cocina servicio de mantenimiento preventivo a equipos médicos e instrumental detallados en este Anexo Técnico, incluyendo los accesorios de equipo médico necesarios para su correcto funcionamiento, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos.

Clave CUCOP 33903-0012 Servicios Integrales

2. Condiciones generales.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

Será responsabilidad del participante adjudicado mantener en óptimas condiciones de funcionalidad las instalaciones, los equipos electromecánicos y los equipos médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, , a través de un adecuado programa de mantenimiento preventivo, que permita conservar la buena imagen y el correcto funcionamiento de los mismos, que incluye la infraestructura (muros, techumbres y plafones), equipos electromecánicos de aire acondicionado, instalación hidráulica sanitaria, instalaciones eléctricas, gases medicinales, sistemas de detección y protección contra incendios, instalación de gas lp, mobiliario médico y administrativo, sistema de intercomunicación enfermo – enfermera, equipo de nutrición y dietética, equipo médico e instrumental quirúrgico, detallados en este Anexo Técnico, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para la correcta prestación del servicio, el participante que resulte adjudicado deberá incluir la mano de obra y herramientas necesarias, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, equipos electromecánicos, equipos médicos e instrumental quirúrgico y mobiliario del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Servicio
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Servicio
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	Servicio
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Servicio

3. Objetivos generales.

El participante que resulte adjudicado prestará el Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo como base los siguientes objetivos:

a) Prestar el Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera eficiente y oportuna conforme a los procedimientos y con apego a los manuales de los fabricantes de los equipos electromecánicos y médicos, a fin de garantizar la conservación de la infraestructura, instalaciones y equipos de todas las áreas del Hospital, para que el Instituto continúe prestando los servicios médicos de manera ininterrumpida a sus derechohabientes de esta demarcación.

b) Realizar el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, equipos médicos, mobiliario, equipo de nutrición e instrumental conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el fabricante y con apego a la normatividad que resulte aplicable, conforme al programa establecido.

c) Evitar la interrupción de los procedimientos del Hospital manteniendo en óptimas condiciones de imagen y funcionamiento las instalaciones, equipos electromecánicos y médico a fin de garantizar que las interrupciones en su caso sean limitadas.

d) Mantener las condiciones de seguridad, confort, imagen y funcionalidad de las instalaciones, equipos electromecánicos y médicos

e) Implementar estrategias con el personal de mantenimiento, que favorezcan la conservación y buen uso de las instalaciones, equipos electromecánicos y médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



4. Alcance del Servicio.

a) El participante que resulte adjudicado deberá proporcionar el personal suficiente debidamente capacitado para la correcta prestación del servicio, incluyendo las herramientas, equipos de medición, equipos de protección, andamios, escaleras, instrumentos para el mantenimiento de los equipos médicos, necesarios para garantizar el servicio.

b) El participante que resulte adjudicado deberá garantizar el buen funcionamiento e imagen de la infraestructura, equipos electromecánicos y equipos médicos, debiendo asegurarse de su remoción, instalación y limpieza, cuando sea necesario, como parte de la prestación de su servicio.

c) El participante que resulte adjudicado deberá garantizar que su personal operativo esté capacitado mediante cursos de capacitación al personal técnico, para la prestación del servicio, procurando su actualización y adiestramiento para realizar los mantenimientos preventivos conforme al plan de trabajo que se establezca con el Instituto.

d) Brindar el mantenimiento preventivo, conforme a las especificaciones del fabricante, de equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina, equipos médicos e instrumental, de los bienes señalados en el Anexo A de este Anexo Técnico.

f) El participante que resulte adjudicado, para la correcta prestación del servicio deberá incluir, mano de obra, materiales, herramienta, acarreos, limpieza, escaleras, andamios y el equipo de protección necesarios conforme al Plan de Trabajo y rutinas que se proporcionan de acuerdo con el manual del fabricante o las que se establezcan con el instituto.

g) El participante adjudicado deberá de garantizar que el personal usuario esté capacitado para el correcto uso de los equipos médicos y electromecánicos mediante cursos de capacitación al personal usuario y técnico inscritos a la Unidad Médica correspondiente.

El servicio integral se deberá realizar en las instalaciones ubicadas en:

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.





4.1 Alcances generales del servicio de mantenimiento preventivo a Equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico y equipo de nutrición:

El servicio preventivo a la infraestructura deberá contemplar lo siguiente:

- Trabajos preliminares protección de áreas, colocación de contención, limpiezas, en caso de ser necesario.
- Mantenimiento a instalaciones eléctricas, tales como: cableados, tuberías, tableros, interruptores, sistemas de tierras, lámparas, arrancadores, sistemas aparta rayos, contactos, variadores, subestación
- Mantenimiento a las instalaciones de gases medicinales, cuadros de válvulas, alarmas, tomas murales, compresor de aire, secadores, protecciones, señalización, iluminación.
- Mantenimiento a las instalaciones de aire acondicionado, unidades de inyección, extracción, minisplits.
- Mantenimiento a las instalaciones hidráulicas, equipos hidroneumáticos, bombas, variadores, sistema de filtración, limpieza de tanques de almacenamiento, calentadores de agua.
- Mantenimiento a instalaciones sanitarias, registros sanitarios.
- Mantenimiento al sistema de detección y protección contra incendios
- Mantenimiento a recubrimientos con actividades de limpieza fina de cerámicos, pisos vinílicos, muros, techumbres, plafones.
- Mantenimiento a impermeabilizaciones, caídas de agua y drenajes.
- Mantenimiento a vidrios, ventanas, canceles, cerrajerías.
- Mantenimiento de sistema de comunicación paciente-enfermera
- Mantenimiento de circuito cerrado de televisión.
- Mantenimiento de jardines y áreas exteriores comunes
- Mantenimiento a mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina.

Estos alcances se realizarán solamente en caso de ser aplicables al área en que se preste el servicio y deberá estar en concordancia con lo establecido en el Anexo A, Equipos Electromecánicos, Infraestructura, Mobiliario Médico, Mobiliario Administrativo y Equipo de Cocina de este Anexo Técnico. Para el registro y revisión de los trabajos de mantenimiento se requiere la presentación del formato del Apéndice E. Dictamen de funcionamiento de equipo y/o instalación y el registro donde se validen las actividades de mantenimiento realizadas por cada servicio descrito en el Apéndice D Orden de Trabajo.

4.2 Alcances generales del servicio de mantenimiento preventivo a equipos médicos e instrumental:

El servicio preventivo a equipo médico e instrumental a los equipos descritos en el Anexo A, deberá contemplar lo siguiente:

- Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.
- Revisión de terminales de cables.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





- Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones.
- Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso.
- Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso.
- Lubricación de componentes, en su caso.
- Verificación de sistemas de paro de emergencia.
- Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico

Estos alcances se realizarán solamente en caso de ser aplicables al equipo que se le preste el servicio y deberá estar en concordancia con lo establecido en el Anexo A Equipo Médico E Instrumental Quirúrgico de este Anexo Técnico.

Las actividades de mantenimiento deberán registrarse y validarse en la Orden de Servicio indicada de conformidad con el formato del Apéndice C por cada uno de los equipos médicos y en el caso de instrumental por cada tipo de Set. Deberá anexar la rutina de mantenimiento ejecutada y bitácora de servicio de cada equipo médico.

4.3 Alcances generales del servicio de mantenimiento correctivo a equipamiento e infraestructura:

Se requiere contar con personal para servicio técnico que brinde respuesta a los avisos sobre el mal funcionamiento de algún equipo médico, electromecánico e infraestructura por parte del personal de "EL INSTITUTO" a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mediante el levantamiento de un reporte, con los medios de contacto que para tal fin establezca "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", con la finalidad de corregir los fallos que deriven del funcionamiento de los equipos de manera inesperada. Esta actividad consistirá en las siguientes subactividades:

a. Recibir el Reporte de falla por parte de "EL INSTITUTO", "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá definir el correo electrónico y números telefónicos de emergencia para la atención de los reportes de falla originados en la infraestructura y equipamiento registrando un ticket o reporte para su seguimiento. Para efectos de la atención de cada reporte de falla en los equipos sujetos al servicio de mantenimiento, el participante que resulte adjudicado deberá presentarse en las instalaciones del Instituto para diagnosticar la falla del equipo reportado en un plazo no mayor a 24 horas. En caso contrario, el Administrador del Contrato deberá aplicar la penalización correspondiente.

b. Diagnóstico de fallas por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mediante una orden de servicio, que deberá especificar los motivos de la falla, así como especificar las piezas, accesorios o refacciones, actualizaciones de software, que sean necesarios reemplazar para su reparación y el tiempo de solución estimado para atender la reparación.

c. Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá sustentar mediante un Dictamen Técnico con la fundamentación clara y detallada de las fallas o desperfectos que lleguen a ocasionarse en la infraestructura y equipamiento cuando sean provocados por impericia, negligencia, mal uso de éstos o vandalismo, desastres naturales, eventos fortuitos o de fuerza mayor,

d. Para la realización de mantenimientos correctivos a los equipos electromecánicos, equipo de nutrición y mobiliario, el prestador del servicio deberá realizar el diagnóstico en la orden de servicio de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3 inciso b, así como una cotización para su reparación la cual debe incluir en su alcance la sustitución mediante el suministro e instalación de los accesorios



y las refacciones que presenten falla y se consideren necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento, el Instituto mediante el responsable de la supervisión del servicio, deberá firmar de conformidad el diagnóstico y aceptación de la reparación de aquellos equipos que, por su estado funcional requieran algún mantenimiento correctivo, para lo cual, en caso de que, el costo de la reparación sea igual o inferior a $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), éste deberá ser prestado sin costo adicional para el Instituto por parte del participante adjudicado, las veces que sea necesario, sin que este supuesto pueda ser mayor a dos eventos por cada equipo, con excepción de los casos dictaminados en el numeral 4.3 inciso c, los cuales no están incluidos en el alcance del mantenimiento correctivo.

e. Para la realización de mantenimientos correctivos a los equipos médicos el prestador del servicio deberá realizar el diagnóstico en la orden de servicio de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3 inciso b, así como una cotización para su reparación la cual debe incluir en su alcance la sustitución mediante el suministro e instalación de los accesorios y las refacciones que presenten falla y se consideren necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento, el Instituto mediante el responsable de la supervisión del servicio, deberá firmar de conformidad el diagnóstico y aceptación de la reparación de aquellos equipos que, por su estado funcional requieran algún mantenimiento correctivo, para lo cual, en caso de que, el costo de la reparación sea igual o inferior a $ 800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m.n.), éste deberá ser prestado sin costo adicional para el Instituto por parte del participante adjudicado, las veces que sea necesario, sin que este supuesto pueda ser mayor a dos eventos por cada equipo, con excepción de los casos dictaminados en el numeral 4.3 inciso c, los cuales no están incluidos en el alcance del mantenimiento correctivo.

4. 4. Programa de mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina, equipos médicos e instrumental deberán describirse en un Programa de mantenimiento calendarizando las actividades el cual deberá presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación, deberá contener el calendario con las actividades programadas indicando el tiempo en días destinado a la ejecución de cada servicio de conformidad con la frecuencia señalada en el Anexo A.

El programa de mantenimiento deberá considerar el total de los servicios descritos en el Anexo A, por cada equipo solicitado en los anexos, así como señalar la fecha de corte de los servicios ejecutados los cuales serán el alcance para validar por parte del Área Técnica y/o Administrador del contrato que validará los servicios del periodo.

En caso de que las actividades de los mantenimientos preventivos no puedan ser realizadas por causas ajenas al participante que resulte adjudicado, estas deberán ser reprogramadas de común acuerdo con la persona que designe para tal fin el Instituto, documentando mediante orden de servicio u oficio donde se indique el motivo y deberá quedar asentado la nueva fecha para realizar el servicio, Asimismo, el participante que resulte adjudicado deberá garantizar que, de manera posterior a la realización del servicio, las instalaciones, áreas y/o equipos a los que se les realizó el mismo, queden en condiciones idóneas para su correcto funcionamiento.



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



De la misma manera, las programaciones de los servicios de mantenimiento deberán ser prestadas de manera que no se interfiera con la prestación de servicios médicos a los derechohabientes del Instituto, por lo cual, tales programaciones deberán ser acordadas con la persona que para tal fin designe el Instituto, quien tendrá la responsabilidad de comunicarlo a las áreas que resulte pertinente.

4.5 Entregables Mensuales

Dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes de la conclusión del periodo mensual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que resulte adjudicado deberá formalizar con el **Instituto** un ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de servicios por cada mes de servicios de este Anexo Técnico, de conformidad con el Apéndice H. Formato de Acta Entrega Recepción en la que se deberán indicar de manera detallada los servicios ejecutados de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado, así como la documentación y evidencia que corresponda a cada caso, lo cual servirá para acreditar la prestación del servicio y el trámite de pago.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO DE SERVICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	SERVICIO	2 MESES	AL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Se divide en 4 partidas para lo cual cada Entregable Mensual deberá ser verificado por cada responsable del servicio del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur ,del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, formalizando en una Acta Entrega Recepción la entera satisfacción por cada periodo la documentación y evidencia correspondiente al periodo de acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado por el responsable de Conservación de la Unidad Médica.

5. Vigencia del servicio

Del día natural siguiente a la Notificación de Adjudicación o Acto de Fallo, hasta el 31 de diciembre de 2025.

6. Lugar de prestación del servicio.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

7. Excepciones del servicio.

No aplica

8. Normas aplicables.

El proveedor que resulte adjudicado deberá cumplir, en lo aplicable, con las siguientes normas:

- NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.
- NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

- NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

B. Métodos de prueba.

No aplica

C. Especificaciones técnicas de bienes no regulados por el cuadro básico.

En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica

D. Modificación a Especificaciones Técnicas respecto a las estipuladas en el Ejercicio Fiscal Anterior.

En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica

E. Cumplimiento de Normas

Norma Oficial Mexicana, Estándares, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Para el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente en el ámbito de servicio integral, el proveedor deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, las cuales aplicarán para las 4 partidas, de acuerdo con lo siguiente:

- NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.



- NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.
- NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

El participante adjudicado deberá presentar documento de certificación vigente de equidad de género de la Norma Mexicana NMX- R- 025-SCFI- 2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación acreditada por la EMA a nombre del Participante, así como el dictamen de auditoría de vigilancia de la norma NMX- R- 025-SCFI- 2015.

F. Suficiencia Presupuestaria.

NO APLICA

Arq. José Antonio Hernández Durán
Titular de la División de Conservación
ÁREA TÉCNICA



2025 Año de La Mujer Indígena

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL, EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENTILADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S/M	S/M	231772376037
2	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-01 UNIDAD CONDENSADORA DE LA UMA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S/M	S/M	23404085YA
3	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-01 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA975A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-02 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA968A
5	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-03 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2330HA1174A
6	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-04 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1147A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
7	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-05 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1032A
8	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-06 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA944A
9	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-07 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1325A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
10	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-08 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2330HA1029A
11	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-09 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA970A
12	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-10 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1206A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
13	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-11 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA936A
14	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-12 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1108A
15	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-13 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1184A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
16	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-14 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1377A
17	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-15 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA953A
18	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-16 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA973A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
19	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-17 (CONDESADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	2328HA1146A
20	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-18 (CONDENSADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	HISENSEN	S/M	LAB2202110
21	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UC-19 (CONDENSADOR)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	HISENSEN	S/M	LAB2308067

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
22	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMA-01 UNIDAD MANEJADORA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	S/M	0707U04239
23	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMCC - 18 MINI SPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	HISENSEN	AUV-36UR5S	LaB2202110
24	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMCC-14 MINI SPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	AAAXQOE000XCP

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
25	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMCC-15 MINI SPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	AAAXQOE0000XCP
26	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMCC-16 MINI SPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1798A
27	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMCC-19 MINI SPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	HISENSEN	AUV-48UWNC	LaB2308067
28	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-01 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1027A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
29	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-02 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1246A
30	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-03 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1618E1000AA	2333HA0010A
31	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-04 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	AAAXQOE0000XCP
32	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-05 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1021A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
33	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-06 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1133A
34	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-07 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1809A
35	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-08 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1618E1000AA	2330HA1029A
36	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-09 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1799A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
37	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-10 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1802A
38	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-11 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1024A
39	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-12 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1130A
40	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-13 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1796A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
41	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UMS-17 (MINI SPLIT)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2329HA1016A
42	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE UP-12	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	S/M	220311020L
43	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-01 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EACI80A3E0A	23184841JA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
44	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-02 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC180A3E0A	23194031JA
45	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-03A UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC180A3E0A	23163263JA
46	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-03B UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC300A3E0A	23113651JA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
47	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-04 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC210A3E0A	23203207JA
48	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-05 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC240A3E0A	22321498JA
49	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-06 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC210AE3E0A	23203209JA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
50	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-07 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC300A3E0A	23113654JA
51	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-08 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC300A3E0A	22483018JA
52	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-10 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC120H3R0A00	22483021JA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
53	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-11 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC300A3E0A	213210345L
54	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-13 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC072H3E0A	233211417L
55	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	UP-9 UNIDAD PAQUETE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC090H3R0A2E0	225013519L

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
56	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-01 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI800A052500	23182153501
57	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-02 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI800A052500	231821533001
58	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-03 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3550	231791710007
59	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-04 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI40000	231791708038
60	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-05 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2800	231787725009

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
61	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-06 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMX315T011200	231820214001
62	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-07 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI31500	231791706039
63	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-07A VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500	231791716013
64	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-08 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI5000	231793889002
65	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-08 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500	231791716012

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
66	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-09 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500	231791716010
67	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-10 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMX2504817500	231821538001
68	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-11 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI6300	231791703028
69	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-12 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMX315T011200	231820214002
70	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-13 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMX355T01200	231821629001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
71	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-14 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI4500	231791701106
72	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-17 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMXI355T01200	231821630001
73	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-18 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5HXB-400	2216200555030
74	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-20 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5HXB-400	221620056047
75	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-21 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5HEP-630	231772376037

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
76	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-CY1 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500	231782091014
77	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-CY2 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMXI355T01200	231821628001
78	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S/M	5CMI4000000000	231791708040
79	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-QR1 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI800A052500	231821537001
80	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VE-QR2 VENTILADOR DE EXTRACCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI31500	2.31792E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
81	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VI-01 VENTILADOR DE INYECCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI50	231793889003
82	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VI-02 VENTILADOR DE INYECCION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI51	231768621091
83	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VIB-02 VENTILADOR DE SOBREPRESIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI800A052500	2.31822E+11
84	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VIB-03 VENTILADOR DE SOBREPRESIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3550	2.31822E+11
85	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VIB-04 VENTILADOR DE SOBREPRESIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI40000	2.31822E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
86	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Aire Acondicionado	VIB-05 VENTILADOR DE SOBREPRESIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2800	2.31822E+11
87	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS DE 60 CELDAS CON INTERRUPTOR PROPIO	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
88	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS DE 60 CELDAS CON INTERRUPTOR PROPIO.	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
89	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	BANCO DE CAPACITORES 260 KVAR AUTOMATICO 10 PASOS, 240 VCA, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA: IICE MEXICO,	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	S/M	S/M	PKV 3105K2303

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
90	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	BANCO DE CAPACITORES 260 KVAR AUTOMATICO 10 PASOS, 240 VCA, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. MARCA: IICE MEXICO,	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	S/M	S/M	PKV 3105K2302
91	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CAJA DE SWITCH 240VAC 3F 5H TABLERO TGE	Mantenimiento preventivo consistente en: Verificar si hay signos de daño físico en la caja del switch, como óxido, deformaciones o grietas. Asegurarse de que la tapa esté bien ajustada y sellada. Inspeccionar el cableado en busca de signos de desgaste, aislamiento dañado o conexiones flojas. Utiliza un paño limpio y un solvente de limpieza para eliminar el polvo y la suciedad de la caja del switch y sus componentes. Asegurarse de que no queden residuos de solvente. Verificación de conexiones: Inspecciona todas las conexiones eléctricas dentro de la caja del switch. Asegúrate de que los cables estén correctamente conectados y que no haya conexiones flojas. Aprieta los tornillos de las terminales si es necesario, pero no los aprietes en exceso. Prueba de continuidad: Utiliza un multímetro para verificar la continuidad de los circuitos y asegurarte de que no haya cortocircuitos ni interrupciones. Prueba de voltaje: Con el circuito energizado (solo si es necesario y con las precauciones adecuadas), utiliza un multímetro para verificar que el voltaje en cada fase sea el correcto (240VAC). Reemplazo de componentes: Si encuentras algún componente dañado o defectuoso, como interruptores, terminales o cableado, reemplázalo por uno nuevo de la misma especificación. Aislamiento: Asegúrate de que todos los cables y conexiones estén correctamente aislados para evitar cortocircuitos y otros problemas. Utiliza cinta aislante para reparar cualquier área donde el aislamiento esté dañado. Verificación final: Después de completar el mantenimiento, verifica nuevamente todas las conexiones y asegúrate de que todo esté en orden. Energiza el circuito y prueba el funcionamiento del switch para asegurarte de que funciona correctamente.	1	Servicio	SQUARE´D	240 VAC	785901491743
92	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA "TAB-BR2" TIPO Q0 16 POLOS 3F.6H 220/127V, 60 HZ	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	2348721472
93	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA QO D2	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QO	3906147C

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
94	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA QO D2	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QO	3906147C
95	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA QO D2	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QO	3906147C
96	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA QO D2	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QO	3906147C
97	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	CENTRO DE CARGA QO D2	Mantenimiento preventivo a centro de carga consistente en inspección visual de todos los componentes del centro de carga, incluyendo los interruptores, cables, conexiones y el gabinete identificar signos de daño, desgaste, sobrecalentamiento o corrosión. Realizar limpieza del polvo y la suciedad del equipo con un paño seco o una aspiradora. verificar que las ranuras de ventilación del gabinete no estén obstruidas para garantizar una correcta disipación del calor. Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento de los interruptores, asegurándote de que abren y cierran correctamente y que no presentan signos de desgaste o sobrecalentamiento, probarlos manualmente subiendo y bajando la palanca varias veces. Apriete de todas las conexiones eléctricas para asegurar un buen contacto y evitar el sobrecalentamiento . Inspección de los cables para detectar posibles daños o desgaste, revisar que estén bien conectados y que no haya cables sueltos. Reapriete de terminales de los interruptores y los cables para asegurar un buen contacto. Limpieza de contactos con un cepillo de alambre fino o lija muy fina en caso de identificar corrosión. Verificación de aislamiento de los cables y los componentes para detectar posibles daños. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QO	3906147C
98	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	EQUIPO DE ENERGIA INITERRUMPIBLE UPS-100 KVA 220/480.	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	LBS	Dp30L-120km-208	F01223018351
99	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	EQUIPO DE ENERGIA INITERRUMPIBLE UPS-100 KVA 277/480.	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	LBS	DP30L-160KM-480	F01234004064

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	GABINETE INTERRUPTOR PRICIPAL CAJA MOLDEADA "ITG-TOM-CEYE" DE 3P-400AMP. 600VCA PARA CAJA MOLDEADA.	Mantenimiento preventivo que incluye: Desenergizar: Asegurar que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el gabinete y el interruptor no presenten daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrar de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpiar el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verificar la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegurar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	S/M	S/M	ND
101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3X150 A.	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR TABLERO DR AUTO CLAVE 01 3X30 AMPERES	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR TABLERO DR AUTO CLAVE 02 3 X30 AMPERES	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-03	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08
106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-04	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08
107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-05	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08
108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-06	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08
109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 10A VE-7A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UC-05	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	0TP125BA3M	IC60947-3
111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UP-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UP-02	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UP-03A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UP-12	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125A UP-3B	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125V UC-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125V UP-13	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25A VE-04	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25A VE-05	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25A VE-07	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25V VE-06	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25V VE-07A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-14	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-07	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	DLW-8D23P-R32
126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-08	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	10046370	DLW-8D23P-R32
127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40V UC-13	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 125V UP-04	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP125BA3M	IC60947-3
129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A UC-03	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A UC-05	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A UC-06	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A UC-07	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A UC-17	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A VE-14	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 16A VI-02	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25A UC- 15	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 25A VE-08	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP16BA3M	IC60947-3
138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V UMA-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-08	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-09	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-CY1	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-CY2	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-QR1	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VE-QR2	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40 V VIB-05	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A I-01	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-04	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-06	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-09	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-10	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A UC-11	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-10	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-11	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-12	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-13	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR ABB 40A VE-UYA	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	OTP32BA3M	IC60947-3
157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD S/PORTA FUSIBLE 3X60	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SCHNEIDER ELECTRIC	DU3221RB	E2
158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD S/PORTA FUSIBLE 3X60	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SCHNEIDER ELECTRIC	DU3221RB	E2
159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X15A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH15A	AL100FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	SACE PR231-P	IEC60947-2
161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL100FA
162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL100FA
163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA
164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH40A	AL50FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH40A	AL100FA
166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	HDA36050	AL100FA
167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EATON	NXM3	IEC/EN60947
168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EATON	NXM3	IEC/EN60947
169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EATON	NXM3	IEC/EN60947

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH50A	AL50FA
171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH50A	AL50FA
172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH100A	AL100FA
179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA
181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA/AL250A
182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA
183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250LM
184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL100FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA
186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA
187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA
188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH125A	AL250KA/AL100FA
189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA
191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA
192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA
193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA
194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH175A	AL250KA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH20A	AL100FA
196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH20A	AL100FA
197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250A
198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250KA
199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250KA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250KA
201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250KA
202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	KH225A	AL250KA
203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL50FA
204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL50FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL50FA
206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	FH30A	AL50FA
207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X350A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH350A	AL400LA
208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA
209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA
211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA
212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	LH400A	AL400LA
213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH40A	AL100FA
214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH40A	AL100FA
216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X500A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	AL900MA	AL900MA
217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X500A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	AL900MA	AL900MA
218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	HDA36051	AL50FA
219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	HDA36050	LUG-AL-150 HD

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	HDA36052	AL100FA
221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	MH600A	AL900MA
222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	MH600A	AL900MA
223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	MH600A	AL900MA
224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	MH600A	AL900MA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	HDA36100	LUG-AL-150HD
226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	FH70A	AL100FA
233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA
234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA
236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA
237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA
238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	MH800A	AL900MA
239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 63 A VE-08	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ABB	10072610	DLW-32D23P-R34

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 63 A VE-QR1	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10072610	DLW-32D23P-R34
241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 40 A VE-CEYE1	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046370	DLW-18D23P-R32
242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 40 A VE-QR2	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046370	DLW-18D23P-R32
243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 63 A VE-09	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10072610	DLW-32D23P-R34
244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	INTERRUPTOR WEG 10V VE-CEYE2	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	WEG	10046367	DLW-7D23P-R08

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	SECCION DERIVADORA QED LOGIC AUTO SOPORTADO SECCION 1 DE TGN-1. 3F.4H 2000 AMPERES MAXIMA.	Mantenimiento preventivo de seccion derivadora que incluye: Inspección Visual: Estructura: Revisar la estructura de la sección derivadora, incluyendo gabinetes, soportes y conexiones mecánicas. Buscar signos de daño, corrosión o desgaste. Aislamiento: Inspeccionar el aislamiento de cables, barras y componentes. Verificar que no haya grietas, fisuras o contaminación. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y en buen estado. Conexiones flojas pueden generar puntos calientes y fallas. Barras y Conductores: Inspeccionar barras y conductores buscando signos de sobrecalentamiento (decoloración), daño o corrosión. Interruptores y Dispositivos de Protección: Revisar el estado de los interruptores, fusibles y otros dispositivos de protección. Verificar su correcta operación y ajuste. Etiquetas y Señalización: Verificar que las etiquetas de identificación y advertencia estén legibles y en su lugar. Limpieza: General: Limpiar el interior y exterior de la sección derivadora con un paño seco y sin pelusa. Utilizar aspiradora o aire comprimido para remover polvo y suciedad. Aislamiento: Limpiar cuidadosamente el aislamiento con un paño humedecido con un limpiador dieléctrico apropiado. Conexiones: Limpiar las conexiones con un cepillo de alambre fino y aplicar un compuesto anticorrosivo si es necesario. Pruebas: Resistencia de Aislamiento: Medir la resistencia de aislamiento de cables, barras y componentes para verificar su integridad. Resistencia de Contacto: Medir la resistencia de contacto de interruptores y conexiones para detectar posibles puntos calientes. Funcionamiento de Dispositivos de Protección: Probar el funcionamiento de interruptores, fusibles y relés de protección. Verificar sus ajustes y tiempos de respuesta. Termografía: Realizar inspección termográfica para detectar puntos calientes o anomalías en las conexiones y componentes. Ajustes y Reemplazos: Conexiones: Reapretar las conexiones eléctricas según el torque especificado por el fabricante. Componentes Desgastados: Reemplazar componentes desgastados o dañados, como interruptores, fusibles, contactos, etc. Ajustes de Protección: Ajustar los parámetros de los dispositivos de protección según las recomendaciones del fabricante y las normas aplicables. Lubricación: Partes Móviles: Lubricar las partes móviles de interruptores y otros mecanismos según las recomendaciones del fabricante. Utilizar lubricantes dieléctricos apropiados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QEDD220X20	S/N
246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	SECCION DERIVADORA QED LOGIC AUTO SOPORTADO SECCION 2 DE TGN-1. 3F.4H 2000 AMPERES MAXIMA.	Mantenimiento preventivo de seccion derivadora que incluye: Inspección Visual: Estructura: Revisar la estructura de la sección derivadora, incluyendo gabinetes, soportes y conexiones mecánicas. Buscar signos de daño, corrosión o desgaste. Aislamiento: Inspeccionar el aislamiento de cables, barras y componentes. Verificar que no haya grietas, fisuras o contaminación. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y en buen estado. Conexiones flojas pueden generar puntos calientes y fallas. Barras y Conductores: Inspeccionar barras y conductores buscando signos de sobrecalentamiento (decoloración), daño o corrosión. Interruptores y Dispositivos de Protección: Revisar el estado de los interruptores, fusibles y otros dispositivos de protección. Verificar su correcta operación y ajuste. Etiquetas y Señalización: Verificar que las etiquetas de identificación y advertencia estén legibles y en su lugar. Limpieza: General: Limpiar el interior y exterior de la sección derivadora con un paño seco y sin pelusa. Utilizar aspiradora o aire comprimido para remover polvo y suciedad. Aislamiento: Limpiar cuidadosamente el aislamiento con un paño humedecido con un limpiador dieléctrico apropiado. Conexiones: Limpiar las conexiones con un cepillo de alambre fino y aplicar un compuesto anticorrosivo si es necesario. Pruebas: Resistencia de Aislamiento: Medir la resistencia de aislamiento de cables, barras y componentes para verificar su integridad. Resistencia de Contacto: Medir la resistencia de contacto de interruptores y conexiones para detectar posibles puntos calientes. Funcionamiento de Dispositivos de Protección: Probar el funcionamiento de interruptores, fusibles y relés de protección. Verificar sus ajustes y tiempos de respuesta. Termografía: Realizar inspección termográfica para detectar puntos calientes o anomalías en las conexiones y componentes. Ajustes y Reemplazos: Conexiones: Reapretar las conexiones eléctricas según el torque especificado por el fabricante. Componentes Desgastados: Reemplazar componentes desgastados o dañados, como interruptores, fusibles, contactos, etc. Ajustes de Protección: Ajustar los parámetros de los dispositivos de protección según las recomendaciones del fabricante y las normas aplicables. Lubricación: Partes Móviles: Lubricar las partes móviles de interruptores y otros mecanismos según las recomendaciones del fabricante. Utilizar lubricantes dieléctricos apropiados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	QEDD220X21	S/N
247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	SUBESTACION RECEPTORA "SERT" EN AIRE DE TENSION	Mantenimiento Preventivo que incluye Inspección Visual: Estructura: Revisar la estructura de la subestación, incluyendo gabinetes, soportes, y conexiones mecánicas. Buscar signos de daño, corrosión o desgaste. Aislamiento: Inspeccionar el aislamiento de cables, barras y componentes. Verificar que no haya grietas, fisuras o contaminación. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y en buen estado. Conexiones flojas pueden generar puntos calientes y fallas. Barras y Conductores: Inspeccionar barras y conductores buscando signos de sobrecalentamiento (decoloración), daño o corrosión. Interruptores y Dispositivos de Protección: Revisar el estado de los interruptores, fusibles y otros dispositivos de protección. Verificar su correcta operación y ajuste. Apartarrayos: Inspeccionar los apartarrayos buscando daños o deterioro. Transformadores de Instrumento: Revisar el estado de los transformadores de corriente y potencial. Ventilación: Asegurar que la ventilación de la subestación sea adecuada y que no haya obstrucciones. Puesta a Tierra: Verificar la integridad del sistema de puesta a tierra. Etiquetas y Señalización: Verificar que las etiquetas de identificación y advertencia estén legibles y en su lugar. Limpieza: General: Limpiar el interior y exterior de la subestación con un paño seco y sin pelusa. Utilizar aspiradora o aire comprimido para remover polvo y suciedad. Aislamiento: Limpiar cuidadosamente el aislamiento con un paño humedecido con un limpiador dieléctrico apropiado. Conexiones: Limpiar las conexiones con un cepillo de alambre fino y aplicar un compuesto anticorrosivo si es necesario. Pruebas: Resistencia de Aislamiento: Medir la resistencia de aislamiento de cables, barras y componentes para verificar su integridad. Resistencia de Contacto: Medir la resistencia de contacto de interruptores y conexiones para detectar posibles puntos calientes. Funcionamiento de Dispositivos de Protección: Probar el funcionamiento de interruptores, fusibles y relés de protección. Verificar sus ajustes y tiempos de respuesta. Termografía: Realizar inspección termográfica para detectar puntos calientes o anomalías en las conexiones y componentes. Pruebas de Tensión Aplicada: Realizar pruebas de tensión aplicada para verificar la integridad del aislamiento. Ajustes y Reemplazos: Conexiones: Reapretar las conexiones eléctricas según el torque especificado por el fabricante. Componentes Desgastados: Reemplazar componentes desgastados o dañados, como interruptores, fusibles, contactos. Ajustes de Protección: Ajustar los parámetros de los dispositivos de protección según las recomendaciones del fabricante y las normas aplicables. Lubricación: Partes Móviles: Lubricar las partes móviles de interruptores y otros mecanismos según las recomendaciones del fabricante. Utilizar lubricantes dieléctricos apropiados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ZETRAK	ZETRAK CLASE 25KV	1536

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO "TAB-OFICINAS-SUBESTACION" TIPO Q0C24US POLOS 220/127V, 60 HZ	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	224212
249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO "TAB-OFICINAS-SUBESTACION" TIPO Q0C24US POLOS 220/127V, 60 HZ	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	224212
250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO “NQ TAB-AA3” TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 5H, 60 HZ, 220V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	CATALOGO NQ430L1C
251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO “NQ TAB-CN1” TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 4H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	CATALOGO NQ442L2C
252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO “TAB-CD-C” TIPO I-LINE, 3F.4H, 60 HZ 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO “TGR” EMERGENCIA TIPO I-LINE 3F.4H, 60 HZ 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO 200 AMP/240V/250V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO 200 AMP/240V/250V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO 200 AMP/240V/250V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO 200 AMP/240V/250V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE AISLAMIENTO DE 7.5 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 220/120 VCA, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: INTERIOR CAT.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	BENDER	XMK07HASP MIPSPA208	2128239221277690
259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE AISLAMIENTO DE 7.5 KVA, MARCA BENDER, RELACION DE TRANSFORMACION 220/120 VCA, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: INTERIOR CAT.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	BENDER	XMK07HASP MIPSPA208	2128238421275560
260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE AISLAMIENTO MARCA POST GLOVER LIFE LINK RELACION DE TRANSFORMACION 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	Post Glover Life Link	S/M	S/N
261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION TAB-GE GENERAL DE EMERGENCIA 3X1600 AMPERES.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MASTERPACT	CATALOGO NW20H1
262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE MACERADORES QOD 416 3F.4H 220/127V 60 HZ CON INTERRUPTOR 3X30A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	QOD416	CATALOGO QOD416
263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE SISTEMA SOLAR INVERSOR 3F/N/PE127/220 VAC.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	GROWATT	MA36KTL3-XL	LUKFD9M002FA
264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA 3F,4H. 220V CON INTERRUPTOR DE 3X 1600A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	ABB	TRP 165	S/N
265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL UPS A 220VCA CON 2 INTERRUPTOR DE 400A (CFE Y UPS)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	LA400SMX	S/N
266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO GENERAL NORMAL-01 TGN-1 CON INTERRUPTOR GENERAL 3X2500 AMPERES, 3F.5H 2207127V 60 HZ.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MASTERPACT	CATALOGO NW25H1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO I-LINE "TAB-S-SN CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X600A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MG600M142B	S/N
268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO I-LINE "TAB-TSGAC-02" TIPO LA400M141B,3F,4H 60HZ, 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	LA4M141B	S/N
269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO I-LINE "TEAC" TIPO I-LINE,3F,4H 60HZ, 220V/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	LA400M141B	S/N
270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO I-LINE "TGA-AA-01" TIPO I-LINE, 3F,4H 60HZ, 220V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	JG250M141B	CATALOGO JG250M141B
271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO I-LINE "TSGAC-1" TIPO I-LINE,3F,4H 60HZ, 220V/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MG600M82B	CATALOGO MG600M82B
272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO ITGE-UPS CON INTERRUPTOR DERIVADO DE 3X350 DE EMERGENCIA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	LA400SMX	S/N
273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO ITGN-UPS CON INTERRUPTOR DERIVADO DE 3X300 AMPERES	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	LA400SMX	S/N
274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-AA-01" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 4H, 60 HZ, 220V. CON INTERRUPTOR DE 3X225A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO NQ442L2C
275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-AN" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-AR" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-BN" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO: NQ430L1C
278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CAL1" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X400A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L4C	CATALOGO NQ442L4C
279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CAL2" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X350A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L4C	CATALOGO NQ442L4C
280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CN" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 4H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X125A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO NQ442L2C
281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CR" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 6H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CR" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 6H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-CR1" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 6H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X70A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-DN" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 4H, 60 HZ, 220/127V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-DR" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 5H, 60 HZ, 220/127V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C
286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-EQ-01" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 4H, 60 HZ, 220V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO NQ430L1C

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-RN" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C 3F, 4H, 60 HZ, 220/127V. CON INTERRUPTOR DE 3X125A.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO: NQ442L2C
288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-RN-02" TIPO NQ 30 POLOS NQ430L1C 3F, 4H, 60 HZ, 220/127V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ430L1C	CATALOGO: NQ430L1C 8475
289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-BR" TIPO NQ 42 POLOS 3F.6H 220/127V, 60 HZ CON INTERRUPTOR DE 3X125 AMPERERS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO: NQ442L2C
290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO NQ "TAB-TGABE"" TIPO NQ 42 POLOS 3F.5H 220/127V, 60 HZ CON INTERRUPTOR DE 3X225 AMPERERS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO: NQ442L2C
291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO OSM	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ418L1C14	23274
292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO QD LOGIC AUTO SOPORTADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1600 AMPERES MICROLOGIC 2.0 TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MASTERPACT	CATALOGO NW16H1
293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO QD LOGIC AUTO SOPORTADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1600 MICROLOGIC 2.0 TABLERO GENERAL DE NORMAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	MASTERPACT	CATALOGO NW16H1
294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO QO "TN" DE 8 POLOS 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N
295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO QO "TN" DE 8 POLOS 220/127V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TAB-AA2" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-225 AMPERES, 3F, 4H, 60HZ, 220V	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO NQ442L2C
297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TAB-TG1/TGE 3F.5H SUBESTACION	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	QOC16US	230931
298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TGAA-01 CEYE CON INTERRUPTOR DE 3X150A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	H150SMX	S/N
299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TGAA-02 CEYE CON INTERRUPTOR DE 3X150A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	H150SMX	S/N
300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TGAA2" TIPO NQ 42 POLOS NQ442L2C CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X70 AMPERES,3F,5H,60 HZ 220V/127V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	NQ442L2C	CATALOGO NQ442L2C
301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TRB "TAB-TAB" TIPO Q0 16 POLOS 3F.5H 220/127V, 60 HZ	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	TRB	2334412713
302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TABLERO TRB "TAB-TNB" TIPO Q0 16 POLOS 3F.5H 220/127V, 60 HZ	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	TRB	2334412718
303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR ELEVADOR TIPO SECO DE 75 KVA 220/480V "TRS-RX".	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	65178	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR ELEVADOR TIPO SECO: TR-150 KVA 220/480V.	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	63514	S/N
305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL DE 750 KVA 23KV, 220/127 VCA, ENFRIADO EN ACEITE, DELTA-ESTRELLA, NUM. DE SERIE 1: 61430, NUM. DE SERIE 2: 61429.	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	52207	61430
306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL DE 750 KVA 23KV, 220/127 VCA, ENFRIADO EN ACEITE, DELTA-ESTRELLA. NUM DE SERIE 1: 61430, NUM. DE SERIE 2: 61429.	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	52206	61429
307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA 220/480V "TRS-E1C".	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	S/M	65175
308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA 220/480V "TRS-E2C".	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	S/M	65177

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA 220/480V "TRS-E3L".	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	S/M	65176
310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BANDA TRANSPORDADORA MOVIL	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	TRM-2.70	148
311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BAÑO MARÍA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	COCIMEX	BA05	S/N
312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BAÑO MARÍA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	COCIMEX	BA06	S/N
313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BAÑO MARÍA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	COCIMEX	BA06	S/N
314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BARRA DE SERVICIO TIPO GABINETE BAÑO MARÍA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	ESGO	BADI	S/N
315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BASCULA 20 kg	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BAR-6	123793921

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BASCULA 60 KG	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BAR-10	BARIO-12630-0027
317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BATIDORA 40LTS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BATI-40X	12422-0013
318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	BATIDORA ELECTRICA DE MESA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RINHO	BATI-7	S/N
319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CAFETERA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	S/M	23HL6022-222
320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CAFETERA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	S/M	23HL6022-223
321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CAMPANA INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CAMPANA INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CAMPANA INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	S/M	S/N
345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	COCEDOR A VAPOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	9860	S/N
346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	CONGELADOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	CON HF15-1F LM GRI	B30JS0E1800QUMBP0052
347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	ESTUFA UNIVERSAL DE 4 QUEMADORES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MAYORA	EM2/2Q	EM2202308002
348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	ESTUFON DOBLE DE GAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	DELTA	S/M	S/N
349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	HORNO DE MICRO ONDAS 1.9 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	GE-PROFILE	PEB160SFSS	ST23051529CMQ0074
350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MICRIWAVE OVEN	ME19R7041FS	8.87276E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	HORNO INDUSTRIAL, A GAS, DE DOS SECCIONES DE FORMA RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CORIAT	HC-35.D	2101102216476 123110773
352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	LAVADORA DE LOZA, A VAPOR, CON SUPERCALENTADOR, CON DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, OPERACION DE DERECHA A IZQUIERDA, PRODUCCION 2400 PLATOS-	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	ASBER	EASY-120ICW (19057113)	8102918950
353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	LAVADORA DE LOZA, A VAPOR, CON SUPERCALENTADOR, CON DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, OPERACION DE IZQUIERDA A DERECHA, PRODUCCION 2400 PLATOS-	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	ASBER	EASY-120DCW (19057112)	8102996392
354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	LICUADORA INDUSTRIAL (LICUADORA GRANDE)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	INTERNACIONAL	LI-12A	L112A-2307090
355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	LICUADORA INDUSTRIAL (LICUADORA GRANDE)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	INTERNACIONAL	LI-12A	L112A-2307087
356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD 60 LITROS (16 GALONES) A VAPOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	M80VV	1681

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD 60 LITROS (16 GALONES) A VAPOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	M80VV	1680
358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 225 LITROS (60 GALONES)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	M250GV	1679
359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	MEZCLADORA VERTICAL	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	HOBART	HCM450	31-1658-904
360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	MOLINO ELECTRICO PARA CARNE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RINHO	MOCA-12	MOCA12124260086
361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	PELADOR DE VERDUDAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MAJIZA	DA10110M60N4	DA40002
362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	PLANCHA FREIDORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	DELTA	2 G TOP	S/N
363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	PROAL-550	S50-12784-440

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REBANADORA PARA CARNES FRIAS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RINHO	SLI-275	12492
365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR CHICO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	TORREY	TVC-19	B78230700734
366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 10 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VR11DBMAD	117231000122
367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46231100875
368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46231000850
369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46231100872
370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46231000856

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46230900809
372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS 36 PIES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD36DBMADR2	G46231100861
373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	SARTEN ELECTRICO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	S120E	120665
374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Cocina	TOMA DE AGUA CALIENTE FRIO 152 LT	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	S/M	Q322355109
375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo de Suavización	BOMBA DE SISTEMA DE FILTRADO DE RED DE USO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	ACE82272601ES	N/A
478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	EQUIPO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KW 3F- 4H ENTRADA 220/127V, MARCA PLANELEC,	Mantenimiento preventivo mayor a Planta de Emergencia se incluye: Revisión del nivel y la calidad del aceite, el combustible y anticongelante. Revisión del estado físico y el funcionamiento de los filtros de aire, aceite y combustible. Revisión del estado y la tensión de las correas del ventilador y del alternador. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles, relés, etc. Revisión del estado y la calibración de los instrumentos de medición y control, como voltímetro, amperímetro, frecuencímetro. Revisión del estado y la limpieza del sistema de escape, incluyendo el silenciador y el catalizador. Revisión del estado y la lubricación de los elementos móviles, como el motor, el alternador, el ventilador. Revisión del estado del precalentador. Prueba de arranque manual y automático del equipo, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de carga. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia, Refacciones incluidas: -Aceite para motor diésel -Anticongelante -Grasa -Líquido Biodegradable -Baterías -Filtros de aceite -Filtros de diésel -Filtro de aire -Bujías -Bornes de zapata Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	PLANELEC	CUMMINS G-DRIVE	80416770
479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD CARTEL LUMINOSO	Mantenimiento preventivo de equipo de llamado paciente enferemera que incluye inspección visual de unidad central verificando que no haya daños físicos, polvo o conexiones sueltas, paneles de llamada revisando el funcionamiento de los botones, terminales de enfermería revisando la pantalla táctil, altavoces y micrófonos: Verificar que no estén obstruidos y que el sonido sea claro. Cables y conexiones: Inspeccionar que no haya cables pelados o conexiones flojas. Limpieza: Unidad central, paneles de llamada y terminales de enfermería: Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos abrasivos. Altavoces y micrófonos: Utilizar un cepillo suave para eliminar el polvo. Pruebas Funcionales: Paneles de llamada: Probar cada botón para verificar que la llamada se genera correctamente. Terminales de enfermería: Asegurarse de que reciben las llamadas y que la comunicación bidireccional funciona. Altavoces y micrófonos: Verificar la calidad del sonido en ambos sentidos. Mantenimiento de Software (si aplica): Unidad central: Actualizar el software a la última versión, si hay actualizaciones disponibles. Terminales de enfermería: Verificar que el software esté actualizado y funcionando correctamente. Revisión de Baterías (si aplica):Unidad central: Si el equipo tiene baterías de respaldo, verificar su estado y reemplazarlas si es necesario.	1	Servicio	ADVANTECNIA	S/M	N/A
496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	GAS LP	TANQUE ESTACIONARIO	Servicio de mantenimiento preventivo a línea de aprovechamiento de gas lo basado en la nom-004-sedg-2004, incluye: aplicación de pintura según el código de colores, pictogramas a tanques estacionarios, flechas sentido de flujo, señalización de válvula de cierre general, remplazo de dos reguladores de baja presión alto consumo aprobados para interiores, remplazo de una manguera especial para gas lo, calibración de equipos de consumo, remplazo de conexiones de toma de llenado por conexiones normadas, reinstalación de regulador con manómetro, prueba de hermeticidad a toda la línea. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	B BRAUN	S/M	HF83672
497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	ALARMA MAESTRA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	S/M	E0222201002

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	COMPRESOR 1	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANEST IWATA	F110P-14-S80	XE3960
499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	COMPRESOR 2	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANEST IWATA	XJ3298	XJ3298
500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	COMPRESOR 3	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANEST IWATA	XF1945	XF1945
501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 1 HOSP. AISLADOS)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0F5C	337002C544
502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 1 HOSP. CIRG. GENERAL)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0FA0	3370021D17

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 1 HOSP. MED. INTERNA)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0ED8	3370023710
504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 2 HOSP. CIRG. GENERAL)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0DFC	337002DD5F
505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 2 HOSP. MED. INTERNA)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0DF8	337002ED83
506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 3 HOSP. CIRG. GENERAL)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0D54	337002499E
507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 3 HOSP. MED. INTERNA)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0E80	33700270F8

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 4 HOSP. CIRG. GENERAL)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0ECC	337002CA87
509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	CONSOLA PRINCIPAL (ESTACION 4 HOSP. MED. INTERNA)	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	GRANDSTREAM	C074ADED0ED4	33700259A7
510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	GASES MEDICINALES	DESECADOR 1	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones visual del equipo, la revisión general que permita establecer criterios en cuanto al ajuste, calibración, reparación o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por uso de acuerdo con las especificaciones del fabricante. La revisión deberá incluir la validación de parámetros y configuraciones para su correcto funcionamiento. Limpieza general de partes internas y externas que proceda de acuerdo con la tecnología del equipo componentes y accesorios, así como con las recomendaciones del fabricante. Lubricación y/o cambio de lubricante, engrasado de las partes que lo requieran de acuerdo a los protocolos de servicio sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuyo tiempo de duración es limitado. Sustitución oportuna de las refacciones a utilizar en el mantenimiento preventivo de acuerdo a manual del fabricante, siempre que se encuentren referidas como parte de las recomendaciones del fabricante en el manual de uso y mantenimiento, o en su defecto, previo suministro del Instituto. Se debe incluir mano de obra, traslado de los equipos al taller en caso necesario y herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	CIC	S/M	SRM-1000-0006
511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	GASES MEDICINALES	DESECADOR 2	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones visual del equipo, la revisión general que permita establecer criterios en cuanto al ajuste, calibración, reparación o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por uso de acuerdo con las especificaciones del fabricante. La revisión deberá incluir la validación de parámetros y configuraciones para su correcto funcionamiento. Limpieza general de partes internas y externas que proceda de acuerdo con la tecnología del equipo componentes y accesorios, así como con las recomendaciones del fabricante. Lubricación y/o cambio de lubricante, engrasado de las partes que lo requieran de acuerdo a los protocolos de servicio sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuyo tiempo de duración es limitado. Sustitución oportuna de las refacciones a utilizar en el mantenimiento preventivo de acuerdo a manual del fabricante, siempre que se encuentren referidas como parte de las recomendaciones del fabricante en el manual de uso y mantenimiento, o en su defecto, previo suministro del Instituto. Se debe incluir mano de obra, traslado de los equipos al taller en caso necesario y herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	CIC	S/M	SRM-1000-0007
512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	MANIFOLD	Mantenimiento preventivo de Manifold de gases medicinales semiautomático. Inspección visual de estado general, Revisión del manómetros, Chequeo de acoplamientos mecánicos y sellado, Cheque de dispensación de gas por medio de probeta manómetro, Revisión señalética, colocación soportes, accesibilidad, estado de etiquetas, verificación de hermeticidad en válvulas internas y externas, picteles y conexiones, revisión de válvulas check de alivio, revisión de sellado en reguladores primario y secundario, revisión de hermeticidad en válvulas solenoides, pruebas de hermeticidad y fugas, limpieza general del equipo.	1	Servicio	ARIGMED	S/M	G062312001
513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	MOTOR 1	Mantenimiento preventivo a motor que incluye inspección visual del estado general, verificando que el motor no presente daños físicos, óxido o fugas. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Verificar el Aislamiento de los cables y el motor esté en buen estado. Ventilación: Asegúrate de que el motor tenga una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento. Limpieza: Exterior: Limpia el motor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del motor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Arranque y funcionamiento: Verifica que el motor arranque y funcione correctamente. Nivel de ruido y vibración: Asegúrate de que el motor no genere ruidos o vibraciones excesivas. Temperatura: Verifica que la temperatura del motor no exceda los límites recomendados. Lubricación: Rodamientos: Si el motor tiene rodamientos que requieren lubricación, asegúrate de que estén lubricados correctamente. Utiliza el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas (como correas, poleas o rodamientos) según sea necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SIEMENS	S/M	Q2-D20T2905GME36

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	MOTOR 2	Mantenimiento preventivo a motor que incluye inspección visual del estado general, verificando que el motor no presente daños físicos, óxido o fugas. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Verificar el Aislamiento de los cables y el motor esté en buen estado. Ventilación: Asegúrate de que el motor tenga una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento. Limpieza: Exterior: Limpia el motor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del motor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Arranque y funcionamiento: Verifica que el motor arranque y funcione correctamente. Nivel de ruido y vibración: Asegúrate de que el motor no genere ruidos o vibraciones excesivas. Temperatura: Verifica que la temperatura del motor no exceda los límites recomendados. Lubricación: Rodamientos: Si el motor tiene rodamientos que requieren lubricación, asegúrate de que estén lubricados correctamente. Utiliza el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas (como correas, poleas o rodamientos) según sea necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SIEMENS	S/M	Q2-D20T2905GME 5
515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Gases Medicinales	MOTOR 3	Mantenimiento preventivo a motor que incluye inspección visual del estado general, verificando que el motor no presente daños físicos, óxido o fugas. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Verificar el Aislamiento de los cables y el motor esté en buen estado. Ventilación: Asegúrate de que el motor tenga una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento. Limpieza: Exterior: Limpia el motor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del motor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Arranque y funcionamiento: Verifica que el motor arranque y funcione correctamente. Nivel de ruido y vibración: Asegúrate de que el motor no genere ruidos o vibraciones excesivas. Temperatura: Verifica que la temperatura del motor no exceda los límites recomendados. Lubricación: Rodamientos: Si el motor tiene rodamientos que requieren lubricación, asegúrate de que estén lubricados correctamente. Utiliza el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas (como correas, poleas o rodamientos) según sea necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SIEMENS	S/M	Q2-C20T2905GME 109
516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	GASES MEDICINALES	TANQUE DE AIRE MEDICINAL	mantenimiento preventivo a tanque de compresores de aire medicinal que inlcuye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar de que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar todas las conexiones en busca de fugas. utilizar un kit de reparación o reemplazar la pieza dañada. Funcionamiento: Asegúrar de que el tanque esté funcionando correctamente y que el aire fluya con la presión adecuada. Mantenimiento: Purgado: Purgar el tanque regularmente para eliminar la humedad y los contaminantes acumulados. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegura que todas las conexiones estén apretadas.	1	Servicio	ARCOSA INDUSTRIES	SA-456	H195866
517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA 1 (SISTEMA FILTRADO)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121910
518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA 1 (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T12184
519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA 2 (SISTEMA FILTRADO)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121913

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA 2 (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121849
521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA 3 (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121848
522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA DE SISTEMA DE RIEGO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMP	GE1.5D500	M1123R121715
523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA H 35-20	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Aguaq pack	FIX05E	54211400289
524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA H 47-20	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Aguaq pack	FIX15E	S/N
525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	BOMBA HP 1	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Aguaq pack	LOTUSS50-5-1127	10G12000388
526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	6522106920

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G042207155
528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300364
529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G0322303036
530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G522106922
531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G042206857
532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303827
533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G522107121
534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	MAXIMUS G-60	S2332COXAN918047

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322304055
536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G182200255
537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300457
538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300462
539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303048
540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300363
541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G042206854
542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300461

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G182200254
544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300366
545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300458
546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G012300287
547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303431
548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303792
549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303434
550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303430

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303432
552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303435
553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303046
554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322304056
555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322304058
556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303047
557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322304054
558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303433

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303049
560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303791
561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303793
562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303794
563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303790
564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	CLASSIC TM SERIE	G322303795
565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CONTROL DE BOMBEO (CISTERNA-TINACO)	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BTC-2B-5HP-220V-3F	FP2317113022
566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CONTROL DE BOMBEO ALTERNADO CARCAMO	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	S/M	FP2329113053

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CONTROL DE BOMBEO-HIDRONEUMATICO (SISTEMA DE FILTRADO)	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BHI-2B-3HP-220V-3F	FP2317113020
568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CONTROL DE BOMBEO-HIDRONEUMATICO (SISTEMA DE PLUVIAL)	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BHI-2B-3HP-220V-3F	FP2315123076
569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	CONTROL DE BOMBEO-HIDRONEUMATICO TRIPLEX (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BHI-3B-5HP-220V-3F	FP2323113025
570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL BOMBAS CARCAMO BOMBEO PLUVIAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	6C-BC-2B-3HP-220V-3F	FP2339113053
571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL BOMBAS CARCAMO SANITARIO 3	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BC-3B-7.5HP-220V-3F	FB2307123067
572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS CARCAMO SANITARIO 1 3F.4H 220V, 60 HZ.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2317113023
573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS POZO DE TORMENTAS 1	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-3HP-220V-3F	FP2329113054
574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS POZO DE TORMENTAS 2	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-3HP-220V-3F	FP2329113056
575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS POZO DE TORMENTAS 2 3F.4H 220V, 60 HZ.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos, Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BCT-2B-3HP-220V-3F	FP2317113021

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE CARBONO ACTIVADO	Mantenimiento preventivo a tanque de carbon activado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Medios filtrantes: Verificar el estado del carbón activado. Asegúrar que no esté compactado o sucio. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegurar que esté dentro del rango recomendado. Calidad del agua: analizar la calidad del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del carbón activado. Mantenimiento: Reemplazo del carbón activado: Reemplaza el carbón activado según las recomendaciones del fabricante o cuando se detecte una disminución en su eficiencia. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ARCOSA INDUSTRIES	SA-455	A101606087
577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE DE RESINA	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	S/M	T703ANC0007
578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO (SISTEMA DE FILTRADO)	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUAPAKPRO	S/M	SIN SERIE
579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUAPAKPRO	S/M	0036
580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUAPAKPRO	S/M	0034

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO (SISTEMA POTABLE)	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUAPAKPRO	S/M	SIN SERIE
582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE SISTEMA DE FILTRADO CARBON ACTIVADO	Mantenimiento preventivo a tanque de carbon activado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Medios filtrantes: Verificar el estado del carbón activado. Asegúrar que no esté compactado o sucio. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegurar que esté dentro del rango recomendado. Calidad del agua: analizar la calidad del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del carbón activado. Mantenimiento: Reemplazo del carbón activado: Reemplaza el carbón activado según las recomendaciones del fabricante o cuando se detecte una disminución en su eficiencia. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-7	2023061821620010
583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE SISTEMA DE FILTRADO CARBON ACTIVADO	Mantenimiento preventivo a tanque de carbon activado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Medios filtrantes: Verificar el estado del carbón activado. Asegúrar que no esté compactado o sucio. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegurar que esté dentro del rango recomendado. Calidad del agua: analizar la calidad del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del carbón activado. Mantenimiento: Reemplazo del carbón activado: Reemplaza el carbón activado según las recomendaciones del fabricante o cuando se detecte una disminución en su eficiencia. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-8	2023061821620010
584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE SISTEMA DE FILTRADO GRAVA	Mantenimiento preventivo a tanque de grava que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Grava: Verificar el estado de la grava. Asegúrar de que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar de que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utiliza un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Calidad del agua: Si es posible, analizar la calidad del agua después del filtrado para verificar la eficiencia del sistema. Mantenimiento: Lavado de la grava: Realizar un lavado de la grava para eliminar la suciedad y los sedimentos acumulados. Reemplazo de la grava: Reemplazar la grava según las recomendaciones del fabricante o cuando se detecte una disminución en su eficiencia. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-9	2023061821620000

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE SISTEMA DE FILTRADO GRAVA	Mantenimiento preventivo a tanque de grava que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Grava: Verificar el estado de la grava. Asegúrar de que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar de que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utiliza un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Calidad del agua: Si es posible, analizar la calidad del agua después del filtrado para verificar la eficiencia del sistema. Mantenimiento: Lavado de la grava: Realizar un lavado de la grava para eliminar la suciedad y los sedimentos acumulados. Reemplazo de la grava: Reemplazar la grava según las recomendaciones del fabricante o cuando se detecte una disminución en su eficiencia. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-10	2023061821620010
586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Hidráulico	TANQUE VERTICAL	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNO TANQUES	S/M	S/N
592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Áreas Verdes	Servicio de jardinería que incluye: Riego de las plantas, en caso de ser necesario fertilización para asegurar un crecimiento saludable. Poda y recorte para mantener las plantas en forma. Control de plagas en jardines. Limpieza de hojas caídas y residuos.	1302.96	Servicio	N/A	N.A.	N/S
593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Áreas Verdes	Servicio de jardinería que incluye: Riego de las plantas, en caso de ser necesario fertilización para asegurar un crecimiento saludable. Poda y recorte para mantener las plantas en forma. Control de plagas en jardines. Limpieza de hojas caídas y residuos.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Canceleria	Mantenimiento preventivo a puertas y ventanas de cancelería que incluye: Limpieza con productos específicos para limpiar aluminio o vidrio, evitando aquellos que sean abrasivos o contengan amoniaco, retirando el polvo y la suciedad con un paño suave y agua tibia con jabón neutro. Enjuague y secado con un paño limpio. Limpieza de los cristales con un limpiador de vidrios. limpieza de los marcos con un paño húmedo y un detergente suave. Lubricación de bisagras y correderas, aplicando un lubricante seco o en aerosol a las bisagras y correderas para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación. Revisión de sellos de las ventanas y puertas para asegurar no permitan fugas de aire o agua. Apriete de los tornillos sueltos para asegurar una fijación adecuada de los componentes, revisión de vidrios rotos ni agrietados, en su caso se debe considerar su reemplazo. Reemplazo de manijas, cerraduras o bisagras en mal estado. Refacciones incluidas: -Líquido para su limpieza -Empaques -Tornillería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Cerraduras o chapas	Mantenimiento preventivo a Chapas de puertas que incluye la limpieza con paño suave, agua tibia y jabón neutro, retirando el polvo y la suciedad acumulada en la chapa y la llave. Evita utilizar productos abrasivos que puedan dañar la superficie. Lubricación con un lubricante específico para cerraduras, como grafito en polvo o un spray lubricante seco, evitar lubricantes a base de aceite, ya que pueden atraer a polvo y suciedad, aplicar una pequeña cantidad de lubricante en la llave y en la cerradura. Uso de la llave varias veces para distribuir el lubricante, revisión de señales de desgaste en la llave o en la cerradura, revisión de juego en la manilla o en la cerradura, revisión de óxido o corrosión, identificación de piezas dañadas o faltantes en caso de ser necesario. Ajustes y reemplazo de llave en caso de ser necesario. Refacciones incluidas: -chapas -Lubricante para chapas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	332	Servicio	N/A	N.A.	N/S
596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Estacionamiento	Mantenimiento Preventivo de estacionamiento que incluye limpieza, barrido y recolección de basura, eliminar hojas, ramas, papeles y otros residuos. Limpieza de drenajes: Evitar obstrucciones que puedan causar encharcamientos, lavado de pisos eliminando manchas de aceite, grasa y otros contaminantes. Revisión de Iluminación, asegurarse de que todas las luces funcionen correctamente. Comprobar que el sistema de drenaje funcione correctamente y no haya obstrucciones. Reparar sistemas de iluminación: Reparar o reemplazar las luminarias dañadas.	1397.04	Servicio	N/A	N.A.	N/S
597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Lámina Multymuro de 1 1/2" cal. 26/26, en muros, Fachada multy-muro con poliuretano de 1 1/2" de espesor y cubiertas, de lámina galvanizada y pintada. Cal 26 en color blanco por ambos lados, acabado poliéster, incluye: suministro, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA PREFABRICADA, MUROS EXTERIORES Y TECHUMBRE	Mantenimiento preventivo de impermeabilización en uniones del sistema de multipanel muro, incluye; mediante una inspección visual se deberá realizar un reforzamiento de sello en uniones para evitar filtraciones y protección del sistema de fijación para evitar corrosión, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Impermeabilización. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	7262.56	Servicio	ISOCINOU	ISOPARETE	N/S
598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Pintura en Muros y Plafones	Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón color blanco, incluye; materiales, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12936	Servicio	N/A	N.A.	N/S
599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Pisos Vinilicos	Mantenimiento preventivo a pisos vinílicos considerando limpieza y aplicación de cera retirando las manchas existentes.	6226.3	Servicio	N/A	N.A.	N/S
600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo a plafón reticular, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1659.2	Servicio	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo de plafón de Tablaroca, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5643	Servicio	N/A	N.A.	N/S
602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Protectores de Camillas	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro y colocación de protección contra camillas de 20cm de ancho, incluye; materiales, mano de obra, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	PUERTAS DE TAMBOR DE MADERA	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	175	Servicio	N/A	N/A	N/A
604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	26	Servicio	N/A	N/A	N/A
605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	PUERTAS EMPLOMADAS	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	6	Servicio	N/A	N/A	N/A
606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	PUERTAS SENCILLAS DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	146	Servicio	N/A	N/A	N/A
607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Reja perimetral y techumbre de estacionamiento	Limpieza, Inspección y reapriete de elementos en reja perimetral, pintura, lubricación de rodamientos según se requiera. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y limpieza del área	504	Servicio	N/A	N.A.	N/S
608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de acero estructural ASTM A36, incluye corte, armado, soldadura, limpieza, aplicación de primer anticorrosivo y pintura de acabado, con equipo especializado y mano de obra calificada. SISTEMA ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR LAS CARGAS Y PROPORCIONARLE ESTABILIDAD AL INMUEBLE	En estructuras metálicas expuestas a la intemperie se deberá considerar la aplicación de pintura esmalte base agua, en su caso primario, en faldón y estructura para equipos de aire acondicionado, incluye limpieza de los elementos, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	255	Servicio	N/A	N.A.	N/S
609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Infraestructura	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 40000L	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	6	Servicio	TECNOTANQUES	TAN401	N/A
610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/D	S/M	S/N
892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BAÑO DE ARTESA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARPETA PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE (LOCKERS)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO CUADRADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	CUBETA DE 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
1842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	OVAL	S/M	S/N
1899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	DIVAN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	EMPLAYADORA DE MESA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	RHINO	EMPA-55	12973-038
1901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	EMPLAYADORA DE MESA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	RHINO	EMPA-55	12933-029
1902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1 M CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 CON CAJONERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1.50 M CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1.50 M CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1.50 M CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 1.50 M CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
1962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
1988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED 40 X 30 CM APROX	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO LARGO 3MTS.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	ESPEJO LARGO 3MTS.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE DE SERVICIO PARA COLOCACIÓN DE CAFETERIAS SECRETARIAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL 1.80 X 1 MTS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA DE PEDAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA DE PEDAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CATO	S/M	S/N
2193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PARA CIRUJANOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PARA CIRUJANOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LAVABO PUSH	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	AXLENT	S/M	S/N
2263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LITERAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LITERAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LITERAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	LITERAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.5MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO CON ALMA DE HERRERIA Y TAPA DE MADERA CUBIERTA EN FORMAICA DE 1.8MTS DE LARGO X .60 MTS DE ANCHO X .90 MTS DE ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON DE 120 CM. CON TABLERO DE CORCHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON DE 120 CM. CON TABLERO DE CORCHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZZARON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	REPISA DE TORNO DE 1.60 X 0.40	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO ALTO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	SILLON EJECUTIVO BAJO VINIL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TANICOS DE ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TARJA DOBLE EMPOTRADA EN MUEBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	TRINITY	S/M	S/N
2680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TARJA DOBLE EMPOTRADA EN MUEBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	TRINITY	S/M	S/N
2681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TARJA DOBLE EMPOTRADA EN MUEBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	TRINITY	S/M	S/N
2682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	TRINITY	S/M	S/N
2683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	TRINITY	S/M	S/N
2684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	ANAQUEL GUARDA MEDICAMENTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	ANAQUEL GUARDA MEDICAMENTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	ANAQUEL GUARDA MEDICAMENTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BANQUETA DE ELEVACION	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	BOTE PARA GASAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/N	S/N
2854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO CAJONERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO CAJONERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO CAJONERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO CAJONERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO CAJONERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA CURACIONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PARA MEDICAMENTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	CARRO PORTA EXPEDIENTES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA CON VERTEDERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA CON VERTEDERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA CON VERTEDERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA CON VERTEDERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 1.80 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA MAYO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PASTEUR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
2999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA PUENTE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA RIÑON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA RIÑON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA RIÑON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	MESA RIÑON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA CUBETA 12 L DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	PORTA VENOCLISIS RODABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	REPISA DE 1,80 CONTRA MURO ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	REPISA DE 1,80 CONTRA MURO ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TARJA CENTRAL CON ESCURRIDOR CON BASE DE 1.50 M DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE .90CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Mobiliario Médico	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
3325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Osmosis Inversa	CONTROL EQUIPO OSMOSIS PANEL	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	HYDRO TECNOLOGIA	S/M	882841
3326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Osmosis Inversa	TANQUE SUAVIZADOR	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	B Braun	PKTN-2162-7	A101590618
3327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Osmosis Inversa	TANQUE TURBIDEX	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	B Braun	S/M	A101606115
3328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA 1 (SISTEMA PLUVIAL)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrífuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121914
3329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA 2 (SISTEMA PLUVIAL)	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrífuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	S/M	S/M	M1123T121915

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQK15-15-1.5-2HP-220V-3F	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQK15-15-1.5-2HP-220V-3F	S/N
3337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	4CFR-73-7.5HP-220V-3F	S/N
3338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N
3339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N
3341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N
3342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N
3343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	CFG-5023- 5HP-220V-3F	S/N
3344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQD10-10-1.1QGF-1.5HP 220V-3F	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQD10-10-1.1QGF-1.5HP 220V-3F	S/N
3346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQD10-10-1.1QGF-1.5HP 220V-3F	S/N
3347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQD10-10-1.1QGF-1.5HP 220V-3F	S/N
3348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&G	WQD10-10-1.1QGF-1.5HP 220V-3F	S/N
3349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	CONTROL DE EMERGENCIA CARCAMO PLUVIAL	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GC GENERAL CONTROL	GC-BC-3B-7.5HP-220V-3F	FB2307123066

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	TANQUE PRECARGADO (SISTEMA PLUVIAL)	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUAPAKPRO	S/M	XLB119-03
3351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	OVA	S/M	S/N
3352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
3400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
3417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1021	S/N
3448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	BOMBA DE COMBUSTION	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PERKINS	GP65795N	782139H
3449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	BOMBA ELECTRICA	Motores eléctricos (Bomba Eléctrica y Jockey) Verificación de operación mediante encendido de prueba Medición de amperaje Medición de voltaje Revisión protecciones eléctricas de bomba Reapriete de terminales Revisión y limpieza de tableros de control de bombeo Revisión de estado de cableado Revisión de puesta a tierra, Medición de temperatura de protecciones y conductores, Verificación de presión y caudal, Revisión de impulsor y cuerpo para evitar atascamientos, Inspección general de motor y rodamientos, Inspección de empaque para detectar fugas o desgaste fisuras o desgaste, Medición y análisis de ruido, Limpieza de bomba, Medición de presión de arranque y paro Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMP	GE1.5D500	M1123R121715
3450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	BOMBA JOCKEY	Motores eléctricos (Bomba Eléctrica y Jockey) Verificación de operación mediante encendido de prueba Medición de amperaje Medición de voltaje Revisión protecciones eléctricas de bomba Reapriete de terminales Revisión y limpieza de tableros de control de bombeo Revisión de estado de cableado Revisión de puesta a tierra, Medición de temperatura de protecciones y conductores, Verificación de presión y caudal, Revisión de impulsor y cuerpo para evitar atascamientos, Inspección general de motor y rodamientos, Inspección de empaque para detectar fugas o desgaste fisuras o desgaste, Medición y análisis de ruido, Limpieza de bomba, Medición de presión de arranque y paro Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMP	YE3-905-2	35S463191021
3451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DETECTOR FOTO ELECTRICO INTELIGENTE	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	E85001-1003 (SIGA-OSHD)	S/N
3663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DISPOSITIVO DETECTOR DE HUMO	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EXTIN-FLAM	ML-FT012-6KG	S/N
3664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DISPOSITIVO DETECTOR DE HUMO	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EXTIN-FLAM	ML-FT012-6KG	S/N
3665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	DISPOSITIVO DETECTOR DE HUMO	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EXTIN-FLAM	ML-FT0126KG	S/N
3666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	ESTACION MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EST	S/M	S/N
3682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO2	S/N
3689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO3	S/N
3690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL CO2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	CO4	S/N
3691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR PORTATIL PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	PQS	S/N
3761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR TIPO K PLATEADO	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	K	S/N
3762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	EXTINTOR TIPO K PLATEADO	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	K	S/N
3763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	FIRE ALARM 3KAM (TABLERO)	Mantenimiento preventivo a tablero de control de alarmas contra incendio inlcuye: inspección visual del Estado general: Verificar que el panel no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Indicadores: Asegúrar que los indicadores luminosos (LEDs) funcionen correctamente y muestren el estado del sistema (normal, alarma, falla, etc.). Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de identificación y diagramas estén legibles. Pruebas funcionales: Alarma: Activar una estación manual o detector de humo para verificar que el panel reciba la señal, active las alarmas audibles y visuales, y muestre la zona o dispositivo activado. Silencio de alarma: Probar la función de silenciar la alarma. Restablecimiento: Verificar que el panel se restablezca correctamente después de una alarma. Baterías: Estado: Verificar el estado de las baterías (si son recargables) o reemplázalas si es necesario. Conexiones: Asegúrate de que los cables de las baterías estén bien conectados. Carga: Verificar que el panel cargue las baterías correctamente. Fuentes de alimentación: Principal: Verificar que el panel reciba alimentación eléctrica correctamente. Respaldo: Asegúrate de que la fuente de alimentación de respaldo (baterías) funcione en caso de fallo de la alimentación principal. Limpieza: Exterior: Limpiar el panel con un paño suave y seco. Interior: Si es necesario, utilizar una aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo del interior del panel.	1	Servicio	EDWARS	S3000	3102357
3764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	FIRE ALARM 3KMU	Mantenimiento preventivo a tablero de control de alarmas contra incendio inlcuye: inspección visual del Estado general: Verificar que el panel no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Indicadores: Asegúrar que los indicadores luminosos (LEDs) funcionen correctamente y muestren el estado del sistema (normal, alarma, falla, etc.). Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de identificación y diagramas estén legibles. Pruebas funcionales: Alarma: Activar una estación manual o detector de humo para verificar que el panel reciba la señal, active las alarmas audibles y visuales, y muestre la zona o dispositivo activado. Silencio de alarma: Probar la función de silenciar la alarma. Restablecimiento: Verificar que el panel se restablezca correctamente después de una alarma. Baterías: Estado: Verificar el estado de las baterías (si son recargables) o reemplázalas si es necesario. Conexiones: Asegúrate de que los cables de las baterías estén bien conectados. Carga: Verificar que el panel cargue las baterías correctamente. Fuentes de alimentación: Principal: Verificar que el panel reciba alimentación eléctrica correctamente. Respaldo: Asegúrate de que la fuente de alimentación de respaldo (baterías) funcione en caso de fallo de la alimentación principal. Limpieza: Exterior: Limpiar el panel con un paño suave y seco. Interior: Si es necesario, utilizar una aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo del interior del panel.	1	Servicio	ULC LISTED	3KMU	3302497
3765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	GRANADA CONTRA INCENDIO	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	INDLEMER	S/M	S/N
3766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	GRANADA CONTRA INCENDIO	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	INDLEMER	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	GRANADA HFS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	IND LEMER	S/M	S/N
3768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	HIDRANTE(MANGUERA, LLAVE, EXTINTOR PQS).	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	S/M	S/M	SIN SERIE
3778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	PANEL ANUNCIADOR DETECCION DE HUMO	Mantenimiento preventivo a panel que incluye: Inspección visual: Estado general: Verificar que el panel no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Indicadores: Asegúrar de que los indicadores luminosos (LEDs) funcionen correctamente y muestren la información adecuada (zona activada, alarma, falla, etc.). Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de identificación y diagramas estén legibles. Pruebas funcionales: Activar alarma: Activar un detector de humo o estación manual para verificar que el panel reciba la señal y muestre la zona o punto activado. Silencio de alarma: Prueba la función de silenciar la alarma, en su caso. Restablecimiento: Verificar que el panel se restablezca correctamente después de una alarma. Limpieza: Exterior: Limpiar el panel con un paño suave y seco. Interior: Si es necesario, utilizar una aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo del interior del panel. Mano de obra,limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARS	S/M	NA
3779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	PSI 1 TANQUES1	Mantenimiento preventivo a tanque que incluye: Inspección visual: Verificar el estado general del tanque, buscando signos de corrosión, abolladuras o fugas. Verificación de presión: medir la presión del tanque para asegurar que se encuentra dentro de los parámetros de funcionamiento. Revisar los componentes: inspeccionar las válvulas, mangueras y conexiones para detectar posibles desgastes o daños. Limpieza: Eliminar residuos y polvo que puedan obstruir o dañar los componentes. Pruebas: realizar pruebas de funcionamiento para verificar que el sistema se activa correctamente. Recargar: En caso de ser necesario, recargar el tanque con el agente extintor y propelente adecuados.	1	Servicio	S/M	S/M	0497TC

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	PSI 2 TANQUES2	Mantenimiento preventivo a tanque que incluye: Inspección visual: Verificar el estado general del tanque, buscando signos de corrosión, abolladuras o fugas. Verificación de presión: medir la presión del tanque para asegurar que se encuentra dentro de los parámetros de funcionamiento. Revisar los componentes: inspeccionar las válvulas, mangueras y conexiones para detectar posibles desgastes o daños. Limpieza: Eliminar residuos y polvo que puedan obstruir o dañar los componentes. Pruebas: realizar pruebas de funcionamiento para verificar que el sistema se activa correctamente. Recargar: En caso de ser necesario, recargar el tanque con el agente extintor y propelente adecuados.	1	Servicio	S/M	S/M	48701D0
3781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	SPCI	PSI 3 TANQUES3	Mantenimiento preventivo a tanque que incluye: Inspección visual: Verificar el estado general del tanque, buscando signos de corrosión, abolladuras o fugas. Verificación de presión: medir la presión del tanque para asegurar que se encuentra dentro de los parámetros de funcionamiento. Revisar los componentes: inspeccionar las válvulas, mangueras y conexiones para detectar posibles desgastes o daños. Limpieza: Eliminar residuos y polvo que puedan obstruir o dañar los componentes. Pruebas: realizar pruebas de funcionamiento para verificar que el sistema se activa correctamente. Recargar: En caso de ser necesario, recargar el tanque con el agente extintor y propelente adecuados.	1	Servicio	S/M	S/M	49122D0
3782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	AGITADOR DE PLAQUETAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Delca	DINC-48	9336 / 23110040
3783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	L4CT82017001
3784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	L4CT82017005
3785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	L4CT82017034
3786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Solaris 2000 S	300592606
3787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33582
3788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33577

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33579
3790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33580
3791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33581
3792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33583
3793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33584
3794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33601
3795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33602
3796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33603

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33608
3798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33639
3799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33640
3800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33641
3801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33600
3802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33645
3803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33610
3804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA C/TRAMPA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350	33646

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BALANZA GRANATARIA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	OHAUS	HARVARD TRIP 1450	OHA24112023 637411091
3806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO CON CIRCULACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ecoshel	SC-15	71223273
3807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	PRO1003053	17041206
3808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	PRO1003053	220844285
3809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	PRO1003053	220844286
3810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	PRO1003053	220844287
3811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	PRO1003053	220844288
3812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600140
3813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600196
3814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600217

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600197
3816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600215
3817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600218
3818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600221
3819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600223
3820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600226
3821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600088
3822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600145
3823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700001
3824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700050
3826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700051
3827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700053
3828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700054
3829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700056
3830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700057
3831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700058
3832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700059
3833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700066
3834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700067

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700068
3836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700069
3837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700071
3838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700072
3839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700076
3840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700077
3841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700079
3842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700080
3843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700083
3844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700085

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700087
3846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700088
3847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700090
3848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700092
3849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700093
3850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700096
3851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700097
3852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700098
3853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700100
3854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700103

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700108
3856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700109
3857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700111
3858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900409700112
3859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600201
3860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600205
3861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600206
3862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600214
3863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600217
3864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600218

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600305
3866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600316
3867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600377
3868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600378
3869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600379
3870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600395
3871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600396
3872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600399
3873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600400
3874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600401

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600402
3876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600403
3877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600404
3878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600405
3879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600425
3880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600426
3881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600427
3882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600436
3883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600438
3884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600439

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600444
3886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600445
3887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600451
3888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600453
3889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600458
3890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600459
3891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600461
3892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600463
3893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600466
3894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600467

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600468
3896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600469
3897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600470
3898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600473
3899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600474
3900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600476
3901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600478
3902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600480
3903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600482
3904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600483

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600484
3906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600485
3907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600488
3908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600489
3909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600490
3910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600491
3911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600492
3912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600493
3913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600494
3914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600495

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600496
3916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600499
3917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600506
3918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600507
3919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600514
3920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900500600534
3921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500275
3922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500277
3923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500278
3924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500279

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500280
3926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500284
3927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500285
3928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500288
3929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA99295	900600500290
3930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMARA FRIA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	OTSA	GCAH-2	1023-339-01-002-002
3931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	152209000013
3932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283 000007
3933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283000003
3934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283000008

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	170096000009
3936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000007
3937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000013
3938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000061
3939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000052
3940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C210 00053
3941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000059
3942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000055
3943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000057
3944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000058

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	C21000060
3946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO321851000 09
3947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO321851 00013
3948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00039
3949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00004
3950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	P0326997 00028
3951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00029
3952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00030
3953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00031
3954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00032

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00033
3956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00034
3957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO326997 00035
3958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00001
3959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00002
3960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00003
3961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00005
3962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00007
3963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00010
3964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00011

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00012
3966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 0014
3967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00015
3968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00016
3969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00017
3970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00027
3971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00036
3972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00038
3973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	PO327851 00039

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zoll	R SERIES	AF19K107131
3975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zoll	R SERIES	AF19K107205
3976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	BENEHEART D6	DZ-04007721
3977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	BENEHEART D6	DZ-04007722
3978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	BENEHEART D6	DZ-04007749
3979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	550164-1	0002680
3980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	550164-1	2681
3981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT22L030

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT22L023
3983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT22L027
3984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT22L029
3985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE 471	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT22L022
3986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE 771	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT21D059
3987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	J-40-12	2575
3988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	J-40-12	2576
3989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	J-40-12	2577
3990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	GRANDSTREAM	CRM-8E	2302535
3991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302536

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302537
3993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302543
3994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-14027414
3995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-14027415
3996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-14027422
3997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-14027817
3998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Steris	AMSCO 600	31152304
3999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Steris	AMSCO 600	31162303
4000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	MST-V	2016640
4001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	901026	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	901026	S/N
4003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200C	S/N
4004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200C	S/N
4005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200C	S/N
4006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	901026	S/N
4007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide de pared	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	MIR	SPIROLAB	A23-OJ.17188
4013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	901026	S/N
4014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	901026	S/N
4015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
4031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	PG260	20230000006727
4033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	PG260	20230000006730
4034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	HORNO ELECTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	FD 56-UL	20230000012518
4035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VAPOR	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	TERRAGENE	IC10-20	33
4036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VAPOR	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	TERRAGENE	IC10-20	34
4037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GREEN SERIES IV	S/N
4044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS 300	S/N
4050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HYLED 760	15-12001719
4051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HYLED 760	15-12001724

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	MELATHERM 10	202210-DTB3272
4053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAVADORA DESCONTAMINADORA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	WD150	2016519
4054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAVADORA DESCONTAMINADORA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	WD290	2017692
4055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LAVADORA ULTRASONICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	ULTRASONIC CLEANER 21L TH-EP	2023018679
4056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LUPAS DE AMPLIFICACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luma Pro	S/M	S/N
4057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	LUPAS DE AMPLIFICACION	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luma Pro	S/M	S/N
4058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH051461P
4059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA BASICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HYBASE 300	M1-2C005829
4060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA BASICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HYBASE 300	M1-2C005832
4061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186001585

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186001588
4063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186001595
4064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004214
4065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004844
4066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004856
4067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004938
4068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004943
4069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004945
4070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	PRIMO STAR 3	3186004952
4071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	UMEC 10	KN-26142640

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN16111839
4073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20020909 9
4074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051723 6
4075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051723 8
4076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051723 9
4077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051724 2
4078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051725 0
4079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051725 1
4080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Salter labs	SALTER AIRE ELITE	KSN20051725 3
4081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	RVACDV-22	1023-332-01-001-001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 20 PIES CUBICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	231000280
4083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	231000280
4084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	231000281
4085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	231000280
4086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Imbera	VR20DBMADR2	F58231001053
4087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS BIOLOGICOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	THERMO SCIENTIFIC	TSX1205PY	1143875501231013
4088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA RED FRÍA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Gemetec	RV-17.6	2108001
4089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA RED FRÍA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Gemetec	RV-17.6	2108005
4090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA RED FRÍA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Gemetec	RV-17.6	2108007
4091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA RED FRÍA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Gemetec	RV-17.6	2108010

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	231001424
4093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	ML903752823 021L02410
4094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WARM TOUCH	SP17090156
4095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WARM TOUCH	SP19030068
4096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WARM TOUCH	SP23030115
4097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WARM TOUCH	SPZ23030118
4098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	S300	S/N
4106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLON TIPO REPOSET	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-8220	9005093 00005
4107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLON TIPO REPOSET	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-8220	9005093 00057
4108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLON TIPO REPOSET	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-8220	9007045 00005
4109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLON TIPO REPOSET	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-8220	9005093 00007
4110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	SILLON TIPO REPOSET	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-8220	9007045 00003
4111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	ULTRACONGELADOR VERTICAL	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	THERMO SCIENTIFIC	TDE30086FA	113095850123 1102

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	WATO EX35	KG-2B011573
4113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	WATO EX35	KG-38014155
4114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	WATO EX35	KG-38014156
4115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS501 X	CAE0007796
4116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS501 X	CAE0007812
4117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB12038494
4118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB12038499
4119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040349
4120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040350
4121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040353

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040355
4123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040357
4124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB13040359
4125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021012433
4126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021042584
4127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052593
4128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052597
4129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052599
4130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052600
4131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052601

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052602
4133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052603
4134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052604
4135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052606
4136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052607
4137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052608
4138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052612
4139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052614
4140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021052616
4141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021252847

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021262862
4143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021262880
4144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Equipo Médico	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Nihon Kohden	NKV550	NKV55021282904
4145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.103.00	S/N
4151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N
4153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N
4154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N
4155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N
4156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	BISTURI QUIRURGICO. MANGO LARGO NO 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.107.00	S/N
4157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N
4181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	IN5130	S/N
4196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.658.10D	S/N
4204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 1 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.01	S/N
4205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 1 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 1 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.01	S/N
4207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 10 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.10	S/N
4208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 10 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.10	S/N
4209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 10 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.10	S/N
4210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 10 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.10	S/N
4211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 11MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.11	S/N
4212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 11MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.11	S/N
4213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 12 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.12	S/N
4214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 12 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.12	S/N
4215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 12 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 12 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.12	S/N
4217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 13 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.13	S/N
4218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 13 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.13	S/N
4219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 13 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.13	S/N
4220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 13 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.13	S/N
4221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 2 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.02	S/N
4222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 2 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.02	S/N
4223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 2 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.02	S/N
4224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 3 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.03	S/N
4225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 3 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.03	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 3 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.03	S/N
4227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 4 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.04	S/N
4228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 4 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.04	S/N
4229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 4 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.04	S/N
4230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 5 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.05	S/N
4231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 5 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.05	S/N
4232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 5 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.05	S/N
4233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 6 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.06	S/N
4234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 6 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.06	S/N
4235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 7 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.07	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 7 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.07	S/N
4237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 7 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.07	S/N
4238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 8 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.08	S/N
4239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 8 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.08	S/N
4240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 8 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.08	S/N
4241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 9 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.09	S/N
4242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 9 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.09	S/N
4243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 9 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.09	S/N
4244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 9 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.150.09	S/N
4245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	20.106.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	20.106.14	S/N
4247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	20.106.14	S/N
4248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	20.106.14	S/N
4249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	06.104.00	S/N
4273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.180.12	S/N
4274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.180.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.180.12	S/N
4276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.180.12	S/N
4277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.170.12	S/N
4293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.150.20	S/N
4337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.19	S/N
4357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.24	S/N
4393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.120.15	S/N
4417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.16	S/N
4441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.168.20	S/N
4449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.13	S/N
4504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	14.111.09	S/N
4580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.251.14	S/N
4616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.14	S/N
4646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.13	S/N
4658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N
4659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N
4661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N
4662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N
4663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.11	S/N
4664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.120.13	S/N
4678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.25	S/N
4688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.14	S/N
4711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N
4712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N
4714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N
4715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N
4716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.102.11	S/N
4717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N
4728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.171.25	S/N
4759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.18	S/N
4778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	16.170.25	S/N
4814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.221.12	S/N
4833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.211.10	S/N
4909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.210.10	S/N
4919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
4999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.241.14	S/N
5050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.240.14	S/N
5051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.240.14	S/N
5052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.240.14	S/N
5053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.240.14	S/N
5054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N
5055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N
5056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N
5058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N
5059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.322.14	S/N
5060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.491.19	S/N
5068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N
5083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.493.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.495.18	S/N
5113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.237.25	S/N
5121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N
5128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.230.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.18	S/N
5145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.471.23	S/N
5153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.479.22	S/N
5160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N
5167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	64.310.29	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.16	S/N
5169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.16	S/N
5170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.16	S/N
5171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.16	S/N
5172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N
5239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.310.18	S/N
5254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.116.25	S/N
5255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.116.25	S/N
5256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.116.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 240 A 250 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	10.116.25	S/N
5258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL DEL NO.4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.04	S/N
5259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL DEL NO.4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.04	S/N
5260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL DEL NO.4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.04	S/N
5261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL DEL NO.4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.04	S/N
5262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE ¼ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.01	S/N
5263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE ¼ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.01	S/N
5264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE ¼ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.01	S/N
5265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE ¼ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE ½ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.02	S/N
5267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE ½ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.02	S/N
5268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE ½ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.02	S/N
5269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE ½ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.02	S/N
5270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE ¾ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.03	S/N
5271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE ¾ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.03	S/N
5272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE ¾ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.03	S/N
5273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE ¾ DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	62.231.03	S/N
5274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.321.20	S/N
5290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.20	S/N
5302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	12.320.18	S/N
5334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N
5335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N
5336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N
5337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N
5338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.164.15	S/N
5340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.144.13	S/N
5341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.144.13	S/N
5342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.144.13	S/N
5343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.144.13	S/N
5344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.14	S/N
5351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.16	S/N
5352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.16	S/N
5353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.16	S/N
5354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.180.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.16	S/N
5370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.20	S/N
5371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.20	S/N
5372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.20	S/N
5374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.24	S/N
5375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.24	S/N
5376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.24	S/N
5377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.184.24	S/N
5378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.26	S/N
5379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.26	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.26	S/N
5381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.26	S/N
5382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	24.324.18	S/N
5390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	ESGO	S/M	S/N
5398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.139.25	S/N
5404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM.X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.764.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM.X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.764.20	S/N
5406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM.X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATE LENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.50	S/N
5422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.170.32	S/N
5430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.183.25	S/N
5431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.183.25	S/N
5432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 50 MM. X 300 A 310 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.187.50	S/N
5433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 50 MM. X 300 A 310 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.187.50	S/N
5434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.187.75	S/N
5435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.187.75	S/N
5436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.102.15	S/N
5444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.150.01	S/N
5457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.150.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.38	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.38	S/N
5468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.152.31	S/N
5470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N
5476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N
5477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N
5478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N
5479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.161.17	S/N
5480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	18.191.40	S/N
5484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.345.11	S/N
5485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.345.11	S/N
5486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.345.11	S/N
5487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.345.11	S/N
5488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.345.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.340.11	S/N
5495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.804.14	S/N
5496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.804.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.804.14	S/N
5498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.161.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.161.17	S/N
5508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.161.17	S/N
5509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.161.17	S/N
5510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.14	S/N
5531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.160.17	S/N
5539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM NELSON RECTA, PUNTAS ROMA, LONGITUD DE 25 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.25	S/N
5540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM NELSON RECTA, PUNTAS ROMA, LONGITUD DE 25 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.25	S/N
5541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM NELSON RECTA, PUNTAS ROMA, LONGITUD DE 25 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.25	S/N
5542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM NELSON RECTA, PUNTAS ROMA, LONGITUD DE 25 CM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.25	S/N
5543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 A 305 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.30	S/N
5544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 A 305 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.30	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.25	S/N
5546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.25	S/N
5547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.25	S/N
5548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.25	S/N
5549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.28	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.28	S/N
5551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.28	S/N
5552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.28	S/N
5553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.15	S/N
5568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.20	S/N
5569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.20	S/N
5571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.285.20	S/N
5572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.281.15	S/N
5576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.23	S/N
5577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.23	S/N
5579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.23	S/N
5580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.20	S/N
5581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.20	S/N
5582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.20	S/N
5583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.284.20	S/N
5584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.15	S/N
5585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.15	S/N
5587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140A 145 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.280.15	S/N
5588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.480.40	S/N
5589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.480.40	S/N
5590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.480.40	S/N
5591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	08.480.40	S/N
5592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.170.30	S/N
5593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.170.30	S/N
5594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.170.30	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.170.30	S/N
5596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.10	S/N
5597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.10	S/N
5598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.10	S/N
5599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.10	S/N
5600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.12	S/N
5601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.12	S/N
5602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.12	S/N
5604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	22.150.16	S/N
5612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 1	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N
5623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX	Instrumental	VASO METALICO: 100 ML.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	88.140.03	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL, EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53LC123C	54CK955080438 2 10170299
2	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC123C	54CK955080438 2 10170304
3	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	40LC123CE	40LC123CE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	540H799810431 1 10170243
5	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	40LC123CE	340F338090121 23 0130771
6	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	42QHGO012	540J4467601342 5 0170190
7	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	340F483810722 14 0130206

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
8	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	38ELC123A-C	54CK955230439 1 50170265
9	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC123C	340F338090121 23 0130711
10	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	42QHG024D8S	540G298790326 0 80130028
11	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	BENELUX	EV1428	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
12	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	EVAPORADOR MINISPLIT (UMS)	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	AURUS	ARU-12A2/OF	
13	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UMA EVAPORADOR 01	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	39MW10C011PWK11XCS	0210U00434
14	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UMA EVAPORADOR 01	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	39MW10C011PWK11XCS	0210U00434

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
15	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UMA EVAPORADOR 02	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	39MW10C011PWK11XCS	0210U00433
16	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UMA EVAPORADOR 02	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	39MW10C011PWK11XCS	0210U00433
17	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	500G603630427210150006

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
18	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	40LC123CE	54CK955080538220170088
19	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	54CK955080338210170140
20	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC123C	540H934050632140170308

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
21	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	42QHG0012	540H934050632 140170455
22	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	54CK955080338 210170281
23	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	42QHE0Z4D85	45CK955230339 160170003

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
24	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	54CK955230739130170114
25	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	38ELC123A-C	54CK955230339160170021
26	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	40LC123CE	54CK955080338 21017014

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
27	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UMS)	Revisión semestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza de contactores con dieléctrico y limpieza de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) f) Cambio de filtros 1 ,2,3 etapa 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, manometros 4.-Revisión del sistema de refrigerante si se requiere : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	53ELC183C	54CK955230339 160170134
28	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA(UMA 01)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TTA18043DAAE 02BS0	23447161TA
29	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA(UMA 01)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TTA18043DAAE 02P	23482644TA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
30	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA(UMA 02)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TTA18043DAAE 02BS0	23482640TA
31	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UNIDAD CONDENSADORA(UMA 02)	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TTA18043DAA0 2BS	23482642TA
32	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-01	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD 300 G3R 0C1CL2	223810132D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
33	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-02	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 120 H3R 0A0000	234311948L
34	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-03	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 180 G3R 0C0000	223310120D
35	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-04	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 180 G3R 0C0000	223310105D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
36	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-05	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 120 H3R 0A0000	234311159L
37	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-06	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 240 G3R0 C005D	230210213D
38	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-07	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD 300 G3R 0C1CL2	223810138D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
39	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-08	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 120 H33 0A0000	234311136L
40	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-10	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 060 G3E 0A0000	232112681L
41	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-11	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	54A7B035PF54AEE	3523U45849

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
42	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-12	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	50A7 30PF54WAEE	3623U45872
43	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-13	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 240 G3R 0C005D	225210031D
44	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-14	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD 300 G3R 0C1CL2	223810134D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
45	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-15	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 300 G3R 0C005D	230210242D
46	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-16	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 120 H3R 0A0000	234310363L
47	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-17	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC 120 H3R 0A0000	234311126L

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
48	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-18	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 180 G3R 0C0000	223310104D
49	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	UP-19	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH 240 G3R0C005D	230210208D
50	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI250T2159UB	2475302
51	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31580140UB	2492993

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
52	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31580140UB	2492994
53	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355A1550UB	2482683
54	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI250B2325UB	2475301
55	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355B1625UB	2482684
56	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI450C1300UB	2486287

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
57	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31591761WM	2486289
58	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI1000F550UB	2485845
59	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31580140UB	2492995
60	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31580140UB	2492996
61	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI3159176IWM	2.41883E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
62	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI31580140UB	2492997
63	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	CLD-10	2.31841E+11
64	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	HXM-200	2.31788E+11
65	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMX3154917501	2492795
66	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMX25081750UB	24188375001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
67	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355B01750I	2482695
68	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI855901625I	2.41868E+11
69	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355B01750I	2482696
70	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	CLD-7	2.31869E+11
71	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	CLDG-10	2411500

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
72	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355901825I	2482693
73	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI355901825I	2482694
74	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CLTG16A0975CM	2472030
75	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CLTG1690925CM	2472029
76	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	CFP-500	2.21618E+12

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
77	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CFP-225	187164
78	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VE-29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI450D1425UB	2.41873E+11
79	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VENTILADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI3559016251	2482692
80	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VI-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CLTG1699000CM	2486992
81	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VI-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CLTG1291475CM	2484942

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
82	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI680E010000	2483410
83	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI560E112500	2480790
84	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI1000H7000	2485844
85	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI1000H67500	2485843
86	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI1000G06250	2485842

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
87	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Aire Acondicionado	VIB-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER&PALAU	5CMI630E97500	2483411
88	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo mayor a Banco De Baterías se incluye: Verificación del nivel de electrolito: Consiste en medir la cantidad y la densidad del líquido que contiene cada batería, y rellenar o reemplazar si es necesario, para evitar que se dañen o pierdan capacidad. Medición de la tensión y la corriente: Consiste en comprobar que los valores de voltaje y amperaje de cada batería y del conjunto sean los adecuados, y ajustar o reparar si hay alguna anomalía. Limpieza y apriete de terminales: Consiste en eliminar el polvo, la suciedad y la corrosión que puedan afectar a la conexión entre las baterías y el sistema eléctrico, y asegurar que los tornillos y las tuercas estén bien ajustados. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Grasa -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	INDUSTRONIC	N.A.	BB-13120-151123025
89	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo mayor a Banco De Baterías se incluye: Verificación del nivel de electrolito: Consiste en medir la cantidad y la densidad del líquido que contiene cada batería, y rellenar o reemplazar si es necesario, para evitar que se dañen o pierdan capacidad. Medición de la tensión y la corriente: Consiste en comprobar que los valores de voltaje y amperaje de cada batería y del conjunto sean los adecuados, y ajustar o reparar si hay alguna anomalía. Limpieza y apriete de terminales: Consiste en eliminar el polvo, la suciedad y la corrosión que puedan afectar a la conexión entre las baterías y el sistema eléctrico, y asegurar que los tornillos y las tuercas estén bien ajustados. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Grasa -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	INDUSTRONIC	N.A.	BB1360-101123033
90	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo mayor a Banco De Baterías se incluye: Verificación del nivel de electrolito: Consiste en medir la cantidad y la densidad del líquido que contiene cada batería, y rellenar o reemplazar si es necesario, para evitar que se dañen o pierdan capacidad. Medición de la tensión y la corriente: Consiste en comprobar que los valores de voltaje y amperaje de cada batería y del conjunto sean los adecuados, y ajustar o reparar si hay alguna anomalía. Limpieza y apriete de terminales: Consiste en eliminar el polvo, la suciedad y la corrosión que puedan afectar a la conexión entre las baterías y el sistema eléctrico, y asegurar que los tornillos y las tuercas estén bien ajustados. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Grasa -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	INDUSTRONIC	N.A.	BB1360-101123034
91	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	BANCO DE CAPACITORES	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	PKV3105L2301

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
92	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	BANCO DE CAPACITORES	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	PKV3105L2302
93	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	Luminarias LED	Suministro e instalación de luminaria panel led tecnolite de 60x60, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
94	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	Luminarias Spot	Suministro e instalación de luminaria spot led tecnolite para empotrar, incluye; materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
95	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	PLANTA DE ENERGIA	Mantenimiento preventivo mayor a Planta de Emergencia se incluye: Revisión del nivel y la calidad del aceite, el combustible y anticongelante. Revisión del estado físico y el funcionamiento de los filtros de aire, aceite y combustible. Revisión del estado y la tensión de las correas del ventilador y del alternador. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles, relés, etc. Revisión del estado y la calibración de los instrumentos de medición y control, como voltímetro, amperímetro, frecuencímetro. Revisión del estado y la limpieza del sistema de escape, incluyendo el silenciador y el catalizador. Revisión del estado y la lubricación de los elementos móviles, como el motor, el alternador, el ventilador. Revisión del estado del precalentador. Prueba de arranque manual y automático del equipo, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de carga. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia, Refacciones incluidas: -Aceite para motor diésel -Anticongelante -Grasa -Líquido Biodegradable -Baterías -Filtros de aceite -Filtros de diésel -Filtro de aire -Bujías -Bornes de zapata Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	PLANELEC	280G5D0616B2000	25476455
96	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	SUBESTACION COMPACTA	Revisión Anual Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia de contactos y cuchillas seccionador 4.- Pruebas mecánicas a seccionador de subestación receptora 5.- Pruebas de disparo de seccionadores simulando percutor de fusible en las 3 fases 6.- Inspección visual y reapretar de conexiones 7.- Prueba de termografía 8.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 9.- Pruebas de resistencia de aislamiento estableciendo índices de absorción y polarización 10.- Pruebas de relación de transformación 11.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 12.- Muestreo de pruebas de aceite análisis físico químico Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales para bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	SUB1555

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
97	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
98	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
99	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO DE CARCAMO PROFESIONAL DUPLEX	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Verificación de los parámetros eléctricos como voltaje y corriente. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	PJ1200M223PA	N/S
108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	JG250M141B	N/S
109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	PJ1200M223PA	N/S
110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I-LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	LA400M81B	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I-LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	LA400M81B	N/S
112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I-LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	LA400M81B	N/S
113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO I-LINE	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	LA400M141B	N/S
114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NF	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NF418L1C	N/S
115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L1C	N/S
119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L2C	N/S
121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L2C	N/S
122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L2C	N/S
126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L2C	N/S
131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ418L1C	N/S
136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ442L4C	N/S
138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ418L1C	N/S
144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TABLERO NQ	Mantenimiento preventivo mayor a Tablero eléctrico que incluye: Revisión del estado físico y el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos, verificando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento mediante termografía. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas, evitando falsos contactos y sobretensiones. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores diferenciales, supresores de picos, relés térmicos. Revisión del estado y la limpieza del gabinete, eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia. Refacciones incluidas: -Liquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARED	NQ430L1C	N/S
145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	66797
146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	63529

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	63516
148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TRANSFORMADOR TRIFASICO	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	64993
149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	TRANSFORMADOR TRIFASICO	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ZETRAK	N.A.	64994
150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	UPS	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	INDUSTRONIC	UPS-IND-HF-1360-M1	1360-M1-101123031
151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	UPS	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	INDUSTRONIC	UPS-IND-HF-13120-M1	13120-151123021
152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Eléctrico	UPS	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	INDUSTRONIC	UPS-IND-HF-1360-M1	1360-M1-101123032

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Banda Transportadora tipo movil de 2.70mts 270CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00346
154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Báscula automática de mesa, capacidad de 12.5 kilos.	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones visual del equipo, la revisión general que permita establecer criterios en cuanto al ajuste, calibración, reparación o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por uso de acuerdo con las especificaciones del fabricante. La revisión deberá incluir la validación de parámetros y configuraciones para su correcto funcionamiento. Limpieza general de partes internas y externas que proceda de acuerdo con la tecnología del equipo componentes y accesorios, así como con las recomendaciones del fabricante. Lubricación y/o cambio de lubricante, engrasado de las partes que lo requieran de acuerdo a los protocolos de servicio sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuyo tiempo de duración es limitado. Sustitución oportuna de las refacciones a utilizar en el mantenimiento preventivo de acuerdo a manual del fabricante, siempre que se encuentren referidas como parte de las recomendaciones del fabricante en el manual de uso y mantenimiento, o en su defecto, previo suministro del Instituto. Se debe incluir mano de obra, traslado de los equipos al taller en caso necesario y herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	Rhino	N.A.	CDN-AF01150
155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Báscula electrónica con capacidad de 50 kg	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	N.A.	CDN-AF01149
156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Batidora eléctrica de mesa, capacidad 5 litros,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	N.A.	CDN-AF03695
157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Batidora eléctrica de piso, capacidad 40 lts.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	N.A.	CDN-AF03698
158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimento a granel color azul pizzarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00602
159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF03657

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF00859
161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF00794
162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF00848
163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF00847
164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Cambro	N.A.	CDN-AF00753
165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador de charolas para alimentos Fabricado en base de perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi. 304. Cal. No. 18 135x60x100CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00396
166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador de charolas para alimentos Fabricado en base de perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi. 304. Cal. No. 18 135x60x100CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00320

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador de ollas Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.16 60X60X90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Migsa	N.A.	CDN-AF01014
168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador de ollas Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.16 60X60X90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Migsa	N.A.	CDN-AF01144
169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Carro transportador de ollas Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.16 60X60X90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00239
170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Cocedor a vapor para alimentos, tres compartimientos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Madipsa	N.A.	CDN-AF01143
171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Emplayadora de mesa para pre-empaque envase a película	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	N.A.	CDN-AF03714
172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Estufa universal de 4 quemadores	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	International	N.A.	N/S
173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Estufón doble de gas,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Delta	N.A.	CDN-AF01741

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Horno de microondas acabado en acero inoxidable, capacidad 1.6 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Horno industrial, a gas, de dos secciones de forma rectangular	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Coriat	HC-35D	CDN-AF03662
176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Licuadora industrial 17 litros	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	International	LI-12A	CDN-AF03669
177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Licuadora industrial, capacidad de 12 litros.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	International	LI-12A	CDN-AF01154
178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Licuadora industrial, capacidad de 12 litros.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	International	LI-12A	N/S
179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Licuadora industrial, capacidad de 12 litros.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	International	LI-12A	N/S
180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Marmita de volteo, capacidad CHICA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Madipsa	M80GV	CDN-AF03668

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Marmita de volteo, capacidad de 225 litros (60 galones) *	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Madipsa	M250GV	N/S
182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa caliente de 160 cms. para gas (4 charolas) cubierta y tina de acero inoxidable en cal. No. 16 acabado pulido cuerpo de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 160X100CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02061
183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa eléctrica caliente móvil (2 charolas) Fabricada en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 con charolas perforadas desmontables de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.20 125x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01965
184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa eléctrica caliente móvil (2 charolas) Fabricada en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 con charolas perforadas desmontables de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.20 125x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02007
185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa fria a hielo movil (3 charolas) fabricada en lamina galvanizada cal. No. 18 con cubierta y tina fabricadas en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 150x70x70CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02043
186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa fria a hielo movil (3 charolas) fabricada en lamina galvanizada cal. No. 18 con cubierta y tina fabricadas en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 150x70x70CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01991

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa fria a hielo movil (3 charolas) fabricada en lamina galvanizada cal. No. 18 con cubierta y tina fabricadas en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 150x70x70CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01992
188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa fría de 160 cm para barra de autoservicio (4 charolas) Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 160X100X90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01993
189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa lisa de 180 cm. para recibo de loza con escurridero izquierdo acabado de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 estructura de perfil tubular redondo fabricado en lamina de acero inoxidable cal. No. 16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01995
190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa lisa de 180 cm. para recibo de loza con escurridero izquierdo acabado de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 estructura de perfil tubular redondo fabricado en lamina de acero inoxidable cal. No. 16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01963
191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa lisa de 180 cm. para recibo de loza con escurridero izquierdo acabado de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 estructura de perfil tubular redondo fabricado en lamina de acero inoxidable cal. No. 16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01996
192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Mesa para tajo de 150cm Fabricada en polietileno de alta dencidad de 25.4 mm. De espesor, estructura fabricada en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04428

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Molino eléctrico para carne, capacidad 9 kilos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	MOCA-12	N/S
194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Plancha freidora industrial, a gas,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Delta	Chamusca	CDN-AF03697
195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Procesador de alimentos.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	PROAL-550	CDN-AF03663
196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Purificador de agua de lámpara ultravioleta	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Migsa	US212W	1ZLZDZ3
197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Rebanadora para carnes frías.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Rhino	SLI-275	B0NZDZ3
198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador tipo doméstico, 7.5 pies cúbicos.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR08	F67231112686
199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 13 pies cúbicos, con puerta de cristal	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR12	FVHZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 2 puertas con capacidad de 36 pies cúbicos con 9 niveles de exhibición	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR35	BB9ZDZ3
201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 2 puertas con capacidad de 36 pies cúbicos con 9 niveles de exhibición	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR35	14ZCSY3
202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 2 puertas con capacidad de 36 pies cúbicos con 9 niveles de exhibición	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR35	4SHZDZ3
203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	CSHZDZ3
204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	7SHZDZ3
205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	FRHZDZ3
206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	BWHZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	3B9ZDZ3
208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 20 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Imbera	VR20	BSHZDZ3
209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo de Cocina	Sartén eléctrico, 116 litros grande	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	Madipsa	S120E	DPHZDZ3
210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR DE PRESENCIA. TARJETA SLAVE	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	19	Servicio	ADVANTECNIA	ACE80080301ES	N/S
211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR DE PRESENCIA. TARJETA SLAVE	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	26	Servicio	ADVANTECNIA	ACE80080301ES	N/S
212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR SOS Y TIRADOR DE ASEO MASTER	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	8	Servicio	ADVANTECNIA	ACE80020207	N/S
213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR SOS Y TIRADOR DE ASEO MASTER	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	26	Servicio	ADVANTECNIA	ACE80020207ES	N/S
214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Esterilizadoras	COMPRESOR DE AIRE	Mantenimiento preventivo a compresor. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes) Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ORANGE PUMPS	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Esterilizadoras	COMPRESOR DE AIRE	Mantenimiento preventivo a compresor. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes) Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ORANGE PUMPS	N.A.	N/S
216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gas LP	TANQUE ESTACIONARIO HORIZONTALES	Servicio de mantenimiento preventivo a línea de aprovechamiento de gas lo basado en la nom-004-sedg-2004, incluye: aplicación de pintura según el código de colores, pictogramas a tanques estacionarios, flechas sentido de flujo, señalización de válvula de cierre general, remplazo de dos reguladores de baja presión alto consumo aprobados para interiores, remplazo de una manguera especial para gas lo, calibración de equipos de consumo, remplazo de conexiones de toma de llenado por conexiones normadas, reinstalación de regulador con manómetro, prueba de hermeticidad a toda la línea. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	TATSA	5000	HF91267
217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S
218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S
219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	2	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S
220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S
221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	7	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	2	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S
223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA DE AREA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGME	N.A.	N/S
224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA MAESTRA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S
225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	ALARMA MAESTRA	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	3	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S
226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	COLUMNAS CIELÍTICAS	Mantenimiento preventivo de torre cieletica, Desarmado General de las Tomas, cambio de empaques de válvula primaria, cambio de check primario (en caso de ser necesario). rearmado de tomas, pruebas de hermeticidad y fugas. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S
227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	COLUMNAS CIELÍTICAS	Mantenimiento preventivo de torre cieletica, Desarmado General de las Tomas, cambio de empaques de válvula primaria, cambio de check primario (en caso de ser necesario). rearmado de tomas, pruebas de hermeticidad y fugas. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S
228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	COLUMNAS CIELÍTICAS	Mantenimiento preventivo de torre cieletica, Desarmado General de las Tomas, cambio de empaques de válvula primaria, cambio de check primario (en caso de ser necesario). rearmado de tomas, pruebas de hermeticidad y fugas. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	COMPRESOR CUADRUPLEX HP TANQUE VERTICAL 240 GAL DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	CCM10	CCM-10-V240-RA
230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03971
231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03947
232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03980
233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03984

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03981
235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF02592
236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04546
237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04545
238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04544

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF01035
240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03117
241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04563
242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF00693
243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04564

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04565
245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04566
246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04567
247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05387
248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05388

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05389
250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05390
251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05391
252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05392
253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05393

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05394
255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05395
256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05396
257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05397
258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05398

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05399
260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05400
261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05401
262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05402
263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05403

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05404
265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05405
266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05406
267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05407
268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05408

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con líquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05409
270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con líquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05410
271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con líquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05411
272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con líquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05412
273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con líquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05413

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05414
275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05415
276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05416
277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05417
278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05418

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05419
280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05420
281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05421
282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05422
283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05423

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05424
285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05425
286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05426
287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05427
288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05428

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05429
290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05430
291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05431
292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05432
293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05433

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05434
295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05435
296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05436
297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05437
298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05438

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05439
300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05440
301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05441
302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05442
303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05443

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05444
305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05445
306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05446
307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05447
308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05448

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05449
310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05450
311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05451
312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05452
313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05453

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05454
315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05455
316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05456
317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05457
318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05458

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05459
320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05460
321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05461
322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05462
323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05463

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05464
325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05465
326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05466
327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05467
328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05468

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05469
330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05470
331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05471
332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05472
333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN/AF05473

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04568
335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03129
336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03126
337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF03127
338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04570

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	CONSOLA DE 3 VIAS	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	CDN-AF04569
340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Gases Medicinales	MANIFOLD SEMIAUTOMATICO	Mantenimiento preventivo de Manifold de gases medicinales semiautomático. Inspección visual de estado general, Revisión del manómetros, Chequeo de acoplamientos mecánicos y sellado, Cheque de dispensación de gas por medio de probeta manómetro, Revisión señalética, colocación soportes, accesibilidad, estado de etiquetas, verificación de hermeticidad en válvulas internas y externas, picteles y conexiones, revisión de válvulas check de alivio, revisión de sellado en reguladores primario y secundario, revisión de hermeticidad en válvulas solenoides, pruebas de hermeticidad y fugas, limpieza general del equipo.	1	Servicio	ARIGMED	N.A.	G062308007
341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303043
342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303464
343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303069
344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303463
345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303828
346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303035

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303980
348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303462
349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303804
350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303992
351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304117
352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304114
353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303988
354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303989

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303041
356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302911
357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303045
358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302909
359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304119
360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304118
361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302913
362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302912

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304116
364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303040
365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304059
366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303044
367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303455
368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303993
369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302910
370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322304115

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322302908
372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	N.A.	G322303042
373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	CALENTADOR DE GAS L.P	Mantenimiento preventivo a Calentador De Almacenamiento cerrar conexión a gas y toma de entrada y salida de agua retiro de tapón o llave de dren hacer la purga de agua y retirar los sedimentos de sarro q se llegaran acumular en el interior, inspección de la válvula de seguridad así como del unitrol, termocople y piloto verificar y realizar las calibraciones y limpieza, cepillar y verificar quemador lavado para retirar residuos de la combustión en caso de existir cambio de piezas encaso de presentar desgaste montaje y realizar pruebas de funcionamiento retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Válvula de alivio -Termostato -Válvula de drenado. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CAL-O-REX	N.A.	S2341COXAN92 7995
374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL,	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones Visuales: Carcasa: Buscar fugas, corrosión o daños físicos. Conexiones: Verificar que estén bien apretadas y sin fugas. Sellos mecánicos: Inspeccionar si hay fugas. Cojinetes: Revisar su estado y lubricación. Acoplamientos: Verificar desalineación o desgaste. Vibraciones: Detectar vibraciones excesivas. Nivel de aceite: En caso de que la bomba tenga un motor eléctrico con lubricación por aceite. Pruebas de Funcionamiento Arranque: Verificar que la bomba arranque sin problemas. Caudal: Medir el caudal de salida para asegurar que sea el adecuado. Presión: Medir la presión de descarga para verificar que cumpla con los requisitos. Temperatura: Medir la temperatura de los cojinetes y del motor. Vibraciones: verificar el nivel de vibraciones. Ruido: Escuchar si hay ruidos extraños. Lubricación: Cojinetes, rodamientos y otros componentes que requieran lubricación. Limpieza Puntos a limpiar: Carcasa exterior. Filtros de succión. Impulsor. Cámara de la bomba. Verificación de Sistemas Auxiliares Sistemas a verificar: Sistema de control. Sistema de protección. Sistema de alimentación eléctrica. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor -Pichancha Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	N.A.	M10231121205
375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL,	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones Visuales: Carcasa: Buscar fugas, corrosión o daños físicos. Conexiones: Verificar que estén bien apretadas y sin fugas. Sellos mecánicos: Inspeccionar si hay fugas. Cojinetes: Revisar su estado y lubricación. Acoplamientos: Verificar desalineación o desgaste. Vibraciones: Detectar vibraciones excesivas. Nivel de aceite: En caso de que la bomba tenga un motor eléctrico con lubricación por aceite. Pruebas de Funcionamiento Arranque: Verificar que la bomba arranque sin problemas. Caudal: Medir el caudal de salida para asegurar que sea el adecuado. Presión: Medir la presión de descarga para verificar que cumpla con los requisitos. Temperatura: Medir la temperatura de los cojinetes y del motor. Vibraciones: verificar el nivel de vibraciones. Ruido: Escuchar si hay ruidos extraños. Lubricación: Cojinetes, rodamientos y otros componentes que requieran lubricación. Limpieza Puntos a limpiar: Carcasa exterior. Filtros de succión. Impulsor. Cámara de la bomba. Verificación de Sistemas Auxiliares Sistemas a verificar: Sistema de control. Sistema de protección. Sistema de alimentación eléctrica. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor -Pichancha Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	N.A.	M1023112120

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL,	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones Visuales: Carcasa: Buscar fugas, corrosión o daños físicos. Conexiones: Verificar que estén bien apretadas y sin fugas. Sellos mecánicos: Inspeccionar si hay fugas. Cojinetes: Revisar su estado y lubricación. Acoplamientos: Verificar desalineación o desgaste. Vibraciones: Detectar vibraciones excesivas. Nivel de aceite: En caso de que la bomba tenga un motor eléctrico con lubricación por aceite. Pruebas de Funcionamiento Arranque: Verificar que la bomba arranque sin problemas. Caudal: Medir el caudal de salida para asegurar que sea el adecuado. Presión: Medir la presión de descarga para verificar que cumpla con los requisitos. Temperatura: Medir la temperatura de los cojinetes y del motor. Vibraciones: verificar el nivel de vibraciones. Ruido: Escuchar si hay ruidos extraños. Lubricación: Cojinetes, rodamientos y otros componentes que requieran lubricación. Limpieza Puntos a limpiar: Carcasa exterior. Filtros de succión. Impulsor. Cámara de la bomba. Verificación de Sistemas Auxiliares Sistemas a verificar: Sistema de control. Sistema de protección. Sistema de alimentación eléctrica. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor -Pichancha Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	N.A.	M09231120822
377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-7	2022121021620001
378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-7	2022121021620020
379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	IUSA	619035	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	IUSA	619035	N/S
381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Áreas Verdes	Servicio de jardinería que incluye: Riego de las plantas, en caso de ser necesario fertilización para asegurar un crecimiento saludable. Poda y recorte para mantener las plantas en forma. Control de plagas en jardines. Limpieza de hojas caídas y residuos.	2160	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Canceleria	Mantenimiento preventivo a puertas y ventanas de cancelería que incluye: Limpieza con productos específicos para limpiar aluminio o vidrio, evitando aquellos que sean abrasivos o contengan amoniaco, retirando el polvo y la suciedad con un paño suave y agua tibia con jabón neutro. Enjuague y secado con un paño limpio. Limpieza de los cristales con un limpiador de vidrios. limpieza de los marcos con un paño húmedo y un detergente suave. Lubricación de bisagras y correderas, aplicando un lubricante seco o en aerosol a las bisagras y correderas para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación. Revisión de sellos de las ventanas y puertas para asegurar no permitan fugas de aire o agua. Apriete de los tornillos sueltos para asegurar una fijación adecuada de los componentes, revisión de vidrios rotos ni agrietados, en su caso se debe considerar su reemplazo. Reemplazo de manijas, cerraduras o bisagras en mal estado. Refacciones incluidas: -Líquido para su limpieza -Empaques -Tornillería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	825.18	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Cerraduras o chapas	Mantenimiento preventivo a Chapas de puertas que incluye la limpieza con paño suave, agua tibia y jabón neutro, retirando el polvo y la suciedad acumulada en la chapa y la llave. Evita utilizar productos abrasivos que puedan dañar la superficie. Lubricación con un lubricante específico para cerraduras, como grafito en polvo o un spray lubricante seco, evitar lubricantes a base de aceite, ya que pueden atraer a polvo y suciedad, aplicar una pequeña cantidad de lubricante en la llave y en la cerradura. Uso de la llave varias veces para distribuir el lubricante, revisión de señales de desgaste en la llave o en la cerradura, revisión de juego en la manilla o en la cerradura, revisión de óxido o corrosión, identificación de piezas dañadas o faltantes en caso de ser necesario. Ajustes y reemplazo de llave en caso de ser necesario. Refacciones incluidas: -chapas -Lubricante para chapas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	187	Servicio (Pza)	N/A	N.A.	N/S
384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Estacionamiento	Mantenimiento Preventivo de estacionamiento que incluye limpieza, barrido y recolección de basura, eliminar hojas, ramas, papeles y otros residuos. Limpieza de drenajes: Evitar obstrucciones que puedan causar encharcamientos, lavado de pisos eliminando manchas de aceite, grasa y otros contaminantes. Revisión de Iluminación, asegurarse de que todas las luces funcionen correctamente. Comprobar que el sistema de drenaje funcione correctamente y no haya obstrucciones. Reparar sistemas de iluminación: Reparar o reemplazar las luminarias dañadas.	7939.19	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Lámina Multymuro de 1 1/2" cal. 26/26, en muros, Fachada multy-muro con poliuretano de 1 1/2" de espesor y cubiertas, de lámina galvanizada y pintada. Cal 26 en color blanco por ambos lados, acabado poliéster, incluye: suministro, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA PREFABRICADA, MUROS EXTERIORES Y TECHUMBRE	Mantenimiento preventivo de impermeabilización en uniones de 7,736.95 m2 del sistema de multipanel muro, incluye; mediante una inspección visual se deberá realizar un reforzamiento de sello en uniones para evitar filtraciones y protección del sistema de fijación para evitar corrosión, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Impermeabilización. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	7736.95	Servicio (m2)	ISOCINOU	ISOPARETE	N/S
386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Pintura en Muros y Plafones	Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón color blanco, incluye; materiales, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13377	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Pisos Vinilicos	Mantenimiento preventivo a pisos vinílicos considerando limpieza y aplicación de cera retirando las manchas existentes.	5176.37	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo a plafón reticular, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2947.18	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo de plafón de Tablaroca, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2188.9	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Protectores de Camillas	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro y colocación de protección contra camillas de 20cm de ancho, incluye; materiales, mano de obra, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	590.6	Servicio (ml)	N/A	N.A.	N/S
391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	6	Servicio	N/A	N/A	N/A
392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	PUERTAS DE TAMBOR DE MADERA	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	220	Servicio	N/A	N/A	N/A
393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	20	Servicio	N/A	N/A	N/A
394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	PUERTAS EMPLOMADAS	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	15	Servicio	N/A	N/A	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	PUERTAS SENCILLAS DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	485.17	Servicio (ml)	N/A	N/A	N/A
396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Reja perimetral y techumbre de acceso	Limpieza, Inspección y reapriete de elementos en reja perimetral, pintura, lubricación de rodamientos según se requiera. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y limpieza del área	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Sistema de elevación	Manteamiento preventivo a sistema de elevación vertical incluye, limpieza de componentes, revisión de sistema eléctrico, sistema de elevación, ajuste y reapriete de elementos, lubricación y reemplazo de piezas de desgaste.	10	Servicio	N/A	N.A.	N/S
398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de acero estructural ASTM A36, incluye corte, armado, soldadura, limpieza, aplicación de primer anticorrosivo y pintura de acabado, con equipo especializado y mano de obra calificada. SISTEMA ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR LAS CARGAS Y PROPORCIONARL E ESTABILIDAD AL INMUEBLE	En estructuras metálicas expuestas a la intemperie se deberá considerar la aplicación de pintura esmalte base agua, en su caso primario, en faldón y estructura para equipos de aire acondicionado, incluye limpieza de los elementos, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3835	Servicio (m2)	N/A	N.A.	N/S
399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	TANQUE ALMACENAMIENT O AGUA 40000L	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNOTANQ UES	TAN401	N/A
400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Infraestructura	VENTANAS	Mantenimiento preventivo para ventanas de canceleria de aluminio que inclye: Limpieza de marcos y vidrio: Preparar la solución: Mezclar agua tibia con jabón neutro o detergente suave. Si hay manchas difíciles, agregar un poco de vinagre blanco al agua. Limpieza: Mojar la esponja o paño en la solución y limpiar los marcos de aluminio, incluyendo los bordes y las juntas. Si hay suciedad difícil, utiliza un cepillo de cerdas suaves. Enjuagar: Enjuagar los marcos con agua limpia para eliminar los restos de jabón. Secar: Secar los marcos con un paño de microfibra seco para evitar manchas de agua. Limpiar el vidrio: Limpiar el vidrio con la misma solución de agua y jabón, o con un limpiacristales específico. Sécar con un paño limpio y seco. Mantenimiento de herrajes: Inspeccionar: Revisar las bisagras, manijas, cerraduras y otros herrajes. Asegúrar de que no haya piezas sueltas o dañadas. Limpiar: Limpiar los herrajes con un paño húmedo y un limpiador multiusos suave. Lubricar (opcional): Si las bisagras o cerraduras están rígidas, puedes aplicar un poco de aceite lubricante específico para metales. Revisión general: Sellador: Inspeccionar el sellador alrededor de la ventana. Asegúrar de que no haya grietas o áreas donde se haya despegado, ya que esto puede causar filtraciones de agua o aire. Drenaje: Verificar que los orificios de drenaje en la parte inferior del marco estén limpios y sin obstrucciones.	340	Servicio (ml)	N/A	N/A	N/A
401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02554

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02550
403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00356
404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04613
405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02553
406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02555
407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02549
408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02552
409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02551
410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02545
411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02557
412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02556

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02548
414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02547
415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00401
416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02558
417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. Fabricada en lamina de acero al carbón rolado cal. No. 20 90x28x60CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02546
418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel de 90 cm. para ollas Fabricada en perfil de acero inoxidable cal. No. 16 90X60X180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00832
419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel de 90 cm. para ollas Fabricada en perfil de acero inoxidable cal. No. 16 90X60X180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00801
420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel de 90 cm. para ollas Fabricada en perfil de acero inoxidable cal. No. 16 90X60X180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00822
421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel de 90 cm. para ollas Fabricada en perfil de acero inoxidable cal. No. 16 90X60X180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00838
422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03442
423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03431

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03465
425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01532
426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01565
427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01543
428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03435
429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03444
430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03445
432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03448
433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01569
434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03419

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03414
436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03415
437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03453
439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03454
440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03425
441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04530
442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03426
443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01255
444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01258
445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01262

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01298
447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01261
448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01305
449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01295
450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03417
451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03428
452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01345
453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01570
454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF0188
455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01581
456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01591

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01540
458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01564
459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01580
460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01538
461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01536
462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03418
463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01558
464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01534
465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01589
466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01566
467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01257

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01572
469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01541
470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01560
471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01590
472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01537
473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01575
474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01576
475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01573
476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01244
477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01561
478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01418

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01287
480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01271
481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01567
482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01289
483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01571
484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01531
485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01242
486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03439
487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03433
488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03422
489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03438

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03420
491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03446
492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03429
493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03427
494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03421
495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03430
496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03432
497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03443
498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00008
499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00009
500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00010

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00011
502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00012
503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00013
504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00014
505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00015
506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00017
507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00018
508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00020
509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00021
510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00022
511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00023

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00024
513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00025
514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00027
515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00028
516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00029
517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00030
518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00031
519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00032
520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00034
521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00036
522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00037

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00039
524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00040
525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00041
526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00042
527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00043
528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00044
529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00045
530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00046
531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00047
532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00048
533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00049

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00050
535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00051
536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00052
537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00053
538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00054
539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00055
540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00057
541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00060
542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00061
543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00062
544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00063

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00064
546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00065
547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00066
548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00068
549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00069
550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00070
551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00071
552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00072
553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00073
554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02900
555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02903

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02904
557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02905
558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02906
559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02907
560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02908
561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02909
562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00026
563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01304
564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01447
565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01297
566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01409

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01294
568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01448
569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01415
570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01273
571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01307
572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01288
573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01301
574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01446
575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01239
576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01407
577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01249

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01291
579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01408
580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01410
581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01417
582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01264
583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01435
584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01272
585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01256
586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01236
587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01414
588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01285

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01235
590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01290
591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01280
592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01306
593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01263
594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01539
595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01248
596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01241
597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01243
598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01563
599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01568

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01574
601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01584
602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01583
603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01578
604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01577
605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01592
606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01593
607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01594
608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01438
609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01268
610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01559

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01260
612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01254
613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01441
614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01443
615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01416
616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01550
617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01533
618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01556
619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01542
620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01530
621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01553

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01551
623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01549
624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01436
625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01296
626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01284
627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01265
628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01266
629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01267
630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01251
631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01250
632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01292

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01253
634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01269
635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01308
636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01252
637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01238
638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01237
639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01433
640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01430
641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01246
642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01309
643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01270

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01552
645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01555
646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01546
647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01293
648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01444
649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01529
650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01450
651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01547
652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01535
653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01557
654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01548

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01554
656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01442
657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01544
658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01562
659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01440
660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01286
661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01277
662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01439
663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01451
664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01411
665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01413

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01302
667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01278
668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01299
669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01279
670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01283
671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01412
672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01300
673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01434
674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01445
675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01431
676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01437

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01432
678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01275
679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01274
680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01282
681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01303
682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01240
683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01281
684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01247
685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01245
686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01276
687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01259

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03417
689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01595
690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01586
691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03423
692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03441
693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01579
694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03434
695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03447
696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03437
697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01598
698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03440

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03428
700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03456
701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03455
702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03452
703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01597
704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03450
705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01599
706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03449
707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03449
708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01596
709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01449

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01585
711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños Fabricada en lamina de acero rolado en frio 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01587
712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto de 5 entrepaños y canastilla Fabricado en lamina galvanizada cal. No. 20 con dobleces en las orillas a 90° 90x45x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03683
713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04727
714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04731
715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04730
716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04729
717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04438
718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04439
719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03255
720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03263

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03264
722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03256
723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03262
724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03254
725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03257
726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03321
727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00333
728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04677
729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04637
730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03258
733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03768
735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04533
736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03259
739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03260
741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04472
742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03261

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04481
744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero de cuatro gavetas Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 22 45X70X135CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00390
745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03265
746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03459
747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03460
748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03458
749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03457
750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03461
751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03462
752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo Fabricado en lamina de acero cal. No. 20 100x40x220CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03464
753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04502

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03291
755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00397
756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00358
757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00240
758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03275
759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03293

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03268
766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03272
767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03277
768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03303
769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03311
770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03283
771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03310
772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01036
773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03273
774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03285
775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03279

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03282
777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03305
778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03276
779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03299
780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03287
781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03286
782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03284
783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03296
784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03306
785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03301
786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03280

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03288
788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03308
789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03274
790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03290
791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03300
792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03269
793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03304
794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	AF03267
795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03266
796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03270
797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03271

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03274
799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03308
800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03309
801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera Estructura de perfil de acero inoxidable Aisi 304 45x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03278
802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03289
803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02155
804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02159
805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02162

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02156
807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02157
808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 3 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 180x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02154
809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02152
810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02167
811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00279
812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00272

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00273
814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00274
815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00275
816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00276
817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00277
818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00278
819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00280

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02170
821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02173
822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02176
823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02168
824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02172
825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02174
826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02166
831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02161
832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02163
833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01705

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02165
835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02154
836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02153
837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02177
838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02178
839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02158
840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02171

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca en tandem para 4 lugares (de aluminio y acero) Fabricado a base de lamina de acero rolado en frio Cal. No. 18 con doble curvatura en los extremos. 236x68x77CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01704
842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01166
844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01823
845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01826
846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01165
847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04444
848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01834
849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01831
850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01169
851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01832

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01833
853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04443
854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01830
855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01820
856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01162
857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01818
858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01836
859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01822
860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01161
861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01829
862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01828

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01164
864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01158
865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01835
866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01167
867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01827
868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01819
869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01821
870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01825
871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01170
872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01171
873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01163

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01159
875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01824
876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banca vestidor para baños Fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 120x30x45CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01168
877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banco Alto Fabricado en perfil tubular de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 35x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01000
878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banco Alto Fabricado en perfil tubular de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 35x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04151
879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banco Alto Fabricado en perfil tubular de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 35x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Banco Alto Fabricado en perfil tubular de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 18 35x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01057
881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00345

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03541
883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03540

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00323
885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02536

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02541
887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 150x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02533

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02524
891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04538

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00322
893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02534

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02535
895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermeria con doble altura de 2.44 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de acero forros perimetrales con formaica y cubierta en corean con cajonera de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte con forros de MDF de 12 mm. Con formaica esterior e interior 244x60x105CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02539
896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02523

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02529
898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03549
899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02144

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02143
902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02142
903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04654
904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01024

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04542
906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 180x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04537
907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01029
908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01002
911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03326

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03327
918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04550

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04561
922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01033

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04728
930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04442
931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02594
932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02602

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04562
934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 100mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta de formaica Fabricada en acero al carbon acabado en esmalte color gris cubierta de MDF de 18 mm. Con laminado en formaica. 100x60x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de medicos de 2.44mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corean Mesa de herreria fabricada con ecero al carbon acabado en esmalte con cubierta solida en material corean color blanco. 244x60x70CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de 240lts de RPBI Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 74x61x94CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04717
948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04185
949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02605
950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04414
951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03617
952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04411
953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04047
954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04050

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04065
956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04071
957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04426
958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04195
959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01046
960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03674
963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03162

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03166
967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03187
968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03155
969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03202
970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02658
971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00601
972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02641
973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00605
981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02599
982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02593
983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02600
984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02595
985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03636
986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01147

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00317
996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00315
997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00603
998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00305

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00319
1000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00386
1001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02984
1002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02953
1003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02952
1004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02985
1005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02929
1006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02992
1007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02970
1008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02955
1009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02997

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02987
1011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00314
1012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00318
1013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00395
1014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03010
1015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02973
1016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02914
1017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af02979
1018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02936

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02924
1022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02939
1023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02976
1024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02961
1025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02999
1026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02990
1027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02991
1028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02941
1029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02983
1030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02958
1031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02977

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02993
1033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00386
1034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00972
1035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03008
1036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02972
1037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02945
1038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02971
1039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02931
1040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02940
1041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03000
1042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03003

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02994
1044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02998
1045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02911
1046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02959
1047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de campana Fabricado en lamina de acero al carbon rolado en frio cal. No. 2 41x29x64CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02932
1048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04133
1049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02978
1050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02951
1051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03002
1052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02949

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02988
1054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02950
1055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02956
1056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02982
1057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02933
1058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02967
1059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02960
1060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02946
1061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02954

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02963
1063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03007
1064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03006
1065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02926
1066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02986
1067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02968
1068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02981
1069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02989
1070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02921

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02980
1072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02925
1073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02962
1074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02928
1075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02930
1076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03011
1077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02936
1078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02934
1079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03009
1081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02924
1082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02947
1083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02966
1084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00603
1085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02974
1086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02996
1087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02965
1088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02922

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02969
1090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02948
1091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02935
1092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02913
1093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00305
1094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02918
1095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02916
1096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03012
1097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02915

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02923
1099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02917
1100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00319
1101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01337
1102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01332
1103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF01347
1104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF01346
1105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01374
1106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01360

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01370
1108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01332
1109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00344
1110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03534
1111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03535
1112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03536
1113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01359
1114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01358
1115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01338

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01326
1117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote de RPBI con pedal de 20lts de polipropileno Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 33.5x32.7x42.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01327
1118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01350
1119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01333
1120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01336
1121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01337
1122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01330
1123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01389
1124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01387
1125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01388
1126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01361

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01365
1128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote grande rpbi de 132lts Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 48x61x97CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01329
1129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04044
1130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04052
1131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04062
1132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04086
1133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04113
1134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04118
1135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03364
1136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04196
1137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01053

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01600
1139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00308
1141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03159
1142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03172
1143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03175
1144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03186
1145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03156
1146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03203
1147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03224
1148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02650

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02631
1150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02681
1151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04144
1152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02678
1153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02638
1154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01328
1155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01383
1156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01323
1157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01384
1158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01352
1159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01353

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03125
1161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01377
1162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01368
1163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01380
1164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01344
1165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01345
1166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01367
1167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Bote sanitario con pedal Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 20 25x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01335
1168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01334
1169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01379
1170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01355

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01354
1172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01376
1173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01381
1174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01369
1175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01419
1176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01370
1177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01378
1178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01360
1179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01374
1180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01363
1181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01385

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01331
1184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01340
1185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01351
1186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01348
1187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01366
1188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01343
1189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01341
1190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01371
1191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	AF01370
1192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01349

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01347
1194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01386
1195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01395
1197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01402
1198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01392
1199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01396
1200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01393
1203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01397

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01394
1205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01398
1206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01401
1207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01729
1208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01728
1209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00415
1210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00300
1211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00416
1212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01727
1213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04665
1214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04651

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04669
1216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04643
1217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04649
1218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04671
1219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04655
1220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF03641
1221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF03635
1222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03636
1223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03638
1224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03640
1225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03642

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03637
1227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03634
1228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03639
1229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03627
1238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03633
1239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03629
1240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03631
1241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03630
1242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03626
1243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03628
1244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03632
1245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04139
1246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04149
1247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00417
1249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04003
1250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04667
1251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04673
1252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04670
1253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04644
1254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04657
1255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04227
1256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04221
1257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Buró Fabricado en acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 35x35x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N.A.	N.A.	1
1264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03181
1265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	68	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03225
1266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedintes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	19	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03177
1267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carretilla porta bultos (diablito) Fabricado en perfil tubular de acero al carbono rolado en frio con diametro de 19 mm. 45x35x150CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carretilla porta bultos (diablito) Fabricado en perfil tubular de acero al carbono rolado en frio con diametro de 19 mm. 45x35x150CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carretilla porta bultos (diablito) Fabricado en perfil tubular de acero al carbono rolado en frio con diametro de 19 mm. 45x35x150CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carretilla porta bultos (diablito) Fabricado en perfil tubular de acero al carbono rolado en frio con diametro de 19 mm. 45x35x150CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04418
1271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04515
1272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04513
1273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04504
1274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04522
1275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04038
1276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04049

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04056
1278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04074
1279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04083
1280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04092
1281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04101
1282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04126
1283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04128
1284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04129

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04140
1286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro de aseo en forma de tijera estructura de tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 16 con bolsa de lona plastificada 57x65x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04156
1287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro para charolas en autoservicio Fabricado en perfil tubular de lamina de acero inoxidabel Aisi 304. Cal. No. 18 80x50x92CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04160
1288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro para charolas en autoservicio Fabricado en perfil tubular de lamina de acero inoxidabel Aisi 304. Cal. No. 18 80x50x92CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04164
1289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado Fabricado en barra de acero con acabado zincado, ruedas giratorias, con repisa inferio y canastilla grande. 76x54x93.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado Fabricado en barra de acero con acabado zincado, ruedas giratorias, con repisa inferio y canastilla grande. 76x54x93.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado Fabricado en barra de acero con acabado zincado, ruedas giratorias, con repisa inferio y canastilla grande. 76x54x93.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04237
1292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro Termo Fabricado 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01729
1293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro Termo Fabricado 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04621

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro termo porta charolas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Bonne	N.A.	N/S
1295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro termo porta charolas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Bonne	N.A.	N/S
1296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro termo porta charolas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Bonne	N.A.	N/S
1297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro termo porta charolas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Bonne	N.A.	CDN-AF00853
1298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Carro transportador de ropa humeda estructura tubular de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 18 65x65x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04166
1299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04557
1300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01656
1301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04521
1302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00979
1303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01028
1304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04620

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01649
1306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02505
1307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02507
1308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02456
1309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02430
1310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02431
1311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02455
1312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02475
1313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02472
1314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02464
1315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02465

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02473
1317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02451
1318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02481
1319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02493
1320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02498
1321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02485
1322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02497
1323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02490
1324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02480
1325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02478
1326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02477

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02476
1328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02496
1329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02494
1330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02469
1331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02454
1332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02457
1333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02439
1334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02432
1335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02450
1336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02489
1337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02504

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02443
1339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02442
1340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02508
1341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02488
1342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02453
1343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02516
1344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02483
1345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02452
1346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02441
1347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02427
1348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02502

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02509
1350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02514
1351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02511
1352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02512
1353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02501
1354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02492
1355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02491
1356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02466
1357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02436
1358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02435
1359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02474

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02438
1361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02437
1362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02510
1363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02428
1364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02429
1365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02482
1366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02486
1367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00995
1368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00994
1369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02440
1370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02495

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02426
1372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02446
1373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02448
1374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02445
1375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02484
1376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02444
1377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02487
1378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02460
1379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02471
1380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02499
1381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02449

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02479
1383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02506
1384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02515
1385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02461
1386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02459
1387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02468
1388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02470
1389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02433
1390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02467
1391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02463
1392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02513

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02447
1394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02434
1395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02458
1396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02462
1397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02503
1398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02500
1399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01746
1400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01745
1401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01753
1402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01754
1403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01751

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01750
1405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01752
1406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01758
1407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01748
1408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01747
1409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01749
1410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01759
1411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01764
1412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01763
1413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01766
1414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01767

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01769
1416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01765
1417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01768
1418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01762
1419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01760
1420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01755
1421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01757
1422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01756
1423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01761
1424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04262
1425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04313

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01798
1427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04285
1428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04263
1429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04301
1430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04284
1431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04270
1432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04306
1433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04272
1434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04305
1435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04277
1436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04298

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04269
1438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01817
1439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01812
1440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04275
1441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04338
1442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04320
1443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04321
1444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04264
1445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04283
1446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04329
1447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04282

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01816
1449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04311
1450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04324
1451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01784
1452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04291
1453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04304
1454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04271
1455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04276
1456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04307
1457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04300
1458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01806

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01800
1460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01802
1461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01801
1462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01781
1463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01771
1464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01814
1465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01778
1466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01805
1467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01810
1468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01815
1469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04267

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04274
1471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04318
1472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01807
1473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01804
1474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01786
1475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04309
1476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01796
1477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01799
1478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04340
1479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01811
1480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01813

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04317
1482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01782
1483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01780
1484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04323
1485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04303
1486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01797
1487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01809
1488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01803
1489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01808
1490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01773
1491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04315

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01772
1493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04242
1494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04251
1495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04250
1496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04243
1497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01744
1498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04246
1499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01745
1500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04253
1501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01774
1502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01775

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01777
1504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01793
1505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01795
1506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04249
1507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01791
1508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01794
1509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01792
1510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01783
1511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03475
1513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03474

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03476
1515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03479
1516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03478
1517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03477
1518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03482
1519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03483
1520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03484
1521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03481
1522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03480
1523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03488
1524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03485

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03486
1526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03487
1527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03490
1528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03489
1529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04022
1530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	5
1531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
1533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	3
1534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	14
1535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
1537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01927
1538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00266
1539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02697
1540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00265
1541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01719
1542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00378
1543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00379
1544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01714
1545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01715
1546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01717

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02103
1548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01721
1549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01723
1550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04492
1551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01716
1553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01724
1554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00377
1555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04456
1556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01725
1557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00809
1559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00839
1560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03313
1561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02421
1562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00392
1563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00376
1564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00306
1565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	74467
1566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03314
1567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03315
1568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02425

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04517
1570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04519
1571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04520
1572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
1573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04399
1574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04512
1575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04509
1576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	74463
1577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03316
1578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03318
1579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02419

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02423
1581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03312
1582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02416
1583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02418
1584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02424
1585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02420
1586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02422
1587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03317
1588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02417
1589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04658
1590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04212

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04416
1592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04401
1593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04503
1594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02902
1605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00263
1606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04208
1608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04417
1609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04507
1610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04040
1611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04057
1612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04110

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04137
1614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04383
1615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04381
1616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04352
1617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04396
1618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04413
1619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04462
1620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04463
1621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04266
1622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04332
1623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04297

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04245
1625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Casillero doble (lockers) Fabricado en lamina de acero cal. No. 22 con portacandado 35x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles Fabricado en aluminio de 3 mm. De espesor. 30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
1999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Colgador para utensilios de cocina estructura fabricada en solera de acero inoxidable Aisi. 304 de 3.1 mm. De espesor 90x25x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	#REF!
2000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de basura municipal VIC-240HD Fabricado en poliluretano de alta dencidad con llantas de caucho. 58x73x108CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02606
2014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03613
2015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03620
2016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03603

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04033
2018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04055
2019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04059
2020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04068
2021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04080
2022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04091
2023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04094
2024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04114
2025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04119
2026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04130
2027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04425

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01044
2029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01043
2030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02105
2032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
2034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03386
2037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03160
2038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03171

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03183
2040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03170
2041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03209
2042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01850
2043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02653
2044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Contenedor de punzo cortantes 4L	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04735
2046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04429
2047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04432

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04423
2049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04625
2053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04675

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04647
2055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04534
2057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00254
2064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Credenza de 120 cm. Con bases metalicas Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 con cobierta de trabajo en madera (MDF) de 3 cm. De espesor 120x47x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04469
2065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04619
2108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02315
2109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02405
2110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02382

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02207
2112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02390
2113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02390
2114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02390
2115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02185
2116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02388
2117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02345
2118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02181
2119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02336
2120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02367
2121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02413

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02194
2123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02216
2124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02192
2125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02339
2126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02199
2127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02243
2128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02179
2129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02254
2130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02249
2131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02260
2132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02261

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02248
2134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02210
2135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02363
2136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02374
2137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02262
2138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02213
2139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02263
2140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02250
2141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02191
2142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02251
2143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02208

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02273
2145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02269
2146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02203
2147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02381
2148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02190
2149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02397
2150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00336
2151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02308
2152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00366
2153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00332
2154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00324

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00329
2156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00337
2157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00360
2158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00328
2159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02290
2160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02334
2161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02415
2162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02361
2163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02348
2164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02408
2165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02410

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02362
2167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02406
2168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02364
2169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02356
2170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00600
2171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02385
2172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02358
2173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02359
2174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02407
2175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02360
2176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02180

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02394
2178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido de linea en fabricado en material plastico ABS SAN Y PP 20.5X13X10CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02396
2190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02255
2192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02306
2193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02380
2194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02366
2195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02258
2196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02257
2197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02232
2198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02267

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02237
2200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02183
2201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02386
2202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02331
2203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02230
2204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02224
2205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02221
2206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02220
2207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02219
2208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02229
2209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02379

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02231
2211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02238
2212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02233
2213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02234
2214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02236
2215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02205
2216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02365
2217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02201
2218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02395
2219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02240
2220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02239

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02244
2222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02225
2223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02392
2224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02241
2225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02270
2226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02218
2227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02228
2228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02226
2229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04490
2230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02384
2231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02200

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02188
2233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00327
2234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02355
2235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02264
2236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02187
2237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02387
2238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02309
2239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02328
2240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02275
2241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02182
2242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02343

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02344
2244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02357
2245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02349
2246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02372
2247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02371
2248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02277
2249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02332
2250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02320
2251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02400
2252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02401
2253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02329

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02403
2255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02215
2256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02353
2257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02389
2258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02271
2259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02352
2260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02342
2261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02211
2262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02414
2263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02198
2264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02399

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02347
2266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02377
2267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02274
2268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario de linea en polipropileno 25x11.3x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02319
2269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02335
2270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02338
2271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02412
2272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02227
2273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02245
2274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02256
2275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02284

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02317
2277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02222
2278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02268
2279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02278
2280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02312
2281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02302
2282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02311
2283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02324
2284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02333
2285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02321
2286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02297

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02313
2288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02294
2289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02322
2290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02303
2291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02299
2292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02296
2293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02301
2294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02323
2295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02295
2296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02310
2297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02292

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02288
2299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02992
2300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00330
2301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02209
2302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02304
2303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02300
2304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02217
2305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02398
2306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02246
2307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02266
2308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02247

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02197
2310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02196
2311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02341
2312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02281
2313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02318
2314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00340
2315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00338
2316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00339
2317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00342
2318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02195
2319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00331

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02285
2321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02282
2322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02184
2323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02409
2324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02272
2325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02337
2326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02411
2327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02354
2328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02186
2329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02368
2330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02369

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02214
2332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02351
2333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02259
2334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02391
2335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02316
2336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00325
2337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02289
2338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02235
2339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02223
2340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02212
2341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02252

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02938
2343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02276
2344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02912
2345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02253
2346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02412
2347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02284
2348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02992
2349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02287
2350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02305
2359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02326
2360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02346
2361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04629
2362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AE04000

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04010
2376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04011
2377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04012
2378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04013
2379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04666
2380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04653
2381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04668
2382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04642
2383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04650
2384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04672
2385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04656

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04228
2387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04226
2388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04165
2389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04166
2390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04180
2391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04183
2392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04207
2393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04205
2394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel de linea en polipropileno 26x12.5x34CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04210
2395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Enfriador y calentador de agua	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Imbera	N.A.	N/S
2412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04415
2416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04398

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04516
2418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera de 3 peldaños Con plataforma antiderrapante y refuerzos anteriores y posteriores con tacones en las cuatro patas. 42x45x62CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04514
2419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04508
2420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04037
2421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04046
2422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04066

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04076
2424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04085
2425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04099
2426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04103
2427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04127

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01404
2429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01406
2430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04162
2431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03999
2432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04735
2434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04429
2435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04432
2436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04423
2437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04625
2441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04675
2442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04647

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04534
2445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00254
2452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04469

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01609
2454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00407
2455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00302
2456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00405
2457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01617

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01625
2459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01622
2460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF01619
2461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF01620
2462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01614

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01616
2464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01607
2465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01610
2466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01608
2467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01612

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01618
2469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01613
2470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01615
2471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01606
2472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01604

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01603
2474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01611
2475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01605
2476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af01602
2477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01627

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01632
2479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01630
2480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01623
2481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01628
2482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01621

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01624
2484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01633
2485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01626
2486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01629
2487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x150x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01631

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00411
2489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01601
2490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00797
2491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.00mts con cajonera Cubierta en lamina de acero Cal. No. 18 acabado superior de laminado plastico mate de 1.2 mm. 100x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Escritorio sencillo de 1.50mts con cajonera Base y soporteria vertical de lamina de acero cal. No. 14 superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion. 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared 40 x 30 cm aprox Con perfil en aluminio en color blanco 40x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 40X120CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 60X180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 2.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 60X280CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 2.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 60X280CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 2.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 60X280CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 2.80mts de largo Con perfil en aluminio en color blanco 60X400CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	espejo de pared de .50 x 150cm Con perfil en aluminio en color blanco 50x150CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Estacion de Carga Fabricada en madera con mensulas metalicas 1.50 x 0.40 x .90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete para alimentos Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 130x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 20 90x50x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03533
2679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared Fabricado en laton cromado 4.3x2.9CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Gondola para ropa sucia de 400lts fabricada en polietileno de alta dencidad con ruedas giratorias. 110x67x83CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera de pedal sencilla Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con pedales de aliacion en aluminio. 50x40x120CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera de pedal sencilla Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con pedales de aliacion en aluminio. 50x40x120CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera de pedal sencilla Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con pedales de aliacion en aluminio. 50x40x120CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera de pedal sencilla Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con pedales de aliacion en aluminio. 50x40x120CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF03643
2815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03017
2816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03018
2817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af03026
2818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af03025
2819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04366
2821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera Fabricadas en laton cromado. 11x8x5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04350
2822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04356

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04361
2824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04357
2825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04364
2826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01101
2827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01099
2828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01100
2829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
2830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04679
2834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00249
2836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00248
2837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01933
2838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01937
2839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01931
2840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01696

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00282
2842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00284
2843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00283
2844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02064
2845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00285
2846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02052
2847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02001
2848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02047
2849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02041

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01998
2851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02002
2852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02000
2853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01684
2854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01686
2855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01685
2856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02032
2857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01697
2858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01999

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01687
2860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01688
2861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af02031
2862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af02030
2863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo (ovalin) pedestal de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 con llave de cuello de ganzo y llave de pedal 40x40x85CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja derecha 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja derecha 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja derecha 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja derecha 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja derecha 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja izquierdo 120cm | 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02012

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja izquierdo 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01975
2877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja izquierdo 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02038
2878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja izquierdo 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01969
2879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabo pasteur con tarja izquierdo 120cm con cubierta en lamina de acero cal. No. 18, estructura de perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 120x42x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02036
2880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavabos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
2881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavado doble para cirujanos Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con llaves de censor de presencia a bateria. 150x60x40CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02035
2882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavado doble para cirujanos Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con llaves de censor de presencia a bateria. 150x60x40CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01967
2883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavado doble para cirujanos Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con llaves de censor de presencia a bateria. 150x60x40CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01966

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Lavado sencillo para cirujanos Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 18 con llaves de censor de presencia a bateria. 80x60x40CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02005
2885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01981
2886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02011
2887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01986
2888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02058
2889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02051
2890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Literas metálicas a base de perfil redondo de 60 mm. De diametro. Fabricado en lamina de acero al carbon rolado Cal. No.18 200x100x160CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02014

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01977
2892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01976
2893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02057
2894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02013

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02033
2896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02015
2897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta 180cm con doble fregadero central y cajones cubierta de acero inoxidable Esttructura fabricada en perfil tubular de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 Cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02034
2898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta con fregadero y trampa para yesos de 1.80 mts de acero inoxidable Fabricada en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 18 con estructura fabricada en acero al carbono frio Cal. No. 18 180x70x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01973
2899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa alta con fregadero y trampa para yesos de 1.80 mts de acero inoxidable Fabricada en lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 18 con estructura fabricada en acero al carbono frio Cal. No. 18 180x70x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02050

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa con cubierta de laminado plastico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04043
2901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa con cubierta de laminado plastico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04117
2902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de 180 cm con respaldo y doble fregadero central Fabricada en perfil tubular de lamina de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02029
2903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de 180 cm con respaldo y doble fregadero central Fabricada en perfil tubular de lamina de acero rolado en frio cal. No. 18 con cubierta en lamina de acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No.16 180x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02056
2904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de 210 cm con respaldo y doble fregadero izquierdo Fabricada de tubular redondo de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 210x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02004
2905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de 230 cm con respaldo y doble fregadero central para ollas Fabricada en perfil tubular redondo de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 230x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02023
2906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de 300 cm con doble fregadero central Fabricada en perfil tubular redondo de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No. 16 300X70X90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02042
2907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de centro cubierta de fibra de madera MDF de 2 cm. De espesor acabado laminado de plastico de alta presion o chapa de madera. 60x60x40cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01970

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo para taller de 185 con tablero fabricada con angulo de acero al carbono rolado de 50 mm. Con cubierta de madera de pino de primera calidad de 38 mm. De espesor. 185x75x90	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01964
2909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa oval para juntas 10 lugares con bases metalicas con cubierta fabricada en madera de MDF de 31 mm. De espesor con recubrimiento en chapa de madera con columnas verticales y bases de apoyo fabricadas en lamina de acero CR cal. No. 14 350x120x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01989
2910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02024
2911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02026
2912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01988

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02009
2914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01968
2915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02065
2916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02040
2917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04427

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para comedor base de cuatro puntas fabricada en aluminio solido de aliacion de 18 micras de espesor con cubierta de MDF. De 30 mm. De espesor con terminado en lamina de acero inoxidable cal. No. 20 80x80x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04424
2919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa para usus multiples de 150 fabricada en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor con patas fabricadas en lamina de acero al carbono rolado en frio doblada en forma de canal tipo U cal. No.20 150x75x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04440
2920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04433
2921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04436
2922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04606
2926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04605
2927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa redonda de madera para 4 personas Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm. De espesor con base cilindrica de las mismas caracteristicas de la cubierta de MDF. 120x75cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04603
2928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa rígida de madera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Esgo	Mes 331	N/S
2929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Mesa rígida de madera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Esgo	Mes 331	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Módulo de orientación y atención Estructura tubular cuadrado de acero rolado en frio cal. No. 20 230X200x240CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04601
2931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Módulo de orientación y atención Estructura tubular cuadrado de acero rolado en frio cal. No. 20 230X200x240CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04643
2932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00005
2933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00281
2934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04674
2935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04678
2936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04641
2937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04646
2938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04543
2940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02104

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04552
2942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04551
2943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	TLH-AF04053
2944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01032
2948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04726
2949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Organizador de filas (4 juegos de 6 postes) poste y base metalica y sinta retractil 40x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04725
2950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 120 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Pizarron magnetico de pared de 150 cm. fabricado en perfil de aluminio con 3 mm. De espesor con tablero de MDF de 6 mm. De espesor 150x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00256
2968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Porta rotafolio con pizarron 80x60x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00821
2969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Porta rotafolio con pizarron tablero fabricado en lamina de acero al carbono frio y tablero giratorio fabricado en aluminio con marco estructural abatible plegable 80x60x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04535
2970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Repisa de 120 cm. Contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	FNDZDZ3
2971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Repisa de 120 cm. Contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	799ZDZ3
2972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04722

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04468
2975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04465
2976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00250
2977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01012
2978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03642
2979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04600

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04599
2981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00385
2982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00334
2983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00335
2984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04636
2985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03134

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04478
2987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04477
2988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04476
2989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04598
2990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04600
2991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04599

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01037
2993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01672
2994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04633
2995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04665
2996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
2997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04531
2999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04553
3000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04487
3001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04493
3003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00258

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00257
3005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00259
3006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00267
3007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04484
3008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04483
3009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04482

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04471
3011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04470
3012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04473
3013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04474
3014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04479
3015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04480

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04475
3017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03319
3018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02131
3019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04467
3020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04464
3021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04466

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01028
3033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01026

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01027
3035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla fija apilable con estructura de trineo tapizada en tela fabricada a base de bastidor de barra solida de acero inoxidable Aisi 304 con acojinamiento de espuma inyectable transpirable. 55x55x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03634
3091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01173
3092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00326
3093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04578
3094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00074
3095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00078
3096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01837

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01176
3098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00079
3099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01177
3100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01180
3101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01840
3102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01175
3103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01172
3104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01178

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00076
3106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01839
3107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00080
3108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01174
3109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00375
3110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01838
3111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00074
3112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03994

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03991
3114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03993
3115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03990
3116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03992
3117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04710
3118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04709
3119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04708
3120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04707

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04706
3122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04705
3123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04704
3124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04703
3125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04702
3126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04701
3127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04700
3128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04699

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04698
3130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04234
3132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04235
3133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04232
3134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04236
3135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04233
3136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03124

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04662
3138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04664
3139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04554
3147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04157
3148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04252
3149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04225
3150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04540
3151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04158
3152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03989

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03986
3154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04624
3155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04488
3156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04489
3157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03769
3163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00983
3164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00403

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00341
3170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00253
3171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00402
3172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico acojinamiento en espuma transpirables con ruedas dobles 60x50x110CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00404
3173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Silla pupitre fabricado en dos piezas de polipropileno inyectado de alto impacto con espesor de pared de 4 mm. 60x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillas para comedor, fabricada en aluminio fabricadas en aluminio de 25.4 mm. De diametro con respaldo en aluminio de aliacion L-2630. 55x55x80	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 1 lugar tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 90x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 1 lugar tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 90x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 2 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 150x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 2 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 150x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 2 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 150x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 2 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 150x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 3 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 200x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 3 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 200x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 3 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 200x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 3 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 200x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon confortable de 3 lugares tapizado en tela fabricado en tablero de particulas de densidad media con 18 mm. De espesor, respaldo fabricado en acolchado de uretano y aglutinado 200x85x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01670
3310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01678
3311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01635
3312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04573

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01118
3346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01141
3347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00394

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00007
3349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00003
3350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01114
3351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01116
3352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01102

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01106
3354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01123
3355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01112
3356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00001
3357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00002
3359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01131
3360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01111
3361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01107
3362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01108

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01109
3364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01117
3365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01133
3366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01122
3367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01137

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01125
3369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01128
3370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01126
3371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01138
3372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01120

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01115
3374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01134
3375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01129
3376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon fijo de respaldo bajo tapizado en tela base de trineo acojinamiento de poliluretano inyectado y moldeado de alta resilencia con base de trineo y descansabrazos de poliluretano con alma de acero. 63x51x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01119
3377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01110
3378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01103

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01113
3380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01104
3381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01132
3382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01136
3383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01142
3384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01140
3385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01127
3386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03323
3387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01124
3388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01139
3389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01135

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	SON LAVAMANOS DE CERAMICA
3391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	SON LAVAMANOS DE CERAMICA
3392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	SON LAVAMANOS DE CERAMICA
3393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03715
3394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00333
3395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00241
3396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04165
3397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00754
3398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04556
3399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00389
3400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03716
3402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00388
3403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04183
3404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04210
3405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04205
3406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04618
3407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03234
3408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03233
3409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03235
3410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03246
3411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03239

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03238
3413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03997
3414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03996
3415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04528
3416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04595
3417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04575
3418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04614
3421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04560
3422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04623

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04622
3424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04640
3425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04661
3426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04663
3427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04216
3430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01025
3431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03119
3432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04536
3433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintetica con piston neumatico en base 60x65x113.5CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Sillón reposet	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04574
3438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03321
3439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03322
3440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03671
3441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04632
3442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02133
3452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tablero de corcho de 120 cm. De madera triplay de 12 mm. De espesor con lamina de corcho de 5 mm. 120x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00373
3455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03121
3456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04238
3460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04239
3462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04527

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04526
3464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04529
3465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04168
3466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04171
3467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04186
3468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04194
3469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04200
3470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04204
3471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04229

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF04231
3473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00833
3474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tanico para ropa sucia estructura elaborada a base de perfil tubular redondo con rodajas giratorias y bolsa de lona No. 4 71x76CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00792
3475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03687
3476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00826
3477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03686
3478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04728
3480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04495

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03675
3482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03688
3483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03689
3484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04721
3485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para estibar mercancía de 1 m fabricada en polipropileno tipo estibable 120X100X15CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00831
3486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00825
3487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00798
3488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00854
3489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04645

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04170
3491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04176
3492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (derecho) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04175
3493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (izquierdo) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04179
3494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (izquierdo) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04190
3495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (izquierdo) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04182
3496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (izquierdo) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04193

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable (izquierdo) Fabricada en tubular de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04192
3498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04198
3499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04199
3500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04202
3501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04206
3502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04211
3503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04510
3504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04506
3505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04039

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04041
3507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04064
3508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04075
3509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04084
3510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04100
3511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04102
3512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04125
3513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04136
3514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04148
3515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04161

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02390
3517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04719
3518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity fabricada en acero inoxidable tipo Aisi 304 cal. No. 18 con llave de latón 53.34x60.97x104.14 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04718
3519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Anaquel para colgado de endoscopios con llave Cuerpo de lamina de acero cal. No.22 acabado en esmalte alquidalico electrostatico 90x40x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04008
3520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04146
3521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04437
3522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01056
3523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01851
3524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01854

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02683
3526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02140
3527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02519
3528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02540
3529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02544
3530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04215
3531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02521
3532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02526
3533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02537

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02538
3535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02528
3536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02527
3537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02522
3538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02525
3539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02543
3540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04172
3541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04173
3542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04187

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 35x35x95CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04184
3544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04141
3545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01059
3547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04676
3548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03228
3549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04203
3550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04201
3551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04240
3552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02518

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02517
3554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04241
3555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00348
3556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00347
3557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04671
3558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04659
3559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04660
3560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04549
3564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04615
3565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04486
3566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable Fabricado en lamina de acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No.14 30x50CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02542
3574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banqueta de altura Fabricada de hule natural de 4 mm. De espesor con tubular en lamina de acero rolado Cal. No. 20 40x30x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02520
3575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banqueta de altura Fabricada de hule natural de 4 mm. De espesor con tubular en lamina de acero rolado Cal. No. 20 40x30x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00075
3576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Banqueta de altura Fabricada de hule natural de 4 mm. De espesor con tubular en lamina de acero rolado Cal. No. 20 40x30x25CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00343
3577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04716
3578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02607
3579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03690
3580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04400
3581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03614
3582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	14

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04045
3584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04051
3585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04063
3586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04077
3587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04089
3588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04098
3589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04105
3590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04132
3591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04152
3592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00237
3593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01058

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03672
3596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01742
3598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	14
3599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03198
3601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03250
3602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03161
3603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03157
3604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03168

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03230
3606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01849
3607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00287
3608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04123
3610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04715
3611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04167
3612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00238
3613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04511
3614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03615
3615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04031

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04078
3617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04104
3618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02390
3620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04676
3621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01742
3622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03251
3626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03163

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03179
3628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03226
3629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03210
3630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01853
3631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00286
3632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04112
3633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04017
3634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03191
3636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03185
3637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03169

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03220
3639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03149
3643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03221
3644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01843
3645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cepillera para uso quirigico de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 22 15x8x55	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cepillera para uso quirigico de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 22 15x8x55	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cepillera para uso quirigico de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 22 15x8x55	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cepillera para uso quirigico de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable, Aisi 304 Cal. No. 22 15x8x55	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04714
3650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01944
3651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	cdn-af04505
3652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03621
3653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04032
3654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04079
3655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04111
3656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04124
3657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04131
3658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04155
3659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00374

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01049
3661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04648
3662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03023
3663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04669
3664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01743
3665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03196
3669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03152
3670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03227

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03215
3672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03194
3673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02676
3674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02644
3675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Cubeta de acero inoxidable con porta cubeta rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Deposito de pan Fabricado en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 70X70X90	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00797
3677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Despachador de medicamentos de alto consumo fabricado en lamina Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio Cal. No. 12 150x70x145CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04145
3679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03607
3680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03616
3681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03610

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04036
3683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04087
3684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N.A.	N.A.	1
3685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF00842
3687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03182
3689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04711
3690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	1
3692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03197
3695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	68	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03167
3696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03207
3697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03253
3698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	19	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03205
3699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01869
3700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02624
3701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02672
3702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02901
3718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante de guarda estéril de 90cm. Fabricado en perfil cuadrado de lamina de acero rolado en frio cal. 20. 90x45x180CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabiinete para toma de muestras de acero inoxidable con estructrura en acero rolado en frico cal. No. 20 con cubiertas en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 90x30x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabiinete para toma de muestras de acero inoxidable con estructrura en acero rolado en frico cal. No. 20 con cubiertas en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 90x30x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabiinete para toma de muestras de acero inoxidable con estructrura en acero rolado en frico cal. No. 20 con cubiertas en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 90x30x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabiinete para toma de muestras de acero inoxidable con estructrura en acero rolado en frico cal. No. 20 con cubiertas en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 90x30x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabiinete para toma de muestras de acero inoxidable con estructrura en acero rolado en frico cal. No. 20 con cubiertas en lamina de acero inoxidable Aisi. 304 Cal. No. 16 90x30x100CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabinete para toma de muestras con fregadero izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04053
3730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabinete para toma de muestras con fregadero izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04061

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabinete para toma de muestras con fregadero izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04070
3732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabinete para toma de muestras con fregadero izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04097
3733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Gabinete para toma de muestras con fregadero izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04109
3734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02039
3735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04072
3736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04073
3737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02017
3739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02018
3740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02048
3741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02019
3742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02044

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02046
3744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01971
3745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02049
3746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02006
3747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02054

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02020
3749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02021
3750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01974
3751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01972
3752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 cm. Con cubierta de acero inoxidable Cubierta fabricada en en lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 16 y estructura en perfil tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. 18 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01983

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01984
3754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02062
3755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01982
3756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02060
3757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01987
3758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02045
3759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02022

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02037
3761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con fregadero central y cajones Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado cal. No. 18 y cubierta de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 150x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02053
3762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm. Con cubierta de acero inoxidable fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 180x100x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02059
3763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm. Con cubierta de acero inoxidable Mesa fabricada en perfil tubular en lamina de acero cal. No. 20 cubierta fabricada en superficie solida de 12 mm. De espesor termoformada sobre molde de madera de pino. 180x110x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01985
3764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm. Con cubierta de acero inoxidable Mesa fabricada en perfil tubular en lamina de acero cal. No. 20 cubierta fabricada en superficie solida de 12 mm. De espesor termoformada sobre molde de madera de pino. 180x110x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02063
3765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 90 cm. Con cubierta de acero inoxidable Fabricada en perfl tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 con cubierta de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 90x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01980

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 90 cm. Con cubierta de acero inoxidable Fabricada en perfl tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 con cubierta de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 90x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01979
3767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 90 cm. Con cubierta de acero inoxidable Fabricada en perfl tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 con cubierta de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 90x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02027
3768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 90 cm. Con cubierta de acero inoxidable Fabricada en perfl tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 con cubierta de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 90x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02010
3769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa alta de 90 cm. Con cubierta de acero inoxidable Fabricada en perfl tubular cuadrado de lamina de acero inoxidable Cal. No. 18 con cubierta de lamina de acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 90x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02028
3770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 100 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02634
3771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02657

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 150cm con cubierta de acero inoxidable Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 estructura en perfil tubula cuadrado en lamina de acero al carbono rolado en frio cal. No. 18 150x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01990
3774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 150cm con cubierta de acero inoxidable Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 estructura en perfil tubula cuadrado en lamina de acero al carbono rolado en frio cal. No. 18 150x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02055
3775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa baja de 150cm con cubierta de acero inoxidable Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 Cal. No. 16 estructura en perfil tubula cuadrado en lamina de acero al carbono rolado en frio cal. No. 18 150x70x75CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01978
3776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiologo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04154
3777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiologo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04177
3778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiologo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01054
3779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa lisa de 120cm con respaldo y entrepaño fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta y respald de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02025

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa lisa de 120cm con respaldo y entrepaño fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta y respald de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01994
3781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa lisa de 120cm con respaldo y entrepaño fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta y respald de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02008
3782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa lisa de 120cm con respaldo y entrepaño fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta y respald de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02003
3783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa lisa de 120cm con respaldo y entrepaño fabricada en perfil tubular de lamina de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 con cubierta y respald de acero inoxidable Aisi 304 cal. No.16 120x70x90CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01997
3784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04088
3785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04150
3786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04188
3787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01047

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03189
3790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03164
3791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03217
3792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03218
3793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03206
3794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01872
3795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04042
3796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04159
3797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04189
3798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01050

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04116
3800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04135
3801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04142
3802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03192
3806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03178
3807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03216
3808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03211
3809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02620

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	1
3813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03180
3814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	68	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03150
3815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	19	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03223
3816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04153
3817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04178
3818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01048
3819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal de exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02643
3820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Mesa universal para exploración	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Medi regio	MR-0004	N/S
3830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02604
3831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04106

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03158
3837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03151
3838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03219
3839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03214
3840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Porta termómetro, de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02661
3841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04712
3842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03609

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03618
3844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03611
3845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04035
3846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04082
3847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04107
3848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04121
3849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04134
3850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04143
3851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04431
3852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01045
3853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01060

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01052
3855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04539
3857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N.A.	N.A.	1
3859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03252
3861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03176
3862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	68	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03153
3863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03173
3864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	19	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03213

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02623
3866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02625
3867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa 180cm contra muro de acero inoxidable fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal. No. 18 con preparacion para fijar a muro. 180x30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	BRHZDZ3
3869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa 180cm contra muro de acero inoxidable fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal. No. 18 con preparacion para fijar a muro. 180x30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	GTHZDZ3
3870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa abatible para toma de muestras fabricada en lamina de acero fabricado en lamina de acero al carbono rolado cal. No. 18 reforzada en su parte interior con angulo de acero de 50 mm. Con cubierta fabricada en madera contrachapada de pino de primera calidad 40x65x50	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	C89ZDZ3
3871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa abatible para toma de muestras fabricada en lamina de acero fabricado en lamina de acero al carbono rolado cal. No. 18 reforzada en su parte interior con angulo de acero de 50 mm. Con cubierta fabricada en madera contrachapada de pino de primera calidad 40x65x50	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	GXLZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa abatible para toma de muestras fabricada en lamina de acero fabricado en lamina de acero al carbono rolado cal. No. 18 reforzada en su parte interior con angulo de acero de 50 mm. Con cubierta fabricada en madera contrachapada de pino de primera calidad 40x65x50	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	6HDZDZ3
3873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa abatible para toma de muestras fabricada en lamina de acero fabricado en lamina de acero al carbono rolado cal. No. 18 reforzada en su parte interior con angulo de acero de 50 mm. Con cubierta fabricada en madera contrachapada de pino de primera calidad 40x65x50	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CTHZDZ3
3874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa abatible para toma de muestras fabricada en lamina de acero fabricado en lamina de acero al carbono rolado cal. No. 18 reforzada en su parte interior con angulo de acero de 50 mm. Con cubierta fabricada en madera contrachapada de pino de primera calidad 40x65x50	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	22MZDZ3
3875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa contra muro de 120 cm fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal. No. 18 con preparacion para fijar a muro. 120x30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	8SHZDZ3
3876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa contra muro de 120 cm fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal. No. 18 con preparacion para fijar a muro. 120x30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1B9ZDZ3
3877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Repisa contra muro de 120 cm fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal. No. 18 con preparacion para fijar a muro. 120x30x30CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	B99ZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N.A.	N.A.	GSHZDZ3
3879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	3RHZDZ3
3880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	8YLZDZ3
3881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	DRHZDZ3
3882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N.A.	N.A.	7rhzdz3
3883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	GQHZDZ3
3884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	68	Servicio	N.A.	N.A.	HQHZDZ3
3885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	2ZLZD3
3886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	FSHZDZ3
3887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	19	Servicio	N.A.	N.A.	JSHZDZ3
3888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	HGNCSY3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	F1MZDZ3
3890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Riel portavenoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	9SHZDZ3
3891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04048
3892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04058
3893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04067
3894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04090
3895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04095
3896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04108
3897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04122
3898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04713
3899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02608

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN/AF03608
3901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03619
3902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03612
3903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04034
3904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04054
3905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04060
3906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04069
3907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04081
3908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04096
3909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04093
3910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04115

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04120
3912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF04430
3913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01055
3914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF01051
3915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	1
3916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	N/S
3917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03123
3918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
3919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
3920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	OK
3921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03199

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03195
3923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03165
3924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03184
3925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03154
3926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF03212
3927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02677
3928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N.A.	N.A.	CDN-AF02665
3929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	PTAR	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA	Mantenimiento preventivo que incluye: Inspecciones Visuales: Carcasa: Buscar fugas, corrosión o daños físicos. Conexiones: Verificar que estén bien apretadas y sin fugas. Sellos mecánicos: Inspeccionar si hay fugas. Cojinetes: Revisar su estado y lubricación. Acoplamientos: Verificar desalineación o desgaste. Vibraciones: Detectar vibraciones excesivas. Nivel de aceite: En caso de que la bomba tenga un motor eléctrico con lubricación por aceite. Pruebas de Funcionamiento Arranque: Verificar que la bomba arranque sin problemas. Caudal: Medir el caudal de salida para asegurar que sea el adecuado. Presión: Medir la presión de descarga para verificar que cumpla con los requisitos. Temperatura: Medir la temperatura de los cojinetes y del motor. Vibraciones: verificar el nivel de vibraciones. Ruido: Escuchar si hay ruidos extraños. Lubricación: Cojinetes, rodamientos y otros componentes que requieran lubricación. Limpieza Puntos a limpiar: Carcasa exterior. Filtros de succión. Impulsor. Cámara de la bomba. Verificación de Sistemas Auxiliares Sistemas a verificar: Sistema de control. Sistema de protección. Sistema de alimentación eléctrica. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Goulds Water Technology	N.A.	A2248967

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	PTAR	MOTOR SOPLADOR	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Soplador Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -soplador -bandas -Gomas anti vibratorias Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	FPZ Blower Solutions	SCL K07R-MD	H43988
3931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFH-01
3932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFH-02
3933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	80WQ-02
3934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	80WQ-03
3935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	SHIMGE®	N.A.	WQK-01

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	SHIMGE®	N.A.	WQK-02
3937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	SHIMGE®	N.A.	WQK-03
3938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA PARA AGUA SUCIA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	SHIMGE®	N.A.	WQK-04
3939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	100WQ-01
3940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	100WQ-02
3941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	100WQ-03

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	100WQ-04
3943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-02
3944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-03
3945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-04
3946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-01

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-05
3948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	BOMBA TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	WQD10-06
3949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-01
3950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-02
3951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-03

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-04
3953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-05
3954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-06
3955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-07
3956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	CFG-08

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	N.A.	80WQ-01
3958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Sanitario	W.C.	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
3959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Señaletica	CARTEL LUMINOSO LED DE PASILLO 3 COLORES	Mantenimiento preventivo que incluye: 1. Inspección Visual Regular: Estructura: Revisión de daños en la estructura, como grietas o óxido. Conexiones: Revisión de cableado Leds: Identificación de Leds quemados o con baja intensidad. Fuente de alimentación: Revisión si hay signos de sobrecalentamiento o daños en la fuente de alimentación. 2. Limpieza: Limpieza con paño suave y seco o aire comprimido, Eliminación de manchas más difíciles, con un paño ligeramente húmedo con un limpiador suave y no abrasivo. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Fuente. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	4	Servicio	ADVANTECNIA	N.A.	N/S
3960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Señaletica	CARTEL LUMINOSO LED DE PASILLO 3 COLORES	Mantenimiento preventivo que incluye: 1. Inspección Visual Regular: Estructura: Revisión de daños en la estructura, como grietas o óxido. Conexiones: Revisión de cableado Leds: Identificación de Leds quemados o con baja intensidad. Fuente de alimentación: Revisión si hay signos de sobrecalentamiento o daños en la fuente de alimentación. 2. Limpieza: Limpieza con paño suave y seco o aire comprimido, Eliminación de manchas más difíciles, con un paño ligeramente húmedo con un limpiador suave y no abrasivo. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Fuente. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	13	Servicio	ADVANTECNIA	N.A.	N/S
3961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EDWARDS	Mantenimiento preventivo que incluye: 1. Inspección Visual: Carcasa: Revisa si hay grietas, óxido o daños físicos. Conexiones: Revisión de cables Luz estroboscópica: Verificación de lente, limpia y sin rajas. 2. Prueba de Funcionamiento: Activación: pruebas para asegurar que la bocina y la luz estroboscópica se activan cuando se les envía una señal. Intensidad: Comprobación que la intensidad de la luz y el volumen del sonido sean los adecuados. 3. Limpieza: Exterior: Limpieza de la carcasa con un paño suave y un limpiador no abrasivo. Lente: Limpieza de la lente con un paño suave y seco para evitar rayones. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	EDWARDS	GCSVRF	N/S
3962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	BOMBA CENTRIFUGA	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PERKINS	N.A.	RR51288U722963H

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	BOMBAVERTICAL CENTRIFUGA	Motores eléctricos (Bomba Eléctrica y Jockey) Verificación de operación mediante encendido de prueba Medición de amperaje Medición de voltaje Revisión protecciones eléctricas de bomba Reapriete de terminales Revisión y limpieza de tableros de control de bombeo Revisión de estado de cableado Revisión de puesta a tierra, Medición de temperatura de protecciones y conductores, Verificación de presión y caudal, Revisión de impulsor y cuerpo para evitar atascamientos, Inspección general de motor y rodamientos, Inspección de empaque para detectar fugas o desgaste fisuras o desgaste, Medición y análisis de ruido, Limpieza de bomba, Medición de presión de arranque y paro Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMPS	N.A.	41S463084010
3964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	ELECTRO BOMBA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisión: Carcasa de la bomba en busca de fugas, corrosión o daños. Conexiones eléctricas y mecánicas, asegurando que estén apretadas y sin daños. Nivel de aceite en el motor (si aplica). Estado de las juntas y empaquetaduras. Ventilación del motor. Tuberías de succión y descarga, buscando obstrucciones o daños. Pruebas de Funcionamiento: Encender la bomba y verificar que funcione correctamente. Medir la presión y el caudal de agua. Comprobar el tiempo de respuesta. Verificar el nivel de ruido y vibraciones. Lubricación: Cojinetes y rodamientos. Guías y correderas. Limpieza: Carcasa exterior de la bomba. Filtros de succión y descarga. Hélice de la bomba. Ventilación del motor. Sistemas a verificar: Sistema de control y alarma. Sistema de alimentación eléctrica. Sistema de protección contra sobrecarga. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMPS	N.A.	M1223C12213
3965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	EXTINTOR PORTATIL DE AGENTE TIPO K	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	2	Servicio	BADGER	TIPO K	103893650
3966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	EXTINTOR PORTATIL DE CO2 EXTIN-FLAM	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	6	Servicio	EXTIN-FLAN	H20024335	N/S
3967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	EXTINTOR PORTATIL DE P.Q.S. TIPO ABC CAPACIDAD 6KG	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	78	Servicio	EXTIN-FLAN	21009974C	N/S
3968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	EXTINTOR TIPO GRANADA HFC 236	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Verificar el estado del agente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	11	Servicio	EXTIN-FLAN	GRANADA HFC 236	N/S
3969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	FUENTE DE ALIMENTACION	Mantenimiento Preventivo Inspecciones Visuales: Carcasa: Buscar signos de sobrecalentamiento, daños físicos o acumulación de polvo. Ventiladores: Verificar que funcionen correctamente y estén libres de obstrucciones. Conexiones: Inspeccionar si hay conexiones sueltas o dañadas. Cables: Buscar signos de desgaste o roturas. Indicadores LED: Verificar que los indicadores de estado funcionen correctamente. Pruebas de Funcionamiento: Carga: Aplicar una carga simulada para verificar la salida de voltaje y corriente. Batería: Realizar pruebas de carga y descarga de la batería de respaldo. Tiempo de respuesta: Medir el tiempo de respuesta en caso de fallo de la red eléctrica. Limpieza: Apagado y desconexión: Desconectar la fuente de alimentación de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier limpieza. Eliminación de polvo: Utilizar aire comprimido o un cepillo suave para eliminar el polvo acumulado. Limpieza de contactos: Limpiar los contactos eléctricos con un borrador de lápiz o un paño suave y seco. Verificación de la Temperatura: Utilizar un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de los componentes clave. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	FIRE ALARM	BOOSTER POWER SUPPLY	N/S
3970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N013R02
3971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	SPCI	GABINETE PARA HIDRANTES	Mantenimiento preventivo que incluye: inspección visual de la estructura del gabinete, la válvula, la conexión a la red de agua y la señalización. Prueba de flujo: Verificación del caudal y presión del agua suministrada por el hidrante. Lubricación: Aplicación de lubricante en las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave. Limpieza: Eliminación de obstrucciones y suciedad que puedan afectar el funcionamiento del hidrante. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios	1	Servicio	EXTIN-FLAM	30 ME	N/S
3982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Agitador eléctrico rotatorio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	88881001	S/N
3983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Analizador clínico portátil de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Abbott	N.A.	S/N
3984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Analizador clínico portátil de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Abbott	N.A.	CDN-AF02390

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Analizador clínico portátil de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Abbott	N.A.	S/N
3986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Analizador clínico portátil de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Abbott	N.A.	CDN-AF04023
3987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Analizador de composición corporal para pacientes ambulatorios.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	CDN-AF01637
3988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anestesia básica, unidad de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	N.A.	CDN-AF01645
3989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anestesia básica, unidad de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	N.A.	CDN-AF01640
3990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anestesia básica, unidad de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	N.A.	CDN-AF01636
3991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anestesia básica, unidad de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	N.A.	CDN-AF01638
3992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anestesia básica, unidad de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	N.A.	CDN-AF01643
3993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (tele lupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	N.A.	CDN-AF00393
3994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (tele lupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	N.A.	CDN-AF00384

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (tele lupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	N.A.	CDN-AF00359
3996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03794
3997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03811
3998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03809
3999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03810
4000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03812
4001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN/AF03901
4002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN/AF03909
4003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03806
4004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03808

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03804
4006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03795
4007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03798
4008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03796
4009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03805
4010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03797
4011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03807
4012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03916
4013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03917
4014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03915

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	N.A.	CDN-AF03904
4016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Aspirador ultrasónico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Misonix	N.A.	CDN-AF03911
4017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Balanza recolectora y agitador	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	N.A.	CDN-AF03907
4018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Balanza recolectora y agitador	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	N.A.	CDN-AF03913
4019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Balanza recolectora y agitador	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	N.A.	CDN-AF03914
4020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Balanza recolectora y agitador	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	N.A.	cdn-af03905
4021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03902
4022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03912
4023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03883
4024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03901

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03874
4026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Báscula con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	N.A.	cdn-af03872
4027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	cdn-af03873
4028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03818
4029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03861
4030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03857
4031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03859
4032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03860
4033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03816
4034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03842

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03840
4036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03882
4037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03841
4038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03839
4039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03834
4040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03879
4041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03878
4042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03858
4043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03877
4044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03881

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03880
4046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03828
4047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03826
4048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03825
4049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03824
4050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03827
4051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03838
4052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03833
4053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03831
4054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03830

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03835
4056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03832
4057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03829
4058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03869
4059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03867
4060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03868
4061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03870
4062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03836
4063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03871
4064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03863

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03865
4066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03864
4067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03837
4068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03862
4069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03866
4070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03820
4071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03819
4072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03852
4073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03854
4074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03823

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03821
4076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03850
4077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03849
4078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03851
4079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03856
4080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03848
4081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03847
4082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03803
4083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03802
4084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03853

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03855
4086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03799
4087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03845
4088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03843
4089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03800
4090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03846
4091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03923
4092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03801
4093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03844
4094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03817

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03814
4096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03815
4097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03894
4098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03898
4099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03897
4100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03895
4101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03896
4102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03888
4103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03887
4104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03892

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03891
4106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03885
4107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03886
4108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03884
4109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03793
4110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03790
4111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03792
4112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03890
4113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03789
4114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03791

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03893
4116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03889
4117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF00303
4118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03813
4119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	1
4120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	N/S
4121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	N/S
4122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF01077
4123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF01076
4124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF01152

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04015
4126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04385
4127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04384
4128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04387
4129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04002
4130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04217
4131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04354
4132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	cdn-af03019
4133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04453
4134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04454

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF04455
4136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03692
4137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03682
4138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	CDN-AF03693
4139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03700
4140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03691
4141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03681
4142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03680
4143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03677
4144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03676

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03679
4146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03678
4147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03701
4148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	CDN-AF03665
4149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900138
4150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600174
4151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900151
4152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900027
4153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600199
4154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900042

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900125
4156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600165
4157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600200
4158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	900900600195
4159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900136
4160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900150
4161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900149
4162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900145
4163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	901001900132
4164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900606500049

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600279
4166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900606500045
4167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600004
4168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600002
4169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600003
4170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600024
4171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600025
4172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600026
4173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600027
4174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600028

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600032
4176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600033
4177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600034
4178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600036
4179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600038
4180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600044
4181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600049
4182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600050
4183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600096
4184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600098

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600112
4186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600113
4187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600114
4188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600118
4189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600124
4190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600125
4191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600126
4192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600130
4193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600136
4194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600138

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600139
4196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600151
4197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600154
4198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600171
4199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600172
4200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600174
4201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600175
4202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600180
4203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600181
4204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600184

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600187
4206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600193
4207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600194
4208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600196
4209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600203
4210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600204
4211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600206
4212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600208
4213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600210
4214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600218

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600146
4216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600223
4217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600226
4218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600267
4219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600271
4220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600274
4221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600282
4222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600289
4223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600290
4224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600291

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600293
4226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600301
4227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600307
4228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600308
4229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600309
4230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900606500048
4231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600006
4232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900606500046
4233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900606500050
4234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600095

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600099
4236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600111
4237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600131
4238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600132
4239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600141
4240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600155
4241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600162
4242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600179
4243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600186
4244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600200

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600202
4246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600205
4247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600262
4248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600269
4249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600270
4250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA-99295	900702600288
4251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000010
4252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	000141300012
4253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283000011
4254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283000009

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	170096000005
4256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000018
4257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160282000001
4258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000011
4259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	152210000003
4260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	170096000002
4261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000014
4262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000012
4263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	170096000010
4264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160282000004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000015
4266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	173010000009
4267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	160283000005
4268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Campímetro computarizado	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	N.A.	840-24749
4269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Congelador horizontal de refrigerantes para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	CHA-10	1123-377-01-001-001
4270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Congelador vertical 13 pies cúbicos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Imbera	N.A.	CDN-AF03662
4271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033091
4272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033092
4273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033087
4274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033090

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo de artroscopia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus/Stryker	Visera Elite II	22213055
4276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000	(21)402307070036
4277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000	(21)402306200003
4278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000	(21)402306200008
4279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000	(21)402307100008
4280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000	(21)402306200010
4281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108001278
4282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108005421
4283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108005422
4284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Schiller	N.A.	F108202290004476

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Steris	Amsco 600	30832316
4286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Steris	Amsco 600	30832318
4287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Esfigmomanómetro aneroide portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	N.A.	N/S
4312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Summit doppler / Wallach	N.A.	N/S
4313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Foto coagulador integral para retina, estado sólido	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Quantel medical	N.A.	5838
4314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Incubadora para controles biológicos de la esterilización con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Terragene	IC10/20	40

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green series 300	N/S
4348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4 Led headlight	1108739678
4349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4 Led headlight	1108739685
4350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4 Led headlight	1108739713
4351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	231001431
4353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto - c	N/S
4359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lavadora de equipo de Inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	Melatherm10	202310-DTB3155
4360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lavadora descontaminadora	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	WD290	2017693
4361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lavadora ultrasónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Sonica	2023018182
4362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lensómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Visulens 550	9714105385
4363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lente de tres espejos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Haag-streit	1400213	N/S
4364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lentes para prueba	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Reichert	15015	03458-0222

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lupas de amplificación.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LumaPro	32PE52	220500462
4366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Lupas de amplificación.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LumaPro	32PE52	220700321
4367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	*DJH051444P*
4368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Medidor de pH esofágico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Digitrapper ph-z	DTZIL08908
4369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal avanzada. (para ortopedia y traumatología).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 6100	G9-39011493
4370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal mecánico hidráulica. (para cirugía general).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-2C005834
4371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal mecánico hidráulica. (para cirugía general).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-2C005833
4372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal mecánico hidráulica. (para cirugía general).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-2C005835
4373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211106704
4374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211106702

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211106706
4376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211106703
4377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NE-C101	20230403740VF
4378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NE-C101	20230606011VF
4379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NE-C101	20230606010VF
4380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NE-C101	20230403711VF
4381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oftalmoscopio binocular indirecto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	Omega 500	1108195963
4382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N231644
4383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246889
4384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246709

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246719
4386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246721
4387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N248751
4388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246781
4389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Oxímetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N246790
4390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Paquímetro ultrasónico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Tomey	AL-4000	340909
4391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Plantoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Sin marca	Sin modelo	N/S
4392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	N/S
4393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Prismas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Good lite	444500	N/S
4394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refractor y queratómetro automático	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Visuref 150	HTHZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para banco de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	XC-630L	GVHZDZ3
4396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para banco de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	XC-630L	H79ZDZ3
4397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	5RHZDZ3
4398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	1VHZDZ3
4399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	H0WCSY3
4400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	84ZCSY3
4401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	76ZCSY3
4402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	J79ZDZ3
4403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	7ZLDZ3
4404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650CL	BZLZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Retinoscopio lineal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Elite 18245	7JJSBW3
4406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	DRRC8Y3
4407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	FVHZDZ3
4408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	BTHZDZ3
4409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	JYFCSY3
4410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	7C9ZDZ3
4411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	8ZLZDZ3
4412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	B4ZCSY3
4413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	Weld t	DQHZDZ3
4414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Selladora térmica para bolsas de esterilización	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Belseal 65P	DVHZDZ3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Selladora térmica para bolsas de esterilización	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Belseal 65P	DWHZDZ3
4416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas con descansa pies.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansa pies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	N/S
4430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sistema de irrigación - succión	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Smith&nephew	Dyonics°25	ZN22116
4431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sistema para aspiración de secreciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 basic 4	46001
4432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sistema para aspiración de secreciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 basic 4	46003
4433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Sistema para aspiración de secreciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 basic 4	46009
4434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Tonómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Visuplan 500	9703142861

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Topógrafo corneal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heidelberg engineering	Anterion	01901B0106
4436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Ultra congelador vertical	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	DW-FL450	231000928
4437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de dermoabrasión	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dermoscience	Micropeel	MPXSGP20240201
4438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS-501SX	CAE0007895
4439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS-501SX	CAE0007894
4440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS-501SX	CAE0006861
4441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía endoscópica avanzada	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS-501SX	CAE0007829
4442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de fotofluorangiografía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Clarus 700	CL700-74012
4443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad de secado para equipo de Inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	Melatherm10	202310-DTB3155
4444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad oftalmológica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Haag-streit	Reliance	230331-790000K-009324

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad para ultrasonografía oftalmológica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Quantel medical	Compact touch	8951
4446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Unidad radiológica y fluoroscópica transportable Tipo Arco en C	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Primax	Cyberbloc fp	31497423
4447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Equipo Médico	Video endoscopio adulto con torre.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	Evis exera III	22317215
4448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Alicate para cortar alambre, de 160 a 175 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Alicate para cortar alambre, de 160 a 175 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Asa estriada, para cristalino.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 mm de diámetro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango no 4: largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango no 4: largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato barraquer, de alambre. Tamaño infantil.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato Lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato Lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato Lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Blefaróstato Lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula cooley, curva, de 330 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Ferguson cal. 12 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Ferguson cal. 12 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Ferguson cal. 12 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30º a 45º, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula frazier, con mandril. 9 fr. (3 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cánula yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cárter, introductor de esfera	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel cottle, recto, 4 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel freer, para septum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., long. 16 o 19 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel freer, para septum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., long. 16 o 19 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel gubia, freer cottle, 6 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 12 a 13 mm., long. 240 mm., mango hexagonal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel Lambotte (mini), recto, 4 mm de ancho x 12 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston o Stille-liston, para huesos, curva, doble articulación, long. 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston o Stille-liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston, angulada, con articulación sencilla, long. 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston, angulada, de articulación sencilla, long. De 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston, angulada, de articulación sencilla, long. De 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla liston, recta, con articulación sencilla, long. 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Ruskin liston, angulada, con articulación doble, long. De 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, long. De 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, long. De 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cizalla Stille, para cortar y remover yeso, de 370 a 380 mm de longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Compás Castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Compás Castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Compás Castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cortador para clavos delgados, acción múltiple, de 320 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cortador para clavos gruesos, doble acción, de 470 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta ovalada: 000.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta redonda: 1.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Brun, recta redonda: 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns curva, copa redonda no. 000.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del no. 3.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del no. 3.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del no. 4.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 1.5 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 2.0 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 3.5 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cuchillo liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dermatomo schink, graduable, de 0.1 a 2 mm., con dos placas para extender piel, de 300 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 1 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 12 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 13 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 2 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Castroviejo, con doble punta: roma y afilada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador de Tubbs, con mecanismo de tornillo, apertura de 8 a 42 mm. Longitud del brazo 184 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador van Buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador van Buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador van Buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Wilder. Chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Wilder. Grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Wilder. Mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Dilatador Worst (cola de cochino).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Disector Green.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Disector joseph.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm. De ancho, longitud de 240 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo, de 195 mm. A 200 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. De 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. De 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador Langen Beck, 19.1 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador Langen Beck, 19.1 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Elevador Lempert, recto, de 2 mm. Ancho de hoja, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Fleboextractor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho agudo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho graefe o von graefe, para estrabismo, tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho jameson, 13.3 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho jameson, 13.3 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho jameson, 13.3 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho pequeño, para hueso, 23 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gancho, de garfio afilado, mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Grifa para placas 2.4.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Friedman, curva, de 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Friedman, curva, de 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Friedman, curva, de 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Stille Luer, curva, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Gubia Stille luer, recta, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Impactor con punta redonda de 5 mm. De diámetro con mango de madera sintética.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Legra farabeuf, curva, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Legra Langen Beck, curva, 18.4 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Lima Maltz, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Lupa quirúrgica, 3.5 aumentos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para machuelo, 3.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Martillo Partsch, 200 g, 18 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Medidor de profundidad. Pequeño.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. A 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. A 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 8 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 25 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 30 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 38 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte o Minilambotte curvo de 6 mm. De ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte o Minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. O 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 8 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte o Minilambotte recto de 6 mm. De ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. a 250 mm. De longitud x 15 mm. de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. a 250 mm. De longitud x 15 mm. de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. a 250 mm. De longitud x 15 mm. de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. a 250 mm. De longitud x 15 mm. de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 25 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Paquete para cirugía de angiología	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Perforador Bunnell, manual, con mandril y llave 16 cm de longitud. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Perforador ralk, tipo pistola.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Addison, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis o jud-allis, con 3 x 4 dientes, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza allis-baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Autocentrante o tipo verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Autocentrante o tipo Verbrugge, angulada, con cierre de tornillo, 28 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza baby mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza barraquer, puntas anguladas y romas, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman o bishop Harman, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Bishop Harman, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, recta, de 70 a 75 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Castroviejo, para sutura, recta, con dientes de 0.3 mm. De ancho, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60°, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60°, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	96	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 mm. De ancho, longitud de 300 mm. A 305 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm. De ancho, longitud de 200 mm. A 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, atraumática, angulada, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, atraumática, angulada, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, curva, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, de disección, recta, punta de 3.5 mm. De ancho x 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de bakey, ramas con angulación aproximada a 45°, de 200 a 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de conjuntiva, curva, sin dientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, de punta angosta, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, de punta angosta, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, punta ancha, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza de sujeción tracción fijación graefe, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Derra, boca grande, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Derra, boca grande, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza derra, curvatura mediana, con estrías longitudinales.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza derra, curvatura pequeña, con estrías longitudinales.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza desmarres, chica, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach, curvo, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach, curvo, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Dressing, recta, sin dientes, longitud 10.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. Longitud 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza erhardt, para parpado, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 2 x 3 dientes, de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 2 x 3 dientes, de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza estándar, sin dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
4999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitudde 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza foerster, para iris, recta, estriada, longitud de 85 a 95 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Gemini, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza graefe, recta, 1 x 2 dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza gubia Lempert curva, de 190 a 200 mm: de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza gubia Luer, curva ligera, longitud de 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	28	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	60	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Halstead mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kern, con cremallera, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Kerrison, con mordida de 3 mm. Hacia arriba, con ángulo a 90 grados. Y 180 mm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lane, sin cremallera, longitud de 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lees, ángulo a 90 grados de 230 a 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza lees, ángulo a 90 grados de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lester, con dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lester, con dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lester, con dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lewin, quijadas estriadas, longitud de 175 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lowman o Gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lowman o Gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lowman o Gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mayo Robson, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mayo robson, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza McKenzie, porta grapas, recta, longitud de 150 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza McKenzie, porta grapas, recta, longitud de 150 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza McKenzie, porta grapas, recta, longitud de 150 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza McPherson, angulada, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza McPherson, recta, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza microadson, con dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza millin, angulada, quijada en forma de "t", longitud de 230 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter o baby mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter o baby mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, estrías longitudinales, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza mixter, estrías longitudinales, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza payr, estrías longitudinales, longitud de 275 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Potts smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Potts, angulada, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Potts, recta, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, recta, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester-ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza rochester-ochsner o kocher-ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza satinsky, atraumática, de 205 a 235 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 245 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 255 a 265 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza smithwick, longitud 27 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, curva, con dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, curva, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, curva, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, curva, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, recta, con dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza Stevens, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza tipo bulldog, curva, atraumática, longitud de 70 a 75 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza tipo bulldog, recta, atraumática, longitud de 70 a 75 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza tipo joyero, curva, puntas agudas, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinza tipo joyero, curva, puntas agudas, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinzas de disección de Bakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinzas de disección de Bakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pinzas para separar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Pistola para toma de biopsias	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 12 orificios.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja finochietto, recto, longitud 27 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja halsey o Webster, quijada lisa, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja Ryder, recto, con quijada de tungsteno, 12.1 longitud cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 26 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 26 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Castroviejo o micro castroviejo, curvo, con retén, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Castroviejo o micro castroviejo, curvo, con retén, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Castroviejo, sin retén, recto, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno longitud de175 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta agujas sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno longitud de175 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta pinza John Hopkins, tipo bulldog, longitud 21 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Porta pinza John Hopkins, tipo bulldog, longitud 21 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Castroviejo, curvo, con retén, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o mayo-hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Johnson, de 270 a 275 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Ryder, modelo fuerte, recto, quijada estriada con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portaagujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portagujas sarot, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Portagujas sarot, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Retractor o separador Percy, para amputación, con mangos desmontables.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador adson baby, 3x4 garfios romos, longitud de 140 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador adson de 3 x 4 garfios romos, longitud de 260 a 265 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador baby collin, con mecanismo de auto retención, 90 mm de apertura, dos pares de valvas intercambiables: de 28 mm de ancho x 42 mm de profundidad, y de 18 mm de ancho x 42 mm de profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador balfour, valva central de 45 a 50 mm.x 75 a 80 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador balfour-baby, con valva central de 20 a 24 mm. X 22 a 24 mm., apertura máxima de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Bennet, de hoja grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Bennet, de hoja grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador blount para menisco, longitud de 170 a 180 mm., juego de dos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Cushing, valva de 10 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Cushing, valva de 16 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Cushing, valva de 8 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 360 a 365 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 38 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 38 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 38 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 75 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador deaver, valva de 75 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador denis Brown, marco oval de 150 x 175 mm. De diámetro, con dos pares de valvas intercambiables de 20 mm. De ancho x 30 mm. De profundidad, y de 20 mm de ancho x 40mm. De profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 13 a 14 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador desmarres, valva de 13 a 14 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador gosset, con apertura máxima de 70 a 80 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador harrington, valva de 40 a 45 mm., longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador harrington, valva de 40 a 45 mm., longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann o mini-hohmann, punta cuadrada de 6 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann o mini-hohmann, punta redondeada de 8 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, 15 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, de 24 a 25 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, de 42 a 44 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, de 8 a 10 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, de 8 a 10 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, punta ancha y larga, 24 mm de ancho, longitud 27 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 6 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador knapp con 4 garfios romos, longitud de 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Langen Beck, valva de 15 mm. X 85 mm., longitud de 210 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 13 x 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 17 x 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador mayo o mayo-collins o collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador mollison curvo, de 150 mm. A 155 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson-Eastman, de doble extremo, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador richardson-Eastman, de doble extremo, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador senn o baby sen-Miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador Smille para menisco, hoja de 32 x 19 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, de 3 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador volkmann, de 6 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador weitlaner wullstein, de 3 x 3 garfios agudos, de 130 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador weitlaner, automático, con valvas de 3 x 4 dientes respectivamente, ramas de 23 mm de profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Separador weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra Charriere, tipo arco, hoja de corte de 210 a 220 mm. X 12 a 18 mm. Longitud total de 350 a 360 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra Charriere, tipo serrucho, longitud de 270 a 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra Gigli u olivecrona, longitud de 500 a 510 mm. Con 2 mangos de agarre en forma de "t".	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra para cortar yeso.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.210.21	S/N
5433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra para cortar yeso.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.210.21	S/N
5434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sierra para cortar yeso.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.210.21	S/N
5435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm. A 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 0/1 o 0.8/0.9 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 00/0 o 0.7/0.8 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 00/0 o 0.7/0.8 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 1/2 o 0.9/1.1 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 1/2 o 0.9/1.1 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 2/3 o 1.1/1.3 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del no. 3/4 o 1.3/1.4 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera de bakey, angulada a 60°, de 230 a 240 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera de cápsula.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Dieterich o Diethrich-hegemann, angulada a 90°, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. A 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. A 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, curva, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, curva, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, curva, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Landolt, con curva ligera, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Lister angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Lister angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum nelson, recta, puntas romas, longitud 25 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o baby Metzembaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o nelson Metzembaum, curva, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum o nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzembaum, recta, con insertos de carBuró de tungsteno longitud de 230 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura de alambre, quijadas cortas y anguladas lateralmente, una quijada aserrada, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera satinsky curva, de 245 mm. A 250 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera universal para vendajes de yeso, angulada, punta de botón, una hoja dentada y protección en los anillos, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera vannas o vannas-tubingen, curva, puntas agudas, longitud de 75 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera vannas o vannas-tubingen, curva, puntas agudas, longitud de 75 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera vannas, recta, longitud 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tijera Wescott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tonómetro de identación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.404.00	S/N
5580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trefina para sierra de Striker. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Triturador cottle	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar nelson, para hidrocele, con juego completo de trocares.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar nelson, para hidrocele, con juego completo de trocares.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 10 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 12 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 16 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 16 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Trocar universal, con juego de cuatro puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Tunelizador maleable, de 250 mm. A 300 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pequeño.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 2	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N
5593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO	Instrumental	Vaso metálico: 100 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	DEWIMED	N.A.	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EQUIPO MÉDICO. INSTRUMENTAL, EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTARCTOR VENT SENT Q.C. ENDOSCOPIA BAJA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N
2	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR AXIAL SUBESTACIÓN	Mantenimiento preventivo de Extractor coaxial incluye: Desconectar la energía eléctrica: Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, asegúrate de desconectar el extractor de la corriente eléctrica para evitar accidentes. Limpieza: Aspas: Retirar las aspas del extractor y limpiar con un paño húmedo y jabón neutro. Si están muy sucias, sumergir en agua tibia con jabón durante unos minutos antes de limpiarlas. Carcasa: Limpiar la carcasa del extractor con un paño húmedo y jabón neutro. Asegurar el eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Motor: Limpiar el motor con un cepillo suave y una aspiradora para eliminar el polvo. No utilizar líquidos ni productos químicos agresivos. Revisión: Cables: Inspeccionar los cables eléctricos para asegurar que no estén dañados o sueltos. Conexiones: Verificae que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas. Rodamientos: Si el extractor tiene rodamientos, asegurar de que estén lubricados. Aplicar unas gotas de aceite lubricante en los rodamientos si es necesario. Montaje: despues de la limpieza y revisar todas las partes, volver a montar el extractor siguiendo las instrucciones del fabricante. Prueba: Después de montar el extractor, copnectar a la corriente eléctrica y verificar que funcione correctamente. Asegurar que las aspas giren libremente y que el extractor extraiga aire de manera eficiente. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SOLER AND PALAU	HGT-1250	SN
3	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR AXIAL SUBESTACIÓN	Mantenimiento preventivo de Extractor coaxial incluye: Desconectar la energía eléctrica: Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, asegúrate de desconectar el extractor de la corriente eléctrica para evitar accidentes. Limpieza: Aspas: Retirar las aspas del extractor y limpiar con un paño húmedo y jabón neutro. Si están muy sucias, sumergir en agua tibia con jabón durante unos minutos antes de limpiarlas. Carcasa: Limpiar la carcasa del extractor con un paño húmedo y jabón neutro. Asegurar el eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Motor: Limpiar el motor con un cepillo suave y una aspiradora para eliminar el polvo. No utilizar líquidos ni productos químicos agresivos. Revisión: Cables: Inspeccionar los cables eléctricos para asegurar que no estén dañados o sueltos. Conexiones: Verificae que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas. Rodamientos: Si el extractor tiene rodamientos, asegurar de que estén lubricados. Aplicar unas gotas de aceite lubricante en los rodamientos si es necesario. Montaje: despues de la limpieza y revisar todas las partes, volver a montar el extractor siguiendo las instrucciones del fabricante. Prueba: Después de montar el extractor, copnectar a la corriente eléctrica y verificar que funcione correctamente. Asegurar que las aspas giren libremente y que el extractor extraiga aire de manera eficiente. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SOLER AND PALAU	HGT-1250	SN
4	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR CENTRIFUGO ADMISION SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CEB1200	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR CENTRIFUGO ALMACEN DIETETICA MEDICAMENTOS INFLAMABLES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	PL204	SN
6	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR CENTRIFUGO PEDIATRIA SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CEB1200	S/N
7	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO ALMACEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-18	211528689006
8	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO ALMACEN SANITARIOS Y ROPERIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-18	SN
9	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO BAÑOS Y VESTIDORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-30	201492291002

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
10	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO CIRUGIA GENERAL AISLADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-16	S/N
11	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO CONSULTORIOS Y PASILLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-28	S/N
12	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-16	S/N
13	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-16	S/N
14	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO HOSPITALIZACION PEDIATRIA EXT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
15	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO HOSPITALIZACION SANITARIOS RESIDENTES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-14	S/N
16	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO HOSPITALIZACION SANITARIOS RESIDENTES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-14	S/N
17	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO JEFATURA Y TALLERES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-22	201474375002
18	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR HONGO MEDICINA INTERNA AISLADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CRHLT-16	S/N
19	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR PLAFON BAÑOS Y VESTIDORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CFP-500	SN

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
20	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR PLAFON BAÑOS Y VESTIDORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CFP-500	SN
21	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR PLAFON COCINETA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CFP-500	SN
22	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT ARIMAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-355	S/N
23	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT COCINA CALIENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-630	SN
24	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT HOSPITALIZACION GINECOLOGIA SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
25	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT HOSPITALIZACION PEDIATRIA AISLADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-280	S/N
26	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT IMAGENOLOGIA Y SANGRADO SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-450	S/N
27	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT INHALOTERAPIA ESTERILIZADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-355	S/N
28	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT OBSERVACIONES ADULTOS AISLADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-280	S/N
29	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT OBSERVACIONES MENORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
30	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT OBSERVACIONES MENORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-450	S/N
31	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT OFICINAS DE APOYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-400	SN
32	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT Q.C. CEYE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N
33	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT Q.C. ENDOSCOPIA ALTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N
34	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT Q.C. QUIROFANO 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
35	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT Q.C. QUIROFANO 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N
36	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT Q.C. SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-280	S/N
37	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT SANITARIOS, CTO ASEO P.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CB-1200	SN
38	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT TOCOCIRUGIA CIRUGIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N
39	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT TOCOCIRUGIA EXPULSION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-315	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
40	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	EXTRACTOR VENT SENT TOCOCIRUGIA SANITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-355	S/N
41	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT H.GINECOLOGIA FILTRADO UP-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-1000	221690021001
42	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNAN FILTRADO UP-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-900	221669165003
43	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT HOSPITALIZACION PEDIATRIA FILTRADO UP-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-900	SN
44	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT HOSPITALIZACION RESIDENTES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAFH-25/25	SN

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
45	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL FILTRADO UP-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-1000	221690021003
46	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SENT INHALOTERAPIA FILTRADO UP-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-630	SN
47	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SET CEYE FILTRADO UP-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-400	S/N
48	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SET CIRUGIA CENTRAL FILTRADO UP-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-1120	221651771001
49	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SET SALA DE TRATAMIENTO PARA UP-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-400	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
50	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENT SET TOCOCIRUGIA FILTRADO UP -20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CMI-1000	221690021002
51	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL ALMACEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAHF-18/18	B1019A0571
52	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL BAÑOS Y VESTIDORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAHF-12-12	B0419A0151
53	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL COCINA DE GOBIERNO FILTRADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAHF-20/20	B1019A0577
54	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL JEFATURA Y TALLERES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	5CLTL24SM	SN

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
55	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL OFICINAS DE APOYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAHF-12-12	S/N
56	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	INYECTOR VENTILACION DESCARGA HORIZONTAL CONSULTORIOS Y PASILLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	SOLER AND PALAU	CDAHF-22/22	SN
57	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	38ELQ243A-C	340809344129620012 0186
58	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH36QF-D3NB40	63239916963

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
59	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH24QE-D3DNB4R	S/N
60	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	DAIKIN	RYN24CL216	S/N
61	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	DAIKIN	RYN24CL216	S/N
62	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	DAIKIN	RYN24CL216	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
63	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	DAIKIN	RYN24CL216	S/N
64	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH24QF-D3DNB4R	S/N
65	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	38ELQ243A-C	S/N
66	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH24QF-D3DNB4R	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
67	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH24QF-D3DNB4R	S/N
68	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	MINISPLIT	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	GREE	GWH36QF-D3NB40	S/N
69	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE ADMISION HOSPITALARIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ0663M	MQ0663M8061800098

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
70	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE ARIMAC	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ0663M	MQ0663M8061800031
71	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE CEYE	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ0663M	MQ0663M8061800077
72	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE FARMACIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ0663M	MQ0663M806180099

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
73	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE HOSP. CIRUGIA GENERAL	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC240A4E0A0000	22322409JA
74	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE HOSP. GINECOLOGIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EBC180A4E0A000	22332914JA
75	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE HOSP. MEDICINA INTERNA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC240A4E0A000	22351313JA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
76	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE HOSP. PEDIATRIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	1x	EBC180A4E0A000	22332915JA
77	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE IMAGEONOLOGIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ1203M	MQ1203M8032200013
78	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE INHALOTERAPIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ1203M	MQ1203M8032200061

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
79	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE OBSERVACION ADULTOS	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ1203M	MQ1203M8032200060
80	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE OBSERVACION INTERMEDIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	DAIKIN	DCH120XXX3VXXXAA	1911159131
81	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE OBSERVACION MENORES	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ0663M	MQ0663M8061800075

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
82	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE PUESTO DE SANGRADO	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ1203M	MQ1203M8032200020
83	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE QUIROFANO CENTRAL	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	YORK	YMMRZC025TAJ-B-X	340E91028021C200100009
84	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE SALA DE ESPERA Y TOCO	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	YORK	XP120C00Y2A1BAA1A1	N2M0431524

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
85	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE TOCOCIRUGIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	EAC240A4E0A4E0A0000	22072251JA
86	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE TOMOGRAFIA	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	MIRAGE	MQ1203M	MQ1203M8032200059
87	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Aire Acondicionado	UNIDAD PAQUETE URGENCIAS	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	YORK	ZF300COOY4A2BAA4A2	N2B0587964

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
88	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	CELULAS FOTOVOLTAICAS	Mantenimiento preventivo a paneles fotovoltaicos consistente en: Revisar los paneles en busca de grietas, roturas, decoloración o cualquier otro daño visible. revisión de estructura metálica de soporte, retiro de oxido y corrosión, aplicación de primer y pintura esmalte, verificación de cableado y conexiones, inspección visual del inversor. Limpieza con agua limpia y un paño suave o esponja, en caso de ser necesario utilizar una solución de agua y jabón neutro, enjuagar bien los paneles para eliminar cualquier residuo de jabón. Verificación de las conexiones eléctricas estén apretadas y libres de corrosión. Revisión de voltaje y la corriente. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	60	Servicio	N/A	S/M	N/A
89	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIA DE EMPOTRAR A PLAFON 15 W (LED CIRCULAR)TECNOLITE YDLED 15	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	73	Servicio	TECNOLITE	YDLED-15	N/A
90	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIA DE EMPOTRAR A PLAFON 40 W (PANEL DE LED) TECNOLITE-MOD 40DPAN	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	363	Servicio	TECNOLITE	40DPANLED65 MVB	N/A
91	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIA DE SOBREPONER 2 X 18 (TUBOS) TECNOLITE 36 ESTLED 236-MV40	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	63	Servicio	TECNOLITE	36 ESTLED 236-MV40	N/A
92	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO 7W ARBOTANTE TECNOLITE- DLED 7	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	136	Servicio	TECNOLITE	DLED-7	N/A
93	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIAS DE EMERGENCIA TECNOLITE 4EMLED-2H20MV65V	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	83	Servicio	TECNOLITE	4EMLED-2H20MV65V	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
94	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	LUMINARIAS EXTERIORES	Mantenimiento preventivo a luminarias: Desenergizar la luminaria: Antes de cualquier trabajo, asegurar que la luminaria esté completamente desconectada de la corriente eléctrica. Baja el interruptor o desconecta el circuito correspondiente. Inspección visual: Estado general: Verifica que la luminaria no presente daños físicos, óxido o signos de sobrecalentamiento. Pantalla o difusor: Inspecciona que la pantalla o difusor no esté roto, agrietado o sucio. Conexiones: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Limpieza: Pantalla o difusor: Limpia la pantalla o difusor con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puedes utilizar un limpiador suave no abrasivo. Cuerpo de la luminaria: Limpia el cuerpo de la luminaria con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. Revisión de la fuente de alimentación: Driver LED: Si la luminaria utiliza un driver LED externo, verifica que esté en buen estado y que las conexiones estén seguras. Prueba de funcionamiento: Encendido: Después de limpiar y revisar la luminaria, vuelve a conectarla a la corriente eléctrica y verifica que encienda correctamente. Intensidad de luz: Asegúrate de que la luminaria emita la cantidad de luz esperada.	45	Servicio	LED MEXICO/ADVANCE	WP-50	N/A
95	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	PLANTA DE EMERGENCIA (PLANELEC DE 512 KW)	Mantenimiento preventivo mayor a Planta de Emergencia se incluye: Revisión del nivel y la calidad del aceite, el combustible y anticongelante. Revisión del estado físico y el funcionamiento de los filtros de aire, aceite y combustible. Revisión del estado y la tensión de las correas del ventilador y del alternador. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles, relés, etc. Revisión del estado y la calibración de los instrumentos de medición y control, como voltímetro, amperímetro, frecuencímetro. Revisión del estado y la limpieza del sistema de escape, incluyendo el silenciador y el catalizador. Revisión del estado y la lubricación de los elementos móviles, como el motor, el alternador, el ventilador. Revisión del estado del precalentador. Prueba de arranque manual y automático del equipo, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de carga. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia, Refacciones incluidas: -Aceite para motor diésel -Anticongelante -Grasa -Líquido Biodegradable -Baterías -Filtros de aceite -Filtros de diésel -Filtro de aire -Bujías -Bornes de zapata Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	PLANELEC	S4L1D-G	S/N
96	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	SUBESTACION ELÉCTRICA RECEPTORA SERT EN AIRE	Mantenimiento Preventivo que incluye Inspección Visual: Estructura: Revisar la estructura de la subestación, incluyendo gabinetes, soportes, y conexiones mecánicas. Buscar signos de daño, corrosión o desgaste. Aislamiento: Inspeccionar el aislamiento de cables, barras y componentes. Verificar que no haya grietas, fisuras o contaminación. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y en buen estado. Conexiones flojas pueden generar puntos calientes y fallas. Barras y Conductores: Inspeccionar barras y conductores buscando signos de sobrecalentamiento (decoloración), daño o corrosión. Interruptores y Dispositivos de Protección: Revisar el estado de los interruptores, fusibles y otros dispositivos de protección. Verificar su correcta operación y ajuste. Apartarrayos: Inspeccionar los apartarrayos buscando daños o deterioro. Transformadores de Instrumento: Revisar el estado de los transformadores de corriente y potencial. Ventilación: Asegurar que la ventilación de la subestación sea adecuada y que no haya obstrucciones. Puesta a Tierra: Verificar la integridad del sistema de puesta a tierra. Etiquetas y Señalización: Verificar que las etiquetas de identificación y advertencia estén legibles y en su lugar. Limpieza: General: Limpiar el interior y exterior de la subestación con un paño seco y sin pelusa. Utilizar aspiradora o aire comprimido para remover polvo y suciedad. Aislamiento: Limpiar cuidadosamente el aislamiento con un paño humedecido con un limpiador dieléctrico apropiado. Conexiones: Limpiar las conexiones con un cepillo de alambre fino y aplicar un compuesto anticorrosivo si es necesario. Pruebas: Resistencia de Aislamiento: Medir la resistencia de aislamiento de cables, barras y componentes para verificar su integridad. Resistencia de Contacto: Medir la resistencia de contacto de interruptores y conexiones para detectar posibles puntos calientes. Funcionamiento de Dispositivos de Protección: Probar el funcionamiento de interruptores, fusibles y relés de protección. Verificar sus ajustes y tiempos de respuesta. Termografía: Realizar inspección termográfica para detectar puntos calientes o anomalías en las conexiones y componentes. Pruebas de Tensión Aplicada: Realizar pruebas de tensión aplicada para verificar la integridad del aislamiento. Ajustes y Reemplazos: Conexiones: Reapretar las conexiones eléctricas según el torque especificado por el fabricante. Componentes Desgastados: Reemplazar componentes desgastados o dañados, como interruptores, fusibles, contactos. Ajustes de Protección: Ajustar los parámetros de los dispositivos de protección según las recomendaciones del fabricante y las normas aplicables. Lubricación: Partes Móviles: Lubricar las partes móviles de interruptores y otros mecanismos según las recomendaciones del fabricante. Utilizar lubricantes dieléctricos apropiados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALSTOM	CELDAS IP-3X	S/N
97	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO A ALUMBRADO Y CONTACTOS URGENCIAS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
98	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO AA-SN (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NF30	N/A
99	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO B ALUMBRADO CONTACTOS Y LABOATORIOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB100S	N/A
100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO BAT ILUMINACION DE EMERGENCIA (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO C HOSPITALIZACION (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB100S	N/A
102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO CD-C TIPO ILINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	MG600M82B	N/A
103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO CD-SV TIPO QN (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ30L1C	N/A
104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO CEYE 1	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO CEYE 2	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO D GINECOLOGIA ALUMBRADO Y CONTACTOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA 1 SEGURIDAD DE LA VIDA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	I LINE, CAT.PJ1200M223A	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA 2 CRITICOS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	I LINE, CAT.PJ1200M223A	N/A
109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA 3 EQUIPOS CON RETRASO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	I LINE, CAT.PJ1200M223A	N/A
110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO E CONSULTA EXTERNA ALUMBRADO Y CONTACTOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	QOC24	N/A
111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO EB (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO ED (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO EH (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO EQ TIPO I LINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	LA400M81B	N/A
115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO EX EXTRACCION Y VENTILACION (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB225S	N/A
116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO F IMAGENOLOGÍA ALUMRADO Y CONTACTOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB100S	N/A
117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO G GOBIERNO (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	QOC24	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO G1 GOBIERNO (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	QOC24	N/A
119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO GENERAL TGN	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	TGN	N/A
120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO H HOSPITALIZACIÓN ALUMBRADO Y CONTACTOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB100S	N/A
121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO HF (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO QC AISLADO SALA DE QUIROFANO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	BENDER/ GPO ORS	MIP-SPA208	N/A
123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO RB URGENCIAS CONTACTOS REGULADOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB225S	N/A
124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO RD SERVICIOS DENTALES CONTACTOS REGULADOS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	QOC24	N/A
125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO RF GOBIERNO CONTACTOS REGULADOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	QOC24	N/A
126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO RH HOSPITALIZACION CONTACTOS REGULAOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB225S	N/A
127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO RX AISLADO DE RAYOS X	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO SC AISLADO SALA DE CIRUGIA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	BENDER/ GPO ORS	MIP-SPA208	N/A
129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO SE AISLADO SALA DE EXPULSION	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	BENDER/ GPO ORS	MIP-SPA208	N/A
130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO S-SN TIPO I LINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	MG600M82B	N/A
131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TEAC TIPO I LINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	MG600M82B	N/A
132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TGB EQUIPO DE BOMBEO (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB225S	N/A
133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TGE TIPO I LINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	PJ 1200M223A	N/A
134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TGI EQUIPO DE GASES (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ424AB225S	N/A
135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TGR TIPO I LINE (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	LA400MB1B	N/A
136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TOM AISLADO TOMOGRAFIA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TSGAC1 TIPO NQ (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ30L1C	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TSGAC2 TIPO NQ (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ30L1C	N/A
139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TSGAC3 TIPO NQ (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ30L1C	N/A
140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO TSGEAC (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TABLERO W IMAGENOLOGÍA ALUMBRADO Y CONTATOS (SQUARE'D - SCHNEIDER ELECTRIC)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE-D	NQ304AB100S	N/A
142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	TRANSFORMADOR TR TIPO ESTACION 1500KVA -1500-132007480)	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRAM	GRAM-1500-132007480	S/N
143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Eléctrico	UPS (IND-HF13120 M1) INDUSTRONIC	Mantenimiento preventivo a Interruptor Principal Ups incluye: Des energizar la UPS antes de realizar cualquier acción, Verificar la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados mediante termografía, Inspeccionar visualmente el estado y funcionamiento del interruptor, Limpiar el polvo y la suciedad que pueda afectar al interruptor Ajustar los componentes mecánicos y eléctricos que puedan estar sueltos o dañados, Realizar pruebas de rendimiento y confiabilidad del interruptor. Revisión del by pass, revisión de los ventiladores, Revisión de la prueba en vacio, y prueba de funcionamiento de la UPS con carga para la entrada automática de las baterías. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes para Batería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	INDUSTRONIC	UPS-IND-HF-1300 M1	N/A
144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ABRELATAS INDUSTRIAL	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ARROCERA 59 LTS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Banda electrónica 50 kg	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Banda transportadora, tipo móvil, soporte, mesa y cubierta de acero inoxidable a-isi-304, medidas de 2.70 x 0.62 x 0.90 m.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Báscula automática de mesa, capacidad de 12.5 kilos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Batidora eléctrica de mesa, capacidad 5 litros	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Cafetera para americano, capacidad para 48 tazas	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	CAMPA DE CONDENSACION	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	CAMPANA DE EXTRACCION	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Carro transportador abierto de alimentos a granel color azul pizarra	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Congelador vertical 13 pies cúbicos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Emplayadora de mesa para pre empaque envase a pelicula	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESQUELETOS PARA BARRA FRIA (GRANDES)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESQUELETOS PARA BARRA FRIA (GRANDES)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	10	Servicio	N/A	S/M	S/N
158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESQUELETOS PARA BARRA FRIA (MEDIOS)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESQUELETOS PARA BARRA FRIA (MEDIOS)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	10	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESTUFA DE MESA DE 6 QUEMADORES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	ESTUFON DE DOS QUEMADORES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	EXTRACTOR DE MONOXIDO PARA CAMPANA Y DUCTERIA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FILTROS DE AGUA LUZ ULTRAVIOLETA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FILTROS DE EXTRACCION - PORTAFILTROS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FREGADERO DOBLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FREGADERO TRIPLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FREGADERO TRIPLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FREGADERO TRIPLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	FREIDORA INDUSTRIAL DE 2 CANASTOS DE 19 LITROS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	HORNO DE CONVECCION SENCILLO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Horno de micro ondas (1.9 pies cúbicos)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LAVAMANOS FREGADERO INDUSTRIAL INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LAVAVAJILLAS UX-100 220/60/3	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Licuadora industrial, capacidad de 12 litros	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LLAVE DE PRELAVADO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LLAVE MEZCLADORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LLAVE MEZCLADORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	LLAVE MEZCLADORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MARMITA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Mesa con fregadero depósito de hielo y baño maría	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MESA DE RECEPCION LOZA CON 1 TARJA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MESA DE SALIDA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Mezcladora vertical, recipiente de 14 5/4 de diametro	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Molino eléctrico para carne, capacidad 9 kilos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Peladora de verduras, capacidad de 9 a 12 kilos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	PLANCHA PARA COCINAR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Procesador de alimentos	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Rebanadora de carnes frías	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical (20 pies cúbicos)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	Refrigerador vertical 2 puertas, con capacidad de 36 pies cúbicos, con 9 niveles de exhibicion	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	7	Servicio	N/A	S/M	S/N
194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	SISTEMA DE SEGURIDAD ANZUL	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo de Cocina	TRAMPA DE GRASAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GAS LP	TANQUE DE GAS LP ESTACIONARIO	Mantenimiento preventivo a tanque de gas LP: Inspección visual: Tanque: Verifica que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Regulador: Verificar que el regulador esté en buen estado y que no haya fugas. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de seguridad: Asegúrar de que la válvula de seguridad esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utiliza un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas, conexiones y regulador con un paño seco. Pruebas: Fugas: Aplicar agua jabonosa en las conexiones y tuberías para verificar si hay fugas. Si aparecen burbujas, hay una fuga y debe ser reparada por un técnico especializado. Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Funcionamiento: Asegúrar de que el tanque y sus componentes estén funcionando correctamente. Mantenimiento: Pintura: Pintar el tanque con pintura anticorrosiva para protegerlo de la intemperie. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Regulador: Si el regulador presenta fallas, reemplázalo por uno nuevo.	1	Servicio	TATSA	2200	HE031717
197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	ALARMA DE PRESION DE GASES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo de Alarmas: mantenimiento limpieza con aire comprimido verificar manómetros he interruptores de presión asi como el correcto ajuste de los puntos de conexión verificar la calibración de presión, revisión de fugas y en caso de ser necesario ajustar retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -cambio de o ring de cuerpo -check Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	26	Servicio	NADEIALARMA MEDICINA	S/M	N/A
198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	COLUMNA CIELITICA DE GASES	Mantenimiento preventivo de torre cieletica, Desarmado General de las Tomas, cambio de empaques de válvula primaria, cambio de check primario (en caso de ser necesario). rearmado de tomas, pruebas de hermeticidad y fugas. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	3	Servicio	NNADEICOLUMNAMEDICINA	S/M	N/A
199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANESTIWATA	SL-210-S80	SL2354

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANESTIWATA	SL-210-S80	SL4697
201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANESTIWATA	SL-210-S80	ZE142
202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ANESTIWATA	SL-210-S80	SF1561
203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	CONSOLA CON 1 TOMA DE OXIGEO Y 1 TOMA DE AIRE	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	92	Servicio	ARIGMED	ARG-COSL-3V	N/A
204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Gases Medicinales	CONSOLA CON 2 TOMA DE OXIGENO Y 2 TOMA DE AIRE	Mantenimiento preventivo a Consolas, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	49	Servicio	ARIGMED	ARG-COSL-3V	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	SECADOR COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes)	1	Servicio	CIC	SRM-05002020	SRM-0500-0039
206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	SECADOR COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes)	1	Servicio	CIC	SRM-05002020	SRM-0500-0040
207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	SECADOR COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes)	1	Servicio	CIC	SRM-05002020	SRM-0500-0033
208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	SECADOR COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes)	1	Servicio	CIC	SRM-05002020	S/D
209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	TANQUE DE COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	mantenimiento preventivo a tanque de compresores de aire medicinal que inlcuye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar de que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar todas las conexiones en busca de fugas. utilizar un kit de reparación o reemplazar la pieza dañada. Funcionamiento: Asegúrar de que el tanque esté funcionando correctamente y que el aire fluya con la presión adecuada. Mantenimiento: Purgado: Purgar el tanque regularmente para eliminar la humedad y los contaminantes acumulados. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegura que todas las conexiones estén apretadas.	1	Servicio	CIC	T500 V.F.	9743
210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	GASES MEDICINALES	TANQUE DE COMPRESOR DE AIRES MEDICINALES	mantenimiento preventivo a tanque de compresores de aire medicinal que inlcuye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar de que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar todas las conexiones en busca de fugas. utilizar un kit de reparación o reemplazar la pieza dañada. Funcionamiento: Asegúrar de que el tanque esté funcionando correctamente y que el aire fluya con la presión adecuada. Mantenimiento: Purgado: Purgar el tanque regularmente para eliminar la humedad y los contaminantes acumulados. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplaza las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegura que todas las conexiones estén apretadas.	1	Servicio	CIC	T500 V.F.	9741

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	BOMBA HIDRAULICA SISTEMA HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	BWMPUMPS	HE-2-50/5.0 HP	S/N
212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	BOMBA HIDRAULICA SISTEMA HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	BWMPUMPS	HE-2-50/5.0 HP	S/N
213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	BOMBA HIDRAULICA SISTEMA HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	BWMPUMPS	HE-2-50/5.0 HP	S/N
214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	BOMBA HIDRAULICA SISTEMA HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrifuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	BWMPUMPS	HE-2-50/5.0 HP	S/N
215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUMUM E-40	S2223C0XBN912377
216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUMUM E-40	S2223C0XBN912378
217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUM	S2231C0XBN916894

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUM	S2131C0XBN916923
219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G182200917
220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G512107342
221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUM	S2131C0XBN916922
222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUM	S2131C0XBN916896
223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CALOREX	VATTIUM	S2131C0XBN916897
224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N
225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N
227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N
228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N
229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	CALENTADOR	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	8KW 220V RTX3-08	S/N
230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	Regadera de teléfono para baño de artesa	Mantenimiento preventivo a regadera de baño de artesa que incluye: Cierre el suministro de agua, Desmonte la regadera Limpieza: Manguera: Inspeccionar la manguera en busca de grietas o daños. Si está en buen estado, sumergirla en una solución de agua y vinagre blanco (mitad y mitad) durante unos 30 minutos para eliminar la acumulación de minerales. Luego, enjuágala con agua limpia. Descalcificar: utilizar una solución de agua y vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal, en caso de ser necesario. Limpiar cada pieza con agua y jabón neutro, utilizando el cepillo para eliminar la suciedad y los residuos de minerales. Llave del baño: Limpiar la llave del baño con un paño suave y agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y seca con un paño seco. Remontaje. Verificación: Abrir la llave de paso del agua y verificar que no haya fugas en la manguera y en las conexiones. Abrir la llave del agua y probar la regadera. Asegúrar que el agua salga con presión y de manera uniforme por todos los orificios. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	Regadera de teléfono para baño de artesa	Mantenimiento preventivo a regadera de baño de artesa que incluye: Cierre el suministro de agua, Desmonte la regadera Limpieza: Manguera: Inspeccionar la manguera en busca de grietas o daños. Si está en buen estado, sumergirla en una solución de agua y vinagre blanco (mitad y mitad) durante unos 30 minutos para eliminar la acumulación de minerales. Luego, enjuágala con agua limpia. Descalcificar: utilizar una solución de agua y vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal, en caso de ser necesario. Limpiar cada pieza con agua y jabón neutro, utilizando el cepillo para eliminar la suciedad y los residuos de minerales. Llave del baño: Limpiar la llave del baño con un paño suave y agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y seca con un paño seco. Remontaje. Verificación: Abrir la llave de paso del agua y verificar que no haya fugas en la manguera y en las conexiones. Abrir la llave del agua y probar la regadera. Asegúrar que el agua salga con presión y de manera uniforme por todos los orificios. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	Regadera de teléfono para baño de artesa	Mantenimiento preventivo a regadera de baño de artesa que incluye: Cierre el suministro de agua, Desmonte la regadera Limpieza: Manguera: Inspeccionar la manguera en busca de grietas o daños. Si está en buen estado, sumergirla en una solución de agua y vinagre blanco (mitad y mitad) durante unos 30 minutos para eliminar la acumulación de minerales. Luego, enjuágala con agua limpia. Descalcificar: utilizar una solución de agua y vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal, en caso de ser necesario. Limpiar cada pieza con agua y jabón neutro, utilizando el cepillo para eliminar la suciedad y los residuos de minerales. Llave del baño: Limpiar la llave del baño con un paño suave y agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y seca con un paño seco. Remontaje. Verificación: Abrir la llave de paso del agua y verificar que no haya fugas en la manguera y en las conexiones. Abrir la llave del agua y probar la regadera. Asegúrar que el agua salga con presión y de manera uniforme por todos los orificios. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	REGADERAS	Mantenimiento preventivo a regadera que incluye: Cierre el suministro de agua, Desmonte la regadera Limpieza: Inspeccionar en busca de grietas o daños. Si está en buen estado, sumergirla en una solución de agua y vinagre blanco (mitad y mitad) durante unos 30 minutos para eliminar la acumulación de minerales. Luego, enjuágala con agua limpia. Limpiar cada pieza con agua y jabón neutro, utilizando el cepillo para eliminar la suciedad y los residuos de minerales. Llave del baño: Limpiar la llave del baño con un paño suave y agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y seca con un paño seco. Remontaje. Verificación: Abrir la llave de paso del agua y verificar que no haya fugas. Abrir la llave del agua y probar la regadera. Asegúrar que el agua salga con presión y de manera uniforme por todos los orificios. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales. Descalcificación utilizar una solución de agua y vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal.	43	Servicio	DICA	4507B	S/N
234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLT119	S/N
235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLT119	S/N
236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLT119	S/N
237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Hidráulico	TANQUE HIDRONEUMATICO	Mantenimiento preventivo mayor a Motor Para Hidroneumático Incluye: Desconexión del equipo, cerrado de válvulas de entrada y salida de agua. limpieza con dieléctrico, tuberías, válvulas, manómetros, presostatos, filtros y accesorios, verificado no presente fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Ajuste de presión de trabajo del equipo según las especificaciones del fabricante, usando los presostatos y los manómetros. Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal, la presión del agua, checar usando un amperímetro. Verificación de funcionamiento correcto del equipo, observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro. verificación de tablero de control limpieza con dieléctrico reajuste de conexiones verificación de estado de bales y sello mecánico retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLT119	S/N
238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Áreas Verdes	Servicio de jardinería que incluye: Riego de las plantas, en caso de ser necesario fertilización para asegurar un crecimiento saludable. Poda y recorte para mantener las plantas en forma. Control de plagas en jardines. Limpieza de hojas caídas y residuos.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Canceleria	Mantenimiento preventivo a puertas y ventanas de cancelería que incluye: Limpieza con productos específicos para limpiar aluminio o vidrio, evitando aquellos que sean abrasivos o contengan amoniaco, retirando el polvo y la suciedad con un paño suave y agua tibia con jabón neutro. Enjuague y secado con un paño limpio. Limpieza de los cristales con un limpiador de vidrios. limpieza de los marcos con un paño húmedo y un detergente suave. Lubricación de bisagras y correderas, aplicando un lubricante seco o en aerosol a las bisagras y correderas para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación. Revisión de sellos de las ventanas y puertas para asegurar no permitan fugas de aire o agua. Apriete de los tornillos sueltos para asegurar una fijación adecuada de los componentes, revisión de vidrios rotos ni agrietados, en su caso se debe considerar su reemplazo. Reemplazo de manijas, cerraduras o bisagras en mal estado. Refacciones incluidas: -Líquido para su limpieza -Empaques -Tornillería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Cerraduras o chapas	Mantenimiento preventivo a Chapas de puertas que incluye la limpieza con paño suave, agua tibia y jabón neutro, retirando el polvo y la suciedad acumulada en la chapa y la llave. Evita utilizar productos abrasivos que puedan dañar la superficie. Lubricación con un lubricante específico para cerraduras, como grafito en polvo o un spray lubricante seco, evitar lubricantes a base de aceite, ya que pueden atraer a polvo y suciedad, aplicar una pequeña cantidad de lubricante en la llave y en la cerradura. Uso de la llave varias veces para distribuir el lubricante, revisión de señales de desgaste en la llave o en la cerradura, revisión de juego en la manilla o en la cerradura, revisión de óxido o corrosión, identificación de piezas dañadas o faltantes en caso de ser necesario. Ajustes y reemplazo de llave en caso de ser necesario. Refacciones incluidas: -chapas -Lubricante para chapas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Estacionamiento	Mantenimiento Preventivo de estacionamiento que incluye limpieza, barrido y recolección de basura, eliminar hojas, ramas, papeles y otros residuos. Limpieza de drenajes: Evitar obstrucciones que puedan causar encharcamientos, lavado de pisos eliminando manchas de aceite, grasa y otros contaminantes. Revisión de Iluminación, asegurarse de que todas las luces funcionen correctamente. Comprobar que el sistema de drenaje funcione correctamente y no haya obstrucciones. Reparar sistemas de iluminación: Reparar o reemplazar las luminarias dañadas.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Lámina Multymuro de 1 1/2" cal. 26/26, en muros, Fachada multy-muro con poliuretano de 1 1/2" de espesor y cubiertas, de lámina galvanizada y pintada. Cal 26 en color blanco por ambos lados, acabado poliéster, incluye: suministro, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA PREFABRICADA, MUROS EXTERIORES Y TECHUMBRE	Mantenimiento preventivo de impermeabilización en uniones del sistema de multipanel muro, incluye; mediante una inspección visual se deberá realizar un reforzamiento de sello en uniones para evitar filtraciones y protección del sistema de fijación para evitar corrosión, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Impermeabilización. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	32630.69112	Servicio	ISOCINOU	ISOPARETE	N/S
243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Pintura en Muros y Plafones	Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón color blanco, incluye; materiales, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Pisos Vinilicos	Mantenimiento preventivo a pisos vinílicos considerando limpieza y aplicación de cera retirando las manchas existentes.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo a plafón reticular, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo de plafón de Tablaroca, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Protectores de Camillas	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro y colocación de protección contra camillas de 20cm de ancho, incluye; materiales, mano de obra, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	PUERTAS DE TAMBOR DE MADERA	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	301	Servicio	N/A	N/A	N/A
249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	33	Servicio	N/A	N/A	N/A
250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	PUERTAS EMPLOMADAS	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	10	Servicio	N/A	N/A	N/A
251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	PUERTAS SENCILLAS DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	76	Servicio	N/A	N/A	N/A
252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Reja perimetral y techumbres de accesos	Limpieza, Inspección y reapriete de elementos en reja perimetral, pintura, lubricación de rodamientos según se requiera. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y limpieza del área	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de acero estructural ASTM A36, incluye corte, armado, soldadura, limpieza, aplicación de primer anticorrosivo y pintura de acabado, con equipo especializado y mano de obra calificada. SISTEMA ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR LAS CARGAS Y PROPORCIONARLE ESTABILIDAD AL INMUEBLE	En estructuras metálicas expuestas a la intemperie se deberá considerar la aplicación de pintura esmalte base agua, en su caso primario, en faldón y estructura para equipos de aire acondicionado, incluye limpieza de los elementos, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	371.21	Servicio	N/A	N.A.	N/S
254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Infraestructura	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 40000L	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	1	Servicio	TECNOTANQUES	TAN401	N/A
255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Alacena alta de 90 cm. dimensiones generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	136	Servicio	N/A	S/M	S/N
285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N/A	S/M	S/N
288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	9	Servicio	N/A	S/M	S/N
290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	N/A	S/M	S/N
291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	64	Servicio	N/A	S/M	S/N
301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Anaquel esqueleto 7 entrepaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero 4 gavetas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero 4 gavetas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	16	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero 4 gavetas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero 4 gavetas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	9	Servicio	N/A	S/M	S/N
314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Archivero guarda visible sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en regadera. Dimensiones generales: largo 45 cm, ancho 30 cm, altura 45 cm. Capacidad de carga: 150 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	N/A	S/M	S/N
344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 3 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 3 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 3 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	N/A	S/M	S/N
348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Banca en TANDEM para 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	13	Servicio	N/A	S/M	S/N
356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Baño de artesa	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Baño de artesa	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Baño de artesa	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.20mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.20mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.20mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica. Incluye tarja con mezcladora/grifería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 más de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en Coria y puertas forradas en formaica. Incluye tarja con mezcladora/grifería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en Coria y puertas forradas en formaica. Incluye tarja con mezcladora/grifería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en Coria y puertas forradas en formaica. Incluye tarja con mezcladora/grifería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.50mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.80mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.80mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.80mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.80mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 1.80mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 2.40mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 2.40mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra con tarja sencilla de 2.40mts x.60 mts de ancho x .90 mts de alto con cubierta en corian y puertas forradas en formaica. Incluye tarja con mezcladora/grifería.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra de madera de .80 cm de largo x .90 cm de alto x .30 cm de fondo con puertas y entrepaños cubiertas en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.20 más de largo x .60 más de ancho x .70 y 1.05 más	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.50 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.80 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 1.80 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para central de enfermería con doble altura de 2.40 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 y 1.05 mts de alto elaborado con estructura de herrería	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.2mts de largo x .60 más de ancho x.70 más de alto con estructura de herrería y cubierta en corean	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.2mts de largo x .60 más de ancho x.70 más de alto con estructura de herrería y cubierta en corean	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.2mts de largo x .60 más de ancho x.70 más de alto con estructura de herrería y cubierta en corean	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.2mts de largo x .60 más de ancho x.70 más de alto con estructura de herrería y cubierta en corean	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra escritorio para trabajo de médicos de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con estructura de herrería y con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra para 2 tarjas con escurridero central de 2.40mts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Barra para fórmulas lácteas de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x.70 mts de alto con cubierta en corian	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de 200 litros de polietileno	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de 200 litros de polietileno	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de basura de polietileno de alta densidad de 240 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	9	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote de campana. Dimensiones generales largo: 41 cm, ancho: 29 cm, alto: 64 cm. Capacidad de carga 30 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote RPBI de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Bote rpbi de polietileno de 20 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	16	Servicio	N/A	S/M	S/N
532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	N/A	S/M	S/N
539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	N/A	S/M	S/N
541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Buro. Dimensiones generales: ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 50 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carretilla portabultos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carretilla portabultos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carretilla portabultos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para ropa sucia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Carro para supermercado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	137	Servicio	N/A	S/M	S/N
569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	231	Servicio	N/A	S/M	S/N
570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Casillero doble puerta con mecanismo de abatimiento por medio de una varilla perno. Frente 38 cm, profundidad 45 cm, altura 180	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Cesto para papeles tipo circular metálico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Contendor de basura de 50 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Contendor de basura de 50 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Contendor de basura de 50 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Contendor de basura de 50 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Contendor de basura de 50 litros	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza con bases metálicas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza de 80 cms de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Credenza de 80 cms de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de jabón líquido manual	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel Sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de papel sanitario	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Despachador de toallas de papel	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escalera de tijera 3 peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 150 cm con lateral izquierdo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular de 180 cm. Con lateral derecho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular tipo bala de 120 cm. Sin lateral	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio modular tipo bala de 120 cm. Sin lateral	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 120 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 150 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Escritorio rectangular de 180 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.20 mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.20 mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.20 mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.20 mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.50mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.50mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.50mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared continuo de 1.50mts de largo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cm aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Espejo de pared de 40x30 cms aprox	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gabinete universal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N/A	S/M	S/N
1298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	N/A	S/M	S/N
1299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Gancho doble de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Góndola para ropa sucia de 400lts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
1365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera de pedal	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Jabonera en regadera	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo contra muro de cerámica blanca	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Lavabo ovalin con pedestal de acero inoxidable tipo 304 con sistema manos libres	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	LAVABOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	66	Servicio	CATO	JAZMIN	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	LAVADO DE CIRUJANOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	KTFAMMAI	KT-LAVABODOBLE	N/A
1424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa alta de 150 cm con fregadero derecho y trampa de yeso	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa circular para juntas de 4 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de centro fabricada en mdf	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de centro fabricada en mdf	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de .90 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 1.20 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta de formaica de 2.40 mts de largo x.60 mts de ancho x .90 mts de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en corean de 3.60 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de .95mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1 más de largo x .40 más de ancho x .90 más de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.5mts de largo x .60 más de ancho x .90 más de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.5mts de largo x .60 más de ancho x .90 más de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.5mts de largo x .60 más de ancho x .90 más de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x .90 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x .90 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1.8mts de largo x .60 mts de ancho x .90 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1mts de largo x .60 mts de ancho x .90 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 1mts de largo x .60 mts de ancho x .90 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 2.4mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 2.4mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto con 2 cajoneras de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 2.4mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto con 2 cajoneras de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formaica de 3.0mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto con 2 cajoneras de madera acabado en formaica de .40 mts de largo x.60 de ancho x .60 mts de alto	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formica de 3.60 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto, con 2 con cajoneras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formica de 3.60 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto, con 2 con cajoneras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo con alma de herrería y tapa de madera cubierta en formica de 3.60 mts de largo x .60 mts de ancho x .70 mts de alto, con 2 con cajoneras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa de trabajo para taller	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Mesa oval para juntas 10 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	MUEBLE PLANCGA PARA 3 OVALINES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y me	2	Servicio	TECNOMUEBLES	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	MUEBLE PLANCHA PARA 2 OVALINES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y me	4	Servicio	TECNOMUEBLES	S/M	N/A
1479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 120 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 150 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Pizarrón de 180 cm magnético de pared	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Porta rotafolio con pizarrón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Postes unifilas elaborados en tubo cromado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Postes unifilas elaborados en tubo cromado	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	N/A	S/M	S/N
1534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	N/A	S/M	S/N
1542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	16	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	N/A	S/M	S/N
1545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla fija de respaldo bajo base de trineo tapizada en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla para aula	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
1547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Silla secretarial. Características generales: cuerpos separados asiento y respaldo, medidas generales	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 1 lugar, tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela. Dimensiones generales: largo 150 cm, fondo 85 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 175 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela. Dimensiones generales: largo 150 cm, fondo 85 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 175 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela. Dimensiones generales: largo 150 cm, fondo 85 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 175 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela. Dimensiones generales: largo 150 cm, fondo 85 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 175 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela. Dimensiones generales: largo 150 cm, fondo 85 cm, altura 75 cm. Capacidad de carga: 175 kg.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón confortable de 3 lugares	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	18	Servicio	N/A	S/M	S/N
1666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón fijo de respaldo bajo, base de trineo, tapizado en tela	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en piel sintética con pistón neumático	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para patín hidráulico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N/A	S/M	S/N
1744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarima plástica para patín hidráulico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
1745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Administrativo	Tarja sencilla Trinity de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banco giratorio de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro cuna con basinet de acrílico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro cuna con basinet de acrílico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro cuna con basinet de acrílico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N/A	S/M	S/N
1867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	17	Servicio	N/A	S/M	S/N
1877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Estante guarda estéril	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	MAMPARAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	10	Servicio	N/A	N/A	N/A
1902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 cm. Con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa baja de 90 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa baja de 90 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiólogo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiólogo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiólogo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa de 150 cm para atención al recién nacido	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa de 150 cm para atención al recién nacido	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	17	Servicio	N/A	S/M	S/N
1965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	N/A	S/M	S/N
1969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
1976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	N/A	S/M	S/N
1978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	14	Servicio	N/A	S/M	S/N
1980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	N/A	S/M	S/N
1982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
1989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	17	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Portavenoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	N/A	S/M	S/N
1994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de .80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de .80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de .80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de .80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de .80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
1999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.20 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja con escurridor con base de 1.80 m de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja doble central con base de acero inoxidable de 1.80 mts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja doble central con base de acero inoxidable de 1.80 mts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	Tarja doble central con base de acero inoxidable de 1.80 mts	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	TARJA DOBLE CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	TCNOTARJAS	S/M	N/A
2015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Mobiliario Médico	TARJA SENCILLA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	18	Servicio	TCNOTARJAS	S/M	N/A
2016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Osmosis Inversa	SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA	Mantenimiento preventivo a sistema de osmosis inversa que incluye: Cierre el suministro de agua y electricidad, Reemplazo de filtros: Filtro de sedimentos: Reemplaza el filtro de sedimentos, Filtro de carbón activado: Reemplaza el filtro de carbón activado. Limpieza de la membrana de ósmosis inversa: Inspección: Inspeccionar la membrana en busca de signos de incrustación o daño. Limpieza química: Si la membrana está sucia, utilizar una solución de limpieza específica para membranas de ósmosis inversa siguiendo las instrucciones del fabricante. Verificación de la presión: Manómetro: Verificar la presión del agua de entrada y la presión después de la membrana. Asegúrar de que estén dentro de los rangos recomendados. Inspección de otros componentes: Tanque de almacenamiento: Verificar que el tanque de almacenamiento esté limpio y funcionando correctamente. Válvulas y conexiones: Inspeccionar las válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Bomba: Verifica que la bomba (si aplica) esté funcionando correctamente y sin ruidos extraños. Desinfección: Solución desinfectante: Desinfectar el sistema con una solución desinfectante adecuada (como cloro o peróxido de hidrógeno) siguiendo las instrucciones del fabricante. Prueba de calidad del agua: Análisis: Realizar un análisis del agua producida para verificar que cumple con los estándares de calidad deseados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	TMACNOSISTEMAS	S/M	S/N
2017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Sanitario	REJILLA PARA DRENAJE DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16	Mantenimiento preventivo de rejilla de acero inoxidable: Retira la rejilla, Elimina los residuoscon cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad, el pelo y otros residuos de la superficie de la rejilla. Limpiar con agua y jabón: Mezcla agua tibia con jabón neutro y utiliza una esponja o un paño para limpiar la rejilla. Limpiar todas las áreas, incluyendo los espacios entre las barras. Enjuaga con agua limpia: Enjuaga la rejilla con agua limpia para eliminar los restos de jabón. Desinfecta (opcional): Si deseas desinfectar la rejilla, puedes rociarla con una solución de vinagre blanco y agua (mitad y mitad) o espolvorear bicarbonato de sodio y dejar actuar durante unos minutos antes de enjuagar. Seca la rejilla: Utiliza un paño de microfibra limpio y seco para secar la rejilla completamente. Coloca la rejilla: Vuelve a colocar la rejilla en el drenaje. No utilizar productos de limpieza abrasivos, como lejía o limpiadores fuertes, ya que pueden dañar el acero inoxidable. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Sanitario	REJILLA PARA DRENAJE DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16	Mantenimiento preventivo de rejilla de acero inoxidable: Retira la rejilla, Elimina los residuoscon cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad, el pelo y otros residuos de la superficie de la rejilla. Limpiar con agua y jabón: Mezcla agua tibia con jabón neutro y utiliza una esponja o un paño para limpiar la rejilla. Limpiar todas las áreas, incluyendo los espacios entre las barras. Enjuaga con agua limpia: Enjuaga la rejilla con agua limpia para eliminar los restos de jabón. Desinfecta (opcional): Si deseas desinfectar la rejilla, puedes rociarla con una solución de vinagre blanco y agua (mitad y mitad) o espolvorear bicarbonato de sodio y dejar actuar durante unos minutos antes de enjuagar. Seca la rejilla: Utiliza un paño de microfibra limpio y seco para secar la rejilla completamente. Coloca la rejilla: Vuelve a colocar la rejilla en el drenaje. No utilizar productos de limpieza abrasivos, como lejía o limpiadores fuertes, ya que pueden dañar el acero inoxidable. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	N/A	S/M	S/N
2019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Sanitario	WC	Mantenimiento preventivo que incluye el suministro e instalación de push en tanque de llenado de WC, incluye; materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	96	Servicio	CATO	JAZMIN	N/A
2020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	SPCI	Detectores de humo	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	317	Servicio	N/A	S/M	S/N
2021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	SPCI	DETECTORES DE HUMO MONOXIDO	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	2	Servicio	FIRST ALERT	. SA303B/SA305B	N/A
2022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	SPCI	Extintor PQS	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	92	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Agitador eléctrico rotatorio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	88882001	L9CT82001004
2024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Agitador eléctrico rotatorio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	88882001	L9CT82001002
2025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (telelupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	C-000.32.356	1107857360
2026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (telelupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	C-000.32.356	1107857361
2027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador gástrico de succión contínua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	NEW HOSPIVAC 350 BASIC 4	39533
2028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35773
2029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35816
2030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35817
2031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35772
2032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35822

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35823
2034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35769
2035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35786
2036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35785
2037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35787
2038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35775
2039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35774
2040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35815
2041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35795
2042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35776

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35770
2044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35771
2045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac	35780
2046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador ultrasonico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Misonix	Sonastar	FLV-20C05
2047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Aspirador ultrasonico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Stryker	UST-2001	1829101024
2048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Labtech	LWB-211A	2020060993
2049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula (pesa bebés)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	354	8.35434E+12
2050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	354	8.35434E+12
2051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	354	8.35434E+12
2052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con capacidad de 50 kg	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	1E+13
2059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9.01005E+11
2060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010048 00008
2061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010061 00007
2062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010048 00012

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010048 00004
2064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010048 00015
2065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010061 00003
2066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-8031B	9010061 00004
2067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200490 00003
2068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00047
2069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00050
2070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00048
2071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00036
2072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00049

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00028
2074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00011
2075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00026
2076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00037
2077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00030
2078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00041
2079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00074
2080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00027
2081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00029
2082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00025

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00012
2084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00075
2085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00013
2086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00039
2087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00033
2088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00065
2089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00046
2090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00040
2091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00038
2092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00072

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00043
2094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00035
2095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00042
2096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00044
2097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00045
2098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00032
2099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00082
2100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2500440 00017
2101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2500460 00006
2102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00051

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0239648 00083
2104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200500 00006
2105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0239648 00078
2106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00078
2107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00077
2108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00071
2109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00076
2110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00073
2111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00070
2112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00007
2114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101250 00016
2115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00006
2116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00001
2117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2900330 00015
2118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2900330 00017
2119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00068
2120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00067
2121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00069
2122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00062

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00061
2124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00063
2125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00054
2126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00055
2127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00057
2128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00056
2129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00052
2130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0240070 00053
2131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00008
2132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00010
2134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00015
2135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00015
2136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101260 00009
2137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101250 00017
2138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0101250 00015
2139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2707530 00011
2140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2700520 00006
2141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2707530 00017
2142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00014

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0300490 00018
2144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900570 00009
2145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2707530 00004
2146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2707520 00011
2147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2707520 00018
2148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1600530 00002
2149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica hospitalaria de multiples posiciones para paciente adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1600530 00005
2150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	30049000014
2151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1012600006
2152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	30049000007

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama trabajo de parto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD-200	9008123 00005
2154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama trabajo de parto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD-200	9005026 00008
2155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama trabajo de parto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD-200	9008123 00002
2156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Cama trabajo de parto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD-200	9005026 00007
2157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00005
2158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00013
2159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00008
2160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00006
2161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1430920 00005
2162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1430920 00009

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00014
2164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1430920 00010
2165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00010
2166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00012
2167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1430920 00007
2168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1282270 00011
2169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	14309200 0008
2170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.43092E+11
2171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	143092 000006
2172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	143092 000001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.43092E+11
2174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla movil para traslado de pacientes	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.43092E+11
2175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00036
2176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00028
2177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00006
2178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00011
2179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00026
2180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00031
2181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00007
2182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00002

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00027
2184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00021
2185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00038
2186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00016
2187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00017
2188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00015
2189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00003
2190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00012
2191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00034
2192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00019

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00030
2194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00029
2195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00023
2196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00039
2197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00001
2198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00013
2199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00037
2200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 00009
2201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P030043800022
2202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 0018

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 0004
2204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 0024
2205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 0032
2206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P0300438 0025
2207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P030043800033
2208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-810AE	P030043800014
2209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT21G007
2210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT16F033
2211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Centrífuga de mesa para ocho tubos, de 13 x 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J40-12	2490
2212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Centrífuga de mesa para ocho tubos, de 13 x 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J40-12	2491

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Congelador de temperatura ultrabaja	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo scientific	TSX2330FY	114285580122100(4)
2214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Contador eléctrónico de ocho teclas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2206882
2215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Contador eléctrónico de ocho teclas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2206876
2216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030849
2217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030843
2218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030850
2219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030844
2220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030852
2221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030847
2222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-1A030851

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Equipo de endoscopia con fuente de luz, procesador de video, equipo de irrigación, carro o torre de traslado	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	Evis Exera III	Varios
2224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Equipo portatil para succion rapida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	YX980D	D6.21.003
2225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Equipo portatil para succion rapida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	YX980D	D6.21.097
2226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Espirometro tipo wrigth	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Spirolab	911080	A23-0J.14940
2227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Esterilizador de vapor directo (60.9 x 91.4 x 121.4 cm) grande***	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	ELD 30	2016642
2228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WEA-97200-CL	S/N
2229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WEA-97200-CL	S/N
2230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WEA-97200-CL	S/N
2231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N
2252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	WA97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H19B00070015
2254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20800950004
2255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20701940004
2256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20800950005
2257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20800950003
2258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20800950002
2259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H20701160013
2260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Edan	SD1	H19B00070016
2261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	GAVETA PARA CADAVERES DE 3 CUERPOS	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	N/A	GCH-3	S/N
2262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Histeroscopio para consultorio.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	S/M	S/M	S/N
2264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Incubadora de traslado	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Fanem	IT 158 TS	GAS002019
2265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Incubadora de traslado	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Fanem	IT 158 TS	GAS002022
2266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Incubadora de traslado	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Fanem	IT 158 TS	GAS002024
2267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Incubadora para controles biologicos de la esterilizacion con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Global steril	INC-100	YN2022310401859
2268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Incubadora para controles biologicos de la esterilizacion con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Global steril	INC-100	YN2022310401867
2269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	GS-300	S/N
2299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lampara de fototerapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	Billiux	1116292018
2300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lámpara obstétrica (con suspensión a techo un solo satélite)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyLED 760	15-27001609
2301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lampara quirurgica doble de led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyLED 760	15-27001608
2302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lampara quirurgica doble de led	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyLED 760	15-27001606

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyLED 760	15-27001610
2304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	S/M	S/N
2310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lavador de biberones, eléctrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	S/M	LB-3	LB-201-22
2311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lavadora de equipo de inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	Melagtherm 10	202210-DTB3271
2312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Lavadora ultrasónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Sonica	2022017790

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Manómetro esofagoanorectal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Manoscan	MSZIL2091
2314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH046229P
2315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirúrgica electrohidráulica (para ginecología)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase 6100	M1-23005241
2316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal electrohidráulica básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase3000	M1-27005525
2317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal electrohidráulica básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase3000	M1-27005524
2318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirurgica universal mecanico hidrahulica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase3000	M1-27005523
2319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirurgica universal mecanico hidrahulica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase3000	M1-27005522
2320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Mesa quirurgica universal mecanico hidrahulica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase3000	G9-27010247
2321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 3	3186001609
2322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 3	3186001748

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129760
2324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129825
2325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129824
2326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129827
2327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129816
2328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129817
2329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129747
2330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129759
2331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129820
2332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 11	KN-22129822

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 12	KN-22129823
2334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 13	KN-22129826
2335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129761
2336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129787
2337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129749
2338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129762
2339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129752
2340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129773
2341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129750
2342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129813

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129818
2344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129815
2345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129814
2346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129764
2347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129751
2348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129753
2349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129781
2350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129772
2351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 12	KQ-14065139
2352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 12	KQ-14065138

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 12	KQ-14065140
2354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129783
2355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129774
2356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129779
2357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129757
2358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129767
2359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129758
2360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129754
2361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129788
2362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129778

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 12	KQ-14065136
2364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129766
2365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Monitor de signos vitales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Umec 10	KN-22129754
2366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Motor neumatico compacto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	B Braun	Acculan 3Ti	9961
2367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Motor neumatico compacto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	B Braun	Acculan 3Ti	9962
2368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104043
2369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104048
2370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104046
2371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104050
2372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104045

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104042
2374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104047
2375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104041
2376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211104044
2377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
2378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
2379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
2380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
2381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para banco de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-1015L	221001911
2382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395L	221002140

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002574
2384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002572
2385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002573
2386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002575
2387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002578
2388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002576
2389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-650LT	221002577
2390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050083
2391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050082
2392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050081

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050084
2394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050080
2395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP21100367
2396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP21100369
2397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP22050079
2398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sabana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP21100368
2399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Selladora térmica para bolsas de esterilización	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Belseal 95V	539452
2400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
2412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sillón reposet	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PA8210	9011053 00001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sillón reposet	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KA8261	9011053 00004
2414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sillón reposet	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KA8261	9011053 00002
2415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Sistema para aspiración de secreciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7A 23B	22
2416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009135
2417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009136
2418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009133
2419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009134
2420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009129
2421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009131
2422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de anestesia básica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Wato EX35	KG-22009130

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de Electrocirugía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS501SX	CAE0005591
2424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de Electrocirugía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS501SX	CAE0005663
2425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de Electrocirugía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS501SX	CAE0005662
2426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de Electrocirugía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Wem	SS501SX	CAE0005592
2427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía endoscópica avanzada	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS200E	HAB0002330
2428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Unidad de secado para equipo de inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	Melagtherm 10	202210-DTB3271
2429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057435
2430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057433
2431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057438
2432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057406

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057434
2434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057414
2435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057415
2436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057430
2437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057409
2438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057405
2439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057439
2440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057420
2441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057440
2442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador adulto - pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057416

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado neonatal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Leistung	PR5-TT	I12063
2444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado pediátrico -adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057411
2445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado pediátrico -adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057441
2446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado pediátrico -adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057429
2447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado pediátrico -adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057432
2448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Ventilador de traslado pediátrico -adulto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	SV-300	GB-2A057404
2449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Videocolonoscopio adulto y pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	PCF-H190L-I	2250051
2450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Equipo Médico	Videoesofagogastroscopio adulto y pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	GIF-XP170N	2132106
2451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.113.00	S/N
2452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
2454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo No 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
2455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo No 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
2456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Canula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
2457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Canula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
2458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Canula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
2459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Canula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
2460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
2461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
2462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
2464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
2465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
2466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
2467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
2468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
2469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	88.658.10	S/N
2470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
2471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Cubículo de curaciones (set 42), cirugía general, retiro de puntos, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Cubículo de curaciones (set 42), cirugía general, retiro de puntos, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 1 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.01	S/N
2474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.10	S/N
2475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.11	S/N
2476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 12 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.12	S/N
2477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 13 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.13	S/N
2478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 2 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.02	S/N
2479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.03	S/N
2480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.04	S/N
2481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.05	S/N
2482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.06	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.07	S/N
2484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.08	S/N
2485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.150.09	S/N
2486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Dilatador de Tubbs, con mecanismo de tornillo, apertura de 8 a 42 mm. Longitud del brazo 184 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.418.42	S/N
2487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	N/A	S/M	S/N
2488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	N/A	S/M	S/N
2489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	N/A	S/M	S/N
2490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	20.106.14	S/N
2491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental anestesiologia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	N/A	S/M	S/N
2492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental angiologia (set 001), angiología, arteriodisección (adulto), set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental angiologia (set 239), angiología, venodisección, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 240), cirugía general, asepsia y antisepsia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	N/A	S/M	S/N
2495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 243), cirugía general, curación, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 243), cirugía general, curación, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 244), cirugía general, subclavia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 245), cirugía general, pleurotomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
2499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 246), cirugía general, punción pleural, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
2500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 268), cirugia general menor, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
2501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 35), cirugía general, básico adulto, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	N/A	S/M	S/N
2502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 36), cirugía general, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	N/A	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 39), ciruía general, estómago, vago y píloro, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
2504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 40), cirugía general, gastroenterología endoscopía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 44), cirugia general, sutura, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	N/A	S/M	S/N
2506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 44), ciruía general, sutura, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 44), ciruía general, sutura, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	N/A	S/M	S/N
2508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental cirugia general (set 50) cirugía general, vesícula y vías biliares, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	N/A	S/M	S/N
2509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 255), gineco obstericia, colocación de diu, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	N/A	S/M	S/N
2510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 256), gineco obstetricia, parto episiotomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	N/A	S/M	S/N
2511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Instrumental gineco-obstetricia (set 257), gineco obstetricia, exploración ginecológica, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	N/A	S/M	S/N
2512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
2514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
2515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
2516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
2517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
2518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
2519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
2520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
2521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
2522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
2524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
2525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
2526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
2527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
2528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
2529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.120.24	S/N
2530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	64.120.24	S/N
2531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
2532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
2534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N
2535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	72	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
2536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	60	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
2537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	64	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
2538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	64	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
2539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
2540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
2541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
2542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 240 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.431.25	S/N
2544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60°, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	13.377.16	S/N
2545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	144	Servicio	Dewimed	S/M	S/N
2546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	S/M	S/N
2547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	S/M	S/N
2548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza De Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	11.308.16	S/N
2549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1x2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
2562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
2564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Dieffenbach, curvo, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.103.04	S/N
2565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.102.04	S/N
2566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
2567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
2568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
2569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
2570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
2571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	10.102.25	S/N
2572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	10.102.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
2579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Estándar, sin dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.102.11	S/N
2580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
2581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
2588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
2589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
2590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
2591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
2592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	S/M	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	S/M	S/N
2594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
2595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
2596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
2597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
2598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
2599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
2609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
2610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
2611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	60	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
2612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	72	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.210.10	S/N
2614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	60	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
2620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	60	Servicio	Dewimed	12.240.214	S/N
2621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.240.214	S/N
2622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.322.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
2624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
2625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 190 a 205 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	04.190.20	S/N
2626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 240 a 255 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	04.190.25	S/N
2627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Mayo Robson, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	64.237.25	S/N
2628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Mayo Robson, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	64.230.25	S/N
2629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.471.18	S/N
2630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	12.471.23	S/N
2631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.479.22	S/N
2632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.310.21	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 275 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.310.29	S/N
2634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.311.16	S/N
2635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	72	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
2636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	Dewimed	12.131.18	S/N
2637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
2638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
2639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.310.18	S/N
2640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	10.116.25	S/N
2641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Randall del No.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	62.231.04	S/N
2642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza rankin o rankin-kelly, curva, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	12.243.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	48	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
2644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	13.320.20	S/N
2645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	Dewimed	12.320.18	S/N
2646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.320.18	S/N
2647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	S/M	S/N
2648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
2649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.180.14	S/N
2650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.180.14	S/N
2651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Porta agujas hegar o mayo-hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carBuró de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
2652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.180.16	S/N
2654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
2655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
2656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
2657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
2658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portaagujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.15	S/N
2659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Portagujas Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	24.324.26	S/N
2660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Riñon de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	88.139.25	S/N
2661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.764.20	S/N
2662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	18.170.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N
2664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.183.25	S/N
2665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.187.50	S/N
2666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Deaver, valva de 75 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.187.75	S/N
2667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
2668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
2669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm., longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	18.191.40	S/N
2670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
2671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
2672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
2674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
2675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
2676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
2677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N
2678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.175.00	S/N
2679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.175.00	S/N
2680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm. A 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	20.112.14	S/N
2681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.341.11	S/N
2682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
2684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
2685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
2686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
2687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
2688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	N/A	S/M	S/N
2689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
2690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
2691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
2692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
2702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
2704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
2705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
2706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.284.28	S/N
2707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera metzenbaum, curva, con insertos de carBuró de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
2708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera metzenbaum, curva, con insertos de carBuró de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
2709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.281.15	S/N
2710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.281.15	S/N
2711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.280.15	S/N
2712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.280.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 3	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	08.550.10	S/N
2714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Westcott, curva, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.102.11	S/N
2715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Tijera Westcott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.107.11	S/N
2716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Trocar Nelson, para hidrocele, con juego completo de trocares.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	22.170.25	S/N
2717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	22.170.30	S/N
2718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	22.170.33	S/N
2719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	22.170.35	S/N
2720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16 French, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	22.170.35	S/N
2721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	56-602-25	S/N
2722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Instrumental	Vaso metálico: 100 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	40	Servicio	Dewimed	88.140.03	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL, EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Manejadora de Equipo Dividido 10 Toneladas	Condensadora: Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Manejadora. Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas:	1	Servicio	TRANE	TWE12044AAA07BD0000	23415372BA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Manejadora de Equipo Dividido 20 Toneladas	Condensadora: Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Manejadora. Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas:	1	Servicio	TRANE	TWE24044BAA07A1	21183515WA
3	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Manejadora de Equipo Dividido 20 Toneladas	Condensadora: Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Manejadora. Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas:	1	Servicio	TRANE	TWE24044BAA07A1	22261171WA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA2079A
5	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW2336BF000AA	155XRNP800ZP80300027

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA2402A
7	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA1650A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
8	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	AAAXQ0E0000XCP3R0038
9	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1618E1000AA	2329HA0551A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
10	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1618E1000AA	2329HA0610A
11	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA2368A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
12	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	AAAXQ0E0000XCP3R0095
13	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW2336BF000AA	155XRNP800ZP80300015

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
14	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA1807A
15	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA2370A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
16	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA1760A
17	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA2400A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
18	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA1767A
19	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1612E1000AA	2337HA1652A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
20	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	4MXW1624E1000AA	2328HA1675A
21	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Minisplit 1 a 3 Toneladas	Condensadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo Evaporadora. Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	CARRIER	40VSC243F-E	540N340920741250170047

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
22	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A00	221910604D
23	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A00	221910536D
24	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210601D
25	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210571D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
26	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0000	223310175D
27	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0000	221910580D
28	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 15 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH180G4R0C1A0000	230110160D
29	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210627D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
30	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210674D
31	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión mensual Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas . 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de presiones de gas, identificando fugas. b) Limpieza de filtros de la unidad interna c) Limpieza con liquido biodegradable serpentín de condensadora y de la unidad interna. d) Revisión de drenaje de la unidad interior e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se recomienda lo siguiente : Revisión de operación y funcionamiento de control remoto y cambio de pilas (si es el caso) 4.-Limpieza final. Refacciones incluidas: -Pilas -Gas ecológico -Liquido biodegradable -Capacitor de arranque Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210668D
32	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 20 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD240G4R0C1A0000A1	223410112D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
33	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 15 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD180G4R0C1A0001	230110213D
34	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 7.5 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC090H4E0A2600000	220713338L
35	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 20 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD240G4R0C1A0001	225110415D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
36	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 15 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSH180G4R0C1A0000	225110318D
37	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0000	221910593D
38	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0000	221910584D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
39	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 25 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD300G4R0C1A0001	230210664D
40	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 20 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD240G4R0C1A0001	225110402D
41	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 15 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD180G4R0C1A0001	230110219D

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
42	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 20 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD240G4R0C1A00010000	230210201D
43	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 20 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSD240G4R0C1A00010000	230210190D
44	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 10 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC120H4E0A2D0000000000000000D	231811932L

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
45	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Unidad Paquete 7.5 Toneladas	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	TRANE	TSC090H4E0A2E000000000000000C	233914190L
46	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET 1 a 3 HP	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI450000000	231791701056
47	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI450000000	231791711056

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
48	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	221729966005
49	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3150000000	231770236050
50	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI5600000000	231774370055

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
51	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716025
52	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2800000000	221750680067
53	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716014

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
54	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3150000000	231770236052
55	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	Revisión Trimestral Mantenimiento preventivo que incluye: 1.-Revisión en el sistema eléctrico se requiere lo siguiente : a)Tomas lectura de amperaje , voltaje y apriete de conexiones eléctricas b)Limpieza con dieléctrico en contactores y limpieza a presión de gabinetes eléctricos 2.-Revisión en el sistema mecánico se requiere lo siguiente : a) Revisión de dren de condensados b) Revisión de amortiguadores y anti vibradores de equipos. c) Limpieza de serpentín , aspas, con liquido biodegradable d) Revisión de estado del estado del aislante y pintura del equipo e) Toma de lectura de presiones(si es necesario cargas con gas ecológico) 3.-Revisión en el sistema control se requiere lo siguiente : a) Ajuste de parámetros de control para verificar si el sistema esta en manual o automático b) Revisión de alarmas en los sistemas de control. c) Revisión de operación y funcionamiento del sistema de control como son válvulas, termostato, indicadores de flujo. 4.-Revisión en el sistema filtración se requiere lo siguiente : a) Revisión de filtros deshidratador b) Revisión de indicadores de humedad 5.-Limpieza final. Refacciones Incluidas: -Líquido Biodegradable -Líquido Dieléctrico -Gas Ecológico -Filtro Deshidratador Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI4500000000	231791701063
56	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716028
57	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	221680458012

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
58	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	221729966032
59	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI4000000000	231844941012
60	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI4000000000	231844941010
61	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2800000000	231787725121
62	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716023

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
63	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI630000000	231791703063
64	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI280000000	231787725014
65	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI280000000	231791712093
66	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI250000000	231787726028
67	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI500000000	231793889047

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
68	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716011
69	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716016
70	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2800000000	231791712086
71	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3550000000	231844943003
72	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI5600000000	231791699027

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
73	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI630000000	231791703061
74	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI900F072600	231873856001
75	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI355000000	231844943034
76	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI250000000	221729966011
77	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI250000000	221729966015

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
78	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI2500000000	231791716022
79	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI-900D052500	231854394001
80	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3550000000	231844943005
81	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI3550000000	231844943006
82	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI900M092500	231873857001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
83	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI6300000000	231791703064
84	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	*5CMI5000000000*	231793889025
85	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI6300000000	231791703062
86	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI900F072600	231873858001
87	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI900F072600	231873859001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
88	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Aire Acondicionado	Ventilador Centrifugo de Entrada Sencilla Tipo VENT-SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VENTILADORES limpieza con agente detergente , Limpieza de graseras y guardapolvos, Inspección Mecánica general de equipo Verificación. Estado general de turbina, Alineación y balanceo, Tensión y estado de bandas, Estado físico de rodamientos, Verificación de temperatura en rodamientos, Medición y análisis de ruido durante operación, Medición de Caudal de aire en operación Inspección Eléctrica general de equipo, Verificación de Amperaje en operación, Voltaje en terminales, Temperatura de conductores y terminales, Estado general de conductores Lubricación general del equipo, Estado de lubricación general. Refacciones Incluidas: -Grasa -Filtros de carbón activados en caso de ser aplicable -Fusibles -Bandas -Poleas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales que se necesitaron para los trabajos de mantenimiento preventivo	1	Servicio	S&P	5CMI900H086000	231873860001
89	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	NETWORK VIDEO RECORDER 16P 32 CANALES	Mantenimiento preventivo a NVR que incluye: Inspección visual: Estado general: Verifica que el NVR no presente daños físicos, óxido o acumulación de polvo excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Ventilación: Asegúrate de que el NVR tenga una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento. Limpieza: Exterior: Limpia el NVR con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Interior: Si es necesario, abre la carcasa del NVR y limpia el interior con un paño suave y seco. Ten cuidado de no dañar ningún componente. Revisión del disco duro: Estado: Verifica el estado del disco duro utilizando la herramienta de diagnóstico que viene con el NVR o una herramienta de terceros. Espacio libre: Asegúrate de que haya suficiente espacio libre en el disco duro para las grabaciones. Si el espacio es bajo, puedes eliminar grabaciones antiguas o agregar un disco duro adicional. Revisión de la configuración: Fecha y hora: Verifica que la fecha y hora del NVR estén configuradas correctamente. Ajustes de grabación: Revisa los ajustes de grabación (resolución, velocidad de fotogramas, etc.) para asegurarte de que sean los adecuados para tus necesidades. Usuarios y contraseñas: Verifica que los usuarios y contraseñas del NVR estén configurados correctamente y que las contraseñas sean seguras. Actualización del firmware: Versión: Verifica que el NVR tenga la última versión de firmware instalada. Si hay una versión más reciente, actualízala siguiendo las instrucciones del fabricante. Pruebas funcionales: Grabación: Realiza una prueba de grabación para verificar que el NVR esté grabando correctamente. Reproducción: Reproduce grabaciones antiguas para verificar que se puedan ver y escuchar correctamente. Acceso remoto: Si utilizas acceso remoto, verifica que puedas acceder al NVR desde otros dispositivos. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	HIKVISION	DS7732NXIK4/16P	AK4804810
90	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE BALA	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2063G2-I(U)	AB1615824
91	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE BALA	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2063G2-I(U)	AB1615819
92	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE BALA	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2063G2-I(U)	AB1615812
93	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE BALA	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2063G2-I(U)	AB1615781
94	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE BALA	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2063G2-I(U)	AB1615799
95	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638647
96	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638780
97	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638700

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
98	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638706
99	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638663
100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638633
101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638715
102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638657
103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638701
104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638698
105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638699
106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638713
107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638704
108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638728
109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Circuito cerrado de televisión/Imagen	CÁMARA DE DOMO	Mantenimiento preventivo realizando limpieza de las cámaras y lentes para asegurar una visión clara, verificar ajuste de la posición y enfoque, inspección y prueba de cables y conexiones para evitar fallas, revisar que esté activo el micrófono, verificarf visualizacion en monitores.	1	Servicio	HIKVISION	DS-2CD2163G2-I(S)	AH3638723

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS UPS TOMOGRAFO	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	BAT-IND-M1-13120-10	BB-13120-151123026
111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS UPS-01	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	BAT-IND-M1-1380-05	BB-1380-061223049
112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	BANCO DE BATERIAS UPS-02	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	INDUSTRIONIC	BAT-IND-M1-1380-05	BB-1380-061223050
113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	CAPACITOR No.1 AUTOMATICO 5 PASOS 250 KVA I/P 3X400AMP. 480-277 V	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	INDUSTRIONIC	OC-261223	337-111223

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	CAPACITOR No.1 AUTOMATICO 5 PASOS 250 KVA I/P 3X400AMP. 480-277 V	Mantenimiento preventivo mayor a Banco de Capacitores se incluye: ajuste de terminales y conexiones, Limpieza en el mismo eliminando el polvo, la suciedad y la humedad que puedan afectar a los componentes. Inspección visual de los elementos del banco de capacitores, los contactores, los fusibles, los relés, los cables, comprobando que no presenten daños, fisuras, quemaduras o signos de sobrecalentamiento. Medición de los parámetros eléctricos del banco de capacitores, como el voltaje, la corriente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica, utilizando instrumentos adecuados y comparando los valores con los especificados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del banco de capacitores, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de potencia reactiva del sistema y que no genere ruidos o vibraciones anormales. Ajuste o sustitución de los componentes que presenten desviaciones o defectos, como los capacitores que hayan perdido capacidad o tengan fugas, los contactores que tengan desgaste en los contactos o no operen correctamente, los fusibles que estén fundidos o deteriorados. Refacciones incluidas: -Fusibles -Contactores -Bornes de terminales Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IICE	OC-261223	PKV-105A2401
115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	CENTRO DE CARGA 3 CIRCUITOS	Mantenimiento preventivo, desconexión, bloqueo de seguridad inspección y limpieza general de Tablero con medio físicos, aire seco y aspiración, inspección y reapriete de terminales, medición de variables voltaje amperaje y temperaturas, pruebas de de disparo de protección, verificación de cableado, balanceo y catálogos.	13	Servicio	IICE	Q8-16L100S	N/A
116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	GABINETE PARA INTERIOR	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	SQUARE´D	ED6	N/A
117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	4	Servicio	SQUARE´D	FA100SMX	N/A
118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	8	Servicio	SQUARE D	KA225SMX	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA	Mantenimiento preventivo a gabinete que incluye: Desenergizar: Asegurar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utiliza un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verifica que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspecciona que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verifica que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Indicadores: Asegúrate de que los indicadores luminosos (si los tiene) funcionen correctamente. Limpieza: Interior: Limpia el interior del gabinete con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, puedes utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpia las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Acciona el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simula una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. Continuidad: Verifica la continuidad del circuito a través del interruptor cuando está cerrado. Apriete: Tornillos: Asegúrate de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente con un torquimetro. Mano de obra. limpieza y retiro de materiales	3	Servicio	SQUARE D	LA400SMX	N/A
120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 15A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	3	Servicio	SQUARE D	EDB34015	N/A
121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 20A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	EDB34020	N/A
122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 30A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	SQUARE D	EDB34030	N/A
123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 40A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	EDB34040	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 50A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	FH36050	N/A
125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 60A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	FH36060	N/A
126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 70A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	5	Servicio	SQUARE D	FH36070	N/A
127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ED4	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	ED43B100MX	N/A
128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 100A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	5	Servicio	SQUARE D	FH36100	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 125A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	7	Servicio	SQUARE´D	EDB34125	N/A
130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 150A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	KH36150	N/A
131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 175A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE´D	KH36175	N/A
132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 225A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	KH36225	N/A
133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR 250A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	SQUARE D	LHL36250	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR DE 300A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	LA36300	N/A
135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR DE 350 A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	3	Servicio	SQUARE D	LA36300	N/A
136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR DE 400 A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	3	Servicio	SQUARE D	LHL36400	N/A
137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR DE 600A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	SQUARE D	MAL36600	N/A
138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	INTERRUPTOR PRINCIPAL 1600 A	Mantenimiento preventivo a interruptor termomagnetico que incluye Desenergizar el circuito: Antes de cualquier trabajo, asegúrar de que el circuito esté completamente desenergizado y bloqueado. Utilizar un probador de voltaje para verificar la ausencia de tensión. Inspección visual: Estado general: Verificar que el interruptor no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados a las terminales del interruptor y no haya signos de daño o corrosión. Aislamiento: Verificar que el aislamiento de los cables y el interruptor esté en buen estado. Limpieza: Exterior: Limpiar el interruptor con un paño suave y seco. Si hay polvo o suciedad acumulada, utilizar una aspiradora con un cepillo suave. Terminales: Limpiar las terminales del interruptor con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Pruebas funcionales: Apertura y cierre: Accionar el interruptor varias veces para verificar que abre y cierra correctamente. Disparo: Simular una sobrecarga o cortocircuito (si es posible) para verificar que el interruptor dispare y corte la corriente. utilizar un probador de disparo o un equipo de inyección de corriente para realizar esta prueba. Apriete: Tornillos: Asegúrar de que los tornillos de las terminales y los de fijación del interruptor estén apretados correctamente utilizando un torquimetro. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	SQUARE D	NW16H1	N/A
139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	MODULO DE POTENCIA UPS-TOM	Mantenimiento preventivo inspección y limpieza general de unidad con medio físicos, aire seco y aspiración, verificación de estado de baterías, verificación de medios de conmutación, inspección y reapriete de terminales, medición de variables voltaje amperaje y temperaturas, pruebas de operación, verificación de cableado, balanceo y etiquetado	1	Servicio	SQUARE D	MPOT-13120-151123028	MPOT-13120151123028
140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	MODULO DE POTENCIA INDUSTRIONIC UPS-02	Mantenimiento preventivo inspección y limpieza general de unidad con medio físicos, aire seco y aspiración, verificación de estado de baterías, verificación de medios de conmutación, inspección y reapriete de terminales, medición de variables voltaje amperaje y temperaturas, pruebas de operación, verificación de cableado, balanceo y etiquetado	1	Servicio	SQUARE D	MPOT-1380	MPOT-1380061223051

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	MODULO DE POTENCIA INDUSTRIONIC UPS-01	Mantenimiento preventivo inspección y limpieza general de unidad con medio físicos, aire seco y aspiración, verificación de estado de baterías, verificación de medios de conmutación, inspección y reapriete de terminales, medición de variables voltaje amperaje y temperaturas, pruebas de operación, verificación de cableado, balanceo y etiquetado	1	Servicio	SQUARE D	MPOT-1380	MPOT-13800612230052
142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	PLANTA DE EMERGENCIA	Mantenimiento preventivo mayor a Planta de Emergencia se incluye: Revisión del nivel y la calidad del aceite, el combustible y anticongelante. Revisión del estado físico y el funcionamiento de los filtros de aire, aceite y combustible. Revisión del estado y la tensión de las correas del ventilador y del alternador. Revisión del estado y la fijación de las conexiones eléctricas y mecánicas. Revisión del estado y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles, relés, etc. Revisión del estado y la calibración de los instrumentos de medición y control, como voltímetro, amperímetro, frecuencímetro. Revisión del estado y la limpieza del sistema de escape, incluyendo el silenciador y el catalizador. Revisión del estado y la lubricación de los elementos móviles, como el motor, el alternador, el ventilador. Revisión del estado del precalentador. Prueba de arranque manual y automático del equipo, verificando que se conecte y desconecte correctamente según la demanda de carga. Prueba de funcionamiento con carga simulada o real, verificando los parámetros eléctricos como voltaje, corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia, Refacciones incluidas: -Aceite para motor diésel -Anticongelante -Grasa -Líquido Biodegradable -Baterías -Filtros de aceite -Filtros de diésel -Filtro de aire -Bujías -Bornes de zapata Mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE D	12M26G800/6	3023E000411
143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	POWER LOGIC PM5100	Mantenimiento preventivo desernergizado, inspeccion genneral de gabinetete e interruptores, inspeccion de signos de sobrecalentamientos, verefícar presencia de corrosion o daños mecanicos, limpieza general, reapriete de terminales, revision de corriente y voltaje, analisis termografico.	1	Servicio	SQUARE D	PM5100	5.4006E+11
144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	POWER LOGIC PM5101	Mantenimiento preventivo desernergizado, inspeccion genneral de gabinetete e interruptores, inspeccion de signos de sobrecalentamientos, verefícar presencia de corrosion o daños mecanicos, limpieza general, reapriete de terminales, revision de corriente y voltaje, analisis termografico.	1	Servicio	SQUARE D	PM5100	5.4006E+11
145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA EN AIRE, SUBCOM 15 kV, 400 A, NEMA 3R	Mantenimiento Preventivo que incluye Inspección Visual: Estructura: Revisar la estructura de la subestación, incluyendo gabinetes, soportes, y conexiones mecánicas. Buscar signos de daño, corrosión o desgaste. Aislamiento: Inspeccionar el aislamiento de cables, barras y componentes. Verificar que no haya grietas, fisuras o contaminación. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y en buen estado. Conexiones flojas pueden generar puntos calientes y fallas. Barras y Conductores: Inspeccionar barras y conductores buscando signos de sobrecalentamiento (decoloración), daño o corrosión. Interruptores y Dispositivos de Protección: Revisar el estado de los interruptores, fusibles y otros dispositivos de protección. Verificar su correcta operación y ajuste. Apartarrayos: Inspeccionar los apartarrayos buscando daños o deterioro. Transformadores de Instrumento: Revisar el estado de los transformadores de corriente y potencial. Ventilación: Asegurar que la ventilación de la subestación sea adecuada y que no haya obstrucciones. Puesta a Tierra: Verificar la integridad del sistema de puesta a tierra. Etiquetas y Señalización: Verificar que las etiquetas de identificación y advertencia estén legibles y en su lugar. Limpieza: General: Limpiar el interior y exterior de la subestación con un paño seco y sin pelusa. Utilizar aspiradora o aire comprimido para remover polvo y suciedad. Aislamiento: Limpiar cuidadosamente el aislamiento con un paño humedecido con un limpiador dieléctrico apropiado. Conexiones: Limpiar las conexiones con un cepillo de alambre fino y aplicar un compuesto anticorrosivo si es necesario. Pruebas: Resistencia de Aislamiento: Medir la resistencia de aislamiento de cables, barras y componentes para verificar su integridad. Resistencia de Contacto: Medir la resistencia de contacto de interruptores y conexiones para detectar posibles puntos calientes. Funcionamiento de Dispositivos de Protección: Probar el funcionamiento de interruptores, fusibles y relés de protección. Verificar sus ajustes y tiempos de respuesta. Termografía: Realizar inspección termográfica para detectar puntos calientes o anomalías en las conexiones y componentes. Pruebas de Tensión Aplicada: Realizar pruebas de tensión aplicada para verificar la integridad del aislamiento. Ajustes y Reemplazos: Conexiones: Reapretar las conexiones eléctricas según el torque especificado por el fabricante. Componentes Desgastados: Reemplazar componentes desgastados o dañados, como interruptores, fusibles, contactos. Ajustes de Protección: Ajustar los parámetros de los dispositivos de protección según las recomendaciones del fabricante y las normas aplicables. Lubricación: Partes Móviles: Lubricar las partes móviles de interruptores y otros mecanismos según las recomendaciones del fabricante. Utilizar lubricantes dieléctricos apropiados. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	OTE-01036-2023	109223
146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	SUPRESOR DE PICOS SURGELOGIC	Mantenimiento preventivo a supresor de picos que incluye; Desenergiza el circuito. Desconectar el interruptor principal o el panel de distribución y verifica que no haya tensión con un probador. Inspección visual: Supresor de picos: Verificar que no haya daños físicos, como grietas o abolladuras. Asegúrar de que los cables estén bien conectados y que no haya corrosión. Indicadores: Si el supresor de picos tiene indicadores luminosos, verificar que funcionen correctamente. Carcasa: Inspeccionar la carcasa en busca de signos de desgaste o daño. Limpieza: Supresor de picos: Limpiar el supresor de picos con un paño seco. Si hay polvo o suciedad, utiliza un cepillo suave o una aspiradora. Conexiones: Limpiar las conexiones con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Pruebas: Funcionamiento: Si el supresor de picos tiene un botón de prueba, presiónalo para verificar que funcione correctamente. Voltaje: Medir el voltaje antes y después del supresor de picos para verificar que esté funcionando correctamente. Lubricación (opcional): Si las partes móviles del supresor de picos están rígidas, aplicar un poco de lubricante dieléctrico. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	SQUARE D		N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TAB. INVERSOR SISTEMA FOTOVOLTAICO	Mantenimiento preventivo que incluye: Desconectar la energía. Desconectar el interruptor principal o el panel de distribución y verificar que no haya tensión con un probador. Inspección visual: Inversor: Verificar que no haya daños físicos, como grietas o abolladuras. Asegúrar que los cables estén bien conectados y que no haya corrosión. Indicadores: Si el inversor tiene indicadores luminosos, verificar que funcionen correctamente. Ventilación: Asegurar que las rejillas de ventilación del inversor estén limpias y sin obstrucciones. Carcasa: Inspeccionar la carcasa en busca de signos de desgaste o daño. Limpieza: Inversor: Limpiar el inversor con un paño seco. Si hay polvo o suciedad, utilizar un cepillo suave o una aspiradora. Conexiones: Limpiar las conexiones con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Pruebas: Funcionamiento: Si el inversor tiene un botón de prueba, presiónarlo para verificar que funcione correctamente. Voltaje: Medir el voltaje de entrada y salida del inversor para verificar que esté funcionando correctamente. Rendimiento: Comparar la producción de energía del sistema fotovoltaico con los datos históricos para verificar que el inversor esté funcionando de manera eficiente. Lubricación (opcional): Si las partes móviles del inversor están rígidas, aplicar un poco de lubricante dieléctrico. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	SQUARE D	SG36CX-U5	A2331004950
148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TAB. QC1 TABLERO AISLADO 7500 VA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	5	Servicio	SQUARE D	IDP/11371-04	N/A
149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TAB. QC1 TABLERO AISLADO 3500 VA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	5	Servicio	SQUARE D	IDP/11473-04	N/A
150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO 18 POLOS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	12	Servicio	SQUARE D	NQ418L1C	N/A
151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO 30 POLOS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	15	Servicio	SQUARE D	NQ430L2C	N/A
152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO 42 POLOS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	15	Servicio	SQUARE D	NQ442L2C	N/A
153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO CH	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE D		N/A
154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE ALUMBRADO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE D	NF430L1C	N/A
155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE ALUMBRADO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE D	NQ430L2C	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE DISTRBUCIÓN SERIE 02 I-LINE 400 A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	4	Servicio	SQUARE D	LA400M141B	N/A
157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE DISTRBUCIÓN SERIE 02 I-LINE 600 A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	6	Servicio	SQUARE D	MG600M142B	N/A
158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE DISTRIBUCION	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	11	Servicio	SCHNEIDER	LA400M81B	N/A
159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE INTERRUPTOR	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SCHNEIDER	KA225SMX	N/A
160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TABLERO DE TRANSFERENCIA N.C. Y N.A. Y CA-112 PARA TAB-UPS-E-G	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	1	Servicio	SQUARE´D	N/A	N/A
161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TAB-QED2 TIPO AUTOSOPORTADO QD LOGIC INT. PPAL. 2000 Amps	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tablero se incluye: Desconexión en tablero de la fuente de alimentación y verificación para que no haya tensión en los circuitos. Inspeccionar visualmente el estado de los componentes, las conexiones y el cableado. se buscara signos de sobrecalentamiento, corrosión, daños o suciedad. Limpieza con aire comprimido o un paño seco las partes metálicas y plásticas del tablero. Revisión del ajuste y la operación de los dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés. Verificación para que no haya falsos contactos o partes flojas. Verificación de las mediciones de tensión, corriente, potencia y factor de potencia en los circuitos del tablero. Conexión de tablero a la fuente de alimentación. realización de pruebas de operatividad.	6	Servicio	SQUARE´D	QEDD220X20	N/A
162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO 12.5 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE D	BARNIZADO	63530
163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 45 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE D	BARNIZADO	67933

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 45 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE D	BARNIZADO	67221
165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 75KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE D	BARNIZADO NA	67934
166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	BAUDOUIN	BARNIZADO	63108
167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE´D	BARNIZADO	67142
168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SQUARE´D	BARNIZADO	67143

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO 150 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Electropuente	BARNIZADO AN	68168
170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR TIPO SECO 150 KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SURGELOGIC	BARNIZADO AN	67147
171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 225KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SURGELOGIC	BARNIZADO NA	67144
172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR 225KVA	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	SUNGROW	BARNIZADO AN	67146
173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR SECO BAJA TENSIÓN	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps Refacciones incluidas: -Grasa -Líquido Dieléctrico -Bornes de Terminales Mano de Obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	PG LIFELINK	AN	67145

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO: SUBESTACION GARGANTAS CAPACIDAD DE 1000 KVA.	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PG LIFELINK	PEDESTAL	23K20668
175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO: SUBESTACION GARGANTAS, CAPACIDAD DE 750 KVA.	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PG LIFELINK	PEDESTAL	23K20667
176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	UPS 80 Kva	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	2	Servicio	PG LIFELINK	UPS-IND-HF-13120-M1	13102-1511-23022
177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	UPS 80 Kva	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	3	Servicio	PG LIFELINK	UPS-IND-HF-1380-M1	1380-061223045
178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Eléctrico	UPS 120 Kva	Revisión de Mantenimiento preventivo mayor que incluye: 1.- Lubricación de los devanados y mecanismos 2.- Prueba de resistencia de aislamiento 3.- Prueba de resistencia 4.- Prueba de relación de transformación 5.- Prueba de termografía 6.- Limpieza general con solvente y desengrasante dieléctrico producto químico 7.- Pruebas de resistencia única a devanados una sola posición 8.- Ajuste de las terminales o taps 9.- Revisión de la calidad del aceite Refacciones incluidas: -Aceite mineral -Grasa -Líquido Dieléctrico -Terminales de Bornes Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PG LIFELINK	UPS-IND-HF-1380-M1	1380-061223046

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BARRA DESPACHADORA DE ALIMENTOS, CON 3 INSERTOS PARA COMIDA CALIENTE, Y 1 INSERTO PARA ALIMENTOS FRIOS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	COCIMEX	ACERO INOX	N/A
180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BÁSCULA AUTOMÁTICA DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BAR-6	N/A
181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BÁSCULA AUTOMÁTICA DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BAR-6	N/A
182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON CAPACIDAD DE 50 KG	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BAR-10	N/A
183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BATIDORA ELÉCTRICA DE MESA, CAPACIDAD 5 LITROS,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BATI-7	N/A
184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	BATIDORA ELÉCTRICA DE PISO, CAPACIDAD 40 LTS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	BATI-40X	N/A
185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CAFETERA PARA AMERICANO, CAPACIDAD PARA 48 TAZAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	CP-10	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CAFETERA PARA AMERICANO, CAPACIDAD PARA 48 TAZAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	CP-10	N/A
187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	Campana de Extracción	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S&P	Cmi-900	S/N
188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CARRO TÉRMO PORTA CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	6	Servicio	CAMBRO	MDC24	N/A
189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL COLOR AZUL PIZARRA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CAMBRO	BC225	N/A
190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL COLOR AZUL PIZARRA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	CAMBRO	BC225	N/A
191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL COLOR AZUL PIZARRA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CAMBRO	BC225	N/A
192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS, TRES COMPARTIMIENTOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CASA LUX	ACERO INOX	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Mantenimiento preventivo de enfriador y calentador de agua, que incluye verificación del equipo en busca de fugas, ruidos extraños o signos de corrosión, limpieza de la superficie exterior con un paño húmedo, verificación de temperatura del agua, limpieza de filtros de aire y agua según las instrucciones del fabricante, inspección de conexiones eléctricas y de plomería estén seguras y sin fugas. Limpieza de los serpentines del condensador y evaporador con un cepillo suave o aspiradora. Drenaje del tanque de agua caliente para eliminar sedimentos y prevenir la acumulación de sarro, verificación de la válvula de alivio. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	IMBERA	HSM-310LB	N/A
224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ESTUFA UNIVERSAL DE 4 QUEMADORES	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	INTERNATIONAL	MAYORA	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	ESTUFON DOBLE DE GAS,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	DELTA	EIE-2-X2	N/A
226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	HORNO DE MICRO ONDAS 1.9 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	SAMSUNG	ME19R7041FG	N/A
227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	HORNO DE MICROONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 PIES CÚBICOS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	GE	PEB160SFSS	N/A
228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	HORNO DE MICROONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 PIES CÚBICOS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	GE	PEB160SFSS	N/A
229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	HORNO INDUSTRIAL, A GAS, DE DOS SECCIONES DE FORMA RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	CORIAT	HC-35-D-E	N/A
230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LAVADORA DE LOZA, A VAPOR, CON SUPERCALENTADOR, CON DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, OPERACIÓN DE DERECHA A IZQUIERDA, PRODUCCION 2400 PLATOS-HORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	ASBER	EASY-120 D CW	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LAVADORA DE LOZA, A VAPOR, CON SUPERCALENTADOR, CON DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, OPERACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA, PRODUCCION 2400 PLATOS-HORA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	ASBER	EASY-120 I CW	N/A
232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LICUADORA DE 2 LITROS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	BL-010	N/A
233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LICUADORA DE 2 LITROS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	BL-010	N/A
234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 12 LITROS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	INTERNATIONAL	LI-12A	N/A
235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 12 LITROS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	INTERNATIONAL	LI-12A	N/A
236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD 60 LITROS (16 GALONES) A VAPOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	M80GV	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD 60 LITROS (16 GALONES) A VAPOR	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	M80GV	N/A
238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	MESA CALIENTE ELECTRICA 3 CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	MESA FRIA A HIELO 3 CHAROLAS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	MEZCLADORA VERTICAL. RECIPIENTE DE 14 5/4 DE DIAMETRO	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	HOBART	HCM450-62	N/A
241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	PELADORA DE VERDURAS, CAPACIDAD DE 9 A 12 KILOS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	METVISA	MTA-DBCA10	N/A
242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL, A GAS,	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	DELTA	2-G-TOP	N/A
243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	PROCESADOR DE ALIMENTOS.	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	RHINO	PROAL-550	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	PURIFICADOR DE AGUA DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	US212W	N/A
245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	PURIFICADOR DE AGUA DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIGSA	US212W	N/A
246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO ,7.5 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MABE	RMA210PXMRGA	N/A
247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO 10 PIES CÚBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIDEA	MDRT280WINDX	N/A
248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 4.5 PIES CUBICOS (FRIGOBAR)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	AVERA	FB03	N/A
249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 4.5 PIES CUBICOS (FRIGOBAR)	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	AVERA	FB03	N/A
250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 5.4 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MAGIC CHEF	HMCF7W4M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 5.4 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MAGIC CHEF	HMCF7W4M	N/A
252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 5.4 PIES CUBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MIDEA	MDRC142FGM01	N/A
253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS CON 9 NIVELES DE EXHIBICION	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD35 D BMARR2	N/A
254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS CON 9 NIVELES DE EXHIBICION	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD35 D BMARR2	N/A
255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS CON 9 NIVELES DE EXHIBICION	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VRD35 D BMARR2	N/A
256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CÚBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VR20 D BMADR2	N/A
257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CÚBICOS	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	IMBERA	VR20 D BMADR2	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo de Cocina	SARTEN ELÉCTRICO , 116 LITROS GRANDE	Mantenimiento preventivo de los equipos de cocina, incluyendo: Equipos de cocción: Estufas, hornos, freidoras, planchas, Equipos de refrigeración: Refrigeradores, congeladores, Equipos de lavado: Lavavajillas, lavabos, Equipos de preparación de alimentos: Batidoras, licuadoras consistente en la limpieza profunda: Realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo, internos en caso que el equipo lo permita, superficies y elementos externos, utilizando los productos de limpieza adecuados. Inspección visual: Revisar el estado de los cables, conexiones eléctricas, mangueras, válvulas y otros componentes en busca de desgaste, daños o fugas. Lubricación: Aplicar lubricante a las partes móviles para reducir la fricción y prolongar su vida útil, en caso que aplique, verificar y ajustar los termostatos, temporizadores para garantizar un funcionamiento preciso en caso de ser aplicable, reemplazo de refacciones: resistencias, empaques, bandas, fusibles, mangueras, conexiones, cables, clavijas, tornillería, sellos y elementos de fijación.	1	Servicio	MADIPSA	S120E	N/A
259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 1	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	3370024DF0
260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 10	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	337002D666
261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 2	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	3370029E.92
262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 3	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	3370025EB4
263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 4	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	337002170E
264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 5	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	337002038D
265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 6	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	337002F942

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 7	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	336002823F

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 8	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	337002FDCC
268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	CONSOLA TELEFONICA 9	Mantenimiento preventivo de consola de comunicación para sistema paciente-enfermera consistente en inspección visual de la consola en busca de daños físicos, como grietas, roturas o desgaste de los botones. Verificar que los cables estén en buen estado y bien conectados, inspeccionar el micrófono y el altavoz, realizar la limpieza de la consola con un paño suave y húmedo. Limpieza del micrófono y el altavoz con un paño seco y suave. Realizar pruebas de funcionamiento de botones, comunicación entre la consola y las estaciones en cada cama de los pacientes. Ajustes del volumen del altavoz y del micrófono para asegurarte de que sean adecuados para el entorno. Revisar actualizaciones para mantener el software de la consola actualizado para asegurar su correcto funcionamiento y compatibilidad con otros sistemas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRANDSTREAM	GXV3370	3370025515
269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	MONITOR CON PANTALLA DE 10"	Mantenimiento preventivo de MONITOR incluye revisión de funcionamiento, revisión de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	1	Servicio	GRANDSTREAM	BMG10000H	BMG10000H-005854
270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	RACKMOUNT SWITCH 16-PORT POE	Mantenimiento preventivo de SWITCH incluye revisión de funcionamiento, revisión de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	1	Servicio	GRANDSTREAM	TL-SL1218MP	22264K4000394
271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR 1 BOTÓN - USB. PERA (83 PZAS)	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	83	Servicio	GRANDSTREAM	ACE37030521ES	N/A
272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Paciente Enfermera	UNIDAD PULSADOR SOS Y TIRADOR DE ASEO MASTER. (45 PZAS)	Mantenimiento preventivo de Pulsador incluye revisión de funcionamiento, ajuste de fijación a pared, revisión de continuidad de cableado, revisión de Jacks y conexiones, limpieza, incluye materiales herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	45	Servicio	GRANDSTREAM	ACE80020207ES	N/A
273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GAS LP	Tanque Estacionario 5000 Lts	Servicio de mantenimiento preventivo a línea de aprovechamiento de gas lo basado en la nom-004-sedg-2004, incluye: aplicación de pintura según el código de colores, pictogramas a tanques estacionarios, flechas sentido de flujo, señalización de válvula de cierre general, remplazo de dos reguladores de baja presión alto consumo aprobados para interiores, remplazo de una manguera especial para gas lo, calibración de equipos de consumo, remplazo de conexiones de toma de llenado por conexiones normadas, reinstalación de regulador con manómetro, prueba de hermeticidad a toda la línea. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	TATSA	5000 LT	HF2175
274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GAS LP	Tanque Estacionario 487 lts	Servicio de mantenimiento preventivo a línea de aprovechamiento de gas lo basado en la nom-004-sedg-2004, incluye: aplicación de pintura según el código de colores, pictogramas a tanques estacionarios, flechas sentido de flujo, señalización de válvula de cierre general, remplazo de dos reguladores de baja presión alto consumo aprobados para interiores, remplazo de una manguera especial para gas lo, calibración de equipos de consumo, remplazo de conexiones de toma de llenado por conexiones normadas, reinstalación de regulador con manómetro, prueba de hermeticidad a toda la línea. Refacciones incluidas: -Manómetros -Válvulas -Pintura Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	TATSA	487 LT	HD5041
275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 1 MOTOR ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WEG	0518ET3EM254TW	1089303992

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 1 CABEZAL	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	W125MX	233125020
277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 2 MOTOR ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WEG	0518ET3EM254 TW	1089303991
278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 2 CABEZAL	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	W125MX	233125021
279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 3 MOTOR ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WEG	0518ET3EM254 TW	1089303994
280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 3 CABEZAL	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	W125MX	233125022

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 4 MOTOR ELECTRICA	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	W125MX	233125023
282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	COMPRESOR 4 CABEZAL	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes). Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Manómetros -Filtros aire -Filtros de aceite Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WEG	0518ET3EM254TW	1089303993
283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	CONSOLA CENTRAL DE GASES	Mantenimiento preventivo a Consola, desmontaje de toma realizar prueba de sellado y apertura con presión cambio de se los ligas y empaques, verificar resortes y pernos para el correcto funcionamiento de la válvula check interna limpieza con liquido jabonoso libre de grasa y residuos montaje y pruebas retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Continuidad del cableado eléctrico: se revisa la continuidad de cada punto al inmediato siguiente y así sucesivamente hasta el tablero de control, con este recorrido se eliminarán fallas que pudieran existir en las líneas supervisadas, ya sea por corto circuito, cables a tierra y/o circuito abierto. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -O ring -check -Toma mural. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ARIGMED	CCM15-V240RA	CC15-1000V-1223-12754
284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Gases Medicinales	Manifold Semiautomatico	Mantenimiento preventivo de Manifold de gases medicinales semiautomático. Inspección visual de estado general, Revisión del manómetros, Chequeo de acoplamientos mecánicos y sellado, Cheque de dispensación de gas por medio de probeta manómetro, Revisión señalética, colocación soportes, accesibilidad, estado de etiquetas, verificación de hermeticidad en válvulas internas y externas, picteles y conexiones, revisión de válvulas check de alivio, revisión de sellado en reguladores primario y secundario, revisión de hermeticidad en válvulas solenoides, pruebas de hermeticidad y fugas, limpieza general del equipo.	1	Servicio	ARIGMED	SEMIAUTOMATICO	G06241010

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	SECADOR DE AIRE	Mantenimiento preventivo a compresor grado médico. Verificación del nivel de aceite de los compresores, verificación de presiones de trabajo, verificación de corriente y voltaje de operación, drenaje condensado del tanque, Verificación de ruidos y vibraciones, Verificación de fugas de aire, Comprobación de tensión de las correas, Limpie las partes externas del compresor y el motor para garantizar una refrigeración adecuada, Inspeccione las rejillas de ventilación de entrada para evitar obstrucción, Cambio de aceite, Cambio de filtros de aceite, Cambio de filtros de aire, Verificación de tensión de correas, Reapriete de opresores y cuñas, Medición de amperaje y voltaje, medición de temperatura de operación, Medición de temperatura de protecciones, Comprobación de protecciones, Verificación de estado de conductores, Reapriete de conexiones y mantenimiento a unidades de tratamiento de aire (establecidos por fabricantes)	1	Servicio	ARIGMED	MAX 100 PSI	SD105123127541
286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	CONSOLA DE GASES MEDICINALES	Mantenimiento preventivo cada 12 meses realizando una inspección visual de la consola horizontal en todos sus componentes, realizando una prueba de verificación de caudales de flujo en las tomas de gases medicinales, tomando en cuenta el código normativo NFPA99 Capítulo V para los estándares y consulta de flujos requeridos por cada gas médico en cada punto de uso (salidas-entradas de gases medicinales). Verificar: fijación de consola sobre el muro, correcta fijación de tapas o cubiertas, verificar correcto funcionamiento de contactos electricos, voltaje, puesta a tierra, reapriete de terminales, en tuberias de alimentación verificar que no existan fugas en soldaduras, acoplamientos, valvulas, conexiones y trayectorias, verificar alineación de ramales internos para el correcto acople de tomas de equipos, verificar alineacion de la consola en relación con las referencias de pisos y techos.	131	Servicio	ARIGMED/ARAMED	N/A	N/A
287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	TOMA MURAL OXIGENO	Verificar: fijación de toma sobre el muro, correcta fijación de tapas o cubiertas, verificar correcto funcionamiento de conexiones rapidas, reapriete de tornillos y conexiones en tuberias de alimentación, verificar que no existan fugas en soldaduras y emsambles, acoplamientos, valvulas, conexiones y trayectorias, verificar alineación de ramales internos para el correcto acople de equipos, verificar alineacion en relación con las referencias de pisos y techos.	43	Servicio	ARAMED	N/A	N/A
288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	TOMA MURAL DE AIRE GRADO MEDICO	Verificar: fijación de toma sobre el muro, correcta fijación de tapas o cubiertas, verificar correcto funcionamiento de conexiones rapidas, reapriete de tornillos y conexiones en tuberias de alimentación, verificar que no existan fugas en soldaduras y emsambles, acoplamientos, valvulas, conexiones y trayectorias, verificar alineación de ramales internos para el correcto acople de equipos, verificar alineacion en relación con las referencias de pisos y techos.	43	Servicio	ARAMED	N/A	N/A
289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	ALARMAS DE PRESION	Mantenimiento preventivo para verificar que funcione la alarma, verificar voltaje, verificar que el fusible este en buen estado, revisar que el cable que interconecta la fuente de alimentación y la tarjeta de control esté conectado correctamente, revisar que el cableado entre la alarma y el transmisor esté en buen estado, el transmisor esté conectado con la polaridad correcta, revisar que el transmisor corresponda a la alarma (P.E. aire con aire, etc.), realizar cierre y apertura de las valvulas de seccionamiento para verificar su correcto funcionamiento.	29	Servicio	ARAMED	N/A	N/A
290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	GASES MEDICINALES	TORRE CIELITICA	Mantenimiento preventivo cada 12 meses realice una inspección visual interna del sistema en todos sus componentes, realice una prueba de verificación de caudales de flujo en las tomas de gases medicinales. En todo momento consulte el código normativo NFPA99-2012 Capítulo V. para los estándares y consulta de flujos requeridos por cada gas médico en cada punto de uso (salidas-entradas de gases medicinales), verificar que no exista presencia de oxidacion, de ser el caso debera ser removida con cloro o sus derivados, verificar la correcta fijación sobre la estructura, realizar nivelaciones y reaprietes de tornillerias, revisar voltajes, sistema de tierra fisica, realizar reaprietes de terminales electricas, verefiicar que no existan fugas de gases medicinales en tuberias y mangueras.	4	Servicio	ARIGMED	N/A	N/A
291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA DE PREFILTRADO 2 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba Sumergible, Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	*2417* WQK15-15-1.5	N/A
292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA DE PREFILTRADO 2 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba Sumergible, Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	*2417* WQK15-15-1.5	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA SISTEMA HIDRONEUMATICO 5 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	HE 2.75	M0923T120673
294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA SISTEMA HIDRONEUMATICO 5 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	HE 2.75	M1023T121290
295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA SISTEMA HIDRONEUMATICO 5 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	HE 2.75	M1023T120999

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA HIDRAULICA PARA EXTRACCION AGUA DE POZO 5HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba Sumergible, Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	KOR2 R50-26	P2200040833-0673
297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA SISTEMA RECIRCULACION	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	HE 2.75	M0923T120673
298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA SISTEMA RECIRCULACION	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM	HE 2.75	M1023T121290
299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUES DE FILTRADO	Mantenimiento preventivo donde se tendrá que efectuar los retrolavados para eliminar sólidos y minerales acumulados al interior de los tanques, eliminando todo material ajeno y asegurando la suavización del agua.	2	Servicio	AQUATROL	AT-3672NA-4T	N/A
300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	VALVULA DE CONTROL	Mantenimiento preventivo de prueba de apertura y cierre de seccionamiento, retiro de la misma para efectuar limpieza interior y exterior para retirar sarro y material ajeno encontrado, engrasado y apriete de monomando.	1	Servicio	AQUATROL	AQT-315FT-2340	A101461368
301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	VALVULA DE CONTROL	Mantenimiento preventivo de prueba de apertura y cierre de seccionamiento, retiro de la misma para efectuar limpieza interior y exterior para retirar sarro y material ajeno encontrado, engrasado y apriete de monomando.	1	Servicio	AQUATROL	AQT-315FT-2340	A101461347
302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	BOMBA DOSIFICADORA	Mantenimiento preventivo de instalacion mecanica, inspeccion y limpieza de bomba, verificacion de valvula de inyeccion, verificar manguera de succion, medicion de temperatura, verificacion de funcionamiento de diafragma, verificacion de ciclos de succion, verificacion de niveles de dosificacion, control del estado de los cables, control del estado de terminales, medicion de amperaje, medicion de voltaje, pruebas de arranque y paro.	1	Servicio	LMI	PD041-828NI	23104996294-12
303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	Tanque vertical de 40,000 litros	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	9	Servicio	TECNO-TANQUES	TAN401	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLB119	2403137402289
305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLB119	2403137402288
306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUE PRECARGADO	Mantenimiento preventivo de tanque precargado que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya óxido, abolladuras o fugas. Asegurar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Manómetro: Verificar que el manómetro esté funcionando correctamente y que la presión del tanque se encuentre dentro del rango recomendado. Válvula de alivio: Asegúrar que la válvula de alivio esté en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Presión: Verificar la presión del tanque con el manómetro. Si la presión es baja, puede ser necesario ajustar la precarga o agregar aire al tanque. Fugas: Inspeccionar cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas, en su caso realizar la reparación. Funcionamiento: Asegúrar que el tanque esté funcionando correctamente y que el agua fluya con la presión adecuada en todo el hospital. Precarga: Verificar la precarga del tanque y ajustarla si es necesario. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	PRO-XLB119	2403137402271
307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TABLERO DE CONTROL	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BHI-3B-75HP	FP2419023140
308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-7	2023101421620005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKTN-2162-7	2023101421620004
310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CONTROL DE OPERACIÓN	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKVF48D	2020003850W8G000028
311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CONTROL DE OPERACIÓN	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	PURIKOR	PKVF48D	2020003849X8B000005
312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CONTROL DE OPERACIÓN	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BHI-2B-2HP-220V-3F	FP2419023141
313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	TABLERO DE CISTERNA DE AGUA PREFILTRADA	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-3HP-220V-3F	FP2419023143
314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303053
315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302800
316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302802

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303809
318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302977
319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302974
320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303057
321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302801
322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303055
323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302804
324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303052

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300981
326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301608
327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303054
328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302805
329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303056
330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300983
331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300982
332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301605

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300984
334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300979
335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301514
336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472300980
337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301513
338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302992
339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302996
340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303060

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303062
342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303977
343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322304137
344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322304134
345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303059
346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302995
347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301607
348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303831

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302994
350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303954
351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303829
352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303061
353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322304132
354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303058
355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322303063
356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302993

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302997
358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322304133
359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G472301604
360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322304136
361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302924
362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302925
363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302922
364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302923

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G042207384
366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G512107530
367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G512107526
368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302921
369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	RHEEM	RTX3-08	G322302920
370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO DE PASO	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	MIRAGE	MT1	5527719101
371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR ELECTRICO 110L	Mantenimiento preventivo a calentador eléctrico de paso, consistente en limpieza exterior utilizando un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del calentador, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar la pintura. Drenaje del tanque, localizar la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador, conectar una manguera a la válvula y dirigir el agua a un lugar adecuado para su eliminación. Abrir la válvula de drenaje y deja que el agua fluya hasta que se vacíe el tanque. Esto eliminará sedimentos y acumulaciones que puedan afectar el rendimiento del calentador. Revisión de la válvula de alivio, la válvula de alivio está diseñada para liberar presión en caso de sobrecalentamiento, Localiza la válvula y verificar su funcionamiento. Revisar el ánodo de magnesio, en su caso hacer el reemplazo. Desmontar la regadera y limpia los orificios con un cepillo o aguja. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CAL-O-REX	VATTIUM E-30	S2307COXBN903490

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Hidráulico	CALENTADOR A GAS 200L	Mantenimiento preventivo a Calentador De Almacenamiento cerrar conexión a gas y toma de entrada y salida de agua retiro de tapón o llave de dren hacer la purga de agua y retirar los sedimentos de sarro q se llegaran acumular en el interior, inspección de la válvula de seguridad asi como del unitrol, termocople y piloto verificar y realizar las calibraciones y limpieza, cepillar y verificar quemador lavado para retirar residuos de la combustión en caso de existir cambio de piezas encaso de presentar desgaste montaje y realizar pruebas de funcionamiento retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Válvula de alivio -Termostato -Válvula de drenado. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CAL-O-REX	MAXIMMUS G-60	S2326COXAN913374
373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Áreas Verdes	Servicio de jardinería que incluye: Riego de las plantas, en caso de ser necesario fertilización para asegurar un crecimiento saludable. Poda y recorte para mantener las plantas en forma. Control de plagas en jardines. Limpieza de hojas caídas y residuos.	7496.5	Servicio	N/A	N.A.	N/S
374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Canceleria	Mantenimiento preventivo a puertas y ventanas de cancelería que incluye: Limpieza con productos específicos para limpiar aluminio o vidrio, evitando aquellos que sean abrasivos o contengan amoniaco, retirando el polvo y la suciedad con un paño suave y agua tibia con jabón neutro. Enjuague y secado con un paño limpio. Limpieza de los cristales con un limpiador de vidrios. limpieza de los marcos con un paño húmedo y un detergente suave. Lubricación de bisagras y correderas, aplicando un lubricante seco o en aerosol a las bisagras y correderas para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación. Revisión de sellos de las ventanas y puertas para asegurar no permitan fugas de aire o agua. Apriete de los tornillos sueltos para asegurar una fijación adecuada de los componentes, revisión de vidrios rotos ni agrietados, en su caso se debe considerar su reemplazo. Reemplazo de manijas, cerraduras o bisagras en mal estado. Refacciones incluidas: -Líquido para su limpieza -Empaques -Tornillería Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	751.28	Servicio	N/A	N.A.	N/S
375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Cerraduras o chapas	Mantenimiento preventivo a Chapas de puertas que incluye la limpieza con paño suave, agua tibia y jabón neutro, retirando el polvo y la suciedad acumulada en la chapa y la llave. Evita utilizar productos abrasivos que puedan dañar la superficie. Lubricación con un lubricante específico para cerraduras, como grafito en polvo o un spray lubricante seco, evitar lubricantes a base de aceite, ya que pueden atraer a polvo y suciedad, aplicar una pequeña cantidad de lubricante en la llave y en la cerradura. Uso de la llave varias veces para distribuir el lubricante, revisión de señales de desgaste en la llave o en la cerradura, revisión de juego en la manilla o en la cerradura, revisión de óxido o corrosión, identificación de piezas dañadas o faltantes en caso de ser necesario. Ajustes y reemplazo de llave en caso de ser necesario. Refacciones incluidas: -chapas -Lubricante para chapas Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	593	Servicio	N/A	N.A.	N/S
376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Estacionamiento	Mantenimiento Preventivo de estacionamiento que incluye limpieza, barrido y recolección de basura, eliminar hojas, ramas, papeles y otros residuos. Limpieza de drenajes: Evitar obstrucciones que puedan causar encharcamientos, lavado de pisos eliminando manchas de aceite, grasa y otros contaminantes. Revisión de Iluminación, asegurarse de que todas las luces funcionen correctamente. Comprobar que el sistema de drenaje funcione correctamente y no haya obstrucciones. Reparar sistemas de iluminación: Reparar o reemplazar las luminarias dañadas.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Estructura metálica de acero estructural ASTM A36 expuesta a la interperie	En estructuras metálicas expuestas a la intemperie se deberá considerar la aplicación de pintura esmalte base agua, en su caso primario, en faldón y estructura para equipos de aire acondicionado, incluye limpieza de los elementos, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	514.82	Servicio	N/A	N.A.	N/S

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Lámina Multymuro de 1 1/2" cal. 26/26, en muros, Fachada multy-muro con poliuretano de 1 1/2" de espesor y cubiertas, de lámina galvanizada y pintada. Cal 26 en color blanco por ambos lados, acabado poliéster, incluye: suministro, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA PREFABRICADA, MUROS EXTERIORES Y TECHUMBRE	Mantenimiento preventivo de impermeabilización en uniones del sistema de multipanel muro, incluye; mediante una inspección visual se deberá realizar un reforzamiento de sello en uniones para evitar filtraciones y protección del sistema de fijación para evitar corrosión, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Impermeabilización. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	45254.5663	Servicio	ISOCINOU	ISOPARETE	N/S
379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	MAMPARAS POLICARBONATO EN BAÑOS Y VESTIDORES	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a mamparas se incluye: Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	30	Servicio	N/A	N/A	N/A
380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Pintura en Muros y Plafones	Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón color blanco, incluye; materiales, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7140	Servicio	N/A	N.A.	N/S
381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Pintura en Muros y Plafones	Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón color blanco, incluye; materiales, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13822	Servicio	N/A	N.A.	N/S
382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Pisos Vinilicos	Mantenimiento preventivo a pisos vinílicos considerando limpieza y aplicación de cera retirando las manchas existentes.	7954	Servicio	N/A	N.A.	N/S
383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo a plafón reticular, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	13822	Servicio	N/A	N.A.	N/S
384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Plafones	Mantenimiento preventivo y correctivo de plafón de Tablaroca, incluye; revisión de suspensión, materiales, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Servicio	N/A	N.A.	N/S
385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Protectores de Camillas Esquineros	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro y colocación de protección contra camillas de 20cm de ancho, incluye; materiales, mano de obra, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	112.5	Servicio	N/A	N.A.	N/S
386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Protectores de Camillas sobre Muros	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro y colocación de protección contra camillas de 20cm de ancho, incluye; materiales, mano de obra, retiro de material sobrante de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	895	Servicio	N/A	N.A.	N/S
387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS CON MIRILLA DOBLE ABATIMIENTO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a puertas se incluye: Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	9	Servicio	N/A	N/A	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	6	Servicio	N/A	N/A	N/A
389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS DE HERRERIA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a puertas se incluye: Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	11	Servicio	N/A	N/A	N/A
390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS DE TAMBOR DE MADERA	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	345	Servicio	N/A	N/A	N/A
391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	38	Servicio	N/A	N/A	N/A
392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS EMPLOMADAS	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	12	Servicio	N/A	N/A	N/A
393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	PUERTAS SENCILLAS DE ALUMINIO	Mantenimiento preventivo a puertas que incluye; Inspección: Verificar el estado de todos los componentes de las puertas. Limpieza: Utilizar productos de limpieza adecuados para cada tipo de puerta y material. Lubricación: Aplicar lubricantes recomendados por el fabricante en las partes móviles. Ajuste: Ajustar cierres, bisagras y otros componentes para asegurar un funcionamiento suave. Pruebas: Verificar el correcto funcionamiento de todas las puertas después del mantenimiento. REfacciones incluidas en caso de ser necesario: bisagras, tope, protecciones.	151	Servicio	N/A	N/A	N/A
394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	Reja perimetral y techumbre de acceso de ambulancias	Limpieza, Inspección y reapriete de elementos en reja perimetral, pintura, lubricación de rodamientos según se requiera. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y limpieza del área	647.05	Servicio	N/A	N.A.	N/S
395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Infraestructura	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 40000L	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	9	Servicio	N/A	N/A	N/A
396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ALACENA ALTA DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	22	Servicio	S/M	S/M	N/A
427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	110	Servicio	S/M	S/M	N/A
429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	11	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	28	Servicio	S/M	S/M	N/A
440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	21	Servicio	S/M	S/M	N/A
457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	9	Servicio	S/M	S/M	N/A
458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	123	Servicio	S/M	S/M	N/A
479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL LIBRERO-REVISTERO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	18	Servicio	S/M	S/M	N/A
509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	S/M	S/M	N/A
526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	9	Servicio	S/M	S/M	N/A
527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	10	Servicio	S/M	S/M	N/A
563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	S/M	S/M	N/A
564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCO ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCO ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCO ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BANCO ALTO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Baño de artesa	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.118.0076	513.118.0076	S/N
590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BAÑO DE ARTESA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BAÑO DE ARTESA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 190 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 190 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 200 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 200 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 200 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 300 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 300 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE ENFERMERAS DE 300 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 230 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 250 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 250 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 250 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 300 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 360 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BARRA ESCRITORIO PARA TRABAJO DE MÉDICOS DE 480 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE DE CAMPANA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BOTE SANITARIO CON PEDAL Y CIERRE SILENCIOSO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	S/M	S/M	N/A
861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	S/M	S/M	N/A
865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	BURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	Carpeta porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	35	Servicio	513.182.0115	513.182.0115	S/N
887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRETILLA PORTABULTOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA ROPA SUCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA SUPERMERCADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CARRO PARA SUPERMERCADO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	109	Servicio	S/M	S/M	N/A
935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	128	Servicio	S/M	S/M	N/A
936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CASILLERO DOBLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	S/M	S/M	N/A
1040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CESTO PARA PAPELES TIPO RECTANGULAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	COLCHON DE HULE ESPUMA PARA CAMA INDIVIDUAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	DISPENSADOR DE COFIAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO DE 300 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 190 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 280 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ESPEJO DE PARED CONTINUO DE 280 X 80 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
1970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GABINETE UNIVERSAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
1979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
1987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
1995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
1996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
1999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO DOBLE DE PARED	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	GANCHO PARA MULETAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	JABONERA EN REGADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAMPARA DE LUZ INTENSA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAMPARA DE LUZ INTENSA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAMPARA DE LUZ INTENSA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO OVALIN	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LAVADO DE OJOS Y REGADERA DE EMERGENCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	LITERAS METÁLICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA CON ESCURRIDOR DE 105 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 150 CM. CON CAJONERA CENTRAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 237 CM CON TARJA TRIPLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA ALTA DE 300 CM CON TARJA TRIPLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE MADERA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA CON FREGADERO, DEPÓSITO DE HIELO Y BAÑO MARÍA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE 120 CON FREGADERO DERECHO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE 300 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE CENTRO DE 60 CM FABRICADA EN MDF	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE CENTRO DE 60 CM FABRICADA EN MDF	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE CENTRO DE 60 CM FABRICADA EN MDF	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE CENTRO EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 180 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 210 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO DE 240 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA GABINETE PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
2299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA LISA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA LISA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA OVAL PARA JUNTAS DE 10 LUGARES CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA OVAL PARA JUNTAS DE 10 LUGARES CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA OVAL PARA JUNTAS DE 6 LUGARES CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA OVAL PARA JUNTAS DE 8 LUGARES CON BASES METALICAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA COMEDOR DE 4 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
2309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA TAJO DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MESA PARA USOS MULTIPLES EN MDP	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MODULO DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE TIPO A	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	MODULO DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE TIPO A	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ORGANIZADOR DE FILAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ORGANIZADOR DE FILAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	ORGANIZADOR DE FILAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNETICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNETICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA PARA CAMBIO DE PAÑAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA PARA CAMBIO DE PAÑAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA PARA CAMBIO DE PAÑAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	REPISA PARA CAMBIO DE PAÑAL	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
2402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	S/M	S/M	N/A
2407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
2408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	32	Servicio	S/M	S/M	N/A
2412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
2429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA FIJA APILABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA PARA AULA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	S/M	S/M	N/A
2456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA PARA AULA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	20	Servicio	S/M	S/M	N/A
2457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA PARA COMEDOR	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	48	Servicio	S/M	S/M	N/A
2458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
2479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	S/M	S/M	N/A
2483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A
2526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN ACOJINABLE RECLINABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN ACOJINABLE RECLINABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	10	Servicio	S/M	S/M	N/A
2577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	S/M	S/M	N/A
2583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	S/M	S/M	N/A
2584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	10	Servicio	S/M	S/M	N/A
2588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	8	Servicio	S/M	S/M	N/A
2604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	S/M	S/M	N/A
2605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GABINETE PARA COMEDOR DE 2 LUGARES	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	24	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SILLÓN GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	SOPORTE PARA PANTALLA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	7	Servicio	S/M	S/M	N/A
2779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	26	Servicio	S/M	S/M	N/A
2782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TARJA SENCILLA TRINITY	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG,	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG,	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG,	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
2841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Administrativo	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ARCHIVADOR PARA BLOQUES DE PARAFINA	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
2843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ARCHIVERO PARA LAMINILLAS PORTA OBJETOS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
2844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
2866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0378	513.108.0378	S/N
2874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	BANCO GIRATORIO	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banco giratorio con respaldo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.108.0363	513.108.0363	S/N
2881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.123.0266	513.123.0266	S/N
2882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.123.0266	513.123.0266	S/N
2883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Banqueta de altura	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.123.0266	513.123.0266	S/N
2884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Bote para gasas	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.138.0127	513.138.0127	S/N
2935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro cajonero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.247.0059	515.247.0059	S/N
2936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro cajonero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.247.0059	515.247.0059	S/N
2937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro cajonero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.247.0059	515.247.0059	S/N
2938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro cajonero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.247.0059	515.247.0059	S/N
2939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro cajonero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.247.0059	515.247.0059	S/N
2940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro camilla para cadaveres (con altura ajustable)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	CAR327	CAR327	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para curaciones	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0862	513.191.0862	S/N
2981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
2996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
2999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
3000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
3001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro para medicamentos	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.191.0877	513.191.0877	S/N
3002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0903	513.191.0903	S/N
3003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Carro porta expedientes	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.191.0903	513.191.0903	S/N
3004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Cubeta de 12 L con portacubeta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.254.0113	513.254.0113	S/N
3050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.219.0017	513.219.0017	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.219.0017	513.219.0017	S/N
3052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.219.0017	513.219.0017	S/N
3053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.219.0017	513.219.0017	S/N
3054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Divan (chaisse longue)	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.219.0017	513.219.0017	S/N
3055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	35	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Escalerilla de dos peldaños	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
3102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	S/M	S/M	N/A
3110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 cm	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta con vertedero	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	515.619.0406	515.619.0406	S/N
3133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	11	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0752	515.619.0752	S/N
3143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0810	515.619.0810	S/N
3146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 150 con respaldo de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0760	515.619.0760	S/N
3147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm con cajonera central	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0737	515.619.0737	S/N
3148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0828	515.619.0828	S/N
3149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0828	515.619.0828	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa alta de 180 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	515.619.0778	515.619.0778	S/N
3151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa baja de 120 cm con cubierta de acero inoxidable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.619.0802	515.619.0802	S/N
3152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	S/M	S/M	N/A
3160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	S/M	S/M	N/A
3173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiologo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2732	513.621.2732	S/N
3174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa carro anestesiologo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.2732	513.621.2732	S/N
3175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa de 150 cm para atención a recién nacidos.	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.1454	513.621.1454	S/N
3176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa de 180 cm para ensamble con repisa intermedia	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.621.2762	513.621.2762	S/N
3177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa mayo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2786	513.621.2786	S/N
3202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2804	513.621.2804	S/N
3203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2804	513.621.2804	S/N
3204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa para instrumental quirúrgico	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.2804	513.621.2804	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa para rehidratación	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2813	513.621.2813	S/N
3206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa Pasteur	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2826	513.621.2826	S/N
3243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa puente	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	35	Servicio	513.621.1652	513.621.1652	S/N
3252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.621.2865	513.621.2865	S/N
3253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.621.2865	513.621.2865	S/N
3254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Mesa riñón	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.621.2865	513.621.2865	S/N
3255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio doble	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.352.0111	513.352.0111	S/N
3264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Negatoscopio sencillo	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.634.0089	513.634.0089	S/N
3273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	35	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Porta venoclisis rodable	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.635.0173	513.635.0173	S/N
3321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	5	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	12	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	15	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	33	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	35	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Riel porta venoclisis	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.783.0075	513.783.0075	S/N
3342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Silla cama para toma de muestras	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	3	Servicio	515.825.0109	515.825.0109	S/N
3343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	6	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	4	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	513.887.0059	513.887.0059	S/N
3389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Dewimed	88.182.08	N/A
3390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	Dewimed	88.182.08	N/A
3391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	2	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Mobiliario Médico	Vitrina de 75 cm contra muro	Mantenimiento preventivo de mobiliario, que incluye realizar una limpieza profunda y regular de todas las superficies con productos detergentes y desinfectantes adecuados en barandas, reposabrazos y botones , lubricar las partes móviles, como ruedas y mecanismos de elevación, para garantizar un funcionamiento suave y evitar la oxidación, ajustar elementos y componentes según sea necesario para garantizar la comodidad y seguridad del usuario y pacientes, reparar o reemplazar refacciones de empaques, sellos, tornillería, bisagras, puertas, ruedas, manijas, mano de obra, limpieza y retiro de materiales necesarios.	1	Servicio	515.957.0109	515.957.0109	S/N
3406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	CONTROL AUTOMATICO DE PRESION	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALTAMIRA	PRES-16-11-15-23-0	upn-af05895
3407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	CONTROL AUTOMATICO DE PRESION	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALTAMIRA	PRES-16-11-15-23-0	upn-af05896
3408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	CONTROL AUTOMATICO DE PRESION	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALTAMIRA	PRES-16-11-15-23-0	upn-af05918
3409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	CONTROL AUTOMATICO DE PRESION	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALTAMIRA	PRES-16-11-15-23-0	upn-af05919
3410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	CONTROL AUTOMATICO DE PRESION	Mantenimiento preventivo a control automático de presión consistente en la inspección visual de manómetro, presostato, válvulas, conexiones, identificando fugas, fallas, daños. Realizar la limpieza de los componentes con un paño, limpiar las válvulas con cepillo de alambre fino para eliminar minerales y sedimentos. Realizar pruebas de funcionamiento verificando la presión de trabajo del equipo y validando que esté dentro de los rangos recomendados por el fabricante. Prueba de funcionamiento del control automático de presión, identificar fugas y en su caso realizar esta reparación. Realizar la calibración del manómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ajuste del presostato En caso de ser necesario realizar el reemplazo de manómetro, válvulas o presostato. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	ALTAMIRA	PRES-16-11-15-23-0	upn-af05898
3411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	INYECTOR DE PRESIÓN	Mantenimiento preventivo a inyector de presión de PTAR que incluye: Inspección visual: Estado general: Verificar que el inyector no presente daños físicos, óxido o fugas. Conexiones: Inspeccionar que las tuberías y conexiones estén bien ajustadas y no haya signos de corrosión. Boquilla: Verificar que la boquilla del inyector no esté obstruida o dañada. Limpieza: Boquilla: Limpiar la boquilla con un cepillo suave o un alambre fino para eliminar cualquier obstrucción. Tuberías: Limpiar las tuberías y conexiones para eliminar cualquier acumulación de productos químicos. Pruebas funcionales: Presión: Verificar que la presión de inyección sea la correcta. Dosificación: Verificar que la dosificación del producto químico sea la adecuada. Funcionamiento: Asegúrar de que el inyector funcione correctamente y no haya fugas. Calibración: Bomba: Si el inyector utiliza una bomba, verificar que esté calibrada correctamente para asegurar una dosificación precisa. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	GRUPO HYDRO	HYDRO	882853

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	TANQUE SUAVIZADOR A PRESION DE FIBRA DE VIDRIO 62.1 LITROS	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	AQUATROL	AT-1054BL-25T	23H29G0259
3413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	TANQUE SUAVIZADOR A PRESION DE FIBRA DE VIDRIO 62.1 LITROS	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	AQUATROL	AT-1054BL-25T	23H29G0259
3414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	TANQUE SUAVIZADOR A PRESION DE FIBRA DE VIDRIO 62.1 LITROS	Mantenimiento preventivo de tanque de fibra de vidio del sistema de suiavización que incluye: Inspección visual: Tanque: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías, válvulas y conexiones en busca de fugas o daños. Resina: Verificar el estado de la resina de intercambio iónico. Asegúrar que no esté compactada o sucia. Válvulas de alivio: Asegúrar que las válvulas de alivio estén en buen estado y que no haya obstrucciones. Limpieza: Tanque: Limpiar el tanque con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplicar pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las válvulas y conexiones con un paño seco. Pruebas: Flujo: Verificar que el flujo de agua a través del tanque sea el adecuado. Presión: Verificar la presión del tanque con un manómetro. Asegúrar de que esté dentro del rango recomendado. Dureza del agua: medir la dureza del agua después del tratamiento para verificar la eficiencia del suavizador.Mantenimiento: Recargar de sal: Recargar el tanque de sal con sal para suavizador según las recomendaciones del fabricante. Regeneración: Asegúrar que el sistema de regeneración del suavizador esté funcionando correctamente. Válvulas: Inspeccionar las válvulas y reemplazar las que estén desgastadas o dañadas. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	AQUATROL	AT-1054BL-25T	23H29G0259
3415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	TINACO 1100 LITROS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Tanques se incluye: Limpieza en exterior para eliminar el polvo, la suciedad y las algas que puedan afectar la temperatura y el aspecto del agua. limpieza con jabón biodegradable y un cepillo de cerdas finas. La limpieza interior de los tanques para eliminar los sedimentos, las bacterias y los insectos que puedan contaminar el agua. Se debe vaciar el contenido del tanque, usar una manguera con agua a presión y un cepillo o jalador de agua, y desinfectar el tanque con cloro o productos específicos. La revisión de las válvulas, el manómetro, las tuberías y los demás componentes del tanque para verificar su funcionamiento y detectar posibles fugas, roturas o corrosiones	2	Servicio	ROTOPLAS	PLUS+	N/A
3416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	VALVULA DE CONTROL PARA FILTRO	Mantenimiento preventivo de valvula que incluye: Inspección visual: Válvula: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías y conexiones en busca de fugas o daños. Diafragma: Si la válvula tiene un diafragma, verificar que no esté desgastado o dañado. Solenoide: Si la válvula es automática, verificar el solenoide y asegúrate de que esté funcionando correctamente. Limpieza: Válvula: Limpiar la válvula con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las partes internas de la válvula con un paño seco. Pruebas: Funcionamiento: Verifica que la válvula abra y cierre correctamente. Fugas: Inspecciona cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas. Flujo: Verificar que el flujo de agua a través de la válvula sea el adecuado. Mantenimiento: Reemplazo de piezas: Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas, como el diafragma, los sellos o el solenoide. Lubricación: Lubricar las partes móviles de la válvula según las recomendaciones del fabricante. Ajustes: Ajustar la válvula según las especificaciones del fabricante.	1	Servicio	DRAIN FLOW	GPM	A10161604B

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	VALVULA DE CONTROL PARA FILTRO	Mantenimiento preventivo de valvula que incluye: Inspección visual: Válvula: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías y conexiones en busca de fugas o daños. Diafragma: Si la válvula tiene un diafragma, verificar que no esté desgastado o dañado. Solenoide: Si la válvula es automática, verificar el solenoide y asegúrate de que esté funcionando correctamente. Limpieza: Válvula: Limpiar la válvula con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las partes internas de la válvula con un paño seco. Pruebas: Funcionamiento: Verifica que la válvula abra y cierre correctamente. Fugas: Inspecciona cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas. Flujo: Verificar que el flujo de agua a través de la válvula sea el adecuado. Mantenimiento: Reemplazo de piezas: Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas, como el diafragma, los sellos o el solenoide. Lubricación: Lubricar las partes móviles de la válvula según las recomendaciones del fabricante. Ajustes: Ajustar la válvula según las especificaciones del fabricante.	1	Servicio	DRAIN FLOW	GPM	A101615892
3418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	VALVULA DE CONTROL PARA FILTRO	Mantenimiento preventivo de valvula que incluye: Inspección visual: Válvula: Verificar que no haya daños físicos, como grietas, abolladuras o fugas. Asegúrar de que la pintura esté en buen estado y que no haya signos de corrosión. Conexiones: Inspeccionar las tuberías y conexiones en busca de fugas o daños. Diafragma: Si la válvula tiene un diafragma, verificar que no esté desgastado o dañado. Solenoide: Si la válvula es automática, verificar el solenoide y asegúrate de que esté funcionando correctamente. Limpieza: Válvula: Limpiar la válvula con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar las partes internas de la válvula con un paño seco. Pruebas: Funcionamiento: Verifica que la válvula abra y cierre correctamente. Fugas: Inspecciona cuidadosamente todas las conexiones en busca de fugas. Flujo: Verificar que el flujo de agua a través de la válvula sea el adecuado. Mantenimiento: Reemplazo de piezas: Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas, como el diafragma, los sellos o el solenoide. Lubricación: Lubricar las partes móviles de la válvula según las recomendaciones del fabricante. Ajustes: Ajustar la válvula según las especificaciones del fabricante.	1	Servicio	DRAIN FLOW	GPM	A101615888
3419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 1HP 127V	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	AQUA PAK	FIX 10E	43500000520
3420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 2HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	SCALAX100-5/1230	H2200031343-0026
3421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 2HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	SCALAX100-5/1230	H2200031343-0049

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 2HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	SCALAX100-5/1230	H2200034140-0023
3423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 2HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	SCALAX100-5/1230	H2200031343-0041
3424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Osmosis Inversa	BOMBA DE 1/2 HP	Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba centrífuga Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	USMOTORS	S55JXNSW-7302	6078
3425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS 1.5 HP MACERADOR	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	WQD10-10-1.1	N/A
3433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	Bombas Sumergibles Electricas para Lodos de 2 hp CARCAMOS	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ20-23	N/A
3451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2427023153
3452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2427023154
3453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2427023155

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2427023157
3455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2419023139
3456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2419023142
3457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2419023138
3458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2419023186
3459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-5HP-220V-3F	FP2427023150
3460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)	Mantenimiento preventivo de Planta de Tratamiento de Aguas residuales que incluye: Inspección visual: Estado general: Verificar que las instalaciones, equipos y tuberías no presenten daños físicos, óxido, fugas o obstrucciones. Componentes eléctricos: Inspecciona cables, conexiones, tableros y motores para detectar signos de daño o sobrecalentamiento. Nivel de líquidos: Verificar los niveles de líquidos en tanques, reactores y otras unidades de tratamiento. Limpieza: Equipos: Limpiar regularmente los equipos (bombas, motores, filtros, etc.) para eliminar polvo, suciedad y residuos. Tanques y reactores: Limpiar periódicamente los tanques y reactores para evitar la acumulación de sedimentos y lodos. Tuberías: Limpiar las tuberías para prevenir obstrucciones y asegurar un flujo adecuado. Pruebas funcionales: Bombas: Verificar que las bombas funcionen correctamente y mantengan la presión y el caudal adecuados. Motores: Asegúrar que los motores arranquen y funcionen sin problemas. Equipos de medición: Calibrar y verificar los equipos de medición (flujómetros, medidores de pH, etc.) para asegurar su precisión. Mantenimiento de equipos: Lubricación: Lubrica las partes móviles de los equipos (bombas, motores, válvulas, etc.) según las recomendaciones del fabricante. Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas (sellos, rodamientos, correas, etc.) según sea necesario. Mantenimiento de filtros: Limpiar o reemplazar los filtros según las recomendaciones del fabricante. Mantenimiento de procesos: Control de calidad: Monitorear la calidad del agua residual en diferentes etapas del tratamiento para asegurar su eficiencia. Ajuste de parámetros: Ajustar los parámetros de operación (dosificación de químicos, tiempo de retención, etc.) según sea necesario. Manejo de lodos: Realizar el manejo adecuado de los lodos generados en el tratamiento (espesamiento, deshidratación, disposición final).	1	Servicio	EMESA	SELECTOR	N/A
3461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Sanitario	PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) OPERACIÓN	Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento tipo PK conforme a los pasos del manual del modelo SELECTOR del equipo, considerando 1 Técnico y 1 Auxiliar durente el tiempo de vida del contrato, capacitación del personal por medio del proveedor de la planta EMESA, los trabajos incluyen los siguientes procesos: Diario: Verificar uniformidad del aire en el reactor, Limpieza de sobrenadantes en sedimentador (desnatado), Verificar que estén encendidas las bombas, Limpiar cartucho filtrante y regresar a CEROS el indicador de saturación, Verificar soplador se encuentre encendido, Verificar giro del motor, sentido de las manecillas del reloj, verificar niveles de 7 carcamos de aguas negras para asegurar que no exitan derrames en el carcamo de aguas negras 8, verificar niveles en los carcamos de los maceradores, realizar limpieza general en el area perimetral de la planta, realizar retoques de pintura en etiquetas de identificacion. Semana: Limpieza en general, Verificar volumen de lodos en reactores, Aplicación de pastilla de cloro en clorador de salida o en clorador flotante si el agua será almacenada, verificar que el caudal sea el adecuado para la PTAR, revisar By pass, revisar el electro nivel de paro y encendido de la bomba. Quincenal: Verificar volumen de lodos en reactores, revisar interruptores, limpiar del polvo, revisar terminales eléctricas, limpiar del polvo, limpiar del exceso de polvo de la carcasa del soplador. Semestral: Limpiar del exceso de polvo de la carcasa del soplador, nspección de devanado e interior del motor. Ademas en caso de detectar perdida de bacteria por baja ocupación hospitalaría, sera necesario el suministro y colocación de nueva bacteria, asegurando la estabilización de la planta a traves de un estudio de un labotario certificado por la EMA. Herramientas y Equipos necesarios: Base y cono para muestras, escobeta tipo cepillo, extensión de aluminio de 4 metros, escalera de aluminio de 6 metros, equipo de protección personal (gauntes de latex, careta, botas de hule, traje de cuerpo completo, etc.	1	Servicio	EMESA	SELECTOR	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 1 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ0.75-4P	N/A
3463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 1 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	80WQ0.75-4P	N/A
3464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 2 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS f&Q	80WQ20-23	N/A
3465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 2 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS f&Q	80WQ20-23	N/A
3466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 2 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	80WQ20-23	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 2 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	80WQ20-23	N/A
3468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 3 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	100WQP2-4	N/A
3469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 3 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PUMPS F&Q	100WQP2-4	N/A
3470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	100WQP3.7-4P	N/A
3471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	100WQP3.7-4P	N/A

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Aqua Pak	ROBUSTA4-50-3230	N/A
3473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Aqua Pak	ROBUSTA4-50-3230	N/A
3474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	100WQP3.7-4P	N/A
3475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bombas Sumergible para Bombeo de agua pluvial de 5 hp	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	Pumps F&Q	100WQP3.7-4P	N/A
3476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bomba sumergible de 20hp 3 fases a 480 volts descarga de 8"	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	COBA8/200/3460	23050043

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bomba sumergible de 20hp 3 fases a 480 volts descarga de 8"	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	COBA8/200/3460	22070005
3478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bomba sumergible de 20hp 3 fases a 480 volts descarga de 8"	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	ALTAMIRA	COBA8/200/3460	23040993
3479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	Bomba Diesel de emergencia de 60hp 3000 rpm	Mantenimiento preventivo a Bomba Sumergible De Agua Pluvial Incluye: Desconexión: del equipo de la fuente de energía eléctrica limpieza de la bomba, usando un cepillo y agua a presión revisar piezas como el impulsor, el sello mecánico, el eje, el motor, baleros, retenes, cables, conectores. verificando que no haya fugas, grietas, corrosión, desgaste o daños. Si se detecta alguna anomalía, se debe reparar o reemplazar la pieza afectada. Ajuste de la conexión Medición del consumo eléctrico del equipo y el caudal y la presión del agua. Verificación del funcionamiento correcto observando que no haya ruidos anormales, vibraciones excesivas, sobrecalentamiento o fallas en el arranque o el paro retiro de materiales sobrantes derivados de los trabajos ejecutados sacar todos los accesorios puestos en el sitio de utilización en la obra, herramientas, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	CELL	SHDE600	Y230501929
3480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	ALTAMIRA	TASA3 203460C-DST	40482
3481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-5HP-220V-3F	FP2427023149
3482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2427023158
3483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-3HP-220V-3F	FP2422023146
3484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2422023147
3485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-1HP-220V-3F	FP2325082952

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-5HP-220V-3F	FP2427023151
3487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Pluvial	TABLERO DE CONTROL DE CARCAMO	Mantenimiento preventivo, reapriete de terminales, mediciones de corrientes en conductores, limpieza general dentro y fuera del tablero, revisión de corrientes y temperaturas de termomagneticos.	1	Servicio	GENERAL CONTROL	GC-BC-2B-2HP-220V-3F	FP2419023156
3488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	AGENTE EXTINTOR 6 GALONES	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	FIRE SYSTEMS	WHDR-600	AA1248431
3489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVRF-SP	9301605852
3547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	ALARMA ESTROBOSCOPICA	Mantenimiento preventivo a alarma consistente en: Verificación del estado físico del equipo, validando que la alarma no presente daños visibles como golpes, óxido o desgaste, revisar que la carcasa esté en buen estado y bien cerrada, revisión de cables, limpieza de alarma con un paño suave y seco para remover polvo o suciedad acumulada, pruebas funcionales, verificar que la alarma emita el sonido y la luz estroboscópica con la intensidad adecuada, verificar el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	GCAVF	9301605834
3548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	BOMBA DE COMBUSTION	Mantenimiento preventivo a Bomba Centrífuga: Afinación básica a motor Diesel: Incluye arranque de los equipos. Cambio de aceite, anticongelante y filtros compatibles de combustible para motor del equipo de bombeo de con motor a Diesel. Incluye el suministro de fluidos, Revisión de funcionamiento, fugas, corriente, válvulas, soportería, y arranque y paro en automático y en general engrase de todas las válvulas, limpieza de tableros. Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	PERKINS	GP65795N	517074H

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	BOMBA ELECTRICA 3 HP 230	Motores eléctricos (Bomba Eléctrica y Jockey) Verificación de operación mediante encendido de prueba Medición de amperaje Medición de voltaje Revisión protecciones eléctricas de bomba Reapriete de terminales Revisión y limpieza de tableros de control de bombeo Revisión de estado de cableado Revisión de puesta a tierra, Medición de temperatura de protecciones y conductores, Verificación de presión y caudal, Revisión de impulsor y cuerpo para evitar atascamientos, Inspección general de motor y rodamientos, Inspección de empaque para detectar fugas o desgaste fisuras o desgaste, Medición y análisis de ruido, Limpieza de bomba, Medición de presión de arranque y paro Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMP	GE1.5D300	M0223C123021
3550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	BOMBA JOCKEY 2HP	Motores eléctricos (Bomba Eléctrica y Jockey) Verificación de operación mediante encendido de prueba Medición de amperaje Medición de voltaje Revisión protecciones eléctricas de bomba Reapriete de terminales Revisión y limpieza de tableros de control de bombeo Revisión de estado de cableado Revisión de puesta a tierra, Medición de temperatura de protecciones y conductores, Verificación de presión y caudal, Revisión de impulsor y cuerpo para evitar atascamientos, Inspección general de motor y rodamientos, Inspección de empaque para detectar fugas o desgaste fisuras o desgaste, Medición y análisis de ruido, Limpieza de bomba, Medición de presión de arranque y paro Refacciones incluidas: -Líquido Dieléctrico -Bornes de terminales -Sello mecánico -Impulsor Mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	WDM PUMP	VSE117-20	35S463191027
3551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936451892
3552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982070
3553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976727
3554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955980236
3555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981684

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982186
3557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981936
3558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977076
3559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982490
3560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983442
3561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982414
3562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983435
3563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955988188
3564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983282

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977083
3566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955988072
3567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982520
3568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984418
3569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982421
3570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976567
3571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982124
3572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955980557
3573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976741

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984753
3575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982001
3576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983145
3577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955979636
3578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955985019
3579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983855
3580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984456
3581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984135
3582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984326

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984463
3584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983756
3585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982940
3586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981912
3587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955985071
3588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982506
3589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983312
3590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976505
3591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984371

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983602
3593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983374
3594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983633
3595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983411
3596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982742
3597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983220
3598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983589
3599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955980878
3600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982803

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983541
3602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955979964
3603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984357
3604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982254
3605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983305
3606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981639
3607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977007
3608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976673
3609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983398
3611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976734
3612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976635
3613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936459003
3614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955955630
3615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983794
3616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987952
3617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982285
3618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936433775

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955973627
3620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976918
3621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982162
3622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955978936
3623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976659
3624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936453148
3625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955973610
3626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976895
3627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981509

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982360
3629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955959560
3630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982346
3631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981943
3632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977502
3633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936457979
3634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977878
3635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976970
3636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936464403

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936452769
3638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982223
3639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982292
3640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977205
3641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976857
3642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976987
3643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068278
3644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981738
3645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970671

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955955906
3647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977328
3648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976994
3649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976956
3650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936458235
3651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956032569
3652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039322
3653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038448
3654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039193

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038189
3656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038530
3657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971517
3658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038592
3659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039032
3660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039889
3661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956019096
3662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038271
3663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956865969

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039452
3665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038240
3666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038226
3667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039995
3668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038394
3669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039087
3670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038349
3671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956037731
3672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038875

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038790
3674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003873
3675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039063
3676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039773
3677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956037335
3678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003910
3679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035645
3680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003729
3681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003514

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003583
3683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036888
3684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002982
3685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003668
3686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003590
3687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003927
3688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003408
3689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003613
3690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035577

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003620
3692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003538
3693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003545
3694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971135
3695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036406
3696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003507
3697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971371
3698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971159
3699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972514

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971449
3701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972019
3702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955968517
3703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956868380
3704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3958357914
3705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956359901
3706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976086
3707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970770
3708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036642

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970398
3710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3958354722
3711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3434312343
3712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3434311933
3713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3434324223
3714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970725
3715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970305
3716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971128
3717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970367

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3953928933
3719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972552
3720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970206
3721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971616
3722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972736
3723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955968463
3724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971357
3725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970220
3726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971555

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972958
3728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036222
3729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971579
3730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970244
3731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	4892999497
3732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970718
3733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970237
3734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971074
3735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3434312435

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3434327477
3737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970213
3738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955889058
3739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003125
3740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971166
3741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971692
3742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972743
3743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035652
3744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003736

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003637
3746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3958036994
3747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956018273
3748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036161
3749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036314
3750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956358799
3751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036192
3752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038288
3753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002425

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956358799
3755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003811
3756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002821
3757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068209
3758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3953927585
3759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956001602
3760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003606
3761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002968
3762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950447055

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956014459
3764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003163
3765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950446799
3766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956867468
3767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956867185
3768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950445945
3769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956063228
3770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956868182
3771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956867505

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3953926816
3773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956053373
3774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3953764760
3775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955985033
3776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987273
3777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003842
3778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035638
3779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984050
3780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035881

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956867260
3782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955985002
3783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983985
3784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981868
3785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003286
3786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002487
3787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002418
3788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003859
3789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035782

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003477
3791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035584
3792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982797
3793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984678
3794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983480
3795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955910479
3796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984029
3797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987921
3798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955986627

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983251
3800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987662
3801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987686
3802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955988294
3803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936416419
3804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982841
3805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987303
3806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984807
3807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982698

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955985422
3809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955980908
3810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955979278
3811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987693
3812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984869
3813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983978
3814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982179
3815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955954916
3816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	MACUCO	GASDETECTOR GD-2B	23F239412

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	MACUCO	GASDETECTOR GD-2B	23F239412
3818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002371
3819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955979445
3820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983886
3821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982780
3822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983503
3823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982919
3824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955973764
3825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955984579

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955977144
3827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972798
3828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956037540
3829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003460
3830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956037991
3831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036086
3832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956002951
3833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956035850
3834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956036413

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003774
3836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955976826
3837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987853
3838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983916
3839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983763
3840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955981974
3841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982544
3842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983725
3843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955982537

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955980533
3845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955987235
3846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955983732
3847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069909
3848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3856358256
3849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069114
3850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066212
3851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068889
3852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069374

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956063327
3854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956062672
3855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069749
3856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956067684
3857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066410
3858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956065475
3859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956076921
3860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956064379
3861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068087

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069220
3863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956070141
3864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956071285
3865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956070370
3866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956077249
3867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068544
3868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3856069008
3869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068995
3870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066472

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955924100
3872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956065536
3873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069091
3874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069305
3875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068469
3876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069039
3877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066465
3878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066311
3879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069022

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069480
3881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955910493
3882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069848
3883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956076747
3884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956066731
3885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069930
3886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956077133
3887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068841
3888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068926

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956076761
3890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956070134
3891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069084
3892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068612
3893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069381
3894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069411
3895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068537
3896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956077041
3897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956068902

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956077041
3899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956076655
3900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956040236
3901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039094
3902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038721
3903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039698
3904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038806
3905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038851
3906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038509

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956063730
3908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039179
3909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039506
3910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038998
3911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956069916
3912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956041394
3913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038547
3914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3856038882
3915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038127

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039254
3917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3936458266
3918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950446096
3919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038318
3920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039292
3921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039285
3922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038608
3923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955940421
3924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039100

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039001
3926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956040472
3927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038523
3928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038462
3929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038646
3930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956039636
3931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038493
3932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956040366
3933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956038981

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950447468
3935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971470
3936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970077
3937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972484
3938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970336
3939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970084
3940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3950447291
3941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971401
3942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956359932

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955971180
3944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003354
3945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970046
3946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970350
3947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955972071
3948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3956003019
3949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	DETECTOR	Mantenimiento preventivo a Detectores de humo: Limpieza de dispositivo, se retirara el dispositivo de su base para el correcto mantenimiento, se retirara la tapa del detector y se aplicará aire comprimido en todas sus partes, con un paño limpio y suave se limpiara el led ótico, en la base de la cámara óptica se aplicara aire comprimido para la remoción de polvo y partículas que interfieran en la detección. Se limpiara el led indicador de alarma. Una ves realizado esta actividad se cambiaran las baterías y se instalara nuevamente en su base principal para realizar la prueba de funcionamiento. Con la ayuda de humo sintético en aerosol se probaran el detector para validar su correcto funcionamiento y se verificara que la luz indicadora de alarma funcione correctamente al activarse el detector. Al no detectar anomalías se procede a dejar el detector en funcionamiento normal.	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-OSD	3955970190
3950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999503
3951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892939813

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892977747
3953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892954137
3954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892954144
3955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999367
3956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999060
3957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999480
3958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998339
3959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999527
3960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998223
3961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998209
3962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999404

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999657
3964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999114
3965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999558
3966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998230
3967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999084
3968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999602
3969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998322
3970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999718
3971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999145
3972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892998186
3973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999121

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999312
3975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999435
3976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892939431
3977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EST. MANUAL	El mantenimiento preventivo incluye: Inspección visual: Revisar que no haya daños físicos, óxido o suciedad. Limpieza: Limpiar el polvo y cualquier otra suciedad acumulada. Prueba de funcionamiento: Activar la alarma para verificar que se transmite la señal correctamente. Revisión de conexiones: Asegurar que los cables estén bien conectados y no haya falsos contactos. Reemplazo de partes: Si es necesario, reemplazar partes desgastadas o dañadas. mano de obra, limpieza y retiro de materiales	1	Servicio	EDWARDS	SIGA-278	4892999664
3978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
3985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
3986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
3987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231201-1100448-1
3993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
3994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231201-1100448-1
3997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
3999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231129-1100267-1
4035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231129-1100267-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231129-1100267-1
4042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231201-1100448-1
4053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231129-1100267-1
4064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231124-1100069-1
4067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231212-1100810-1
4070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	15 C007F01	231128-1100182-1
4071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-1	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781032
4072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-10	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781015
4073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-2	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781008
4074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-3	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781030
4075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-4	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781012
4076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-5	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781025
4077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-6	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781028

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-7	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781023
4079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-8*	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781019
4080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR CO2-9	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	EXT-15CD-1	I 19781017
4081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR PQL	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	BADGER	WC-100-2	H19959281
4082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	EXTINTOR PQL	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	BADGER	WC-100-2	H19959263
4083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	FIRE ALARM 3KAM (TABLERO)	Mantenimiento preventivo a tablero de control de alarmas contra incendio inlcuye: inspección visual del Estado general: Verificar que el panel no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Indicadores: Asegúrar que los indicadores luminosos (LEDs) funcionen correctamente y muestren el estado del sistema (normal, alarma, falla, etc.). Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de identificación y diagramas estén legibles. Pruebas funcionales: Alarma: Activar una estación manual o detector de humo para verificar que el panel reciba la señal, active las alarmas audibles y visuales, y muestre la zona o dispositivo activado. Silencio de alarma: Probar la función de silenciar la alarma. Restablecimiento: Verificar que el panel se restablezca correctamente después de una alarma. Baterías: Estado: Verificar el estado de las baterías (si son recargables) o reemplázalas si es necesario. Conexiones: Asegúrate de que los cables de las baterías estén bien conectados. Carga: Verificar que el panel cargue las baterías correctamente. Fuentes de alimentación: Principal: Verificar que el panel reciba alimentación eléctrica correctamente. Respaldo: Asegúrate de que la fuente de alimentación de respaldo (baterías) funcione en caso de fallo de la alimentación principal. Limpieza: Exterior: Limpiar el panel con un paño suave y seco. Interior: Si es necesario, utilizar una aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo del interior del panel.	1	Servicio	EDWARDS	IO1000	3303108
4084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GABINETE DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo a gabinete de baterias incluyendo inspección visual: Estado general: Verificar que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables de las baterías estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Ventilación: Asegúrar de que el gabinete tenga una ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y gases. Prueba de baterías: Voltaje: Medir el voltaje de cada batería con un multímetro para verificar que estén dentro del rango especificado por el fabricante. Capacidad: Realizar una prueba de descarga para verificar la capacidad de las baterías. Reemplazo: Reemplazar las baterías si están defectuosas, tienen bajo voltaje o no superan la prueba de capacidad. Limpieza: Interior: Limpiar el interior del gabinete con un paño suave y seco. Terminales: Limpiar las terminales de las baterías con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	BPS6A	S/N
4085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GABINETE DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo a gabinete de baterias incluyendo inspección visual: Estado general: Verificar que el gabinete no presente daños físicos, óxido o suciedad excesiva. Cables y conexiones: Inspeccionar que los cables de las baterías estén bien conectados y no haya signos de daño o corrosión. Ventilación: Asegúrar de que el gabinete tenga una ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y gases. Prueba de baterías: Voltaje: Medir el voltaje de cada batería con un multímetro para verificar que estén dentro del rango especificado por el fabricante. Capacidad: Realizar una prueba de descarga para verificar la capacidad de las baterías. Reemplazo: Reemplazar las baterías si están defectuosas, tienen bajo voltaje o no superan la prueba de capacidad. Limpieza: Interior: Limpiar el interior del gabinete con un paño suave y seco. Terminales: Limpiar las terminales de las baterías con un cepillo de alambre fino para eliminar la corrosión. Mano de obra, limpieza y retiro de materiales.	1	Servicio	EDWARDS	BPS6A	S/N
4086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240214-1103784-1
4087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	230918-1096700-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	231218-1101125-1
4090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	230918-1096700-1
4094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1
4098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240112-1103670-1
4099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	230918-1096700-1
4100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	GRANADA	Mantenimiento preventivo que incluye: Revisar la carcasa, manguera, boquilla y válvula en busca de daños. Verificar que la aguja indicadora de presión esté dentro del rango establecido. Asegurarse de que el seguro esté en buen estado y funcionando correctamente. Comprobar que el extintor esté en un lugar accesible y bien señalizado. Pesar el extintor para verificar que la carga sea la correcta. Prueba de descarga: Realizar una descarga parcial para verificar el funcionamiento de la válvula y la boquilla.	1	Servicio	EXTIN FLAM	HFC-236-fa	240212-1103670-1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA CON MOTOR COMBUSTIBLE	Mantenimiento preventivo a tablero contra incendio de bombeo que incluye: Desenergizar el circuito. Desconectar el interruptor principal o el panel de distribución y verificar que no haya tensión con un probador. Inspección visual: Tablero: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o grietas. Asegurar de que la puerta cierre correctamente y que las bisagras estén en buen estado. Componentes: Inspeccionar los componentes internos, como relés, contactores, fusibles y terminales. Verificar que no haya signos de desgaste, corrosión o sobrecalentamiento. Cableado: Asegurar que los cables estén bien conectados y que no haya daños en el aislamiento. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de advertencia y los diagramas estén legibles. Limpieza: Tablero: Limpiar el tablero con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar los componentes internos con un paño seco. Si hay polvo o suciedad, utilizar un cepillo suave o una aspiradora. Pruebas: Funcionamiento: Prueba del funcionamiento del tablero simulando una falla de energía eléctrica o una activación del sistema de alarma. Verificar que la bomba contra incendio arranque automáticamente. Voltaje: Medir el voltaje en diferentes puntos del tablero para verificar que esté funcionando correctamente. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Lubricación (opcional): Si las bisagras de la puerta están rígidas, aplicar un poco de lubricante dieléctrico.	1	Servicio	WDM PUMP	34771N	160140427
4102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA CON MOTOR ELECTRICO	Mantenimiento preventivo a tablero contra incendio de bombeo que incluye: Desenergizar el circuito. Desconectar el interruptor principal o el panel de distribución y verificar que no haya tensión con un probador. Inspección visual: Tablero: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o grietas. Asegurar de que la puerta cierre correctamente y que las bisagras estén en buen estado. Componentes: Inspeccionar los componentes internos, como relés, contactores, fusibles y terminales. Verificar que no haya signos de desgaste, corrosión o sobrecalentamiento. Cableado: Asegurar que los cables estén bien conectados y que no haya daños en el aislamiento. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de advertencia y los diagramas estén legibles. Limpieza: Tablero: Limpiar el tablero con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar los componentes internos con un paño seco. Si hay polvo o suciedad, utilizar un cepillo suave o una aspiradora. Pruebas: Funcionamiento: Prueba del funcionamiento del tablero simulando una falla de energía eléctrica o una activación del sistema de alarma. Verificar que la bomba contra incendio arranque automáticamente. Voltaje: Medir el voltaje en diferentes puntos del tablero para verificar que esté funcionando correctamente. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Lubricación (opcional): Si las bisagras de la puerta están rígidas, aplicar un poco de lubricante dieléctrico.	1	Servicio	WDM PUMP	34623S	160140328
4103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	SPCI	TABLERO CONTRA INCENDIO JOCKEY	Mantenimiento preventivo a tablero contra incendio de bombeo que incluye: Desenergizar el circuito. Desconectar el interruptor principal o el panel de distribución y verificar que no haya tensión con un probador. Inspección visual: Tablero: Verificar que no haya daños físicos, como óxido, abolladuras o grietas. Asegurar de que la puerta cierre correctamente y que las bisagras estén en buen estado. Componentes: Inspeccionar los componentes internos, como relés, contactores, fusibles y terminales. Verificar que no haya signos de desgaste, corrosión o sobrecalentamiento. Cableado: Asegurar que los cables estén bien conectados y que no haya daños en el aislamiento. Etiquetas: Verificar que las etiquetas de advertencia y los diagramas estén legibles. Limpieza: Tablero: Limpiar el tablero con un paño húmedo y un limpiador multiusos. Si hay óxido, utilizar un cepillo de alambre para removerlo y aplica pintura anticorrosiva. Componentes: Limpiar los componentes internos con un paño seco. Si hay polvo o suciedad, utilizar un cepillo suave o una aspiradora. Pruebas: Funcionamiento: Prueba del funcionamiento del tablero simulando una falla de energía eléctrica o una activación del sistema de alarma. Verificar que la bomba contra incendio arranque automáticamente. Voltaje: Medir el voltaje en diferentes puntos del tablero para verificar que esté funcionando correctamente. Conexiones: Asegurar que todas las conexiones estén apretadas. Lubricación (opcional): Si las bisagras de la puerta están rígidas, aplicar un poco de lubricante dieléctrico.	1	Servicio	WDM PUMP	34606	160140312
4104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador de plaquetas con incubadora incluida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Delca	DINC-48	23110056
4105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador eléctrico de báscula	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	LACT82017036
4106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador eléctrico de báscula	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	L5CT82017077

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador eléctrico de báscula	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Digital Tube Rocker	L4CT82017038
4108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador eléctrico de plataforma	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Solaris 2000 S	300599902
4109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Agitador eléctrico de plataforma	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	Solaris 2000 S	300601090
4110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Analizador de composición corporal para pacientes ambulatorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	mBCA 514	10000001372310
4111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Analizador de composición corporal para pacientes ambulatorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	mBCA 514	10000001368753
4112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Analizador de composición corporal para pacientes ambulatorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	mBCA 514	10000001366657
4113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Analizador de composición corporal para pacientes ambulatorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	mBCA 514	10000001368079
4114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Anteojos para operaciones (telelupa)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Smart 2.5 x 550 ml	6905204906

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac 350 full	33648
4116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac 350 full	33703
4117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac 350 full	46043
4118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New Hospivac 350 full	46039
4119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	46037
4120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	33702
4121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	46041
4122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	33701

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	33704
4124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	46042
4125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Full	46051
4126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46055
4127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	33705
4128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46035
4129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	33706
4130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46053

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46040
4132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46052
4133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	33647
4134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46054
4135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46056
4136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 full	46038
4137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	45976
4138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46023

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46024
4140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46021
4141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46026
4142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46020
4143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46025
4144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	45978
4145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	45974
4146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Aspirador portátil para succión continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46019

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Audiometro de campo libre portatil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Interacoustics	AD226	SN1036677
4148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Balanza granataria	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	852	885234321
4149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Balanza granataria	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	852	885234321
4150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño con motor para circular agua en forma continua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ecoshel	SC-15	71223359
4151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño para flotación con movimiento circular (digital)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ecoshel	Eco-BF	23129
4152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño para flotación con movimiento circular (digital)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ecoshel	Eco-BF	23126
4153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120457
4154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120459

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120462
4156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120456
4157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120480
4158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS240	52164120454
4159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Baño sin circulación de agua	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Luzeren	DKS600	52164120420
4160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045938
4161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045939
4162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045953

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045963
4164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045946
4165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045945
4166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045949
4167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874 DR	10000001045954
4168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	874	10000001045964
4169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	(21)0000001198656
4170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	(21) 10000001198650

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	10000001208169
4172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Báscula electrónica con estadímetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Seca	769	(21)1000001198644
4173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341681
4174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0241553
4175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341141
4176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341628
4177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341619
4178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341620

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341688
4180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341618
4181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0342144
4182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0342140
4183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341612
4184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341633
4185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341499
4186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341635

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341687
4188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341691
4189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341579
4190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR341519
4191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341607
4192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341632
4193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341585
4194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341634

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0342191
4196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341574
4197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0342182
4198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341627
4199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341622
4200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341689
4201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341623
4202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341558

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341608
4204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341626
4205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341076
4206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0340634
4207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341690
4208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341636
4209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341624
4210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Biosensor para medir en sangre, glucosa y colesterol.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cobas	Accutrend Plus	RR0341629

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422963
4212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422510
4213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422381
4214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422673
4215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422665
4216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422766
4217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422803
4218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422683

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422599
4220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422742
4221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422810
4222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422397
4223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422723
4224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422812
4225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422300
4226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422596

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	414232081
4228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422379
4229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422771
4230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422386
4231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422776
4232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422816
4233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423061
4234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422570

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422556
4236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423087
4237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422730
4238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422439
4239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423105
4240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422760
4241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422801
4242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422689

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422658
4244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422694
4245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422739
4246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422718
4247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422786
4248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422778
4249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422808
4250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422753

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422762
4252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422743
4253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422748
4254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423083
4255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422580
4256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422974
4257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422277
4258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422767

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422788
4260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422589
4261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422588
4262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422711
4263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422784
4264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422486
4265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422563
4266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422719

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422722
4268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422466
4269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422256
4270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422761
4271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422446
4272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422483
4273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422600
4274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422489

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422705
4276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422456
4277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422595
4278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422566
4279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422449
4280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422395
4281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422591
4282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422534

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422369
4284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422445
4285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422246
4286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422737
4287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422565
4288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422392
4289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422478
4290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422671

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422280
4292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422468
4293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422524
4294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422605
4295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422575
4296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422583
4297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422473
4298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422413

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422195
4300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422789
4301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422467
4302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422550
4303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422294
4304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423103
4305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422806
4306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422716

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422986
4308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422480
4309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422990
4310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422344
4311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422758
4312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422995
4313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423048
4314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422597

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422434
4316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422472
4317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423085
4318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422799
4319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41423089
4320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Bomba de infusión volumétrica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	41422412
4321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9.01103E+11
4322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9.01103E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9.01103E+11
4324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9011027 00112
4325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9011027 00127
4326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9011027 00153
4327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama camilla radiotransparente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PK-803 1B	9011027 00105
4328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900028 00008
4329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00013
4330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00008

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900028 00001
4332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00001
4333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00002
4334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00013
4335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00021
4336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00008
4337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900032 00013
4338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00019
4340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00019
4341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00004
4342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00009
4343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00010
4344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00008
4345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00022
4346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00005

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00003
4348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00005
4349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00007
4350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00011
4351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00004
4352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00007
4353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00015
4354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00011
4356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00009
4357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00010
4358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00001
4359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00006
4360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00022
4361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00005
4362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00015
4364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00015
4365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00004
4366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00003
4367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00003
4368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00004
4369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00001
4370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00015

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900032 00022
4372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900028 00007
4373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00002
4374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 000015
4375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00020
4376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900030 00012
4377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00021
4378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00002

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00010
4380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00012
4381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00008
4382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00002
4383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00006
4384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900032 00010
4385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00001
4386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00007

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00008
4388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00012
4389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00003
4390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00013
4391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00012
4392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00011
4393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900033 00010
4394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00003

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00002
4396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00005
4397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00018
4398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1200030 00006
4399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00014
4400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00001
4401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800035 00014
4402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00006

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	0900032 00012
4404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00007
4405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00002
4406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800037 00006
4407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00002
4408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1100030 00009
4409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	2800036 00006
4410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	1900031 00018

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	CB-51 M	1903600 00015
4412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	CB-51 M	1100240 00035
4413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	31483500018
4414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama clinica multiples posiciones para paciente pediátrico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	A5	31483500098
4415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900711000005
4416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900711000009
4417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900711000014
4418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900711000017

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900711000008
4420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama obstetrica electrica para atencion del parto amigable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	PD2000	900812000001
4421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama para cuidados intensivos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Icu medical	Plum 360	1879020 00002
4422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama para cuidados intensivos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	Alius	1879010 00002
4423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama para cuidados intensivos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	Alius	1882450 00010
4424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cama para cuidados intensivos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	Alius	1879020 00004
4425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300005
4428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.70096E+11
4430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300010
4432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	14300003
4433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300006
4434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300011

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0332893 00014
4436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0332893 00012
4437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0332886 00005
4438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300001
4440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300004
4441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1188990 00017

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	000141 3 000002
4444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	P03328860006
4445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	P0332886 00004
4446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	000141300007
4447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	000141300009
4449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	1.18899E+11
4450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK-728E	141300008

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla móvil para traslado de pacientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	KK810AE	P033289300010
4452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00053
4453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	274737 00007
4454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00057
4455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00055
4456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00050
4457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00021
4458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00047

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00022
4460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	0298520 00030
4461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00037
4462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00031
4463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00023
4464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00025
4465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00029
4466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P09327851 00008

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00028
4468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0302907 00021
4469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00033
4470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00020
4471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00019
4472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00051
4473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00035
4474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0311883 00041

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0302907 00037
4476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00032
4477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	0298520 00029
4478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 0034
4479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00030
4480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Camilla neumática hidráulica con ajuste a diferentes posiciones	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Paramount bed	kk-810 AE	P0327851 00018
4481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Campana de flujo laminar vertical	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Haier	HCB-1300VS	BE0GQ 20B00
4482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23030500001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23030500002
4484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23030500017
4485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23120800010
4486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23030500005
4487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23120800003
4488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23030500012
4489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Cardiotocógrafo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zengen medical	ZGN-L8-7	23120800005
4490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga automatizada para lavado de celulas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	CW2+	H10B-542345-HB

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga automatizada para lavado de celulas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	CW2+	H10B-542346-HB
4492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga automatizada para lavado de celulas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	CW2+	H10B-542348-HB
4493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23K030E
4494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23M006E
4495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23K031
4496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23L004
4497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23K025
4498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23M004

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23L002
4500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23M008E
4501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga con cabezal intercambiable	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra X-30	ALT23K026
4502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrifuga de mesa para ocho tbos de 13 x 100 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J-40	2671
4503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrifuga de mesa para ocho tbos de 13 x 100 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J-40	2652
4504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrifuga de mesa para ocho tbos de 13 x 100 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J-40	2654
4505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrifuga de mesa para ocho tbos de 13 x 100 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J-40	2651
4506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrifuga de mesa para ocho tbos de 13 x 100 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Solbat	J-40	2650

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga de piso	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	Allegra V-15	AVR23H053
4508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Centrífuga para separacion de celulas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Thermo Scientific	ST 8	43073910
4509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Citometro de flujo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Beckman Coulter	AQUIOS CL	BG17047
4510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Colposcopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Karl-Kaps	SOM52-LED	32869
4511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Congelador horizontal de refrigerantes para vacunas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	CH-5	0124-060-01-004-001
4512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Contador electrónico de ocho teclas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302530
4513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Contador electrónico de ocho teclas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302551
4514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Contador electrónico de ocho teclas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	CRM Globe	CRM-8E	2302539

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Dispensador de parafina	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Boekel	145600	1901 19362
4516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033105
4517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033104
4518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033097
4519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033102
4520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033110
4521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033093
4522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033106

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033108
4524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033098
4525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033095
4526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033094
4527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033107
4528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033099
4529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033100
4530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN22033103

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electrocardiografo multicanal con interpretacion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Beneheart R12	FN-22033109
4532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Electronistagmografo (estimulo oido interno).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Interacoustics	VisualEyes 525S B	SN1045412
4533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo de artroscopia.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard Wolf	Varios	Varios
4534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo de emisiones otoacusticas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Interacoustics	Otoread screening plus	IA3004512
4535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo neumático para isquemia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Zimmer	ATS4000TS	4.02307E+11
4536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108005772
4537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108005771
4538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Equipo portátil para succión rápida	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7E-A	YY02108001430

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Sterrad	100NX	5045240001
4540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Esterilizador de vapor directo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	MSTV 6-6-9	2017758
4541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Esterilizador de vapor directo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	MSTV 6-6-9	2017757
4542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Esterilizador de vapor directo. (mediano con capacidad útil de 280 a 350 litros).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	MSTV 6-6-6	2019249
4543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Esterilizador de vapor directo. (mediano con capacidad útil de 280 a 350 litros).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	MSTV 6-6-6	2019250
4544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico básico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97150-C	S/N
4554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estuche de diagnóstico hospitalario	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	97200-C	S/N
4590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	BF260-UL	2.023E+13
4591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	BF260-UL	2.023E+13
4592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	Fetal view	22040200113
4593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	Fetal view	22040200120
4594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	Fetal view	22040200116

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200115
4596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200125
4597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200128
4598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200129
4599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200121
4600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200114
4601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Fonodetector portátil de latidos fetales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LGMD	FetalView	22040200130
4602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Histeroscopio para quirofano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard Wolf	Endocam Logic HD	Varios

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Horno eléctrico para secar o esterilizar sobre mesa	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	FD260	20230000002454
4604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Horno eléctrico para secar o esterilizar sobre mesa	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	FD260	20230000002455
4605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Horno eléctrico para secar o esterilizar sobre mesa	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Binder	FD260	20230000008888
4606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Incubadora para controles biológicos de la esterilización con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	IC10	IC10	4
4607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Incubadora para controles biológicos de la esterilización con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Bionova	IC10	1
4608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Incubadora para controles biológicos de la esterilización con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Bionova	IC10	3
4609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Incubadora para controles biológicos de la esterilización con vapor	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Bionova	IC10	2
4610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de examinación con fuente de luz led.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Green Series 300	S/N
4694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de fototerápia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	BiliLux	1123152027
4695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara de Hendidura	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	GIM	SL980	7010094
4696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara frontal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4 LED	S/N
4697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4C LED	S/N
4698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4C LED	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara frontal con transformador y accesorios	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Heine	ML4C LED	S/N
4700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara para aglutinación de eritrocitos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Human readers	Human readers HS	452254
4701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lámpara para aglutinación de eritrocitos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Biotek	800 TS	20120429
4702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laparoscopia, equipo para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	Varios	Varios
4703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringo faringo-estroboscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard wolf	Varios	Varios
4704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laringoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	Lar-mixto-C	S/N
4712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Laser quirurgico de holmio.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	LisaLase	Sphinx 100	913
4713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lavadora de equipo de inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Melag	Melatherm 10 DT	202310-DTB3160
4714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lavadora de microplacas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Human readers	Combiwash	591478

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lavadora descontaminadora	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	WD 290	
4716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lavadora descontaminadora	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	WD 290	S/N
4717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lavadora ultrasónica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	Sonica	2023018476
4718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lector de microplacas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Molecular devices	VersaMx	BNR08261
4719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lente de tres espejos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ion vision	P-IOV-025	N/A
4720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Lentes para prueba	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	S/D	S/D	N/A
4721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Litotriptor intracorporeo electromecanico con accesorios para uretero y nefroscopia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	Shockpulse+SE	S/N
4722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH054602P

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH054606P
4724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH054605P
4725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Marcapaso cardiaco temporal bipolar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	5392	DJH054603P
4726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Mesa quirrrúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	HyBase6100	G9-39011495
4727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Mesa quirurgica universal mecanico hidraulica (para cirugía general)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-39006653
4728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Mesa quirurgica universal mecanico hidraulica (para cirugía general)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-39006657
4729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal mecánico hidráulica (para ginecología)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-39006655
4730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Mesa quirúrgica universal mecánico hidráulica (para ginecología)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Mindray	Hybase 3000	M1-39006654

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microfotografía, microscopio triocular para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 3	3180002668
4732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio con doble cabezal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	V-Lab	BE-B20	PW20601 491
4733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio con doble cabezal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	V-Lab	BE-B20	PW20601 494
4734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio con doble cabezal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	V-Lab	BE-B20	PW20601 497
4735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio oftalmo cirugía de alta especialidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	OPMI Lumera T	6634150062
4736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para exploración en otorrinolaringología	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	OPMI pico	6627515560
4737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para otorrinolaringocirugía	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Tivato 700	6643145124
4738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008651

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008629
4740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008443
4741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008771
4742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008429
4743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008437
4744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008653
4745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198010138
4746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198008623

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198010130
4748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Carl Zeiss	Primostar 1	3198010129
4749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microtomo para cortes de parafina (semi automatizado)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Slee	Cut 5062	B220014
4750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Microtomo para cortes de parafina (semi automatizado)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Slee	Cut 5062	B220021
4751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Motor neumático compacto	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	B Braun	Acculan 4Ti	S/N
4752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202022
4753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202025
4754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202023

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202021
4756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403 B	211200642
4757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403 B	211200645
4758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403 B	211202029
4759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403 B	211202028
4760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202027
4761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202026
4762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202024

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador con dosificador de oxigeno	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Handy	403B	211202030
4764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NEC101	20230507238VF
4765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NEC101	20230606007VF
4766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NEC101	20230507239VF
4767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nebulizador sin elemento térmico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Omron	NEC101	20230507584VF
4768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Nefroscopio percutaneo (rigido con torre)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard Wolf	Varios	Varios
4769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Oximetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N231752
4770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Oximetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N231643

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Oximetro de pulso portátil	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Masimo	Rad 5	N232324
4772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Plantoscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Esgo	S/M	S/N
4773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
4774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
4775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
4776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Plicómetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	BF01	S/N
4777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Prismas	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	TO-WOO	TW-4402	N/A
4778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Procesador automatico de tejidos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Slee	MPS	K 22 0017

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para banco de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	RBACDV-23	0124-060-01-004-002
4780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para cadaveres.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	OTSA	RC-2L/GCAH-2	NA
4781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000290
4782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000288
4783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000294
4784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000289
4785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000285
4786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000292

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000283
4788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC- 395L	231000293
4789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para Laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC-395-L	231000286
4790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001435
4791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	2310001433
4792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001439
4793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001437
4794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001436

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001434
4796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001438
4797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador para vacunas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	YC650-CL	231001432
4798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador vertical para laboratorio cap. 20 pies cubicos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	RVCCDV-20	0124-060-01-004-003
4799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Refrigerador vertical para laboratorio cap. 20 pies cubicos	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Refrimed	RRLCS	0124-060-01-004-004
4800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Resectoscopio de flujo continuo con torre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	ESG-400	B011594
4801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Retinoscópio lineal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Welch Allyn	18245	N/A
4802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Rinolaringofibroscopio	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard Wolf	Varios	Varios

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030254
4804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030241
4805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030252
4806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030244
4807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030242
4808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030231
4809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030259
4810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sábana térmica con aire caliente	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	Warm touch	SP23030237

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grifols	WELD T	G3050317
4812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Selladora térmica para bolsas de esterilización	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Belimed	BELSEAL 65P	551010
4813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	s300	S/N
4830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Silla de ruedas plegable con descansapies	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	S300	S/N
4834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema de irrigación - succión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Richard Wolf	Lap	2106CE1086

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	BTL	BTL-08 Holyter	08AEE00026464
4836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema de monitorizacion fisiológica en pruebas de esfuerzo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	BTL	Flexi	Varios
4837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema para aspiracion de secreciones.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospiva 350 basic	45979
4838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema para aspiracion de secreciones.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	45977
4839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema para aspiracion de secreciones.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	45975
4840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Sistema para aspiracion de secreciones.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Ca-mi	New hospivac 350 Basic	46022
4841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Timpanometro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Grason stadler	GSI 39	GS0111095
4842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Ultracongelador vertical	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	DW-FL450	231000931

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Ultracongelador vertical	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Meling	DW-FL450	231000929
4844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de anestesia de alta especialidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dräger	Perseus	ASTA-0094
4845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de criocirugía oftalmologica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Keeler	Criomático MKII	K0911039
4846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS-501SX	CAE0007896
4847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS-501SX	CAE0007900
4848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS-501SX	CAE0007898
4849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS-501SX	CAE0007901
4850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de electrocirugía de uso general	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Medtronic	WEM SS-501SX	CAE0007877

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de facoemulsion	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Oertli instrument	Faros	87740025
4852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de secado para equipo de inhaloterapia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	OTSA	USEI-2005	USEI-090-24
4853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad de vitrectomia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Oertli instrument	OS4	NA
4854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad otorrinolaringologica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	HeineMann	Paris	S/N
4855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad para incluir tejidos en parafina (que incluya placa fria y caliente)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Slee	MPS/P1 yc	12 23 0002/W2 23 0003
4856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Unidad radiologica y fluoroscopica, transportable, tipo arco en "c" con sustraccion digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Primax	Cyberbloc FP	03157L7423
4857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Ureteroscopio (sin torre)	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Olympus	URF-P7	S/N
4858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Equipo Médico	Ventilador de traslado neonatal	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hamilton	T1	21376

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelengua andrew, con hoja estriada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	48.117.11	S/N
4860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelengua andrew, con hoja estriada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.117.11	S/N
4861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelenguas wieder hoja chica.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	48.115.01	S/N
4862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelenguas wieder hoja chica.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.115.01	S/N
4863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelenguas wieder hoja chica.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.115.01	S/N
4864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abatelenguas wieder hoja grande	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.115.02	S/N
4865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca davis boyle, automático, con mango, bastidor, y abatelengua intercambiable.no 1 al no 5.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.310.00	S/N
4866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca jennings, con cremallera, abierto totalmente de un lado, tamaño estándar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	48.274.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca jennings, con cremallera, abierto totalmente de un lado, tamaño estándar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.274.13	S/N
4868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca mc ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	48.320.00	S/N
4869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca mc ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.320.00	S/N
4870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Abreboca mc ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	48.320.00	S/N
4871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Adenotomo beckmann. Juego de tres tamaños.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.620.01/03/06	S/N
4872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Adenotomo beckmann. Juego de tres tamaños.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.620.01/03/06	S/N
4873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Adenotomo la force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.641.03	S/N
4874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Adenotomo la force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño lactante.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.641.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Adenotomo la force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.641.02	S/N
4876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Alicate para cortar alambre, de 160 a 175 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.547.17	S/N
4877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Alicate para cortar alambre, de 160 a 175 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.547.17	S/N
4878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Amigdalotomo tyding, recto, de asa de alambre. Con asas de diferentes diámetros.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	50.260.00	S/N
4879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Aproximador bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.280.19	S/N
4880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Aproximador baley tamaño chico	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.282.14	S/N
4881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Asa estriada, para cristalino.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.443.13	S/N
4882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Asa lisa para cristalino.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.445.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 mm de diámetro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Quirort	3.5 mm de diámetro	S/N
4884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí barkan.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.256.12	S/N
4885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí punta de diamante, con mango protector.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.381.10	S/N
4886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico, mango nº 3: corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.00	S/N
4913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango largo no 7.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.00	S/N
4920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango no 4: largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.02	S/N
4921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Bisturí quirúrgico. Mango no 4: largo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.104.02	S/N
4922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.101.04	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.04	S/N
4924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.04	S/N
4925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.04	S/N
4926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.04	S/N
4927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño infantil.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.03	S/N
4928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato barraquer, de alambre. Tamaño infantil.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.101.03	S/N
4929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.129.07	S/N
4930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.129.07	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Blefarostato lancaster. Tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.129.07	S/N
4932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.875.35	S/N
4933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula de irrigación anis, con retractor de iris calibre 26, longitud 5 x 7 mm, con 2 orificios.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.432.62S	S/N
4934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Ferguson cal. 12 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.297.12	S/N
4935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Ferguson cal. 12 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.297.12	S/N
4936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.297.10	S/N
4937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. Angulada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.297.10	S/N
4938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 10 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 10 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.10	S/N
4940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.12	S/N
4941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.12	S/N
4942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.12	S/N
4943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 12 fr de diámetro, con mandril y válvula de obturación digital	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.12	S/N
4944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 7 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.07	S/N
4945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Frazier o Ferguson, angulada de 30º a 45º, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.08	S/N
4946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 10 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.298.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	40278	S/N
4948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	40278	S/N
4949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	40278	S/N
4950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	40278	S/N
4951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.298.08	S/N
4952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.298.08	S/N
4953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier o Ferguson, recta, 8 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.298.08	S/N
4954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.09	S/N
4956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.09	S/N
4957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, con mandril. 9 fr. (3 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.09	S/N
4958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.295.06	S/N
4959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.295.06	S/N
4960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula mc intyre para cámara anterior, recta, punta roma y redonda, angulada, de 26 gauge, longitud 17 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.435.10S	S/N
4961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.435.17S	S/N
4962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.435.17S	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula sheie, punta roma, para irrigación.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.431.01S	S/N
4964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula simcoe, curva, de doble vía, con tubo de silástic y conexión directa a jeringa.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	23.434.25	S/N
4965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	04.150.27	S/N
4990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
4995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
4999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	IN5130	S/N
5024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.26	S/N
5025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.26	S/N
5026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.26	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.250.48	S/N
5047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.658.10D	S/N
5054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel cottle de 7 mm. De ancho de hoja, de 180 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.454.07	S/N
5055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel cottle, de 9 mm. Ancho de hoja y 180 mm. De long.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.454.09	S/N
5056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel cottle, recto, 4 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.454.04	S/N
5057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel curvo, 8 mm de ancho por 24.1 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.671.06	S/N
5058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., long. 16 o 19 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.451.04	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., long. 16 o 19 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.451.04	S/N
5060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.450.04	S/N
5061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.450.04	S/N
5062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., long. De 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.450.04	S/N
5063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel gubia, freer cottle, 6 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.489.16	S/N
5064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel gubia, freer cottle, 6 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.489.16	S/N
5065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel hibbs, curvo, ancho de la hoja de 12 a 13 mm., long. 240 mm., mango hexagonal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.671.13	S/N
5066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel lambote (mini), recto, 2.4 mm de ancho x 8 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.654.03	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel lambote (mini), recto, 4 mm de ancho x 12 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.654.04	S/N
5068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cincel lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.654.08	S/N
5069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla cottle kazanjian.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.282.19	S/N
5070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla liston o stille-liston, para huesos, curva, doble articulación, long. 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.291.27	S/N
5071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla liston o stille-liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.290.27	S/N
5072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla liston, angulada, con articulación sencilla, long. 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.275.14	S/N
5073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla liston, angulada, de articulación sencilla, long. De 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.275.19	S/N
5074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla liston, recta, con articulación sencilla, long. 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.274.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla ruskin liston, angulada, con articulación doble, long. De 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.289.18	S/N
5076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.286.18	S/N
5077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.286.18	S/N
5078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.286.18	S/N
5079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla ruskin-liston, recta, doble articulación, long. 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.286.18	S/N
5080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla stille, para cortar o remover yeso, sin guía, long. De 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	30.103.26	S/N
5081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla stille, para cortar o remover yeso, sin guía, long. De 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.103.26	S/N
5082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cizalla stille, para cortar y remover yeso, de 370 a 380 mm de longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.103.37	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Compás castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.583.07	S/N
5084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Compás castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.583.07	S/N
5085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Compás castroviejo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.583.07	S/N
5086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Contenedor para instrumental, de aluminio o acero inoxidable, en forma de gancho angulado, con seguro, 25 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	28.152.14	S/N
5087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cortador para clavos delgados, acción múltiple, de 320 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.555.24	S/N
5088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cortador para clavos gruesos, doble acción, de 470 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.556.47	S/N
5089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Costotomo giertz-stille, de 250 a 270 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.137.27	S/N
5090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Costotomo gluck o stille o similar de 200 a 230 mm. De long.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.107.22	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cubiculo de curaciones (set 42), cirugía general, retiro de puntos, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta ovalada: 000.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.476.97	S/N
5093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.471.98	S/N
5094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.471.98	S/N
5095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta redonda: 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.471.98	S/N
5096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta redonda: 1.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.472.01	S/N
5097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla brun, recta redonda: 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.472.02	S/N
5098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.478.98	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.478.98	S/N
5100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla bruns curva, copa redonda no. 00.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.478.98	S/N
5101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla bruns curva, copa redonda no. 000.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.478.97	S/N
5102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla bruns, mango estriado, copa redonda, del no. 3.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.472.03	S/N
5103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del no. 0 (1.5 mm).del no. 00 (2.0 mm).	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.115.00	S/N
5104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla Buck, recta, borde romo, del no. 1.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.110.01	S/N
5105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla Buck, recta, borde romo, del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.110.02	S/N
5106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla coakley del no. 6.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.607.06	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla coakley no 1, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.607.01	S/N
5108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla coakley no 5, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.607.05	S/N
5109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla faulkner, de anillo, doble extremo, longitud 20.9 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.601.21	S/N
5110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 1.5 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.402.15	S/N
5111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 2.0 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.402.20	S/N
5112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla meyhoefer de 3.5 mm. De diámetro, para chalazión.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.402.35	S/N
5113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla novak, punta curva, borde cortante de varios dientes, con conector metálico para jeringa, 24.5 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.592.04	S/N
5114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla novak, punta curva, borde cortante de varios dientes, con conector metálico para jeringa, 24.5 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.592.04	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla randall, punta curva, borde cortante de un solo diente, con conector metálico para jeringa, 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.590.04	S/N
5116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla randall, punta curva, borde cortante de un solo diente, con conector metálico para jeringa, 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.590.04	S/N
5117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, cortante, ancho de 7 a 7.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.715.07	S/N
5118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, cortante, ancho de 8 a 8.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.715.08	S/N
5119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, cortante, ancho de 9 a 10.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.715.09	S/N
5120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, roma, ancho de 7 a 7.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.717.07	S/N
5121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, roma, ancho de 8 a 8.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.717.08	S/N
5122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cucharilla recamier-sims-bum, flexible, roma, ancho de 9 a 10.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.717.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo ballenger, mango recto, hoja movible de 4 mm., de 185 a 210 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.390.04	S/N
5124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo cottle, punta redondeada, de 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.380.15	S/N
5125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo cottle, punta redondeada, de 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.380.15	S/N
5126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo fomón, doble fijo de 160 a 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.385.15	S/N
5127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo fomón, doble fijo de 160 a 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.385.15	S/N
5128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.430.17	S/N
5129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Cuchillo liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.430.20	S/N
5130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dermatomo schink, graduable, de 0.1 a 2 mm., con dos placas para extender piel, de 300 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.490.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.628.25	S/N
5132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024, 2048 Y 4094 HZ.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.071.00	S/N
5133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 1 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.01	S/N
5134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.10	S/N
5135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.11	S/N
5136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 12 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.12	S/N
5137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 13 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.13	S/N
5138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 2 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.03	S/N
5140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.04	S/N
5141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.05	S/N
5142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.06	S/N
5143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.07	S/N
5144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.08	S/N
5145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.150.09	S/N
5146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador castroviejo, con doble punta: roma y afilada.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.608.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador de balón, con marcas radiopacas, 9 a 14 fr de calibre y 8 cm de longitud del balón, con manómetro de presión, longitud total 65 a 100 cm. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cook Medical	G51799,G51795, G51796 y G22349	S/N
5148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador dittel, curvo, de 8 fr. Diámetro de punta.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	66.223.08	S/N
5149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónica, hueco, calibre 1 - 2 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.420.01	S/N
5150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 3-4.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.420.03	S/N
5151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 5-6.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.420.05	S/N
5152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.425.08	S/N
5153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.425.08	S/N
5154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.425.08	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador ritter tamaño 1.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	66.223.08	S/N
5156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador ritter tamaño 3.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	66.223.10	S/N
5157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador van buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	66.201.00	S/N
5158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador van buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	66.201.00	S/N
5159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador van buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	66.201.00	S/N
5160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador van buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	66.201.00	S/N
5161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatador van buren, graduado, juego de 12 pzas. Calibres de 8 a 30 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	66.201.00	S/N
5162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Dilatadores tucker para esofagoscopia juego de 15 piezas en el rango de 12 a 40 fr.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Cook Medical	Varios	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.950.01	S/N
5164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.950.01	S/N
5165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.950.01	S/N
5166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector green.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.340.13	S/N
5167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector green.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.340.13	S/N
5168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector hurd, longitud de 215 a 225 mm., para amígdala.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	50.131.22	S/N
5169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector hurd, longitud de 215 a 225 mm., para amígdala.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	50.131.22	S/N
5170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Disector joseph.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	60-157-24	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador cobb, hoja curva de 13 a 14 mm. De ancho, longitud de 240 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Boss	77-0352	S/N
5172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.743.06	S/N
5173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo, de 195 mm. A 200 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Quirort	195 mm. A 200 mm	S/N
5174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. De 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.779.06	S/N
5175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. De 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.779.06	S/N
5176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.778.06	S/N
5177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.778.06	S/N
5178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm. A 185 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.778.06	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.423.22	S/N
5180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.423.22	S/N
5181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador jospeh-masing, punta cortante de 8 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Quirort	MASING	S/N
5182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador langenbeck, 19.1 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.753.20	S/N
5183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador langenbeck, 19.1 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.753.20	S/N
5184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador mckenzy, de doble extremo, longitud de 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.413.19	S/N
5185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador mckenzy, de doble extremo, longitud de 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.413.19	S/N
5186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador modelo freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm., para septum nasal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.096.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Elevador modelo freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm., para septum nasal.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.096.00	S/N
5188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Escofina aufricht, curva.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.511.21	S/N
5189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Escofina cottle, recta, con dientes cortantes en disección podálica.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.518.21	S/N
5190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Escofina fommon, de doble extremo, estrías cruzadas gruesas, longitud de 210 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.520.21	S/N
5191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Escofina putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.973.27	S/N
5192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Escofina putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.973.27	S/N
5193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espátula castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 mm. X 10 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.525.10	S/N
5194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espátula castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 mm. X 14 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.525.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espátula iris elschnig.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.233.13	S/N
5196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo killian, infantil de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.120.35	S/N
5197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo nasal wien, o wiener o viena, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.112.01	S/N
5198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo nasal wien, o wiener o viena, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.112.01	S/N
5199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo nasal wien, o wiener o viena, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.112.01	S/N
5200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo nasal wien, o wiener o viena, tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.112.03	S/N
5201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo nasal wien, o wiener o viena, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.112.02	S/N
5202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espéculo richards, pavonado, juego de diferentes diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	44.010.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.272.08/10/12/14/16/18/20/22	S/N
5204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo ginecologico. Espejo vaginal graves o pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	70.110.02	S/N
5205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo ginecologico. Espejo vaginal graves o pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	70.110.02	S/N
5206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo ginecologico. Espejo vaginal graves o pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.110.02	S/N
5207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo ginecologico. Espejo vaginal graves o pederson, tamaño mediano.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.110.02	S/N
5208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	70.110.01	S/N
5209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.110.01	S/N
5210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño chico.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.110.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.110.03	S/N
5212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal infantil, collin, valvas de 53 a 65 mm. De longitud x 10 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.132.00	S/N
5213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Espejo vaginal, collin, valvas de 65 a 85 mm. De longitud x 18 a 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.131.00	S/N
5214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.104.14	S/N
5215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.104.14	S/N
5216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.104.14	S/N
5217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.104.14	S/N
5218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.104.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Estilete doble externo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	20.106.14	S/N
5220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Fórceps asch.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.571.23	S/N
5221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Fórceps asch.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.571.23	S/N
5222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Forceps luikart o kielland-luikart, hojas macizas, de 390 a 400 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	72.125.40	S/N
5223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Fórceps piper, 44 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	72.155.44	S/N
5224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Fórceps simpson, de hojas fenestradas, 36 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	72.135.36	S/N
5225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho agudo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	39546	S/N
5226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho converse, de doble extremo, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.553.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho de sinskey, angulado de 0.2 mm, de diámetro, longitud de 110 a 120mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.491.03	S/N
5228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.556.16	S/N
5229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho graefe o von graefe, para estrabismo, tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.351.03	S/N
5230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho graefe o von graefe, para estrabismo, tamaño grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.351.03	S/N
5231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho graefe o von graefe, para estrabismo, tamaño pequeño.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.351.01	S/N
5232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	42.351.02	S/N
5233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.351.02	S/N
5234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho grafe o von grafe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.351.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho jameson, 13.3 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	42.353.13	S/N
5236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho jameson, 13.3 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.353.13	S/N
5237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm., longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.216.05	S/N
5238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm., longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.216.05	S/N
5239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm., longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.216.05	S/N
5240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.216.01	S/N
5241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.216.01	S/N
5242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.216.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho joseph, un garfio, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.216.01	S/N
5244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.280.02	S/N
5245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gancho pequeño, para hueso, 23 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.270.02	S/N
5246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Grifa para placas 2.4.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.640.18	S/N
5247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.159.18	S/N
5248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia friedman, curva, de 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.101.14	S/N
5249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia friedman, curva, de 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.101.14	S/N
5250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia lempert, recta, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.154.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia lempert, recta, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.154.18	S/N
5252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.217.18	S/N
5253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.217.18	S/N
5254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia sauerbruch, de 300 a 310 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.243.30	S/N
5255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia stille luer, curva, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.231.22	S/N
5256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia stille luer, recta, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.230.22	S/N
5257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia stille luer, recta, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.230.22	S/N
5258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Gubia stille luer, recta, longitud de 260 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.230.26	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, curvo, con graduacion y boton en la punta, 4 mm de diametro, 31 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.581.32	S/N
5260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, curvo, con graduacion y boton en la punta, 4 mm de diametro, 31 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.581.32	S/N
5261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, curvo, con graduacion y boton en la punta, 4 mm de diametro, 31 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	70.581.32	S/N
5262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, maleable, con graduación en cms., longitud de 320 a 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.581.32	S/N
5263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, rígido, con graduación en centímetros.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.580.32	S/N
5264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Histerómetro sims, rígido, con graduación en centímetros.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.580.32	S/N
5265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Impactor con punta redonda de 5 mm. De diámetro con mango de madera sintética.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.584.05	S/N
5266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental (set 284), procuración de tejido corneal, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental angiologia (set 003), angiología, básico, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental angiologia (set 239), angiología, venodisección, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 240), cirugía general, asepsia y antisepsia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 243), cirugía general, curación, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 244), cirugía general, subclavia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 246), cirugía general, punción pleural, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 268), cirugía general menor, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 35), cirugía general, básico adulto, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 36), cirugía general, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 44), cirugía general, sutura, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 44), cirugía general, sutura, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 45), cirugía general, toracotomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía general (set 50) cirugía general, vesícula y vías biliares, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 51), cirugía pediátrica, espéculos rectales y vaginales, juego de	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 53), cirugía pediátrica, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 54), cirugía pediátrica, general básico, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 55), cirugía pediátrica, general pediátrico, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 56), cirugía pediátrica, instrumental largo, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 58), cirugía pediátrica, menor, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental cirugía pediatrica (set 60), cirugía pediátrica, neonatal, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 256), gineco obstetricia, parto episiotomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 256), gineco obstetricia, parto episiotomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 258), gineco obstetricia, biopsia uterina, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 68), gineco obstetricia, básico revisión de cavidad, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 69), gineco obstetricia, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 70), gineco obstetricia, cesárea, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 71), gineco obstetricia, colpoperineoplastía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 72), gineco obstetricia, histerectomía abdominal, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 73), gineco obstetricia, histerectomía vaginal, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 74), gineco obstetricia, legrado uterino, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 75), gineco obstetricia, minilaparotomía salpingoclasia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ginecobstetricia (set 76), gineco obstetricia, plastía tubaria, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental gineco-obstetricia (set 257), gineco obstetricia, exploración ginecológica, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 103), oftalmología, básico, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 104), oftalmología, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 105), oftalmología, catarata y glaucoma, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 106), oftalmología, curación ocular, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 109), oftalmología, estrabismo, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 111), oftalmología, párpado, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmologia (set 112), oftalmología, pterigión / chalazión, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental oftalmología (set 279), oftalmología, retiro de puntos corneales y conjuntivales	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 125), ort. Y traum., amputación, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 128), ort. Y traum., básico adulto, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 132), ort. Y traum., básico de pediatría, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 161), ort. Y traum., juego de cizalla y gubia	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 168), ort. Y traum., mano y pie, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 169), ort. Y traum., miembro torácico y tibia, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 175), ort. Y traum., pequeños fragmentos, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 177), ort. Y traum., pinza para cortar clavos y alambre	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 185), ort. Y traum., tobillo, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 188), ort. Y traum., urgencias de lesiones de mano, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 232), ort. Y traum., básico de hombro, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental ortopedia y traumatologia (set 262), ort. Y traum., yeso, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringología (set 189), otorrinolaringología, adenoamigdalectomía , set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 190), otorrinolaringología, antrostomía maxilar, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 191), otorrinolaringología, bulto extra	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 193), otorrinolaringología, dilatación esofágica, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 197), otorrinolaringología, laringoscopía pediátrica, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 206), otorrinolaringología, rinoseptumplastía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringología (set 207), otorrinolaringología, senos paranasales, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 210), otorrinolaringología, traqueostomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 269), otorrinolarin, extraccion de cuerpo extraño, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 270), otorrinolarin, toma de biopsia, paladar y lengua, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental otorrinolaringologia (set 271), otorrinolaringologia, taponamiento nasal, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental quirúrgico (Set 255), gineco obstetricia, colocación de diu, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 224), urología básico, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 225), urología, bulto extra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 226), urología especial pediátrica, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 228), urología, plastía de uretra, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 229), urología, prostatectomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 259), urología, circunsición, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 261), urología, vasectomía, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 277), urología, cirugía testicular, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Instrumental urología y nefrología (set 278), endourologia, revision transuretral, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Jeringa carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.123.01	S/N
5342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio holinger, tamaño adulto estándar de 170 mm. De longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	8449.12	S/N
5343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio holinger, tamaño adulto grande de 180 mm. De longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	8449.12	S/N
5344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio holinger, tamaño lactante de 90 mm. De longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	81026431	S/N
5345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio holinger, tamaño pediátrico de 120 mm. De longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	8449.12	S/N
5346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio jakson, tamaño adolescente, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	8449.22+V	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio jakson, tamaño adulto, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	8449.12+V	S/N
5348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio jakson, tamaño lactante, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	89.49.32	S/N
5349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Laringoscopio jakson, tamaño pediátrico, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	89.49.32	S/N
5350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra alexander o alexander-farabeuf, longitud de 210 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.715.20	S/N
5351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra cottle, de 8 mm. De ancho de hoja, de 180 a 195 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.425.19	S/N
5352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra doyen, hoja curva derecha, adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.721.17	S/N
5353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra doyen, hoja curva izquierda, adulto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.723.17	S/N
5354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra farabeuf, curva, 15 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.703.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.711.18	S/N
5356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Legra matson, doble extremo, 22 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.733.22	S/N
5357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Lima maltz, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.504.18	S/N
5358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Lima maltz, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.504.18	S/N
5359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.515.01	S/N
5360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.515.01	S/N
5361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Llave combinada de 11.0 mm. De diámetro	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.515.01	S/N
5362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Boss	79-0747	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Boss		S/N
5364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 3 largo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.103.02	S/N
5365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 3 largo	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.103.02	S/N
5366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 4 corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.104.00	S/N
5388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para bisturí, del no. 7, corto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	06.107.01	S/N
5394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para machuelo, 3.5 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.866.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Mango para sierra de gigli, 8 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	40.094.00	S/N
5396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.701.01	S/N
5397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.701.01	S/N
5398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.701.01	S/N
5399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.694.34	S/N
5400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.695.30	S/N
5401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.695.30	S/N
5402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.695.30	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo macizo, peso de 300 grs.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.695.30	S/N
5404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Martillo partsch, 200 g, 18 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	13-19-13	S/N
5405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Medidor de profundidad. Pequeño.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	3-18-13	S/N
5406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Microportagujas barraquer, curvo, sin retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.665.13	S/N
5407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Ort. Y traum. Set 262, yeso, set para	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico		Servicio	Dewimed	NA	S/N
5408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo cottle, corte lineal, bordes romos. Juego de seis: rectos de 2, 4, 6, 10 y 12 mm y curvo de 6 mm de ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.454.04/07/09/12/455.06	S/N
5409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. A 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.15	S/N
5410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. A 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 8 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	13-913	S/N
5412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 245 a 255 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.20	S/N
5413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 245 a 255 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.20	S/N
5414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 25 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.25	S/N
5415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 30 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.30	S/N
5416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. De longitud x 38 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.38	S/N
5417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte o minilambotte curvo de 6 mm. De ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.651.06	S/N
5418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 12 mm. O 13 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.650.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. De longitud x 8 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.650.06	S/N
5420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte o minilambotte recto de 6 mm. De ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.650.06	S/N
5421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 15 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	41468	S/N
5422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 15 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	41468	S/N
5423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 20 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.650.20	S/N
5424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Osteotomo lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. De longitud x 25 mm. De ancho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.650.25	S/N
5425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Perforador bunnell, manual, con mandril y llave 16 cm de longitud. Juego.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.270.00	S/N
5426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Perforador ralk, tipo pistola.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.280.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adlerkreutz, con dientes, longitud de 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.236.15	S/N
5428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.188.12	S/N
5429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.12	S/N
5441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.180.15	S/N
5442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.180.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza adson, sin dientes, 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.170.12	S/N
5457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	64.124.16	S/N
5458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.124.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o jud-allis, con 3 x 4 dientes, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.140.19	S/N
5460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o jud-allis, con 3 x 4 dientes, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.140.19	S/N
5461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
5462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
5463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
5464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis o thoms-allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.150.20	S/N
5465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	64.110.15	S/N
5466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	64.110.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	64.110.15	S/N
5468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N
5474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	64.120.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	64.120.24	S/N
5476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	64.120.24	S/N
5477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	64.120.15	S/N
5487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza allis-baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	64.102.14	S/N
5488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza autocentrante o tipo verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.391.19	S/N
5489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza autocentrante o tipo verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.391.19	S/N
5490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza autocentrante o tipo verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza autocentrante o tipo verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.24	S/N
5492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza autocentrante o tipo verbrugge, angulada, con cierre de tornillo, 28 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.28	S/N
5493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
5494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
5495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
5496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
5497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.168.16	S/N
5498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N
5500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N
5501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N
5502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.168.20	S/N
5503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza baby mixter o gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.431.18	S/N
5504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza baby mixter o gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.431.18	S/N
5505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	14.111.11	S/N
5506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	14.111.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.11	S/N
5508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.11	S/N
5509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.11	S/N
5510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.13	S/N
5533	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	14.111.15	S/N
5534	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	32	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5535	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5536	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5537	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5538	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5539	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5540	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5541	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5542	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5543	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5544	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5545	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5546	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5547	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	14.111.09	S/N
5548	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza barraquer katzin, tipo colibrí, cuatro dientes, longitud 7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.881.03	S/N
5549	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza barraquer, puntas anguladas y romas, longitud de 105 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.887.07	S/N
5550	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza berke, quijada corta, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.015.20	S/N
5551	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bipolar para coagulación recta, de 16.5 cm de longitud, con punta roma de 1 mm, conexión al cable de tipo doble placa, de acero inoxidable, reusable.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	90.124.16	S/N
5552	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Bishop Harman o Bishop Harmon, con 1 X 2 dientes de 0.5 Mm., longitud de 80 a 90 Mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5553	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5554	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5555	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5556	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5557	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5558	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5559	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harman o bishop harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.942.05	S/N
5560	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harmon, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.940.05	S/N
5561	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harmon, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.940.05	S/N
5562	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harmon, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.940.05	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5563	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harmon, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.940.05	S/N
5564	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bishop harmon, recta, fina, sin dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.940.05	S/N
5565	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45° del no. 1	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	45.222.04	S/N
5566	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45° del no. 2.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.227.02	S/N
5567	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza blakesley, recta. Tamaño no. 0 longitud útil 110 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.221.01	S/N
5568	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza blakesley, recta. Tamaño no. 1 longitud útil 110 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.221.02	S/N
5569	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza blakesley, recta. Tamaño no. 2 longitud útil 110 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.221.03	S/N
5570	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bozemann, curva en forma de s, con estrias transversales, longitud de 240 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	16.231.26	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5571	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bozemann, curva en forma de s, con estrias transversales, longitud de 240 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.231.26	S/N
5572	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bozemann, curva en forma de s, con estrias transversales, longitud de 240 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.231.26	S/N
5573	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey ó de bakey diethrich, atraumática, recta, de 60 a 65 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.082.16	S/N
5574	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, curva, de 100 a 105 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.093.10	S/N
5575	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, curva, de 70 a 75 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.093.07	S/N
5576	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, curva, de 80 a 85 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.093.08	S/N
5577	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, recta, de 70 a 75 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.092.07	S/N
5578	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza bulldog de bakey, recta, de 80 a 85 mm. De longitud, sin resorte.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.092.08	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5579	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza castroviejo, para fijación, recta, con dientes, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.150.01	S/N
5580	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza castroviejo, para sutura, recta, con dientes de 0.12 o 0.15 mm. De ancho, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.150.01	S/N
5581	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza castroviejo, para sutura, recta, con dientes de 0.3 mm. De ancho, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.150.03	S/N
5582	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza citelli, del no. 3.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.311.40	S/N
5583	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza cottle, para columela, longitud de 100a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.151.10	S/N
5584	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crafoord, curva, longitud de 240 a 245 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.453.24	S/N
5585	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5586	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5587	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	14	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5588	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5589	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5590	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5591	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5592	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5593	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crile o crile-rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.263.16	S/N
5594	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	72	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5595	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5596	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5597	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5598	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5599	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5600	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.251.14	S/N
5601	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza dartigues o tisterolabo, longitud de 255 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.545.27	S/N
5602	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	11.308.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5603	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm. De ancho, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	11.308.16	S/N
5604	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	11.308.20	S/N
5605	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	11.308.20	S/N
5606	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	11.308.20	S/N
5607	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de bakey, de disección, recta, punta de 3.5 mm. De ancho x 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	11.310.24	S/N
5608	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de conjuntiva, curva, sin dientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.831.10	S/N
5609	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de conjuntiva, curva, sin dientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.831.10	S/N
5610	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de conjuntiva, recta, sin dientes.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.830.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5611	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5612	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5613	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5614	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5615	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5616	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5617	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5618	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5619	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5620	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.120.14	S/N
5621	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5622	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5623	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5624	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5625	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5626	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5627	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.13	S/N
5628	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de lovelace de 200 a 205 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	56.290.20	S/N
5629	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.15	S/N
5630	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.19	S/N
5631	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.19	S/N
5632	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.391.24	S/N
5633	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.391.24	S/N
5634	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.409.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5635	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.402.17	S/N
5636	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.402.17	S/N
5637	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.402.17	S/N
5638	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, de punta angosta, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.409.13	S/N
5639	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, de punta angosta, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.409.13	S/N
5640	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, punta ancha, longitud 13.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.409.13	S/N
5641	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de sujeción duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.170.20	S/N
5642	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza de sujeción duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	64.170.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5643	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	PINZA DERRA, BOCA GRANDE, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	13.291.18	S/N
5644	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza desmarres, chica, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.254.09	S/N
5645	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza desmarres, chica, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.254.09	S/N
5646	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.102.04	S/N
5647	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza dressing, recta, sin dientes, longitud 10.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.810.10	S/N
5648	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza dressing, recta, sin dientes, longitud 10.2 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.810.10	S/N
5649	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza duval recta, con retén, extremos aserrados. Longitud 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	64.170.18	S/N
5650	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza erhardt, para parpado, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.258.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5651	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza erhardt, para parpado, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.258.14	S/N
5652	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.120.11	S/N
5653	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.120.11	S/N
5654	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5655	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5656	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5657	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5658	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5659	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5660	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5661	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5662	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.13	S/N
5663	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5664	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5665	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5666	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5667	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5668	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5669	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5670	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.120.18	S/N
5671	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.20	S/N
5672	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.20	S/N
5673	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.120.20	S/N
5674	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 2 x 3 dientes, de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.140.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5675	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 2 x 3 dientes, de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.140.13	S/N
5676	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, con 2 x 3 dientes, de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.140.13	S/N
5677	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.25	S/N
5678	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.102.25	S/N
5679	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.25	S/N
5680	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5681	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5682	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5683	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5684	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5685	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5686	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5687	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5688	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5689	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.102.14	S/N
5690	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5691	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5692	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5693	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5694	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5695	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5696	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5697	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5698	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5699	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5700	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.18	S/N
5701	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	10.102.20	S/N
5702	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.102.20	S/N
5703	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.102.20	S/N
5704	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.20	S/N
5705	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, sin dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	10.102.11	S/N
5706	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza estándar, sin dientes, de 100 mm. A 110 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.102.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5707	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza ferris smith, para fragmentos, tipo cocodrilo, punta oval, estriada, longitud del vástago de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Quirort	FERRIS	S/N
5708	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5709	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5710	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5711	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5712	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5713	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N
5714	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5715	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5716	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5717	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5718	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5719	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5720	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5721	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5722	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5723	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5724	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5725	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5726	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5727	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5728	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5729	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	9	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5730	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5731	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5732	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5733	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5734	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.171.25	S/N
5735	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5736	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5737	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5738	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5739	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5740	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5741	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5742	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5743	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5744	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5745	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5746	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5747	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5748	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5749	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	16.170.18	S/N
5750	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5751	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5752	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5753	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5754	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5755	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5756	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5757	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5758	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5759	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5760	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5761	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5762	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5763	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5764	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5765	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	16.170.25	S/N
5766	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza foerster, para iris, recta, estriada, longitud de 85 a 95 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.850.08	S/N
5767	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gemini, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.431.18	S/N
5768	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.303.18	S/N
5769	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.303.18	S/N
5770	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.302.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5771	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.302.18	S/N
5772	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.302.18	S/N
5773	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gillies, con 1x2 dientes, de 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.272.15	S/N
5774	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza graefe, recta, 1 x 2 dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.820.10	S/N
5775	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza graefe, recta, con dientes, punta de 0.5 mm. De ancho, longitud de 70 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.804.05	S/N
5776	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza grenwald o jansen, tipo de bayoneta, estriada, longitud de 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.154.20	S/N
5777	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza grenwald o jansen, tipo de bayoneta, estriada, longitud de 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.154.20	S/N
5778	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza grenwald o jansen, tipo de bayoneta, estriada, longitud de 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.154.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5779	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza grenwald o jansen, tipo de bayoneta, estriada, longitud de 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.154.20	S/N
5780	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gubia lempert curva, de 190 a 200 mm: de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.155.18	S/N
5781	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gubia lempert curva, de 190 a 200 mm: de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.155.18	S/N
5782	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza gubia luer, curva ligera, longitud de 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.131.15	S/N
5783	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hajek o hajek-kofler, mordida de 3.5 x 3.5 mm. Hacia abajo, longitud del vástago de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.305.02	S/N
5784	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hajek o hajek-kofler, mordida de 3.5 x 3.5 mm. Hacia arriba, longitud del vástago de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.305.01	S/N
5785	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito o micro mosquito o hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.223.10	S/N
5786	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito o micro mosquito o hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.222.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5787	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.231.12	S/N
5788	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	28	Servicio	Dewimed	12.231.12	S/N
5789	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5790	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5791	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5792	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5793	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5794	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5795	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5796	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5797	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5798	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5799	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5800	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5801	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5802	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5803	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5804	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5805	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5806	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5807	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5808	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5809	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N
5810	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.221.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5811	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Halsted Mosquito, recta, con dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.230.12	S/N
5812	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5813	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5814	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5815	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5816	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5817	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N
5818	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.220.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5819	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
5820	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
5821	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
5822	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
5823	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.211.10	S/N
5824	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.210.10	S/N
5825	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.210.10	S/N
5826	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.210.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5827	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman o baby mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.210.10	S/N
5828	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman, boca redonda,fenestrada, diámetro de corte de 9 a 13 mm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.235.11	S/N
5829	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartman, boca redonda,fenestrada, diámetro de corte de 9 a 13 mm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.235.11	S/N
5830	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	26.283.19	S/N
5831	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, auricular, punta fina estriada, longitud de 120 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.241.12	S/N
5832	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, auricular, punta fina estriada, longitud de 120 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.241.12	S/N
5833	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.161.16	S/N
5834	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.161.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5835	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.161.16	S/N
5836	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, tipo cocodrilo, longitud de rama de 80 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.517.02	S/N
5837	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza hartmann, tipo cocodrilo, longitud de rama de 80 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	40.517.02	S/N
5838	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza heaney o heaney modificada, con 2 diente transversal, longitud de 205 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.593.20	S/N
5839	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza heaney o heaney modificada, con 2 diente transversal, longitud de 230 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.593.23	S/N
5840	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza heaney o heaney modificada, con 2 dientes transversal, longitud de 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.593.20	S/N
5841	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza holinger, longitud 28 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.230.03	S/N
5842	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza jackson o chevalier-jackson, quijadas en forma de cucharilla redonda, curva hacia arriba, longitud 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.230.05	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5843	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza jackson, quijadas cóncavas alargadas, 4 cm de ancho, 28 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.230.06	S/N
5844	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza jackson, quijadas estriadas, tallo flexible, longitud 42 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.240.02	S/N
5845	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza jackson, quijadas rectas, longitud 20 cm. Infantil.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	52.230.01	S/N
5846	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza jansen o struycken, longitud 19.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.232.01	S/N
5847	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5848	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5849	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	16	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5850	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5851	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5852	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5853	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5854	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5855	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5856	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	20	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5857	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5858	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5859	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5860	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5861	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5862	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.241.14	S/N
5863	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	Dewimed	12.240.14	S/N
5864	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.240.14	S/N
5865	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.240.14	S/N
5866	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kern, con cremallera, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.380.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5867	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.380.21	S/N
5868	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.380.21	S/N
5869	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kerrison, mordida de 3 mm., longitud del vástago de 70 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.303.03	S/N
5870	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kerrison, mordida de 4 mm., longitud del vástago de 70 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.303.04	S/N
5871	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kerrison, mordida de 5 mm., longitud del vástago de 70 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.303.05	S/N
5872	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	12.322.14	S/N
5873	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.322.14	S/N
5874	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.491.19	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5875	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.491.19	S/N
5876	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.493.23	S/N
5877	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.493.23	S/N
5878	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.493.23	S/N
5879	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.493.23	S/N
5880	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.384.33	S/N
5881	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.384.33	S/N
5882	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lane, sin cremallera, longitud de 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.382.33	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5883	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lees, ángulo a 90 grados de 230 a 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	13.131.23	S/N
5884	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lees, ángulo a 90 grados de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	13.131.25	S/N
5885	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lester, con dientes, longitud 8.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.054.09	S/N
5886	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
5887	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
5888	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
5889	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N
5890	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.495.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5891	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lowman o gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.441.18	S/N
5892	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lowman o gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.441.18	S/N
5893	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lowman o gerster-lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.441.20	S/N
5894	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	44.206.14	S/N
5895	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	44.206.14	S/N
5896	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	44.206.14	S/N
5897	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 190 a 205 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	04.190.20	S/N
5898	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 190 a 205 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	04.190.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5899	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 240 a 255 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	04.190.25	S/N
5900	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza magill, ramas anguladas, longitud de 240 a 255 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	04.190.25	S/N
5901	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza martin, recta, longitud de 190 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.410.19	S/N
5902	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mc pherson, anguladа, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.210.10	S/N
5903	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mc pherson, anguladа, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.210.10	S/N
5904	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mc pherson, anguladа, sin dientes, con plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.454.40	S/N
5905	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mc pherson, recta, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.450.23	S/N
5906	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mc pherson, recta, con dientes y plataforma.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.450.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5907	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, con dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.186.12	S/N
5908	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, con dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.186.12	S/N
5909	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, con dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.186.12	S/N
5910	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, sin dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.176.12	S/N
5911	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, sin dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.176.12	S/N
5912	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza microadson, sin dientes, de 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	10.176.12	S/N
5913	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza middleton jansen.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.325.19	S/N
5914	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza millin, angulada, quijada en forma de "t", longitud de 230 a 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	66.111.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5915	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter o baby mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.475.14	S/N
5916	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter o baby mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.475.14	S/N
5917	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.471.18	S/N
5918	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.471.18	S/N
5919	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.471.23	S/N
5920	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.471.23	S/N
5921	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.471.23	S/N
5922	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, estrías longitudinales, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.479.28	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5923	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.479.22	S/N
5924	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.479.22	S/N
5925	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.479.22	S/N
5926	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza museux, recta, quijada con 2 x 2 dientes de 8 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.524.08	S/N
5927	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza museux, recta, quijada con 2 x 2 dientes de 8 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.524.08	S/N
5928	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.311.16	S/N
5929	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.311.16	S/N
5930	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	36	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5931	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
5932	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
5933	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
5934	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.311.18	S/N
5935	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5936	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5937	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5938	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5939	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5940	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5941	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5942	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.311.20	S/N
5943	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.310.18	S/N
5944	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.310.18	S/N
5945	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pean o rochester pean, recta, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.310.20	S/N
5946	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pierce o dermot pierce, tipo colibri, curva, con dientes, de 0.3 mm de ancho. Longitud de 70 a 80 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	43.454.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5947	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.635.18	S/N
5948	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza potts smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.112.18	S/N
5949	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza potts-smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	10.116.25	S/N
5950	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza pozzi, longitud 24 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.506.25	S/N
5951	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.231.04	S/N
5952	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	62.231.04	S/N
5953	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.04	S/N
5954	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall del no.4, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.04	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5955	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.231.01	S/N
5956	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	62.231.01	S/N
5957	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.01	S/N
5958	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.01	S/N
5959	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.231.02	S/N
5960	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	62.231.02	S/N
5961	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.02	S/N
5962	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5963	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	62.231.03	S/N
5964	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	62.231.03	S/N
5965	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.03	S/N
5966	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza randall, curva del no. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	62.231.03	S/N
5967	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rankin o rankin-Kelly, curva, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.243.16	S/N
5968	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rankin o rankin-Kelly, curva, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.243.16	S/N
5969	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rankin o rankin-Kelly, curva, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	30	Servicio	Dewimed	12.243.16	S/N
5970	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.321.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5971	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	12.321.16	S/N
5972	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5973	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	24	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5974	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5975	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5976	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5977	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N
5978	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester ochsner o kocher-ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	12.321.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5979	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester-ochsner o kocher-ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	18	Servicio	Dewimed	12.320.18	S/N
5980	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza rochester-ochsner o kocher-ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.320.18	S/N
5981	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	56.325.15	S/N
5982	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	13.253.25	S/N
5983	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 255 a 265 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	13.253.26	S/N
5984	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 255 a 265 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	13.253.26	S/N
5985	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schmeden, con puntas de trabajo en forma triangular.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.232.02	S/N
5986	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schmeden, con puntas de trabajo en forma triangular.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.232.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5987	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5988	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5989	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5990	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5991	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5992	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5993	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.502.25	S/N
5994	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza schubert, uterina, angulada, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.605.26	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
5995	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza semb ramas en curva, de 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.323.23	S/N
5996	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza semb, ramas en semicurva, de 240 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.321.23	S/N
5997	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza snellen, para entropión, derecha, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.265.10	S/N
5998	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza snellen, para entropión, izquierda, longitud de 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	43.267.10	S/N
5999	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, curva, con dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.841.10	S/N
6000	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, curva, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.833.10	S/N
6001	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, curva, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.833.10	S/N
6002	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, recta, con dientes, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.840.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6003	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.830.10	S/N
6004	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza Stevens, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.830.10	S/N
6005	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza takahashi, curva arriba, longitud 11 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.175.02	S/N
6006	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza takahashi, recta, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.175.03	S/N
6007	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza thomas gaylor, longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.606.24	S/N
6008	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza tipo joyero, curva, puntas agudas, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.331.12	S/N
6009	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza tipo joyero, curva, puntas agudas, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	10.331.12	S/N
6010	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza walsham universal o cotle-walsham universal, nasal, punta recta, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.572.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6011	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza watson williams, diámetro oval de 3.5 mm. Longitud total 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.239.02	S/N
6012	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza wertheim, uterina, curva, estrías transversales, longitud de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.571.25	S/N
6013	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza willett o willett martel de 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	12.366.19	S/N
6014	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinza willett o willett martel de 180 mm. A 190 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	12.366.19	S/N
6015	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinzas de disección debakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	11.310.16	S/N
6016	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinzas de disección debakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	11.310.16	S/N
6017	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Pinzas para separar.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.409.13	S/N
6018	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 12 orificios.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	33.674.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6019	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Polipotomo krause, angulado, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.351.26	S/N
6020	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Polipotomo krause, angulado, longitud de 250 a 260 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.351.26	S/N
6021	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja finochietto, recto, longitud 27 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.311.27	S/N
6022	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja halsey o webster, quijada lisa, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.130.13	S/N
6023	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6024	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6025	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja metzembaum, recto, fenestrado, estrías cruzadas, longitud 18.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.290.18	S/N
6026	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja metzembaum, recto, fenestrado, estrías cruzadas, longitud 18.4 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.290.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6027	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, con quijada de tungsteno, 12.1 longitud cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6028	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6029	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6030	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6031	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6032	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.224.13	S/N
6033	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.320.18	S/N
6034	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.320.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6035	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta aguja sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 26 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.320.26	S/N
6036	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas castroviejo o micro castroviejo, curvo, con retén, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.803.09	S/N
6037	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas castroviejo o micro castroviejo, curvo, con retén, longitud de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.803.09	S/N
6038	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas castroviejo, curvo, sin retén, de titanio, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.677.14	S/N
6039	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas castroviejo, sin retén, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	6-20-6	S/N
6040	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas crile wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.164.15	S/N
6041	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas crile wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.164.15	S/N
6042	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas crile wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.164.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6043	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas crile wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.164.15	S/N
6044	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.180.14	S/N
6045	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.180.18	S/N
6046	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Porta agujas sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno longitud de175 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.324.18	S/N
6047	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaaguja heaney, curvo, con insertos de carburo de tungsteno, de 200 a 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.245.21	S/N
6048	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaaguja heaney, curvo, con insertos de carburo de tungsteno, de 200 a 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.245.21	S/N
6049	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Castroviejo o Micro Castroviejo, recto, sin retén, longitud de 90 Mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.802.09	S/N
6050	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas castroviejo, curvo, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.675.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6051	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas castroviejo, recto, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Hergom	6-20-6	S/N
6052	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas castroviejo, recto, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	6-20-6	S/N
6053	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas castroviejo, recto, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	6-20-6	S/N
6054	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas castroviejo, recto, con retén, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.672.16	S/N
6055	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas crile wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.164.18	S/N
6056	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas de bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6057	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas de bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.214.26	S/N
6058	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6059	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6060	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6061	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6062	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6063	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6064	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6065	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.144.13	S/N
6066	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.180.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6067	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.180.16	S/N
6068	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.180.16	S/N
6069	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.180.20	S/N
6070	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.180.20	S/N
6071	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.180.20	S/N
6072	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.180.20	S/N
6073	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6074	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6075	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6076	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6077	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6078	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6079	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6080	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6081	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6082	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6083	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6084	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6085	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6086	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6087	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.184.16	S/N
6088	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6089	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6090	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6091	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6092	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6093	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	10	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6094	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6095	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6096	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6097	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N
6098	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.184.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6099	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6100	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6101	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6102	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6103	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6104	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6105	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6106	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6107	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6108	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.184.24	S/N
6109	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.184.20	S/N
6110	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.30	S/N
6111	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	24.184.30	S/N
6112	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.15	S/N
6113	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.15	S/N
6114	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portaagujas ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 175 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	24.224.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6115	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Portagujas sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	24.324.26	S/N
6116	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Protector jaeger, con placa de hule duro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	42.150.11	S/N
6117	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Punch Kelly decement, escleral, con diámetro de 0.75 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.594.00	S/N
6118	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Quistitomo von graffe o grafe, recto.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.380.13	S/N
6119	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	02.340.20	S/N
6120	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	02.340.20	S/N
6121	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Retractor neivert, con guía doble extremo. Longitud total 173 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.553.16	S/N
6122	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Retractor o separador percy, para amputación, con mangos desmontables.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.110.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6123	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.124.35	S/N
6124	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.124.35	S/N
6125	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio cottle, hojas delgadas de 5 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.124.50	S/N
6126	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio cottle, hojas delgadas de 7 cm de longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.124.50	S/N
6127	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio killian-struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja:40 mm. Longitud total 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.120.35	S/N
6128	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio killian-struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja:75 mm longitud total 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	46.120.75	S/N
6129	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Rinoscopio operatorio killian, de hojas largas y planas. Juego con cinco tamaños.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.120.35/50/75/90	S/N
6130	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Riñon de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	9	Servicio	Dewimed	88.139.25	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6131	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Riñon de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.139.25	S/N
6132	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Riñon de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.139.25	S/N
6133	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador adson baby, 3x4 garfios romos, longitud de 140 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.685.16	S/N
6134	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador adson baby, 3x4 garfios romos, longitud de 140 a 160 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.685.16	S/N
6135	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador adson de 5 x 4 garfios romos, longitud de 310 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.686.32	S/N
6136	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador aufricht longitud de 190 a 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.551.16	S/N
6137	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador baby collin, con mecanismo de auto-retención, 90 mm de apertura, dos pares de valvas intercambiables: de 28 mm de ancho x 42 mm de profundidad, y de 18 mm de ancho x 42 mm de profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.810.22	S/N
6138	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.764.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6139	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.764.20	S/N
6140	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador balfour, valva central de 65 a 80 mm.x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.764.20	S/N
6141	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador balfour-baby, con valva central de 20 a 24 mm. X 22 a 24 mm., apertura máxima de 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.766.90	S/N
6142	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador bennet, de hoja grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.771.71	S/N
6143	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador bennet, de hoja grande.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.771.71	S/N
6144	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador cottle de 2 garfios, garfio derecho romo.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.556.12	S/N
6145	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador cottle de 4 garfios romos, longitud de 140 a 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.555.14	S/N
6146	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador cushing, valva de 10 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.232.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6147	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador cushing, valva de 16 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.232.16	S/N
6148	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador cushing, valva de 8 mm., longitud de 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.232.08	S/N
6149	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador davidson, valva de 75 x 90 mm. Y 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.496.90	S/N
6150	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.20	S/N
6151	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.20	S/N
6152	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 250 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.25	S/N
6153	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.170.32	S/N
6154	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.32	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6155	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.32	S/N
6156	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm. X 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.32	S/N
6157	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.170.40	S/N
6158	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.40	S/N
6159	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm.x 330 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.40	S/N
6160	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	12	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N
6161	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N
6162	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6163	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.180.19	S/N
6164	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.180.19	S/N
6165	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.181.22	S/N
6166	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.181.25	S/N
6167	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.183.25	S/N
6168	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.183.25	S/N
6169	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.183.25	S/N
6170	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 38 mm. X 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.187.38	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6171	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 50 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.187.50	S/N
6172	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador deaver, valva de 75 mm. X 300 a 310 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.187.50	S/N
6173	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador denis brown, marco oval de 150 x 175 mm. De diámetro, con dos pares de valvas intercambiables de 20 mm. De ancho x 30 mm. De profundidad, y de 20 mm de ancho x 40mm. De profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.784.50	S/N
6174	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador denis brown, marco oval de 150 x 175 mm. De diámetro, con dos pares de valvas intercambiables de 20 mm. De ancho x 30 mm. De profundidad, y de 20 mm de ancho x 40mm. De profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.784.50	S/N
6175	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.230.10	S/N
6176	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.230.10	S/N
6177	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.228.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6178	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.228.12	S/N
6179	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.228.12	S/N
6180	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 13 a 14 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.228.14	S/N
6181	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 13 a 14 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.228.14	S/N
6182	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 8 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.230.08	S/N
6183	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador desmarres, valva de 8 mm, longitud de 130 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.230.08	S/N
6184	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 45 mm. X 55 a 62 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.303.01	S/N
6185	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 45 mm. X 55 a 62 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.303.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6186	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 45 mm. X 55 a 62 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.303.01	S/N
6187	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 45 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.303.02	S/N
6188	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.305.02	S/N
6189	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.305.02	S/N
6190	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	70.305.02	S/N
6191	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	70.305.02	S/N
6192	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., longitud de 240 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	70.305.02	S/N
6193	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6194	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6195	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6196	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6197	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6198	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6199	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.12	S/N
6200	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6201	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6202	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6203	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6204	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6205	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6206	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6207	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6208	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6209	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6210	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6211	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6212	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6213	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.102.15	S/N
6214	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador finochietto de 7.5 cm de apertura.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.214.75	S/N
6215	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador finochietto, apertura máxima de 190 a 210 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	56.210.20	S/N
6216	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador gelpi, de punta roma, longitud 13.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.802.14	S/N
6217	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador gelpi, de punta roma, longitud 13.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.802.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6218	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador gelpi, de punta roma, longitud 17.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.802.18	S/N
6219	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador gelpi, de punta roma, longitud 17.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.802.18	S/N
6220	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador gosset, con apertura máxima de 70 a 80 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.760.14	S/N
6221	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador harrington, valva de 40 a 45 mm., longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.191.40	S/N
6222	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador harrington, valva de 40 a 45 mm., longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.191.40	S/N
6223	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.191.62	S/N
6224	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	30.350.28	S/N
6225	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.350.28	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6226	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hennig, longitud de 270 a 280 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	30.350.28	S/N
6227	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann o mini-hohmann, punta cuadrada de 6 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.811.06	S/N
6228	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann o mini-hohmann, punta redondeada de 8 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.801.08	S/N
6229	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, 15 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.801.18	S/N
6230	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, de 17 a 18 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.801.18	S/N
6231	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, de 24 a 25 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.807.24	S/N
6232	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, de 42 a 44 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	32.801.43	S/N
6233	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, de 8 a 10 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.801.08	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6234	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, de 8 a 10 mm. Ancho de hoja.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	32.801.08	S/N
6235	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, punta corta y estrecha, 6 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.811.06	S/N
6236	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	32.811.08	S/N
6237	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador jackson, un extremo en forma de gancho agudo, otro extremo en forma de valva. Longitud total 150 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	54.116.15	S/N
6238	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador jansen, de 3 x 3 garfios romos, de 100 a 105 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.631.10	S/N
6239	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador jansen, de 3 x 3 garfios romos, de 100 a 105 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.631.10	S/N
6240	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador knapp con 4 garfios romos, longitudde 130 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.377.13	S/N
6241	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador langenbeck, valva de 10 a 11 mm. X 30 mm., longitud de 210 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.310.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6242	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador lothrop, longitud de 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	50.103.22	S/N
6243	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador lothrop, longitud de 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	50.103.22	S/N
6244	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.19	S/N
6245	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.19	S/N
6246	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.17	S/N
6247	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.25	S/N
6248	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.25	S/N
6249	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6250	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N
6251	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.170.50	S/N
6252	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 13 x 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.12	S/N
6253	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 17 x 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.17	S/N
6254	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 17 x 200 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.168.17	S/N
6255	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador Mayo o Mayo-collins o collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.112.15	S/N
6256	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador mollison curvo, de 150 mm. A 155 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.693.15	S/N
6257	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador o'sullivan o'connor, con tres hojas intercambiables	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.754.00	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6258	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador o'sullivan o'connor, con tres hojas intercambiables	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.754.00	S/N
6259	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.150.03	S/N
6260	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
6261	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
6262	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
6263	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
6264	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 20 a 28 mm. X 20 a 25 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.150.01	S/N
6265	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6266	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6267	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6268	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6269	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6270	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6271	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.152.31	S/N
6272	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
6273	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6274	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
6275	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
6276	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.152.38	S/N
6277	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson-eastmann, de doble extremo, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	18.140.00	S/N
6278	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson-eastmann, de doble extremo, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.140.00	S/N
6279	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador richardson-eastmann, de doble extremo, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.140.00	S/N
6280	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
6281	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6282	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
6283	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
6284	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
6285	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.160.17	S/N
6286	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N
6287	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N
6288	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N
6289	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6290	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador senn o baby sen-miller o senn-mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.161.17	S/N
6291	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador us army, de 210 a 220 mm. De longitud, juego de dos.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.131.21	S/N
6292	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, con 3 garfios agudos, longitud de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.270.03	S/N
6293	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.281.04	S/N
6294	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	18.281.04	S/N
6295	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, de 3 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.280.03	S/N
6296	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, de 3 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	18.281.01	S/N
6297	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador volkmann, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.280.01	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6298	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador weitlaner de 2 x 3 garfios romos, longitud de 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.650.10	S/N
6299	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador weitlaner wullstein, de 3 x 3 garfios agudos, de 130 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.654.13	S/N
6300	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Separador weitlaner, automático, con valvas de 3 x 4 dientes respectivamente, ramas de 23 mm de profundidad.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	18.670.20	S/N
6301	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra charriere, tipo arco, hoja de corte de 210 a 220 mm. X 12 a 18 mm. Longitud total de 350 a 360 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.112.00	S/N
6302	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra charriere, tipo serrucho, longitud de 270 a 300 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.116.30	S/N
6303	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	40.092.30	S/N
6304	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	40.092.40	S/N
6305	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra gigli u olivecrona, longitud de 500 a 510 mm. Con 2 mangos de agarre en forma de "t".	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	40.092.50	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6306	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra joseph en forma de bayoneta, dientes cruzados. Longitud 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	46.532.19	S/N
6307	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra joseph, nasal, angulada, juego de dos, una derecha y una izquierda.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	46.532.19/534.19	S/N
6308	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.175.00	S/N
6309	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. A 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	33.175.00	S/N
6310	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra para cortar yeso	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	3021021	S/N
6311	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra para cortar yeso	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	3021021	S/N
6312	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sierra para cortar yeso	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	3021021	S/N
6313	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm. A 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	20.112.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6314	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm. A 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.112.14	S/N
6315	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda bowman (estilete), de doble extremo, del no. 00/0 o 0.7/0.8 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.614.00	S/N
6316	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda bowman (estilete),de doble extremo, del no. 1/2 o 0.9/1.1 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.614.12	S/N
6317	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda bowman (estilete),de doble extremo, del no. 3/4 o 1.3/1.4 mm. De diámetro de puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	42.614.34	S/N
6318	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Sonda doyen, acanalada, longitud 14 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	20.112.14	S/N
6319	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Soporte lewy, para montar y fijar laringoscopios modelos holinger y jackson, tamaños lactante, pediátrico y adulto, con sistema de apoyo sobre el pecho.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Quirort	holinger y jackson	S/N
6320	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera barraquer de 54 mm. A 57 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.119.10	S/N
6321	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	09.133.10	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6322	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.133.10	S/N
6323	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera cottle, acodada, longitud de 155 a 165 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.405.16	S/N
6324	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera cottle-knapp o Kelly o knapp, para iris, curva, puntas agudas, longitud de 105 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.336.10	S/N
6325	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera cottle-knapp o Kelly o knapp, para iris, curva, puntas agudas, longitud de 105 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.336.10	S/N
6326	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera cottle-knapp o Kelly o knapp, para iris, recta, puntas romas, longitud de 105 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.338.10	S/N
6327	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera de bakey, angulada a 60°, de 230 a 240 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.492.23	S/N
6328	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera de bakey, angulada a 60°, de 230 a 240 mm. De longitud	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.492.23	S/N
6329	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera debakey, angulada a 45°.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.491.16	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6330	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera diethrich o diethrich-hegemann, angulada a 90°, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.486.90	S/N
6331	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. A 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.913.20	S/N
6332	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. A 210 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.913.20	S/N
6333	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera fommon, acodada, puntas romas, longitudde 130 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.403.15	S/N
6334	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera fommon, angulada, puntas romas, longitud de 130 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.403.15	S/N
6335	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera gomal o similar curva de 160 a 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.261.16	S/N
6336	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera heymann, angulada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.401.18	S/N
6337	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera heymann, angulada, longitud de 170 a 180 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.401.18	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6338	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.345.11	S/N
6339	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.345.11	S/N
6340	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	7-11.7	S/N
6341	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.345.11	S/N
6342	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, curva, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.341.11	S/N
6343	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.344.11	S/N
6344	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.344.11	S/N
6345	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.344.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6346	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera lister, angulada lateralmente, con boton de proteccion, longitud de 180 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.901.18	S/N
6347	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera lister, angulada lateralmente, con boton de proteccion, longitud de 180 mm	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.901.18	S/N
6348	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.804.14	S/N
6349	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo o Mayo-harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.165.23	S/N
6350	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6351	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6352	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6353	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6354	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6355	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6356	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6357	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6358	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.14	S/N
6359	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6360	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6361	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6362	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6363	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6364	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6365	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6366	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6367	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6368	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.17	S/N
6369	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.23	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6370	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.23	S/N
6371	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.161.23	S/N
6372	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.161.23	S/N
6373	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6374	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6375	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6376	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6377	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6378	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6379	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6380	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6381	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6382	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6383	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6384	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6385	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6386	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6387	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6388	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6389	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6390	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6391	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6392	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6393	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6394	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6395	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6396	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6397	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.14	S/N
6398	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6399	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6400	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6401	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6402	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6403	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6404	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6405	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6406	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6407	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6408	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N
6409	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.17	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6410	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.23	S/N
6411	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.160.23	S/N
6412	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo-stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.175.15	S/N
6413	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Mayo-stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.174.15	S/N
6414	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.18	S/N
6415	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera metzembaum nelson, recta, puntas romas, longitud 25 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.280.25	S/N
6416	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.283.18	S/N
6417	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6418	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6419	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6420	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6421	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6422	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6423	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6424	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.286.15	S/N
6425	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	07.281.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6426	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o baby Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.287.15	S/N
6427	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
6428	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
6429	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
6430	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.25	S/N
6431	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.284.28	S/N
6432	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum o nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.284.28	S/N
6433	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	8	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6434	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
6435	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
6436	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
6437	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.285.15	S/N
6438	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6439	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6440	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6441	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	5	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6442	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6443	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6444	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6445	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6446	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6447	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6448	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6449	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6450	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6451	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6452	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6453	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.20	S/N
6454	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.285.23	S/N
6455	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.281.15	S/N
6456	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.281.15	S/N
6457	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.281.15	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6458	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 230 a 235 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.284.23	S/N
6459	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.284.18	S/N
6460	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.284.18	S/N
6461	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6462	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6463	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6464	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6465	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6466	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6467	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.284.20	S/N
6468	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.280.15	S/N
6469	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140a 145 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.280.15	S/N
6470	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera northbent, curva, de 130 a 140 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.803.13	S/N
6471	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura de alambre, quijadas cortas y anguladas lateralmente, una quijada aserrada, longitud 12 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.831.12	S/N
6472	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.582.11	S/N
6473	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.582.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6474	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.582.11	S/N
6475	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.582.11	S/N
6476	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera para sutura, angulada, con puntas planas y abotonadas, de 105 a 115 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.582.11	S/N
6477	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.480.40	S/N
6478	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.480.40	S/N
6479	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.480.40	S/N
6480	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.480.40	S/N
6481	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera potts-smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.480.40	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6482	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6483	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.361.11	S/N
6484	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.361.11	S/N
6485	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6486	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6487	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6488	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6489	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6490	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6491	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6492	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.363.11	S/N
6493	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.360.11	S/N
6494	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.362.11	S/N
6495	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.362.11	S/N
6496	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.362.11	S/N
6497	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.362.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6498	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	08.362.11	S/N
6499	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera troutman castroviejo, curva a la derecha, roma, longitud 10 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.751.10	S/N
6500	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera troutman castroviejo, curva a la izquierda, roma, longitud 10 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.753.10	S/N
6501	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera universal para vendajes de yeso, angulada, punta de botón, una hoja dentada y protección en los anillos, longitud de 180 a 190 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	08.950.18	S/N
6502	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	08.550.10	S/N
6503	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	4	Servicio	Dewimed	08.550.10	S/N
6504	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	08.550.10	S/N
6505	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera vannas o vannas-tubingen, curva, puntas agudas, longitud de 75 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.141.08	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6506	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera vannas o vannas-tubingen, curva, puntas agudas, longitud de 75 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	09.141.08	S/N
6507	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera vannas o vannas-tubingen, curva, puntas agudas, longitud de 75 a 85 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.141.08	S/N
6508	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera vannas, curva, cuello de cisne, longitud 8 cm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.140.08	S/N
6509	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera vannas, recta, longitud 80 a 90 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.140.08	S/N
6510	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera Wescott, Curva, puntas romas, longitud 110 a 115 Mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	09.104.11	S/N
6511	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.104.11	S/N
6512	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	09.104.11	S/N
6513	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.104.11	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6514	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera wescott, curva, puntas romas, longitud 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.104.11	S/N
6515	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera westcott, curva, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.107.11	S/N
6516	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera westcott, curva, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.107.11	S/N
6517	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tijera westcott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	09.102.11	S/N
6518	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Tirabuzón doyen, de 150 a 170 mm. De longitud.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	70.641.17	S/N
6519	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Triturador cottle	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Hergom	5-229-5	S/N
6520	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar coakley, para antro maxilar, de 2,0 a 3,0 mm. De diámetro.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	22.140.02	S/N
6521	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar nelson, para hidrocele, con juego completo de trocares.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	22.170.25/30/33/35	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6522	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar nelson, para hidrocele, con juego completo de trocares.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	22.170.25/30/33/35	S/N
6523	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 10 french, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	22.150.10	S/N
6524	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 12 french, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	22.150.12	S/N
6525	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 16 french, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	3	Servicio	Dewimed	22.150.18	S/N
6526	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar ochsner, con capucha protectora, calibre 16 french, longitud de 140 a 152 mm.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	22.150.18	S/N
6527	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Trocar universal, con juego de cuatro puntas.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	22.104.00	S/N
6528	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pequeño.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	33.628.15	S/N
6529	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.140.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Consecutivo de Equipo	PARTIDA 4	Especialidad	Descripción	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie
6530	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	6	Servicio	Dewimed	88.140.02	S/N
6531	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	1	Servicio	Dewimed	88.140.02	S/N
6532	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN	Instrumental	Vaso metálico graduado: 30 ml.	•Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. •Revisión de terminales de cables. •Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones. •Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso. •Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso. •Lubricación de componentes, en su caso. •Verificación de sistemas de paro de emergencia. •Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico	2	Servicio	Dewimed	88.140.02	S/N

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



TÉRMINOS Y CONDICIONES

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

TÉRMINOS Y CONDICIONES

I. ANTECEDENTES

Con fundamento en el numeral 4.24.4 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y lo establecido en sus incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P en relación con el contenido normativo del documento denominado como "TÉRMINOS Y CONDICIONES", mismo que se desarrolla para ejecutar el proceso de contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".

II. DEFINICIONES

Para los efectos de los presentes Términos y Condiciones, además de las definiciones, acrónimos y conceptos contenidos en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [LAASSP] y de su correspondiente Reglamento [RLAASSP]; así como del Artículo Segundo y del Capítulo 1 - Definiciones y Siglas del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público





[MAAGMAASSP]; se complementa con las establecidas en el Numeral 2 del Glosario de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se entenderá por:

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. **Área contratante**: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

3. **CFDI:** Comprobante Fiscal Digital por Internet.

4. **Compras MX:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en internet: **https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx**

5. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

6. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.

7. **Investigación de mercado**: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

8. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.

9. **LAASSP o Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

10. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

11. **Sistema FINAT:** Sistema de Planeación Finanzas Armonizadas y Transparentes.

12. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



13. **Unidad Médica:** Hospital General de Zona.

14. **Manual del Fabricante**: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

15. **OOAD**: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

A) Vigencia:

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

Con fundamento en el artículo 84, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la Notificación de Adjudicación o Acto de Fallo, hasta el 31 de diciembre del 2025.

B) Plazo y lugar de prestación del servicio.

El servicio integral se deberá realizar en las instalaciones ubicadas en:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

Plazo del servicio conforme al Plan de Trabajo que establezcan de manera conjunta el participante que resulte adjudicado y el Instituto, con fecha de término hasta el 31 de diciembre del 2025.

C) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación **BINARIO.** En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán presentar la documentación solicitada, ya que se verificará el cumplimiento de los requisitos. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información presentada observando para ello lo previsto en el artículo 47 en lo relativo al criterio binario de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se revisará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica solicitada en el presente procedimiento la cual deberá de ser remitida a través de la plataforma Digital de Contrataciones Compras Mx, considerando las modificaciones que se deriven en las juntas de aclaraciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designe el área requirente y técnica.

Para efectos de la evaluación de la propuesta técnica, el participante deberá cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará que se cumple con la información, documentos y requisitos solicitados.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR "EL PARTICIPANTE".

a) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, el cual forma parte de la convocatoria.
b) Deberá presentar currículo empresarial que acredite experiencia mínima de 2 años en la prestación de Servicios integrales que incluyan el mantenimiento a Unidades médicas o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria con al menos la siguiente información:

- Servicios de mantenimiento a la infraestructura en las Unidades Médicas o Unidades de Expansión Hospitalaria realizados.
- Nombre de clientes público y/o privado.
- Vigencia de los servicios.

c) El participante deberá presentar seis (6) currículos de profesionistas en carreras de ingenierías y/o arquitectura, que demuestren experiencia en al menos dos años en la prestación de Servicios de mantenimiento a la infraestructura en las Unidades Médicas o Unidades de Expansión Hospitalaria, de acuerdo con los siguientes perfiles: un Director de Proyecto, un Gerente de Gestión Documental, un Gerente de Infraestructura Hospitalaria, un Gerente Biomédico, dos Gerentes de Operación Hospitalarias, se deberá integrar copia de título y cédula profesional, así como constancia de curso de capacitación relacionadas con el objeto del servicio de cada uno de los perfiles solicitados.

Los currículos de los empleados presentados por el participante deberán incluir la siguiente información:

1. Nombre completo del empleado.
2. Profesión.
3. Experiencia Profesional relacionada al servicio.
4. Tiempo laborando en la empresa participante.
5. No. de Seguridad Social.
6. Estar firmado por el empleado.

Para acreditar que el personal del currículo presentado son empleados del participante, deberá presentar copia de la emisión del sistema único de autodeterminación (SUA)

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los dos últimos bimestres del ejercicio 2024 y primer bimestre del ejercicio 2025, acompañados del pago referenciado SIPARE.

No se considerará el cumplimiento del requisito, empleados que no estén en el SUA, así como currículos incompletos e ilegibles.

d) El participante deberá presentar órdenes de servicio u órdenes de trabajo formalizadas en los últimos 12 meses, debidamente requisitadas, que acrediten experiencia de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sanitario de hospitales de segundo y tercer nivel derivadas de contrataciones de servicios integrales o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria.

e) El participante deberá presentar documento de certificación vigente de equidad de género de la Norma Mexicana **NMX- R- 025-SCFI- 2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación** acreditada por la EMA a nombre del Participante, así como el dictamen de auditoría de vigilancia de la norma **NMX- R- 025-SCFI- 2015.**

f) El participante deberá presentar documento de certificación de calidad conforme a la norma **ISO 9001:15** vigente, en al menos servicios de mantenimiento a equipos médicos.

g) El participante deberá presentar copia de hasta 5 contratos, celebrados con la administración pública o con sector privado, que acrediten 2 años de experiencia en la prestación de Servicios integrales que incluyan el mantenimiento a Unidades médicas o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria, dichos contratos deberán ser similares al monto estimado de la contratación.

   Para considerar la legitimidad de los contratos presentados que acreditan la experiencia, deberán integrar los anexos que se indica en los contratos para acreditar que proporciono los servicios de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria, integrando la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales o documento que acredite la liberación de la garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma o en su caso carta firmada por el administrador del contrato, en donde indique que cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales.

   Sólo se aceptarán contratos a partir del ejercicio 2020 a la fecha.

h) El participante deberá acreditar que sus ingresos anuales brutos sean superiores al 20% de su oferta económica de esta contratación antes de IVA, con la copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024. La declaración anual de impuesto deberá contener el sello digital del servició de administración Tributaria y pago respectivo.

i) El participante deberá contar con espacio para almacén de depósito de los materiales, herramientas, equipo, refacciones, mobiliario, dispositivos médicos de reemplazo para el mantenimiento, y maquinaria para el servicio de al menos 600 m2 en el territorio nacional, para lo cual deberá presentar copia simple del contrato de compraventa, arrendamiento, usufructo o cualquier otra figura jurídica que posibilite la posesión de un inmueble y/o instalaciones a nombre del prestador del servicio, así como un vehículo



de carga, así mismo deberá de integrar copia del aviso de funcionamiento y [illegible] responsable sanitario del almacén respectivo.

j) Los participantes deben presentar un documento en el cual acredite la descripción explícita de la Metodología, Programación y/o Calendarización de las actividades que implica la prestación del Servicio y forma de utilización de los recursos humanos con que dispone la empresa, los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del Servicio, así como el Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas para la prestación del Servicio.

k) Constancia de visita y recorrido a la Unidad descrita en el anexo técnico, en donde se realizarán los servicios objeto de la presente contratación, dicha constancia deberá estar firmada por los representantes autorizados por el IMSS. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento de las condiciones o alcances en el servicio o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

l) Relación y datos básicos de los salarios de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra para los servicios, considerando para los efectos el factor de conversión de salario base a salario real obtenido en el análisis detallado.

m) Programa general y programa calendarizado de la ejecución de los servicios objeto de la contratación, indicando claramente la fecha de inicio y término por periodo (programa de barras).

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE SE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

D) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

No aplica.

E) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar la capacidad del participante en cuanto a su capacidad para realizar las actividades de mantenimiento preventivo, podrá presentar órdenes de servicio, cartas de satisfacción y/o reportes fotográficos de servicios similares que haya prestado con anterioridad.



2025 Año de La Mujer Indígena

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

F) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Para participar en el procedimiento de contratación, los participantes que estén interesados deberán acudir a la visita de las instalaciones del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur ,del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, conforme al calendario de eventos que se establezcan en la Convocatoria de la Licitación Pública o del procedimiento de contratación previsto para la prestación de este servicio, lo cual deberá constar mediante Acta de Visita levantada por los funcionarios que el Instituto designe para tal fin.

G) Visitas a las instalaciones de los participantes.

No aplica.

H) Las penas convencionales y deducciones.

PENAS CONVENCIONALES

De conformidad al numeral 5.5.8.1 de los POBALINES, las penas convencionales y deducciones se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los servicios que no fueron iniciados oportunamente, por lo que no serán procedentes penalizaciones sobre el monto total de un servicio si este fuese cumplido en parte.

Para determinar el monto correspondiente al servicio de mantenimiento de los bienes que no fueron iniciados oportunamente, se realizará el siguiente cálculo:

Importe= (Porcentaje determinado) *(CER)*(IMS)

En donde:

Porcentaje determinado: 1%

IMS: Importe mensual del servicio.

CER: Proporción de servicios relacionados en el **ANEXO A**, EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, EQUIPO DE COCINA, EQUIPO MÉDICO E INTRUMENTAL QUIRÚRGICO, según corresponda con atraso del periodo.



Porcentaje de los servicios que no fuero iniciados oportunamente %= ((cantidad de equipos programados en el mes) *100%) / (cantidad de equipos no iniciados oportunamente))

Concepto	Porcentaje de los servicios que no fuero iniciados oportunamente entre ejecución del total de los de servicios de los bienes que no fueron oportunamente (con atraso)	CER
Servicios relacionados para cada Unidad Médica HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN	Del 0.1% al 05%	0.01
	Del 06% al 15%	0.02
	Del 16% al 25%	0.03
	Del 26% al 35%	0.04
	Del 36% al 45%	0.05
	Del 46% al 55%	0.06
	Del 56% al 65%	0.07
	Del 66% al 75%	0.08
	Del 76% al 85%	0.09
	Del 86% al 95%	0.1
	Del 96% al 100%	0.11

El participante a su vez autoriza a la convocante a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir al participante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como en las políticas, bases y lineamientos en materia de

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro, "El Instituto" aplicará penas convencionales, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PENALIZACIÓN	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	LIMITE DE INCUMPLIMIENTO
Cuando el proveedor no inicie oportunamente los servicios programados en el mes	Atraso en el inicio del servicio en el mes programado.	1% por proporción CER por el monto facturado en el mes programado	Jefe de la oficina de conservación	Jefe del Departamento de Conservación	El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 2, inciso III bis Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) y Artículo 6, inciso XIX de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) se aplicarán deductivas conforme a:

Cuando el tiempo de atención para el diagnóstico de alguna falla en un equipo exceda de 24 horas contadas a partir del momento de notificación de la falla por parte del Instituto.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCTIVA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
Cuando el tiempo de atención para el diagnóstico de alguna falla en un equipo exceda de 24 horas contadas a partir del momento de notificación de la falla por parte del Instituto	Por no iniciar oportunamente la atención de un reporte de falla antes de 24 horas.	1% por factor de 0.02 por el monto facturado en el mes programado	Jefe de la oficina de conservación	Jefe del Departamento de Conservación	El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

Cálculo y aplicación

El administrador del contrato será el responsable de calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas "el proveedor" para que éste realice el pago correspondiente.; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

El administrador del contrato deberá ser designado por escrito y podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito,

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

Previa validación del Departamento de Conservación y Servicios Generales del HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN, enviará mediante oficio y para firma del director, el cálculo de las penas convencionales en el para que este a su vez envíe de manera oficial al administrador del contrato y éste, verifique el cálculo, de ser incorrecto, si es correcto continuará con el proceso para la aplicación de la sanción a "el proveedor". Así mismo, el administrador del contrato será el encargado de vigilar el registro o captura y la validación en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes al día de la notificación del incumplimiento, de vigilar la aplicación de las penas convencionales objeto del instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

Posterior a que la coordinación de abastecimiento y equipamiento envíe al administrador de contrato la pantalla FINAT de la aplicación de las penas convencionales, este, está obligado a enviar a las unidades médicas hospitalarias el estatus que guarda la aplicación de cada incumplimiento, con el fin de que las mismas lleven el control de todas las penas convencionales, anexando las pantallas donde se observan la aplicación de estas.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "el proveedor". Por lo tanto "el proveedor" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a "el proveedor" durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente el participante que resulte adjudicado tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato.

El participante que resulte adjudicado cubrirá los gastos adicionales que utilice el Instituto cuando por causa atribuible a él, éste recurra a contrataciones extraordinarias para suplir las carencias del servicio incumplido, emitiéndose a petición del administrador del contrato la nota de crédito correspondiente para ser cargada al sistema de control correspondiente. Lo anterior independientemente de las sanciones, deducciones y penas convencionales que pudieran hacerse efectivas por el retraso en la entrega de estas o incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Para cuantificar los daños o gastos adicionales bastará la operación matemática resultante de la diferencia del precio contrato al precio del mercado que se



adquiera en ese momento, sumándose los gastos adicionales como el flete o transportac
que aplique.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 66, del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo del Instituto.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato del Instituto.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato (FIANZA).

Con fundamento en lo previsto en el Artículo 70 primer párrafo del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato.

Los montos por deducir se deberán aplicar en la factura que el participante adjudicado presente para su cobro. Las deducciones se calcularán tomando como base el importe del servicio prestado deficientemente o de manera parcial sin incluir el IVA, verificando que se cumpla con el principio de proporcionalidad establecido en el Artículo 1844 Código Civil Federal, por lo que no serán procedentes penalizaciones sobre el monto total de un servicio si este fuese cumplido en parte.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato en los términos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es el equivalente al monto de la garantía cuando el participante que resulte adjudicado sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente las deducciones por incumplimiento de igual manera de aplicar las deducciones no procederán las penas convencionales.

De existir algún otro incumplimiento a cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

I) Devolución por defectos, vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

La devolución y reposición del Servicio integral de mantenimiento para HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA

NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los servicios que sean rechazados, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico correspondiente

J) Garantía de cumplimiento del servicio.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción II, de la LAASSP; 85, fracción II, y 103 de su reglamento, el proveedor adjudicado, se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto de la contratación.

Dicha fianza deberá ser entregada al Instituto, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

El participante adjudicado, queda obligado a entregar la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en la calle Durango número 291 10° piso colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Devolución de la garantía:

La liberación de la garantía relativa al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado del participante a la Coordinación de la OOAD correspondiente, quien autorizará la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente, dicha autorización se entregará al participante, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito por parte del Instituto.

Ejecución de la garantía:

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato:

Cuando el participante incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que se celebre.

Cuando se rescinda el contrato.

La ejecución de la garantía será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.



Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las que establezcan las disposiciones legales vigentes en la materia.

La ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Garantía de Anticipo

No Aplica

K) Forma de Pago

El pago de los servicios de mantenimiento realizará en pesos mexicanos y este será por servicio devengado, en pagos progresivos.

L) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados

El mecanismo de control de entregas de cada servicio se sustentará con la elaboración de ordenes de servicio, ordenes de trabajo, dictámenes y acta entrega recepción de los servicios realizados en periodos por mes natural, formalizada por el responsable de la supervisión del servicio por parte de Conservación en la Unidad Médica y el Administrador de Contrato una vez que se realice la verificación y comprobación de la entrega a entera satisfacción de los servicios.

M) Anticipo

NO APLICA

N) Aviso de Privacidad

NO APLICA

O) Seguro de Responsabilidad Civil

A la fecha de formalización de contrato, el proveedor entregará al Titular de la División de Conservación, sita Sevilla 33, Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, carta expedida por el representante legal de la empresa, donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, empleados, derechohabientes y visitantes en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del Instituto, así como los que cause a terceros en sus bienes, personas e infraestructura con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato, integrando copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un monto igual al 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, la cual deberá cubrir la vigencia del contrato.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





P) Dictámenes de Protección Civil

NO APLICA

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato deberán ser los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD, los cuales son los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la prestación del servicio, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros; el Administrador del Contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en este caso dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

ÁREA REQUIRENTE. Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.

ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR COMÚN. Titular de la División de Conservación.

ÁDMINISTRADOR DEL CONTRATO. Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD.

Arq. José Antonio Hernández Durán

Titular de la División de Conservación

AREA TÉCNICA





Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

De conformidad con los listados contenidos en el ANEXO A.

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

Apéndice C. ORDEN DE SERVICIO.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS	**ORDEN DE SERVICIO**	Folio de OS	
		No. De Reporte:	
		Fecha de Reporte:	
		Hora de Reporte:	

No. de Contrato_____

Proveedor:		Equipo	Número de Serie:
Nombre del Hospital:			
Dirección:		Marca y Modelo	Ubicación del equipo:

Tipo de Servicio			
Garantía Instalación		Capacitación	
Vicios Ocultos		Mantenimiento preventivo	



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FECHA	TIEMPO	
	INICIO	FIN

Problema o falla reportada:						
Estatus Inicial del Equipo:	Funcionando	O	Funcionando Parcialmente	O	Fuera de Servicio	O
Actividades realizadas:						
Diagnóstico:						
Observaciones:						

Cantidad	# Parte / # Catálogo	Descripción	# Orden	Sello de la Unidad

Limpieza y desinfección:	Cloro 0	Alcohol 0	Lysol O	Otro X

Firmas de Aceptación y Visto Bueno			
Firma por Proveedor		Firma por IMSS	
Personal Técnico	Supervisor del Servicio	Usuario	Sello, Nombre y Firma
			Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.

*Se adjunta reporte fotográfico





LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS	**REPORTE FOTOGRÁFICO**	Folio de OS	
		No. De Reporte:	
		Fecha de Reporte:	
		Hora de Reporte:	
		Equipo	N° de Serie:

Nombre del Hospital:		Marca y Modelo	Ubicación del equipo:
Dirección:			
Ciudad:			
Teléfono:	N/A		

Antes del servicio (reporte fotográfico)
Durante el servicio (reporte fotográfico)
Después del servicio (reporte fotográfico)



2025 Año de La Mujer Indígena

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Apéndice D. ORDEN DE TRABAJO.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIO	**ORDEN DE TRABAJO**	**Folio:** _____

Hospital:		No. de contrato:	
Contacto/ :		Cargo:	
Correo de contacto:		Teléfono:	
Fecha de reporte:	___/___/_____	Hora de reporte:	____:____

Descripción del reporte recibido:

Descripción del equipo o instalación reportado

Fecha:	___/___/ _____	Hora:	____:____	Ubicación:		No. De serie :	

Condiciones en que se encuentra el equipo o instalación:

Descripción de la revisión:





Diagnóstico /Dictaminación de Garantía:					
Garantía:		Mantenimiento preventivo:		Mantenimiento correctivo:	
Acciones realizadas:					
Cierre de Reporte					
Fecha:	__/__/__	Hora:	__:__	Observaciones:	

Firmas de Aceptación y Visto Bueno			
Firma por "El Prestador de Servicios"		Firma por IMSS	
Personal Técnico	Supervisor del Servicio	Usuario	Sello, Nombre y Firma Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



2025 Año de La Mujer Indígena



Apéndice E. DICTAMEN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTALACIÓN

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIO	**DICTAMEN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO Y/O INSTALACIÓN**	**Folio:** _____

Fecha de elaboración	___/___/_____	No. de contrato:	
Realizado por:	"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"	Equipo Evaluado	
Hospital:		Marca / Modelo	
Por el IMSS	_____	No. de serie	

1. Introducción

Este dictamen tiene como objetivo evaluar la viabilidad de funcionamiento del equipo mencionado anteriormente. La evaluación se ha realizado siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y considerando los estándares de operatividad aplicables.

2. Descripción del Equipo

- Tipo de Equipo: [Tipo de equipo, por ejemplo, máquina, dispositivo, etc.]
- Marca: [Marca del equipo]
- Modelo: [Modelo del equipo]
- Especificaciones Técnicas: [Breve descripción de las especificaciones técnicas]

3. Procedimiento de Evaluación

La evaluación se llevó a cabo mediante los siguientes procedimientos:
- Inspección Visual: [Descripción de la inspección visual realizada]
- Pruebas Funcionales: [Descripción de las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento]
- Pruebas de Rendimiento: [Descripción de las pruebas realizadas para evaluar el rendimiento]
- Revisión de Mantenimiento: [Descripción de la revisión del historial de mantenimiento, si aplica

4. Resultados de la Evaluación

- Estado General: [Descripción del estado general del equipo]
- Funcionamiento: [Descripción del funcionamiento del equipo, si cumple con las especificaciones o presenta fallos]
- Problemas Identificados: [Descripción de cualquier problema o defecto encontrado]
- Recomendaciones: [Recomendaciones para la reparación, mantenimiento, o uso del equipo]

5. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos durante la evaluación, se concluye que:
- Viabilidad de Funcionamiento: [El equipo es funcional / El equipo no es funcional]
- Acciones Recomendadas: [Acciones recomendadas, como reparación, reemplazo, etc.]





Firmas de Aceptación y Visto Bueno			
Firma por "El Prestador de Servicios"		Firma por IMSS	
Personal Técnico	Supervisor del Servicio	Usuario	Sello, Nombre y Firma Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





Apéndice F. Formato de propuesta técnica

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

(NOMBRE DEL QUE SUSCRIBE) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL ME COMPROMETO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE EXPRESAMENTE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS, ANEXO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y QUE LOS SERVICIOS OFERTADOS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE AL ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**



Describir en las Tabla 1 correspondientemente los servicios incluidos en el alcance de su propuesta técnica de conformidad con los ANEXO A.

TABLA 1. EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL, EQUIPOS ELECTROMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA

No.	Especialidad	Descripción	Equipo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Núm. Serie

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apéndice G. Formato de Acta Entrega-Recepción del Servicio

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN

En _____, del estado de _____ , dirección _____, C.P. _____, siendo las _____ horas del día ___de _____del 202__, se reúnen por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo **"EL IMSS "** representado en este acto por el C._____, cargo del servidor público, en su carácter de Administrador(a) del Contrato, el C._____, cargo del servidor público, en su carácter de Área Técnica, adscritos al _____ y por la otra parte _____ representada en este acto por el C. _____, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se denominará como **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, con el fin de hacer constar el cumplimiento de los servicios y obligaciones contractuales descritas en el Contrato de prestación de servicios número _____, relativo a la prestación del **"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA**

NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN", celebrado entre ambas partes el día _____ de _____ del 202__.

Por el periodo de **Mensual de Servicios** con fecha del _____ de _____ al _____ de _____ del 202___, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** hace constar la prestación del **"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO"**, relativa a la Periodo _____, **"EL IMSS"** manifiesta que los servicios fueron debidamente prestados, por lo que los recibe a entera satisfacción conforme a lo siguiente:

- Relación de los servicios realizados durante el periodo de acuerdo con los Apéndices A y B.

Como evidencia de la prestación de los servicios antes mencionados, se anexan los siguientes documentos:

a) Apéndice C. Orden de Servicio.
b) Apéndice D. Orden de Trabajo
c) Apéndice E. Dictamen de funcionamiento de equipamiento e instalación

Estando las partes enteradas y conformes con el contenido y alcance de la presente acta entrega recepción, la firman por duplicado, quedando un legajo para **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** y otros cuatro para el **"IMSS"**.

Recibe por "IMSS" a entera satisfacción

El Administrador del Contrato

_____

(Nombre y cargo)

Entrega por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

_____

(Nombre y cargo)

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número 050GYR019N19125-001-00

ANEXO 3 (TRES)

"Propuesta Técnica y Económica de "EL PROVEEDOR", Programa General de Mantenimiento, Oficio de notificación de adjudicación y oficio número 09 53 84 61 1CFJ/2025/10231"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

LETRA a)

PROPUESTA TÉCNICA

Ciudad de México, 22 de octubre de 2025.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E.

Me refiero a la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"**, en el que mi representada la empresa **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo **"CREAMEDIC"**, presenta su **Propuesta Técnica**, de conformidad considerando todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo Técnico, Anexo Términos y Condiciones, y demás Anexos Complementarios, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

ANEXO TÉCNICO

ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

De acuerdo con los incisos A, B, C, D, E, F que señala el numeral 4.24.3 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente al contenido del "Anexo Técnico" se anexa la siguiente información para el proceso de contratación del Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

A. Descripción Amplia y Detallada del Servicio.

1. Descripción del servicio

Servicio de mantenimiento a infraestructura, equipos electromecánicos y equipos médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, que incluye el servicio de mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico y equipo de cocina servicio de mantenimiento preventivo a equipos médicos e instrumental detallados en Anexo Técnico, incluyendo los accesorios de equipo médico necesarios para su correcto funcionamiento, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos.

Clave CUCOP 33903-0012 Servicios Integrales

2. Condiciones generales.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

Será responsabilidad de **"CREAMEDIC"** mantener en óptimas condiciones de funcionalidad las instalaciones, los equipos electromecánicos y los equipos médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, a través de un adecuado programa de mantenimiento preventivo, que permita conservar la buena imagen y el correcto funcionamiento de los mismos, que incluye la infraestructura (muros, techumbres y plafones), equipos electromecánicos de aire acondicionado, instalación hidráulica sanitaria, instalaciones eléctricas, gases medicinales, sistemas de detección y protección contra incendios, instalación de gas LP, mobiliario médico y administrativo, sistema de intercomunicación enfermo – enfermera, equipo de nutrición y dietética, equipo médico e instrumental quirúrgico, detallados en este Anexo Técnico, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para la correcta prestación del servicio, **"CREAMEDIC"** incluirá la mano de obra y herramientas necesarias, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, equipos electromecánicos, equipos médicos e instrumental quirúrgico y mobiliario del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

3. Objetivos generales.

"CREAMEDIC" prestará el Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo como base los siguientes objetivos:

a) Prestar el Servicio integral de mantenimiento para Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera eficiente y oportuna conforme a los procedimientos y con apego a los manuales de los fabricantes de los equipos electromecánicos y médicos, a fin de garantizar la conservación de la infraestructura, instalaciones y equipos de todas las áreas del Hospital, para que el Instituto continúe prestando los servicios médicos de manera ininterrumpida a sus derechohabientes de esta demarcación.
b) Realizar el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, equipos médicos, mobiliario, equipo de nutrición e instrumental conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el fabricante y con apego a la normatividad que resulte aplicable, conforme al programa establecido.
c) Evitar la interrupción de los procedimientos del Hospital manteniendo en óptimas condiciones de imagen y funcionamiento las instalaciones, equipos electromecánicos y médico a fin de garantizar que las interrupciones en su caso sean limitadas.
d) Mantener las condiciones de seguridad, confort, imagen y funcionalidad de las instalaciones, equipos electromecánicos y médicos
e) Implementar estrategias con el personal de mantenimiento, que favorezcan la conservación y buen uso de las instalaciones, equipos electromecánicos y médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur , del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.

4. Alcance del Servicio.

a) **"CREAMEDIC"** proporcionará el personal suficiente debidamente capacitado para la correcta prestación del servicio, incluyendo las herramientas, equipos de medición, equipos de protección, andamios, escaleras, instrumentos para el mantenimiento de los equipos médicos, necesarios para garantizar el servicio.
b) **"CREAMEDIC"** garantizará el buen funcionamiento e imagen de la infraestructura, equipos electromecánicos y equipos médicos, debiendo asegurarse de su remoción, instalación y limpieza, cuando sea necesario, como parte de la prestación de su servicio.
c) **"CREAMEDIC"** garantizará que su personal operativo esté capacitado mediante cursos de capacitación al personal técnico, para la prestación del servicio, procurando su actualización y adiestramiento para realizar los mantenimientos preventivos conforme al plan de trabajo que se establezca con el Instituto.
d) Brindar el mantenimiento preventivo, conforme a las especificaciones del fabricante, de equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina, equipos médicos e instrumental, de los bienes señalados en el Apéndice A y B del Anexo Técnico.
f) **"CREAMEDIC"**, para la correcta prestación del servicio incluirá, mano de obra, materiales, herramienta, acarreos, limpieza, escaleras, andamios y el equipo de protección necesarios conforme al Plan de Trabajo y rutinas que se proporcionan de acuerdo con el manual del fabricante o las que se establezcan con el instituto.
g) **"CREAMEDIC"** garantizará que el personal usuario esté capacitado para el correcto uso de los equipos médicos y electromecánicos mediante cursos de capacitación al personal usuario y técnico inscritos a la Unidad Médica correspondiente.

El servicio integral se realizará en las instalaciones ubicadas en:

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

4.1 Alcances generales del servicio de mantenimiento preventivo a Equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico y equipo de nutrición:

El servicio preventivo a la infraestructura contemplará lo siguiente:

- Trabajos preliminares protección de áreas, colocación de contención, limpiezas, en caso de ser necesario.
- Mantenimiento a instalaciones eléctricas, tales como: cableados, tuberías, tableros, interruptores, sistemas de tierras, lámparas, arrancadores, sistemas aparta rayos, contactos, variadores, subestación
- Mantenimiento a las instalaciones de gases medicinales, cuadros de válvulas, alarmas, tomas murales, compresor de aire, secadores, protecciones, señalización, iluminación.
- Mantenimiento a las instalaciones de aire acondicionado, unidades de inyección, extracción, minisplits.
- Mantenimiento a las instalaciones hidráulicas, equipos hidroneumáticos, bombas, variadores, sistema de filtración, limpieza de tanques de almacenamiento, calentadores de agua.
- Mantenimiento a instalaciones sanitarias, registros sanitarios.
- Mantenimiento al sistema de detección y protección contra incendios
- Mantenimiento a recubrimientos con actividades de limpieza fina de cerámicos, pisos vinílicos, muros, techumbres, plafones.
- Mantenimiento a impermeabilizaciones, caídas de agua y drenajes.
- Mantenimiento a vidrios, ventanas, canceles, cerrajerías.
- Mantenimiento de sistema de comunicación paciente-enfermera
- Mantenimiento de circuito cerrado de televisión.
- Mantenimiento de jardines y áreas exteriores comunes
- Mantenimiento a mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina.

Estos alcances se realizarán solamente en caso de ser aplicables al área en que se preste el servicio y estará en concordancia con lo establecido en el Apéndice A Equipos Electromecánicos, Infraestructura, Mobiliario Médico, Mobiliario Administrativo y Equipo de Cocina del Anexo Técnico. Para el registro y revisión de los trabajos de mantenimiento se requiere la presentación del formato del Apéndice E. Dictamen de funcionamiento de equipo y/o instalación y el registro donde se validen las actividades de mantenimiento realizadas por cada servicio descrito en el Apéndice D Orden de Trabajo.

4.2 Alcances generales del servicio de mantenimiento preventivo a equipos médicos e instrumental:

El servicio preventivo a equipo médico e instrumental a los equipos descritos en el Apéndice B contemplará lo siguiente:

- Limpieza exterior y pruebas de funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.
- Revisión de terminales de cables.
- Verificación del buen estado mecánico de perillas y botones.
- Verificación de movimientos mecánicos de ruedas, manivelas y columnas, en su caso.
- Verificación del buen funcionamiento componentes electrónicos, en su caso.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Lubricación de componentes, en su caso.
- Verificación de sistemas de paro de emergencia.
- Limpieza, ajuste y afilado de instrumental quirúrgico

Estos alcances se realizarán solamente en caso de ser aplicables al equipo que se le preste el servicio y estará en concordancia con lo establecido en el Apéndice B Equipo Médico E Instrumental Quirúrgico del Anexo Técnico.

Las actividades de mantenimiento se registrarán y validarán en la Orden de Servicio indicada de conformidad con el formato del Apéndice C por cada uno de los equipos médicos y en el caso de instrumental por cada tipo de Set. Deberá anexar la rutina de mantenimiento ejecutada y bitácora de servicio de cada equipo médico.

4.3 Alcances generales del servicio de mantenimiento correctivo a equipamiento e infraestructura:

Se requiere contar con personal para servicio técnico que brinde respuesta a los avisos sobre el mal funcionamiento de algún equipo médico, electromecánico e infraestructura por parte del personal de "EL INSTITUTO" a **"CREAMEDIC",** mediante el levantamiento de un reporte, con los medios de contacto que para tal fin establezca **"CREAMEDIC",** con la finalidad de corregir los fallos que deriven del funcionamiento de los equipos de manera inesperada. Esta actividad consistirá en las siguientes subactividades:

a. Recibir el Reporte de falla por parte de "EL INSTITUTO", **"CREAMEDIC"** definirá el correo electrónico y números telefónicos de emergencia para la atención de los reportes de falla originados en la infraestructura y equipamiento registrando un ticket o reporte para su seguimiento. Para efectos de la atención de cada reporte de falla en los equipos sujetos al servicio de mantenimiento, **"CREAMEDIC"** presentará en las instalaciones del Instituto para diagnosticar la falla del equipo reportado en un plazo no mayor a 24 horas. En caso contrario, el Administrador del Contrato aplicará la penalización correspondiente.

b. Diagnóstico de fallas por parte de **"CREAMEDIC",** mediante una orden de servicio, que especificará los motivos de la falla, así como especificar las piezas, accesorios o refacciones, actualizaciones de software, que sean necesarios reemplazar para su reparación y el tiempo de solución estimado para atender la reparación.

c. Asimismo, **"CREAMEDIC"** sustentará mediante un Dictamen Técnico con la fundamentación clara y detallada de las fallas o desperfectos que lleguen a ocasionarse en la infraestructura y equipamiento cuando sean provocados por impericia, negligencia, mal uso de éstos o vandalismo, desastres naturales, eventos fortuitos o de fuerza mayor,

d. Para la realización de mantenimientos correctivos a los equipos electromecánicos, equipo de nutrición y mobiliario, el prestador del servicio realizará el diagnóstico en la orden de servicio de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3 inciso b, así como una cotización para su reparación la cual debe incluir en su alcance la sustitución mediante el suministro e instalación de los accesorios y las refacciones que presenten falla y se consideren necesarias para el correcto

funcionamiento del equipamiento, el Instituto mediante el responsable de la supervisión del servicio, firmará de conformidad el diagnóstico y aceptación de la reparación de aquellos equipos que, por su estado funcional requieran algún mantenimiento correctivo, para lo cual, en caso de que, el costo de la reparación sea igual o inferior a $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), éste será prestado sin costo adicional para el Instituto por parte de **"CREAMEDIC"** las veces que sea necesario, sin que este supuesto pueda ser mayor a dos eventos por cada equipo, con excepción de los casos dictaminados en el numeral 4.3 inciso c, los cuales no están incluidos en el alcance del mantenimiento correctivo.

e. Para la realización de mantenimientos correctivos a los equipos médicos **"CREAMEDIC"** realizará el diagnóstico en la orden de servicio de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3 inciso b, así como una cotización para su reparación la cual debe incluir en su alcance la sustitución mediante el suministro e instalación de los accesorios y las refacciones que presenten falla y se consideren necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento, el Instituto mediante el responsable de la supervisión del servicio, deberá firmar de conformidad el diagnóstico y aceptación de la reparación de aquellos equipos que, por su estado funcional requieran algún mantenimiento correctivo, para lo cual, en caso de que, el costo de la reparación sea igual o inferior a $ 800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m.n.), éste deberá ser prestado sin costo adicional para el Instituto por parte de **"CREAMEDIC"** las veces que sea necesario, sin que este supuesto pueda ser mayor a dos eventos por cada equipo, con excepción de los casos dictaminados en el numeral 4.3 inciso c, los cuales no están incluidos en el alcance del mantenimiento correctivo.

4. 4. Programa de mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos, infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario médico, equipo de cocina, equipos médicos e instrumental se describirán en un Programa de mantenimiento calendarizando las actividades el cual deberá presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación, deberá contener el calendario con las actividades programadas indicando el tiempo en días destinado a la ejecución de cada servicio de conformidad con la frecuencia señalada en los Apéndices A y B.

El programa de mantenimiento considerará el total de los servicios descritos en los Apéndices A y B, por cada equipo solicitado en los anexos, así como señalar la fecha de corte de los servicios ejecutados los cuales serán el alcance para validar por parte del Área Técnica y/o Administrador del contrato que validará los servicios del periodo.

En caso de que las actividades de los mantenimientos preventivos no puedan ser realizadas por causas ajenas a **"CREAMEDIC"** estas serán reprogramadas de común acuerdo con la persona que designe para tal fin el Instituto, documentando mediante orden de servicio u oficio donde se indique el motivo y quedará asentado la nueva fecha para realizar el servicio, Asimismo, **"CREAMEDIC"** garantizará que, de manera posterior a la realización del servicio, las instalaciones, áreas y/o equipos a los que se les realizó el mismo, queden en condiciones idóneas para su correcto funcionamiento.

De la misma manera, las programaciones de los servicios de mantenimiento serán prestadas de manera que no se interfiera con la prestación de servicios médicos a los derechohabientes del Instituto, por lo cual, tales programaciones serán acordadas con la persona que para tal fin designe el Instituto, quien tendrá la responsabilidad de comunicarlo a las áreas que resulte pertinente.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

4.5 Entregables Mensuales

Dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes de la conclusión del periodo mensual, **"CREAMEDIC"** formalizará con el Instituto un ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de servicios por cada mes de servicios del Anexo Técnico, de conformidad con el Apéndice H. Formato de Acta Entrega Recepción en la que se deberán indicar de manera detallada los servicios ejecutados de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado, así como la documentación y evidencia que corresponda a cada caso, lo cual servirá para acreditar la prestación del servicio y el trámite de pago.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO DE SERVICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	SERVICIO	2 MESES	AL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Para las 4 partidas se deberá realizar el Entregable Mensual deberá ser verificado por cada responsable del servicio del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur ,del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, formalizando en una Acta Entrega Recepción la entera satisfacción por cada periodo la documentación y evidencia correspondiente al periodo de acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado por el responsable de Conservación de la Unidad Médica.

5. Vigencia del servicio

Del día natural siguiente a la Notificación de Adjudicación o Acto de Fallo, hasta el 31 de diciembre de 2025.

6. Lugar de prestación del servicio.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

7. Excepciones del servicio.

No aplica

8. Normas aplicables.

"CREAMEDIC" en caso de que resulte adjudicado cumplirá, en lo aplicable, con las siguientes normas:

- NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.
- NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.
- NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

B. Métodos de prueba.

No aplica

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

C. Especificaciones técnicas de bienes no regulados por el cuadro básico.

En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica

D. Modificación a Especificaciones Técnicas respecto a las estipuladas en el Ejercicio Fiscal Anterior.

En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

E. Cumplimiento de Normas

Norma Oficial Mexicana, Estándares, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Para el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente en el ámbito de servicio integral, el proveedor deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, las cuales aplicarán para la partida única y sus subpartidas, de acuerdo con lo siguiente:

- NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.
- NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.
- NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

"CREAMEDIC" presenta documento de certificación vigente de equidad de género de la Norma Mexicana NMX- R- 025-SCFI- 2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación acreditada por la EMA a nombre de **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**, así como el dictamen de auditoría de vigilancia de la norma NMX- R- 025-SCFI- 2015.

F. Suficiencia Presupuestaria.

NO APLICA

A T E N T A M E N T E

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

TÉRMINOS Y CONDICIONES

I. ANTECEDENTES

Con fundamento en el numeral 4.24.4 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y lo establecido en sus incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P en relación con el contenido normativo del documento denominado como "TÉRMINOS Y CONDICIONES", mismo que se desarrolla para ejecutar el proceso de contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".

II. DEFINICIONES

Para los efectos de los Términos y Condiciones, además de las definiciones, acrónimos y conceptos contenidos en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [LAASSP] y de su correspondiente Reglamento [RLAASSP]; así como del Artículo Segundo y del Capítulo 1 - Definiciones y Siglas del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [MAAGMAASSP]; se complementa con las establecidas en el Numeral 2 del Glosario de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se entenderá por:

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. **Área contratante**: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

3. **CFDI:** Comprobante Fiscal Digital por Internet.

4. **Compras MX:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en internet: **https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx**

5. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

6. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.

7. **Investigación de mercado**: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

8. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.

9. **LAASSP o Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

10. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

11. **Sistema FINAT:** Sistema de Planeación Finanzas Armonizadas y Transparentes.

12. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13. **Unidad Médica:** Hospital General de Zona.

14. **Manual del Fabricante**: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

15. **OOAD**: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

A) Vigencia:

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

Con fundamento en el artículo 84, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la Notificación de Adjudicación o Acto de Fallo, hasta el 31 de diciembre del 2025.

B) Plazo y lugar de prestación del servicio.

El servicio integral se deberá realizar en las instalaciones ubicadas en:

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	Ubicación
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	Av. Tláhuac, número 5642, colonia Los Olivos, alcaldía Iztapalapa, C.P. 13210, en la Ciudad de México.
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	Carretera Cárdenas Comalcalco km 127, Ranchería Miguel Hidalgo primera sección, Cárdenas Tabasco, Código postal 86500.
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	El Carmen 4-A, El Carmen, C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla.
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	Boulevard Industrial, número 5274, colonia Ampliación San Rafael, C.P. 60137, en Uruapan, Michoacán.

Plazo del servicio conforme al Plan de Trabajo que establezcan de manera conjunta **"CREAMEDIC"** y el Instituto, con fecha de término hasta el 31 de diciembre del 2025.

C) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación **BINARIO**. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

"CREAMEDIC" presentará la documentación solicitada, ya que se verificará el cumplimiento de los requisitos. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información presentada observando para ello lo previsto en el artículo 47 en lo relativo al criterio binario de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se revisará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica solicitada en el presente procedimiento la cual deberá de ser remitida a través de la plataforma Digital de Contrataciones Compras Mx, considerando las modificaciones que se deriven en las juntas de aclaraciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designe el área requirente y técnica.

Para efectos de la evaluación de la propuesta técnica, **"CREAMEDIC"** cumplirá con la documentación solicitada, ya que se verificará que se cumple con la información, documentos y requisitos solicitados.

REQUISITOS QUE CUMPLE "CREAMEDIC":

a) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, el cual forma parte de la convocatoria.

b) Currículo empresarial que acredita experiencia mínima de 2 años en la prestación de Servicios integrales que incluyan el mantenimiento a Unidades médicas o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria con al menos la siguiente información:

- Servicios de mantenimiento a la infraestructura en las Unidades Médicas o Unidades de Expansión Hospitalaria realizados.
- Nombre de clientes público y/o privado.
- Vigencia de los servicios.

c) **"CREAMEDIC"** presenta seis (6) currículos de profesionistas en carreras de ingenierías y/o arquitectura, que demuestren experiencia en al menos dos años en la prestación de Servicios de mantenimiento a la infraestructura en las Unidades Médicas o Unidades de Expansión Hospitalaria, de acuerdo con los siguientes perfiles: un Director de Proyecto, un Gerente de Gestión Documental, un Gerente de Infraestructura Hospitalaria, un Gerente Biomédico, dos Gerentes de Operación Hospitalarias, se deberá integrar copia de título y cédula profesional, así como constancia de curso de capacitación relacionadas con el objeto del servicio de cada uno de los perfiles solicitados.

Los currículos de los empleados presentados por **"CREAMEDIC"** incluirá la siguiente información:

1. Nombre completo del empleado.
2. Profesión.
3. Experiencia Profesional relacionada al servicio.
4. Tiempo laborando en la empresa **"CREAMEDIC"**.
5. No. de Seguridad Social.
6. Estar firmado por el empleado.

Para acreditar que el personal del currículo presentado son empleados de **"CREAMEDIC"** presentará copia de la emisión del sistema único de autodeterminación (SUA) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los dos últimos bimestres del ejercicio 2024 y primer bimestre del ejercicio 2025, acompañados del pago referenciado SIPARE.

No se considerará el cumplimiento del requisito, empleados que no estén en el SUA, así como currículos incompletos e ilegibles.

d) **"CREAMEDIC"** presenta órdenes de servicio u órdenes de trabajo formalizadas en los últimos 12 meses, debidamente requisitadas, que acrediten experiencia de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sanitario de hospitales de segundo y tercer nivel derivadas de contrataciones de servicios integrales o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria.

e) **"CREAMEDIC"** presenta documento de certificación vigente de equidad de género de la Norma Mexicana **NMX- R- 025-SCFI- 2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación** acreditada por la EMA a nombre de **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.,** así como el dictamen de auditoría de vigilancia de la norma **NMX- R- 025-SCFI- 2015.**

f) **"CREAMEDIC"** presenta documento de certificación de calidad conforme a la norma **ISO 9001:15** vigente, en al menos servicios de mantenimiento a equipos médicos.

g) **"CREAMEDIC"** presenta copia de hasta 5 contratos, celebrados con la administración pública o con sector privado, que acrediten 2 años de experiencia en la prestación de Servicios integrales que incluyan el mantenimiento a Unidades médicas o implementación de Unidades de Expansión Hospitalaria, dichos contratos deberán ser similares al monto estimado de la contratación.

Para considerar la legitimidad de los contratos presentados que acreditan la experiencia, deberán integrar los anexos que se indica en los contratos para acreditar que proporciono los servicios de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria, integrando la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales o documento que acredite la liberación de la garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma o en su caso carta firmada por el administrador del contrato, en donde indique que cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales.

"CREAMEDIC" da por enterado que sólo se aceptarán contratos a partir del ejercicio 2020 a la fecha.

h) **"CREAMEDIC"** acredita que sus ingresos anuales brutos sean superiores al 20% de su oferta económica de esta contratación antes de IVA, con la copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024. La declaración anual de impuesto deberá contener el sello digital del servicio de administración Tributaria y pago respectivo.

i) **"CREAMEDIC"** cuenta con espacio para almacén de depósito de los materiales, herramientas, equipo, refacciones, mobiliario, dispositivos médicos de reemplazo para el mantenimiento, y maquinaria para el servicio de al menos 600 m2 en el territorio nacional, para lo cual deberá presentar copia simple del contrato de compraventa, arrendamiento, usufructo o cualquier otra figura jurídica que posibilite la posesión de un inmueble y/o instalaciones a nombre del prestador del servicio, así como un vehículo de carga, así mismo deberá de integrar copia del aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del almacén respectivo.

j) **"CREAMEDIC"** presenta un documento en el cual acredite la descripción explicita de la Metodología, Programación y/o Calendarización de las actividades que implica la prestación del Servicio y forma de utilización de los recursos humanos con que dispone la empresa, los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del Servicio, así como el Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas para la prestación del Servicio.

k) Constancia de visita y recorrido a la Unidad descrita en el anexo técnico, en donde se realizarán los servicios objeto de la presente contratación, dicha constancia deberá estar firmada por los representantes autorizados por el IMSS. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento de las condiciones o alcances en el servicio o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

l) Relación y datos básicos de los salarios de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra para los servicios, considerando para los efectos el factor de conversión de salario base a salario real obtenido en el análisis detallado.

m) Programa general y programa calendarizado de la ejecución de los servicios objeto de la contratación, indicando claramente la fecha de inicio y término por periodo (programa de barras).

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL "CREAMEDIC", TODA VEZ QUE SE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

D) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

No aplica.

E) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar la capacidad de **"CREAMEDIC"**, en cuanto a su capacidad para realizar las actividades de mantenimiento preventivo, podrá presentar órdenes de servicio, cartas de satisfacción y/o reportes fotográficos de servicios similares que haya prestado con anterioridad.

F) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Para participar en el procedimiento de contratación, los licitantes que estén interesados deberán acudir a la visita de las instalaciones del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur ,del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, conforme al calendario de eventos que se establezcan en la Convocatoria de la Licitación Pública o del procedimiento de contratación previsto para la prestación de este servicio, lo cual deberá constar mediante Acta de Visita levantada por los funcionarios que el Instituto designe para tal fin.

G) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica.

H) Las penas convencionales y deducciones.

PENAS CONVENCIONALES

De conformidad al numeral 5.5.8.1 de los POBALINES, las penas convencionales y deducciones se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los servicios que no fueron iniciados oportunamente, por lo que no serán procedentes penalizaciones sobre el monto total de un servicio si este fuese cumplido en parte.

Para determinar el monto correspondiente al servicio de mantenimiento de los bienes que no fueron iniciados oportunamente, se realizará el siguiente cálculo:
Importe= (Porcentaje determinado) *(CER)*(IMS)

En donde:
Porcentaje determinado: 1%

IMS: Importe mensual del servicio.

CER: Proporción de servicios relacionados en el **APENDICE A.** EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO MÉDICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA, **APENDICE B.** EQUIPO MÉDICO E INTRUMENTAL QUIRÚRGICO, según corresponda con atraso del periodo.

Porcentaje de los servicios que no fuero iniciados oportunamente %= ((cantidad de equipos programados en el mes) *100%) / (cantidad de equipos no iniciados oportunamente))

Concepto	Porcentaje de los servicios que no fuero iniciados oportunamente entre ejecución del total de los de servicios de los bienes que no fueron oportunamente (con atraso)	CER
Servicios relacionados para cada Unidad Médica HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA	Del 0.1% al 05%	0.01
	Del 06% al 15%	0.02
	Del 16% al 25%	0.03
	Del 26% al 35%	0.04

Concepto	Porcentaje de los servicios que no fuero iniciados oportunamente entre ejecución del total de los de servicios de los bienes que no fueron oportunamente (con atraso)	CER
ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN	Del 36% al 45%	0.05
	Del 46% al 55%	0.06
	Del 56% al 65%	0.07
	Del 66% al 75%	0.08
	Del 76% al 85%	0.09
	Del 86% al 95%	0.1
	Del 96% al 100%	0.11

"CREAMEDIC" a su vez autoriza a la convocante a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"CREAMEDIC".**

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, "El INSTITUTO" aplicará penas convencionales, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PENALIZACIÓN	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	LIMITE DE INCUMPLIMIENTO
Cuando el proveedor no inicie oportunamente los servicios programados en el mes	Atraso en el inicio del servicio en el mes programado.	1% por proporción CER por el monto facturado en el mes programado	Jefe de la oficina de conservación	Jefe del Departamento de Conservación	El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 2, inciso III bis Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) y Artículo 6, inciso XIX de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) se aplicarán deductivas conforme a:

Cuando el tiempo de atención para el diagnóstico de alguna falla en un equipo exceda de 24 horas contadas a partir del momento de notificación de la falla por parte del Instituto.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCTIVA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
Cuando el tiempo de atención para el diagnóstico de alguna falla en un equipo exceda de 24 horas contadas a partir del momento de notificación de la falla por parte del Instituto	Por no iniciar oportunamente la atención de un reporte de falla antes de 24 horas.	1% por factor de 0.02 por el monto facturado en el mes programado	Jefe de la oficina de conservación	Jefe del Departamento de Conservación	El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

Cálculo y aplicación

El administrador del contrato será el responsable de calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas "el proveedor" para que éste realice el pago correspondiente.; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

El administrador del contrato será ser designado por escrito y podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

Previa validación del Departamento de Conservación y Servicios Generales del HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN, enviará mediante oficio y para firma del director, el cálculo de las penas convencionales en el para que este a su vez envíe de manera oficial al administrador del contrato y éste, verifique el cálculo, de ser incorrecto, si es correcto continuará con el proceso para la aplicación de la sanción a "el proveedor". Así mismo, el administrador del contrato será el encargado de vigilar el registro o captura y la validación en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes al día de la notificación del incumplimiento, de vigilar la aplicación de las penas convencionales objeto del instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

Posterior a que la coordinación de abastecimiento y equipamiento envíe al administrador de contrato la pantalla FINAT de la aplicación de las penas convencionales, este, está obligado a enviar a las

unidades médicas hospitalarias el estatus que guarda la aplicación de cada incumplimiento, con el fin de que las mismas lleven el control de todas las penas convencionales, anexando las pantallas donde se observan la aplicación de estas.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "el proveedor". Por lo tanto "el proveedor" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a "el proveedor" durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente **"CREAMEDIC"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato.

"CREAMEDIC" cubrirá los gastos adicionales que utilice el Instituto cuando por causa atribuible a él, éste recurra a contrataciones extraordinarias para suplir las carencias del servicio incumplido, emitiéndose a petición del administrador del contrato la nota de crédito correspondiente para ser cargada al sistema de control correspondiente. Lo anterior independientemente de las sanciones, deducciones y penas convencionales que pudieran hacerse efectivas por el retraso en la entrega de estas o incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Para cuantificar los daños o gastos adicionales bastará la operación matemática resultante de la diferencia del precio contrato al precio del mercado que se adquiera en ese momento, sumándose los gastos adicionales como el flete o transportación que aplique.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 66, del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo del Instituto.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato del Instituto.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato (FIANZA).

Con fundamento en lo previsto en el Artículo 70 primer párrafo del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato.

Los montos por deducir se deberán aplicar en la factura que **"CREAMEDIC"**, presente para su cobro. Las deducciones se calcularán tomando como base el importe del servicio prestado deficientemente o de manera parcial sin incluir el IVA, verificando que se cumpla con el principio de proporcionalidad establecido en el Artículo 1844 Código Civil Federal, por lo que no serán procedentes penalizaciones sobre el monto total de un servicio si este fuese cumplido en parte.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato en los términos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es el equivalente al monto

ANEXOS

de la garantía cuando **"CREAMEDIC",** sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente las deducciones por incumplimiento de igual manera de aplicar las deducciones no procederán las penas convencionales.

De existir algún otro incumplimiento a cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

I) Devolución por defectos, vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

La devolución y reposición del Servicio integral de mantenimiento para HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los servicios que sean rechazados, será por cuenta y a cargo de **"CREAMEDIC",** de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico correspondiente

J) Garantía de cumplimiento del servicio.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción II, de la LAASSP; 85, fracción II, y 103 de su reglamento, el proveedor adjudicado, se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto de la contratación.

Dicha fianza deberá ser entregada al Instituto, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

"CREAMEDIC" queda obligado a entregar la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en la calle Durango número 291 10° piso colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Devolución de la garantía:

La liberación de la garantía relativa al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado de **"CREAMEDIC",** a la Coordinación de la OOAD correspondiente, quien autorizará la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente, dicha autorización se entregará a **"CREAMEDIC",** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito por parte del Instituto.

Ejecución de la garantía:

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato:

Cuando **"CREAMEDIC"** incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que se celebre.

Cuando se rescinda el contrato.

La ejecución de la garantía será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las que establezcan las disposiciones legales vigentes en la materia.

La ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Garantía de Anticipo

No Aplica

K) Forma de Pago

El pago de los servicios de mantenimiento realizará en pesos mexicanos y este será por servicio devengado, en pagos progresivos.

L) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados

El mecanismo de control de entregas de cada servicio se sustentará con la elaboración de ordenes de servicio, ordenes de trabajo, dictámenes y acta entrega recepción de los servicios realizados en periodos por mes natural, formalizada por el responsable de la supervisión del servicio por parte de Conservación en la Unidad Médica y el Administrador de Contrato una vez que se realice la verificación y comprobación de la entrega a entera satisfacción de los servicios.

M) Anticipo

NO APLICA

N) Aviso de Privacidad

NO APLICA

O) Seguro de Responsabilidad Civil

A la fecha de formalización de contrato, **"CREAMEDIC"** entregará al Titular de la División de Conservación, sita Sevilla 33, Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, carta expedida por el representante legal de la empresa, donde se precisará que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, empleados, derechohabientes y visitantes en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del Instituto, así como los que cause a terceros en sus bienes, personas e infraestructura con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato, integrando copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un monto igual al 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, la cual cubrirá la vigencia del contrato.

P) Dictámenes de Protección Civil

NO APLICA

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato será los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD, los cuales son los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la prestación del servicio, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros; el Administrador del Contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en este caso dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

A T E N T A M E N T E

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

De conformidad con los listados contenidos en el ANEXO A

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Apéndice C. ORDEN DE SERVICIO.

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS	***ORDEN DE SERVICIO***	*Folio de OS*	
		No. De Reporte:	
		Fecha de Reporte:	
		Hora de Reporte:	

No. de Contrato

Proveedor:		*Equipo*	*Número de Serie:*
Nombre del Hospital:			
Dirección:		*Marca y Modelo*	*Ubicación del equipo:*

Tipo de Servicio			
Garantía Instalación		*Capacitación*	
Vicios Ocultos		*Mantenimiento preventivo*	

FECHA	*TIEMPO*	
	INICIO	*FIN*

Problema o falla reportada:						
Estatus Inicial del Equipo:	*Funcionando*	*O*	*Funcionando Parcialmente*	*O*	*Fuera de Servicio*	*O*
Actividades realizadas:						
Diagnóstico:						
Observaciones:						

Cantidad	*# Parte / # Catálogo*	*Descripción*	*# Orden*	*Sello de la Unidad*

Limpieza y desinfección:	*Cloro 0*	*Alcohol 0*	*Lysol O*	*Otro X*

Firmas de Aceptación y Visto Bueno

Firma por Proveedor		*Firma por IMSS*	
Personal Técnico	*Supervisor del Servicio*	*Usuario*	*Sello, Nombre y Firma*
			Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.

*Se adjunta reporte fotográfico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS	**REPORTE FOTOGRÁFICO**	Folio de OS	
		No. De Reporte:	
		Fecha de Reporte:	
		Hora de Reporte:	
		Equipo	N° de Serie:

Nombre del Hospital:		Marca y Modelo	Ubicación del equipo:
Dirección:			
Ciudad:			
Teléfono:	N/A		

Antes del servicio (reporte fotográfico)
Durante el servicio (reporte fotográfico)
Después del servicio (reporte fotográfico)

A T E N T A M E N T E

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Apéndice D. ORDEN DE TRABAJO.

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIO	***ORDEN DE TRABAJO***	***Folio:*** _____

Hospital:		*No. de contrato:*	
Contacto/ :		*Cargo:*	
Correo de contacto:		*Teléfono:*	
Fecha de reporte:	___/___/____	*Hora de reporte:*	___:___

Descripción del reporte recibido:

Descripción del equipo o instalación reportado

Fecha:	___/___/___	*Hora:*	___:___	*Ubicación:*		*No. De serie :*	

Condiciones en que se encuentra el equipo o instalación:

Descripción de la revisión:

Diagnóstico /Dictaminación de Garantía:

Garantía:		*Mantenimiento preventivo:*		*Mantenimiento correctivo:*	

Acciones realizadas:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Cierre de Reporte					
Fecha:	__/__/__	*Hora:*	__:__	*Observaciones:*	
Firmas de Aceptación y Visto Bueno					
Firma por "El Prestador de Servicios"			*Firma por IMSS*		
Personal Técnico	*Supervisor del Servicio*		*Usuario*	*Sello, Nombre y Firma* *Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.*	

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Apéndice E. DICTAMEN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTALACIÓN

LOGO DE EL PRESTADOR DE SERVICIO	***DICTAMEN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO Y/O INSTALACIÓN***	***Folio:*** _____

Fecha de elaboración	___/___/_____	*No. de contrato:*	
Realizado por:	*"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"*	*Equipo Evaluado*	
Hospital:		*Marca / Modelo*	
Por el IMSS	_____	*No. de serie*	

1. Introducción

Este dictamen tiene como objetivo evaluar la viabilidad de funcionamiento del equipo mencionado anteriormente. La evaluación se ha realizado siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y considerando los estándares de operatividad aplicables.

2. Descripción del Equipo

- *Tipo de Equipo: [Tipo de equipo, por ejemplo, máquina, dispositivo, etc.]*
- *Marca: [Marca del equipo]*
- *Modelo: [Modelo del equipo]*
- *Especificaciones Técnicas: [Breve descripción de las especificaciones técnicas]*

3. Procedimiento de Evaluación

La evaluación se llevó a cabo mediante los siguientes procedimientos:
- *Inspección Visual: [Descripción de la inspección visual realizada]*
- *Pruebas Funcionales: [Descripción de las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento]*
- *Pruebas de Rendimiento: [Descripción de las pruebas realizadas para evaluar el rendimiento]*
- *Revisión de Mantenimiento: [Descripción de la revisión del historial de mantenimiento, si aplica*

4. Resultados de la Evaluación

- *Estado General: [Descripción del estado general del equipo]*
- *Funcionamiento: [Descripción del funcionamiento del equipo, si cumple con las especificaciones o presenta fallos]*
- *Problemas Identificados: [Descripción de cualquier problema o defecto encontrado]*
- *Recomendaciones: [Recomendaciones para la reparación, mantenimiento, o uso del equipo]*

5. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos durante la evaluación, se concluye que:
- *Viabilidad de Funcionamiento: [El equipo es funcional / El equipo no es funcional]*
- *Acciones Recomendadas: [Acciones recomendadas, como reparación, reemplazo, etc.]*

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Firmas de Aceptación y Visto Bueno			
Firma por "El Prestador de Servicios"		*Firma por IMSS*	
Personal Técnico	*Supervisor del Servicio*	*Usuario*	*Sello, Nombre y Firma* *Por el responsable de la supervisión del servicio designado por el administrador del contrato.*

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Apéndice F. Formato de propuesta técnica

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

PABLO CASTRO MUSSOT, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL ME COMPROMETO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE EXPRESAMENTE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS, ANEXO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y QUE LOS SERVICIOS OFERTADOS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE AL ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS

Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	CANTIDAD
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL	**2 MESES**

Se adjunta la descripción de los Listados por Partida de conformidad con los ANEXO A.

A T E N T A M E N T E

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Apéndice G. Formato de Acta Entrega-Recepción del Servicio

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN

*En _____, del estado de _____ , dirección _____, C.P. _____, siendo las _____ horas del día ___de _____del 202__, se reúnen por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo **"EL IMSS "** representado en este acto por el C._____, cargo del servidor público, en su carácter de Administrador(a) del Contrato, el C._____, cargo del servidor público, en su carácter de Área Técnica, adscritos al _____ y por la otra parte _____ representada en este acto por el C. _____, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se denominará como **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, con el fin de hacer constar el cumplimiento de los servicios y obligaciones contractuales descritas en el Contrato de prestación de servicios número _____, relativo a la prestación del **"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"**, celebrado entre ambas partes el día _____ de _____ del 202__.*

*Por el periodo de **Mensual de Servicios** con fecha del_____ de _____ al_____ de_____ del 202___, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** hace constar la prestación del **"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO"**, relativa a la Periodo _____, **"EL IMSS"** manifiesta que los servicios fueron debidamente prestados, por lo que los recibe a entera satisfacción conforme a lo siguiente:*

- *Relación de los servicios realizados durante el periodo de acuerdo con los Apéndices A y B.*

Como evidencia de la prestación de los servicios antes mencionados, se anexan los siguientes documentos:

Apéndice C. Orden de Servicio.

Apéndice D. Orden de Trabajo

Apéndice E. Dictamen de funcionamiento de equipamiento e instalación

*Estando las partes enteradas y conformes con el contenido y alcance de la presente acta entrega recepción, la firman por duplicado, quedando un legajo para **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** y otros cuatro para el **"IMSS"**.*

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

CREAMEDIC

NSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MSS)
SOLICITUD DE COTIZACIÓN IM-188-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".

ESCRITO DE CONFIRMACIÓN DE COTIZACIÓN

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.

LIC. BERTRÁN HERNÁNDEZ CHÁVEZ,
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E.

Me refiero a la Solicitud de la División de Investigación de Mercados de Adquisiciones y Arrendamientos respecto de la **IM-188-2025,** relativa al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".**

A nombre de **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS S.A. DE C.V.,** me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que mi representada CONFIRMA la cotización proporcionada en la Investigación de Mercado No.188-2025, el cual no podrá ser inferior a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su recepción, **asi mismo ratifica la aceptación de los términos y condiciones establecidos en la cotización,** tomando como base la presentada en respuesta a la investigación de mercado **188/25.**

No omitimos manifestar se cuenta con la inscripción a la que hace referencia el artículo 86 de la LAASSP.

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
APODERADO LEGAL
CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.
Av. Gustavo Baz 309 Edif. A2 Piso 3 D303 Centrum Park La Loma
Tlalnepantla de Baz Estado de México 54060 MTE9909144K1 Tel. (55) 28 77 32 50

4

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
SOLICITUD DE COTIZACIÓN IM-188-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".

PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
Presente

Me refiero a la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"**, en el que mi representada la empresa **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo **"CREAMEDIC"**, presenta su **Propuesta Económica**, considerando los precios ofertados en la Investigación de Mercado IM 188-2025, de conformidad con todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo Técnico, Anexo Términos y Condiciones, y demás Anexos Complementarios, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Razón Social	CREATIVIDAD E INTEGRACION EN SERVICIOS MEDICOS S.A DE C.V.
Fecha	2025

FOCON 04 Cuestionario. Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado No. 188-25 para el "Servicio de mantenimiento integral a infraestructura, equipos electromecánicos y equipos médicos del Hospital General de Zona no. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur, del Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán".

ANEXOS DE CONTRATO Y/O SOLICITUD

CREAMEDIC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
SOLICITUD DE COTIZACIÓN IM-188-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN".

Precios con decimales

COTIZACIÓN. Se consideran 4 partidas independientes en las siguientes Unidades Médicas:

PARTIDA	UNIDAD MÉDICA	MES 1 PRECIO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL SIN IVA,	IVA	MES 1 PRECIO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL CON IVA	MES 2 PRECIO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL SIN IVA,	IVA	MES 2 PRECIO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA SIN IVA	TOTAL DE LA PARTIDA CON IVA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	$11,625,000.00	$1,860,000.00	$13,485,000.00	$11,625,000.00	$1,860,000.00	$13,485,000.00	$23,250,000.00	$26,970,000.00
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco	$12,611,038.50	$2,017,766.16	$14,628,804.66	$12,611,038.50	$2,017,766.16	$14,628,804.66	$25,222,077.00	$29,257,609.32
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	$13,544,824.50	$2,167,171.92	$15,711,996.42	$13,544,824.50	$2,167,171.92	$15,711,996.42	$27,089,649.00	$31,423,992.84

4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	$18,008,130.00	$2,881,300.80	$20,889,430.80	$18,008,130.00	$2,881,300.80	$20,889,430.80	$36,016,260.00	$41,778,861.60
	TOTAL	$55,788,993.00	$8,926,238.88	$64,715,231.88	$55,788,993.00	$8,926,238.88	$64,715,231.88	$111,577,986.00	$129,430,463.76

NOTAS:

"CREAMEDIC" se da por enterado y acepta que:

- El monto del contrato será del que resulte de la propuesta económica.
- Los precios cotizados se presentan con decimales y sin IVA, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato, los Apéndices A y B correspondientes a 4 PARTIDAS.
- Los precios señalados se encuentran proyectados y son exclusivamente para efectos de cotización, no obstante, los mismos no pueden, ni serán considerados como definitivos, ni obliga al Instituto en ninguna vertiente.
- Para el presente procedimiento se consideran las 4 partidas
- El subtotal de la partida sin IVA, será la suma de los parciales de los 2 meses sin IVA.
- Importes, expresados en moneda nacional (pesos mexicanos)
- Se aceptan las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por "la convocante".

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
APODERADO LEGAL
CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

CREAMEDIC

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO

Ciudad de México, a 22 octubre de 2025

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E.

CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "CREAMEDIC", PRESENTA EL PROGRAMA GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN", EN ADELANTE, "SERVICIO INTEGRAL", PARA EL PERIODO DE SERVICIO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA ASIGNACIÓN AL 31 DE DICIEMNRE DEL 2025:

Especialidad	Responsable	NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		45	46	47	48	49	50	51	52
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN									
Aire Acondicionado	Juan Jesus Mendoza Hernández								
Circuito cerrado de televisión/Imagen	Aaron rodrigo Valadez Obregon								

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CREAMEDIC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

		NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Especialidad	Responsable	45	46	47	48	49	50	51	52
Eléctrico	[redacted]								
Equipo de Cocina									
Equipo Médico									
Equipo Paciente Enfermera									
GAS LP									
Gases Medicinales									
Hidráulico									
Infraestructura									
Instrumental									
Mobiliario Administrativo									
Mobiliario Médico									
Osmosis Inversa									
Pluvial									

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA, DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Especialidad	Responsable	NOVIEMBRE 45	46	47	48	DICIEMBRE 49	50	51	52
Sanitario	[redacted]								
SPCI									
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA									
Aire Acondicionado	[redacted]								
Eléctrico									
Equipo de Cocina									
Equipo Médico									
GAS LP									
Gases Medicinales									
Hidráulico									
Infraestructura									
Instrumental									

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA, DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

		NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Especialidad	Responsable	45	46	47	48	49	50	51	52
Mobiliario Administrativo	[redacted]								
Mobiliario Médico									
Osmosis Inversa									
Sanitario									
SPCI									
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO									
Aire Acondicionado	[redacted]								
Eléctrico									
Equipo de Cocina									
Equipo Médico									
Equipo Paciente Enfermera									
Esterilizadoras									
Gas LP									

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA, DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

Especialidad	Responsable	NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		45	46	47	48	49	50	51	52
Gases Medicinales	[redacted]								
Hidráulico									
Infraestructura									
Instrumental									
Mobiliario Administrativo									
Mobiliario Médico									
PTAR									
Sanitario									
Señaletica									
SPCI									
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, IZTAPALAPA, CDMX									
Aire Acondicionado	[redacted]								
Eléctrico									
Equipo de Cocina									

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA, DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Especialidad	Responsable	NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		45	46	47	48	49	50	51	52
Equipo de Suavización	[redacted]								
Equipo Médico									
Equipo Paciente Enfermera									
GAS LP									
Gases Medicinales									
Hidráulico									
Infraestructura									
Instrumental									
Mobiliario Administrativo									
Mobiliario Médico									
Osmosis Inversa									
Sanitario									
SPCI									

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA, DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR ESTAN DETALLADAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN, ASÍ COMO A LA CALENDARIZACIÓN DEL SERVICIO LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS A REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA.

PARA LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ASIGNARÁ UN RESPONSABLE POR PARTE DE CREAMEDIC EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA CON QUIEN PODRAN ESTABLECERSE LOS HORARIOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA EL INGRESO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PARA CADA PARTIDA.

ATENTAMENTE

PABLO CASTRO MUSSOT
APODERADO LEGAL
CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
SOLICITUD DE COTIZACIÓN IM-188-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN"

Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.

PABLO CASTRO MUSSOT, manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con facultades suficientes para ***comprometerme por mí o por mi representada y suscribir proposiciones en la presente ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL*** a nombre y representación de **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS S.A. DE C.V.**

DATOS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. **MTE9909144K1**	
DOMICILIO.	
CALLE Y NÚMERO. Avenida Gustavo Baz número 309, Interior Edificio A2, Piso 3, D303	
COLONIA. La Loma	DELEGACIÓN O MUNICIPIO. Tlalnepantla de Baz
CÓDIGO POSTAL. 54060	ENTIDAD FEDERATIVA. Estado de México
TELÉFONO FIJO. 55 2877 3100	TELÉFONO MÓVIL.N/A
CORREO ELECTRÓNICO. emondragon@cie.com.mx; pcastro@cie.com.mx; [redacted]	

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA. **28,411**	FECHA. **14 de septiembre de 1999**
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO (ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA). Lic. Pedro Vázquez Nava, Notaria No. 70 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.	
FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. Inscrita en el Registro Público de Comercio el 9 de diciembre de 1999, en el folio mercantil número: 257,244.	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.	

a) La prestación de servicios de producción general, integración de servicios, administración, logística, y consultoría para la organización de eventos presenciales, digitales, deportivos, culturales museográficos, educativos, recreativos, cumbres, de turismo, de salud, pabellones, ferias y exposiciones, tianguis, festivales, de entretenimientos, foros, convenciones, reuniones, congresos, caravanas, visitas de estado, ruedas de prensa, sociales, de reconocimiento, o similares, ya sean privados, institucionales, de gobierno, sindicales, públicos, nacionales e internacionales; pequeños, medianos, grandes o masivos; en instalaciones temporales o definitivas; incluyendo hospedaje, boletaje para la transportación aérea y terrestre, alimentos y bebidas, salones, inmuebles.

b) La integración de servicios de terceros, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa operación, audio, video, iluminación, equipamiento, carpas, templetes, transportación, montaje y desmontaje, diseño, creatividad, publicidad, medios de comunicación, entre otros, para todo tipo de eventos presenciales, digitales, deportivos, culturales, museográficos, educativos, recreativos, cumbres, de turismo, de salud, pabellones, ferias y exposiciones, tianguis, festivales, de entretenimiento, foros, convenciones, reuniones,

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

congresos, caravanas, visitas de estado, ruedas de prensa, sociales, de reconocimiento, o similares, ya sean privados, institucionales, de gobierno, sindicales, públicos, nacionales e internacionales; pequeños, medianos, grandes o masivos; en instalaciones temporales o definitivas; incluyendo hospedaje, boletaje para la transportación aérea y terrestre, alimentos y bebidas, salones, inmuebles.

c) La integración de servicios de producción general, compra, venta, distribución, importación, exportación, arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de programas audiovisuales, decoraciones o aplicaciones gráficas, carteles, películas, documentales, y todo tipo de material, completo o en partes, para la implementación en medios de comunicación electrónicos, virtuales, remotos o físicos.
d) Integración de servicios y venta de productos para el sector tecnológico-médico, médico y hospitalario, incluyendo implementación y mantenimiento de instalaciones temporales o definitivas.
e) Prestación de servicios de agencia de publicidad y creatividad, incluyendo el estudio, análisis, desarrollo y planificación de actividades publicitarias y creativas.
f) Comercialización de servicios y productos relacionados con el objeto social.
g) Establecer sucursales en el extranjero.

Para la consecución de su objeto social, la sociedad podrá llevar a cabo, en forma enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

I. Adquirir, comprar, vender, enajenar; transmitir, arrendar, subarrendar, alquilar, licenciar, usar, gozar, disfrutar, gravar, poseer, permutar, dar o recibir en comodato y disponer de, bajo cualquier forma legal, toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como otros derechos reales o personales, que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social;
II. La celebración de toda clase de acuerdos, contratos, convenios y documentos, así como la subcontratación de obras y servicios especializados, complementarios o compartidos, y otros acuerdos auxiliares, conexos, accesorios, accidentales, o relacionados con todos los anteriores, así como llevar a cabo los actos, trámites, gestiones y operaciones que sean necesarias o convenientes para lograr dichos objetivos;
III. La compra, venta, permuta, suministro, deposito, consignación, prestación, contratación, importación, exportación, y comercialización en general de toda clase de bienes, servicios, productos y mercancías que sean necesarios o convenientes con el fin de que la sociedad lleve a cabo el ejercicio de su objeto social;
IV. Participar en cualesquiera concursos, licitaciones, subastas, invitaciones, adjudicaciones directas o bajo cualquier otra forma de contratación pública y privada, ante toda clase de personas físicas o morales y autoridades de cualquier orden y grado, ya sean federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales o de cualquier otra subdivisión política, así como cualquier órgano, organismo, empresa productiva del estado, entidad, autoridad o dependencia que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias, administrativas o gubernamentales en México o el extranjero;
V. Obtener, adquirir, poseer, usar y disponer por cualquier título, de toda clase de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones, ya sea ante autoridades y entidades en México o en el extranjero.
VI. Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar, y recibir licencias o disponer bajo cualquier título legal toda clase de patentes, modelos de utilidad, invenciones, franquicias, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, secretos industriales, derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, artística, literaria y de cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial que se requiera o sea conveniente para la consecución del objeto social;
VII. Actuar como mandatario, apoderado legal, comisionista o agente de todo tipo de personas, entidades y sociedades, sea como representante, intermediario o en cualquier otra capacidad.
VIII. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto;
IX. Constituir y participar, directa o indirectamente, en el capital social de otras sociedades mercantiles o civiles, asociaciones y personas morales, nacionales o extranjeras, así como fideicomisos o entidades de cualquier índole, al momento de su constitución o mediante adquisición o suscripción posterior, así como transmitir, enajenar, disponer, pignorar y gravar, bajo cualquier título legal, las acciones, partes sociales, intereses y participaciones, incluyendo cualquier otro título valor, en dichas entidades.

X. Obtener y otorgar toda clase de financiamientos, prestamos o créditos, expedir bonos, papel comercial, pagares, obligaciones, valores, certificados de participación ordinarios, certificados bursátiles y otros tipos de títulos de crédito o instrumentos equivalentes, con o sin garantía especifica, por medio de hipoteca, prenda, fideicomiso o cualquier otra forma legal y garantizar obligaciones de terceros, ya sea como garante, fiador, aval o en cualquier otro carácter, incluyendo como obligado solidario o subsidiario.
XI. Otorgar, expedir, ejecutar, protestar, aceptar, endosar, certificar, avalar, garantizar o de cualquier otra manera suscribir todo tipo de crédito y de instrumentos negociables.
XII. Abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias y de inversión y cualesquier otras cuentas de la sociedad, y
XIII. En general, celebrar y realizar toda clase de actos jurídicos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
1. [redacted]		
2.		

Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad).

1. Escritura Pública No. 79,204 de fecha 06 de mayo de 2019, expedida por el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaria N° 246 de la Ciudad de México, en el Protocolo de la Notaría No. 212, por convenio de sociedad con su titular Lic. Francisco I. Hugues Vélez. inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 25 de septiembre de 2019 con folio mercantil electrónico 257,244-1.
2. Escritura Pública No. 83,787 de fecha 17 de diciembre de 2019, expedida por el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaria N° 246 de la Ciudad de México, en el Protocolo de la Notaría No. 212, de la que es titular el Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, en el que también actúa la Licenciada Rosamaría López Lugo, titular de la Notaría 223, los tres por convenio de sociedad. inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 11 de febrero de 2020 con folio mercantil electrónico 257,244-1.
3. Escritura Pública No. 85,034 de fecha 2 de marzo del 2020, expedida por el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaria N° 246 de la Ciudad de México, actuando en el Protocolo de la Notaría No. 212, de la que es titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, en el que también actúa la Licenciada Rosamaría López Lugo, titular de la Notaría número 223, los tres por convenio de sociedad. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2020 con folio mercantil electrónico 257,244-1
4. Escritura Pública No. 95,270 de fecha 16 de julio de 2021, expedida por el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, Titular de la Notaria N° 212 de la Ciudad de México, en cuyo Protocolo actúan también los Lic. Rosamaría López Lugo, titular de la Notaría No. 223, y Lic. Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría no. 246, los tres por convenio de sociedad Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 18 de agosto de 2021 con folio mercantil electrónico 257,244-1.
5. Escritura Pública No. 95,836 de fecha 04 de agosto de 2021, expedida por el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, Titular de la Notaria N° 212 de la Ciudad de México, en cuyo Protocolo actúan también los Lic. Rosamaría López Lugo, titular de la Notaría No. 223, y Lic. Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría no. 246, los tres por convenio de sociedad. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 05 de noviembre de 2021 con folio mercantil electrónico 257,244-1
6. Escritura Pública No. 113,798 de fecha 26 de septiembre de 2023, expedida por la Lic. Rosamaría López Lugo, Titular de la Notaria Número 223 de la Ciudad de México, Actuando en el Protocolo de la Notaria Número 212, de la que es el Titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, en el que también actúa el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaria Número 246, los tres por convenio de sociedad. Inscrita en el Registro

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA MORAL IDENTIFICABLE TALES COMO: NOMBRE DE SOCIOS, PERSONA MORAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 14 de noviembre de 2023 con folio mercantil electrónico 257,244.

APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE. (Nombre y Domicilio)

NOMBRE: PABLO CASTRO MUSSOT
DOMICILIO: [redacted]
México
TELÉFONOS [redacted]
CORREO ELECTRÓNICO: pcastro@cie.com.mx

DOCUMENTO PARA ACREDITAR PERSONALIDAD Y FACULTADES.
, (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, nombre y circunscripción del Notario Público)

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Número: 85,034 **Fecha:** 02 de marzo de 2020
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: Lic. Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría número 246, actuando en el protocolo de la Notaria número 212, de la que es titular el Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, en el que también actúa la Licenciada Rosamaria López Lugo, titular de la Notaria número 223, los tres por convenio de sociedad, en la Ciudad de México.

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

PROTESTO LO NECESARIO

PABLO CASTRO MUSSOT
Apoderado Legal
Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: DOMICILIO, TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística



Oficio No. 09 53 84 61 1CFJ/2025/10201

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.

Asunto: Notificación de Adjudicación
Adjudicación Directa Nacional: AA-50-GYR-050GYR019-N-191-2025

C. Eduardo Mondragón Mora
Representante Legal de la Empresa
CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.
Avenida Gustavo Baz, #309, Interior A2 P3, Colonia La Loma
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54060, Estado de México.
P r e s e n t e

Mediante oficio número 09 52 84 1200/**02676** recibido con fecha 31 de octubre de 2025, el Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, solicitó con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la CPEUM), 6 fracción IX, 33, 35 fracción III, 53, 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LAASSP), así como 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el RLAASSP), la contratación por **Adjudicación Directa Nacional** del **"Servicio de Mantenimiento Integral a Infraestructura, Equipos Electromecánicos y Equipos Médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur, del Hospital General de Zona No. 2-a, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán".**

Al respecto, en términos de lo previsto en el artículo 134 de la CPEUM, artículo 6 fracción IX, 33, 35 fracción III 53, 54 fracción I de la LAASSP, así como 71 y 72 del RLAASSP, se le notifica que la citada contratación identificada con el número **AA-50-GYR-050GYR019-N-191-2025**, se llevará a cabo con su representada, lo anterior, en virtud de que cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, cuya vigencia del servicio y del contrato será a partir del día natural siguiente de la notificación de Adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2025.

En ese sentido, **se acepta la confirmación de su cotización** y atendiendo a lo anterior, se **ADJUDICA** el **"Servicio de Mantenimiento Integral a Infraestructura, Equipos**



ANEXOS



Electromecánicos y Equipos Médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur, del Hospital General de Zona No. 2-a, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán", de la forma siguiente:

Empresa: **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**

Partida	UNIDAD MÉDICA	TOTAL DE LA PARTIDA SIN IVA	I.V.A.	TOTAL DE LA PARTIDA CON IVA
1	Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur	$ 23,250,000.00	$ 3,720,000.00	$ 26,970,000.00
2	Hospital General de Zona No. 2-A, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal En Tabasco	$ 25,222,077.00	$ 4,035,532.32	$ 29,257,609.32
3	Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla	$ 27,089,649.00	$ 4,334,343.84	$ 31,423,992.84
4	Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán	$ 36,016,260.00	$ 5,762,601.60	$ 41,778,861.60
	TOTAL	**$ 111,577,986.00**	**$ 17,852,477.76**	**$ 129,430,463.76**

En virtud de lo anterior, el monto adjudicado es por **$111,577,986.00** (Ciento once millones quinientos setenta y siete mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), más el IVA, considerando que la presente adjudicación causa IVA a una tasa del 16% (Dieciséis por ciento), por lo cual el impuesto causado es de $17,852,477.76 (Diecisiete millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 76/100 M.N.), por ende, el monto total incluido dicho impuesto es de $129,430,463.76 (Ciento veintinueve millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 76/100 M.N.), lo anterior, de acuerdo con lo especificado en los precios ofertados en la propuesta económica proporcionada por el proveedor adjudicado mismos que fueron confirmados con fecha 31 de octubre de 2025, en respuesta a la solicitud de confirmación de cotización realizada por esta Área Contratante.





Con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo quinto y 67, primer párrafo de la LAASSP, así como 84 del RLAASSP, con la presente notificación de Adjudicación, las obligaciones serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de firmar el contrato correspondiente.

Para efectos de la suscripción del contrato respectivo, es necesario que la empresa adjudicada previamente a su firma, a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación, entregue la documentación correspondiente en copia simple y original o copia certificada para cotejo a la División de Contratos ubicada en el piso 10 del inmueble con domicilio en la Calle de Durango Número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas, de los siguientes documentos:

a) Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional y, en su caso, sus respectivas modificaciones;

b) Poder notarial del Apoderado o Representante Legal que firmará el contrato, en el que se otorguen facultades suficientes para su suscripción;

c) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 (tres meses);

d) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes y/o Cédula de Identificación Fiscal;

e) Identificación oficial vigente con fotografía del Apoderado o Representante Legal que suscribirá el contrato;

f) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (fechado con el día de la adjudicación);

g) Escrito **bajo protesta de decir verdad** en términos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (fechado con el día de la adjudicación), acompañado del documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en **sentido positivo** de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (en adelante el CFF) y en concordancia con el artículo 71, fracción XVI de la LAASSP.

h) En atención al artículo 49, fracción IX de Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá presentar por escrito y **bajo protesta de decir verdad**, respecto a que

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés (fechado con el día de la adjudicación);

i) Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en **sentido positivo** de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del CFF y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente;

j) Para los efectos del artículo 32-D del CFF deberá presentar el documento vigente, expedido por el IMSS sobre la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en **sentido positivo**, generada a través del Buzón IMSS de conformidad con el subnumeral 9.4 de la "Relación de trámites y servicios disponibles y por ofrecerse en el Buzón IMSS" del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.230724/261.P.DIR, en concordancia con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, el Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR ambos dictados por el H. Consejo Técnico, publicados en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF) el 27 de febrero de 2015, su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015 y el 30 de marzo de 2020 que se publicó el último, el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el referido H. Consejo Técnico y publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; así como el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 25 de abril de 2023 emitido por el H. Consejo Técnico y publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023 y el último Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270224/34.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2024 emitido por el H. Consejo Técnico y publicado en el DOF el 21 de marzo de 2024.

El proveedor autoriza al IMSS consultar en tiempo real y en línea, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, a través de los sistemas electrónicos que para tales efectos dispone la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS.

En caso de que su representada no se encuentre registrada ante este Instituto o; cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (en adelante la LSS), no podrá obtener la citada Opinión, por lo cual podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR publicado en el DOF el 30 de marzo de 2020.





II. Escrito libre que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma, y

III. En el caso de que el cotizante manifieste que presta su arrendamiento a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS).

En caso de que el proveedor forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

En caso de que la empresa no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.

En caso de que el cotizante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate sí se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

k) Documento emitido por el INFONAVIT, en el que haga constar que **no tiene adeudos** con el organismo, en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las *"Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de* amortizaciones" publicadas en el DOF el 28 de junio del 2017.

El IMSS se reserva el derecho de firmar el contrato si no presenta las opiniones positivas emitidas por el SAT e IMSS, o no acredita estar al corriente en el pago de aportaciones patronales y entero de descuentos ante el INFONAVIT, documentos indispensables para la firma del contrato. En caso de no presentarlos, se procederá a informar al Órgano Interno de Control en el Instituto, la no formalización del contrato por causas imputables al proveedor para que determine, en su caso, la sanción correspondiente.

De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá inscribirse en el registro electrónico de personas físicas y morales, y mantener actualizada la información que le sea requerida, conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en términos de lo previsto por el artículo 86 de la LAASSP.

Asimismo, se le informa que el contrato se formalizará el 24 de noviembre 2025 a las 12:00 horas, o bien, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la notificación de la presente adjudicación en el día y hora que para tal efecto indique la División de Contratos, en términos del artículo 67 de la LAASSP.

En cumplimiento a los artículos 5 fracción XI, 66 penúltimo párrafo, 85 de la LAASSP; 84 segundo párrafo del RLAASSP, así como lo establecido por el *"ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento"* publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, se solicita que previo a la suscripción del contrato respectivo, el Apoderado o Representante Legal del proveedore adjudicado lleve a cabo su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ), para lo cual se pone a su disposición la siguiente direccione electrónica: https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos.

De igual forma, se le informa al proveedor adjudicado, que cuenta con un plazo de **30 (treinta) días naturales**, a partir de la formalización del contrato respectivo, para **registrarse y obtener su evaluación en el Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)**. Para ello deberá ingresar al portal web: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro.

Asimismo, podrá consultar el "Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)" en la siguiente liga:





https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual de operacion del registro de proveedores para l a integridad ante el imss.pdf, aprobado por el Honorable Consejo Técnico (HCT) del IMSS en la Sesión Ordinaria de fecha 26 de junio de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260623/169.P.DA y publicado en el DOF el 02 de diciembre de 2024 a través del Aviso que puede consultarse en la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744158&fecha=02/12/2024#gsc.tab=0.

Lo anterior, en cumplimiento a la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", la cual puede ser consultada en el enlace: https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica de integridad del imss 2024.pdf aprobada por el HCT del IMSS en Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.300523/137.P.DA, y publicada en el DOF el 2 de diciembre de 2024 a través del Aviso que puede consultarse en la siguiente página: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744157&fecha=02/12/2024#gsc.tab=0.

Por último, en cumplimiento al artículo 69, fracción II de la LAASSP, 84 del RLAASSP y las modificaciones establecidas en el *"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"*, publicado en el DOF el 01 de junio de 2022, se le informa a la empresa adjudicada que deberá **entregar la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 (diez) días naturales** posteriores a la firma del mismo en la División de Contratos, para que inicie las gestiones conducentes, los siguientes datos:

Datos de la Garantía de Cumplimiento:

Proveedor	**CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**
Domicilio	Avenida Gustavo Baz, #309, Interior A2 P3, Colonia La Loma Tlalnepantla de Baz, C.P. 54060, Estado de México
No. De Contrato	**050GYR019N19125-001-00**
Objeto	**Servicio de Mantenimiento Integral a Infraestructura, Equipos Electromecánicos y Equipos Médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur, del Hospital General de Zona No. 2-a, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán**



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Partida	1, 2, 3 y 4
Monto sin I.V.A. de la garantía	**$11,157,798.60 M.N.** (Once millones ciento cincuenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos 60/100 M.N.)
Vigencia del contrato	A partir del día natural siguiente de la notificación de Adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2025
Tipo de Garantía	Indivisible

Lo anterior, se comunica de conformidad con el artículo 2, fracción I del RLAASSP; subnumeral 4.2.4.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, subnumeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y subnumeral 7.1.3.1.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lic. Bertrán Hernández Chávez
Titular de la División

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

Para sello de recepción	SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS 04 NOV 2025 RECIBIDO DIVISIÓN DE CONTRATOS	**Lugar y Fecha:** Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2025
	Oficio: **09 53 84 61 1CFJ/2025/10231**
	Procedimiento: **AA-50-GYR-050GYR019-N-191-2025**
	Contratos Totales: 1 — **Alguno Firma DG:** Si: ☐ No: ☒
	Fecha a considerar para cómputo de formalización: ☐ Fecha Sello (hasta esta fecha se contó con toda la documentación requerida para formalizar) ☒ Fecha Fallo: (31/octubre/2025)
Deberá proporcionarse copia del acuse debidamente sellado a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Lic. Humberto Rincón Juárez
Titular de la División de Contratos
Presente

Me permito solicitar su valiosa intervención a efecto de que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para llevar a cabo la elaboración del contrato derivado del procedimiento de **Adjudicación Directa Nacional** Número **AA-50-GYR-050GYR019-N-191-2025**, para la contratación del**"Servicio de Mantenimiento Integral a Infraestructura, Equipos Electromecánicos y Equipos Médicos del Hospital General de Zona No. 20, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada D.F. Sur, del Hospital General de Zona No. 2-a, de Cárdenas, Tabasco, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco, del Hospital General de Zona No. 35, de Cuautlancingo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada estatal en Puebla y del Hospital General de Zona No. 86, Uruapan, Michoacán del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán"**, para lo cual en cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular No. 09 53 84 61 1CFA/5094 del 1° de junio del 2021, me permito anexar al presente, un Disco Compacto que contiene los documentos electrónicos que se detallan a continuación:

No.	Documentación para elaboración del contrato	Nombre de los Archivos
1	Notificación de Adjudicación.	1. Oficio de Notificación de Adjudicación
2	Propuesta(s) Económica(s), Técnica(s) y Legal(es) del/los proveedor(es) adjudicado(s).	2.1 Propuesta(s) Económica(s) 2.2 Propuesta(s) Técnica(s) 2.3 Propuesta(s) Legal(es)

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



No.	Documentación para elaboración del contrato	Nombre de los Archivos
3	Oficio(s) de designación de la(s) persona(s) servidora pública que fungirá(n) como Administrador(es) del/los Contrato(s).	3. Oficio de Designación de Administrador Común del Contrato
4	Dictamen(es)/Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal Previo con recursos para cubrir los compromisos derivados del contrato respectivo.	4. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal Previo
5	Anexo Técnico en términos del numeral 4.24.3 y demás numerales aplicables de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES).	5. Anexo Técnico
6	Términos y Condiciones en términos del numeral 4.24.4 y demás numerales aplicables de las POBALINES.	6. Términos y Condiciones
7	FOCON-03 Requisición de Bienes y Servicios.	7. FO-CON 03
8	Oficio(s) de requerimiento.	8. Oficio(s) de requerimiento.

Es importante precisar que, de conformidad con lo establecido en **la Notificación de Adjudicación, de fecha 31 de octubre de 2025,** del presente procedimiento; se indicó a/los proveedor(es) adjudicado(s) que deberá(n) entregar la documentación correspondiente para la formalización del citado instrumento jurídico en esa División de Contratos.

No omito señalar la importancia de salvaguardar y custodiar la información contenida en el medio magnético adjunto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lic. Bertran Hernández Chávez
Titular de la División

Elaboró

Lic. Gabriela Lucario Valverde
Supervisor de Proyectos E3

Con copia para:
Mtra. Elia Sandra Varas Galeana.- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.- Presente. **(*)**
(*) "Se envía copia por SICGC". - Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



2025 Año de La Mujer Indígena

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	**Contrato Número** **050GYR019N19125-001-00**

ANEXO 4 (CUATRO)

"Documento de designación de Administrador del Contrato"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Of. N° 09 52 84 1200/ 2586

Ciudad de México, a 27 OCT 2025

Arq. José Antonio Hernández Durán
Titular de la División de Conservación
Presente

En virtud de lo previsto en los artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 13 de su reglamento, y numerales 2.7, 4.24.6, 5.3.5, inciso II, sub inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, esta Coordinación de Conservación y Servicios Generales, ha determinado la conveniencia de instrumentar la estrategia de llevar a cabo la modalidad de contratación Consolidada para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 20, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA D.F. SUR, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 2-A, DE CÁRDENAS, TABASCO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN TABASCO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35, DE CUAUTLANCINGO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA Y DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 86, URUAPAN, MICHOACÁN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN", por un periodo comprendido del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2025.

En razón de lo anterior, le comunico que he tenido a bien designarlo para el presente procedimiento de contratación como **Representante Común de los Administradores del Contrato**, para efectos de la suscripción de los instrumentos jurídicos que se formalicen como resultado del citado procedimiento, por lo que se le exhorta a que cumpla con las obligaciones inherentes a dicha designación.

Lo anterior, sin prejuicio de las funciones y responsabilidades de los administradores de los contratos, quienes son los servidores públicos responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad a la definición establecida en el numeral 1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Nombre Completo: Arq. José Antonio Hernández Durán
- Cargo: Titular de la División de Conservación
- Área de adscripción en el IMSS: Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.
- Domicilio Institucional: Sevilla 33, 7to piso. Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, CDMX.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
IMSS 27 OCT 2025 IMSS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

2025 Año de La Mujer Indígena



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

- Registro Federal de Contribuyentes [redacted]
- Clave única de Registro de Población: [redacted]
- Correo Electrónico Institucional: Jose Antonio Hernandez Duran <jose.hernandezd@imss.gob.mx>
- Teléfono Institucional: Tel. (55) 52382700, Ext. 18180.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Mtro. A. Anguar Rubio Moreno
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
DESIGNA

Arq. José Antonio Hernández Durán
Titular de la División de Conservación
ACEPTA

C.c.p.

-Lic. Borsalino González Andrade. Titular de la Dirección de Administración del IMSS
-Lic. Juan Carlos Cardona Aldave. Titular de la Unidad de Administración (*)
-Ing. Dulce Gómez Botello. Coordinadora Técnica de Conservación y Servicios Complementarios (*)

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICABLE TALES COMO: RFC, CURP, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-MARZO-25



2025 Año de La Mujer Indígena

ANEXO C LISTADO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES) POR OOAD

No.	OOAD/UMAE	DIRECCIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	CORREO ELECTRÓNICO
1	DF SUR	CALZ. DE LA VIGA 1174 COL. EL TRIUNFO C.P. 09430 5o PISO DELG. V. CARRANZA	Lic. José Luis Gutiérrez Hernández	jose.gutierrezhe@imss.gob.mx
2	MICHOACÁN	AV. CAMELIAS # 2150 COL. CAMELINAS 5o. PISO C.P. 58070 MORELIA,MICHOACAN	Ing. Rafael Cedeño Paredes	rafael.cedeno@imss.gob.mx
3	PUEBLA	4 NORTE 2005 COL. CENTRO PUEBLA C.P. 72000 2o PISO	Arq. María Haidee Varela Gutierrez	haide.varela@imss.gob.mx
4	TABASCO	AV. CESAR A SANDINO # 102 COL. PRIMERO DE MAYO C.P. 86190 VILLAHERMOSA,TAB.	Ing. Gustavo Adolfo Flores Jimenez	gustavo.floresji@imss.gob.mx

ANEXOS

SIN TEXTO